

JAY® J3 Back

Important Consumer Information

NOTE: This manual contains important instructions that must be passed on to the user of this product. Please do not remove this manual before delivery to the end user.

SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product.

USER: Before using this product, read this entire manual and save for future reference.

WARRANTY REGISTRATION: To validate the warranty on this product, please complete and return the postcard attached to the enclosed instruction and warranty booklet.

Owner's Manual

JAY® J3 Rücken

Wichtige Informationen

HINWEIS: Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen, die an den Benutzer dieses Produkts weitergeleitet werden müssen. Bitte entfernen Sie dieses Handbuch vor der Auslieferung an den Endbenutzer nicht.

FACHHÄNDLER: Dieses Handbuch muss dem Benutzer des Produkts ausgehändigt werden.

BENUTZER: Vor dem Gebrauch des Produkts lesen Sie bitte das gesamte Handbuch, und bewahren Sie es für zukünftigen Bedarf auf.

GARANTIEREGISTRIERUNG: Damit die Garantie für dieses Produkt gültig wird, bitte die Postkarte in der beiliegenden Betriebs- und Garantieleitung ausfüllen und an uns zurücksenden..

Benutzerhandbuch

JAY® J3 Rugleuning

Belangrijke informatie voor consumenten

OPMERKING: Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke instructies die aan de gebruiker van dit product moeten worden doorgegeven. Verwijder deze gebruikershandleiding niet voordat het product aan de eindgebruiker is geleverd.

LEVERANCIER: Deze gebruikershandleiding moet aan de gebruiker van dit product worden gegeven.

GEBRUIKER: Lees voordat u het product gebruikt, deze gebruikershandleiding helemaal door. Bewaar de handleiding goed, zodat u hem in de toekomst ook kunt nalezen.

REGISTRATIE VAN GARANTIE: Om de garantie op dit product geldend te maken, vragen wij u de antwoordkaart die is aangehecht aan het bijgesloten instructie- en garantieboekje, volledig in te vullen en naar ons terug te sturen.

Handleiding



JAY[®] Respaldo J3

Información importante para el consumidor

NOTA: Este manual contiene instrucciones importantes que deben ser transmitidas al usuario del producto. Por favor no retire este manual antes de la entrega al usuario.

DISTRIBUIDOR: Debe entregar este manual al usuario del producto.

USUARIO: Antes de utilizar este producto, lea atentamente el manual completo.

REGISTRO DE GARANTÍA: Para validar la garantía de este producto, complete y envíe la postal adjunta al manual de instrucciones y cuadernillo con la garantía.

Manual del Usuario

JAY[®] Encosto J3

Informação importante para o consumidor

NOTA: Este manual contém instruções importantes que devem ser transmitidas ao utilizador deste produto. Não remova este manual antes de o entregar ao utilizador final.

FORNECEDOR: Este manual deve ser entregue ao utilizador deste produto.

UTILIZADOR: Antes de usar este produto, leia todo o manual e guarde-o para referência futura.

REGISTO DA GARANTIA: Para validar a garantia deste produto, preencha e envie o postal em anexo às instruções e livro da garantia incluídos.

Manual do Utilizador

JAY[®] Dossier J3

Informations importantes pour l'utilisateur

REMARQUE : This manual contains important instructions that must be passed on to the user of this product. Veuillez ne pas retirer ce manuel avant la livraison à l'utilisateur final.

REVENDEUR : Ce manuel doit être remis à l'utilisateur du produit.

UTILISATEUR : Avant d'utiliser votre produit, lisez attentivement ce manuel dans son intégralité et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

ENREGISTREMENT DE GARANTIE : Pour valider la garantie de ce produit, veuillez remplir et renvoyer la carte d'enregistrement que vous trouverez dans le manuel et le livret de garantie.

Manuel d'utilisation

JAY[®] Schienale J3

Importanti informazioni per l'utente

NOTA: Questo manuale contiene importanti istruzioni che devono essere comunicate all'utente di questo prodotto. Si prega di non rimuovere il manuale prima della consegna all'utente.

RIVENDITORE: Questo manuale va consegnato all'utente del prodotto.

UTENTE: Prima di usare il prodotto, leggere attentamente tutte le sezioni del manuale e conservarlo per riferimento futuro.

GARANZIA: per la garanzia di questo prodotto, si prega di conservare la prova d'acquisto del prodotto.

Manuale d'uso

JAY[®] J3 Ryggstöd

Viktig konsumentinformation

OBS: Denna manual innehåller viktiga instruktioner som måste delges användaren av denna produkt. Vänligen avlägsna ej denna manual före leverans till slutanvändaren.

LEVERANTÖR: Denna manual måste överlämnas till den som ska använda produkten.

ANVÄNDARE: Innan du använder denna produkt, vänligen läs manualen och spara den sedan för framtida behov.

GARANTI: Vänligen kontakta din hjälpmedelscentral för garanti om något fel uppstått på produkten. Hjälpmedelscentralen kontaktar därefter leverantören.

Bruksanvisning

JAY® Rygg J3

Viktig kundeinformasjon

MERK: Denne bruksanvisningen inneholder viktige instruksjoner som må gis til brukeren av dette produktet. Bruksanvisningen må ikke fjernes før produktet leveres til sluttbrukeren.

LEVERANDØR: Denne bruksanvisningen må gis til brukeren av dette produktet.

BRUKER: Les igjennom hele bruksanvisningen før du bruker dette produktet, og ta vare på den for fremtidig bruk.

REGISTRERING AV GARANTI: brukes ikke i Norge

Brukerveiledning

JAY® Opěradlo J3

Důležité informace pro zákazníka

UPOZORNĚNÍ: Tato příručka obsahuje informace, které je nutno předat uživateli tohoto výrobku. Neodstraňujte tuto příručku před dodáním vozíku koncovému uživateli.

DODAVATEL: Tuto příručku je nutno dát uživateli tohoto výrobku.

UŽIVATEL: Před použitím tohoto výrobku si přečtěte celou příručku a uložte si ji pro použití v budoucnu.

ZÁRUKA – REGISTRACE ZÁRUKY Pro potvrzení záruky na tomto výrobku vyplňte a nechte si potvrdit od prodejce, popřípadě obchodního zástupce, prodávající firmy (možno i korespondenčně) přiložený záruční list s pokyny a záručními informacemi.

Příručka uživatele

JAY® Oparcie J3

Ważne informacje dla klienta

UWAGA: Niniejszy podręcznik zawiera ważne instrukcje, które należy przekazać użytkownikowi produktu. Niniejszego podręcznika nie należy usuwać przed dostarczeniem użytkownikowi końcowemu.

DOSTAWCA: Niniejszy podręcznik należy przekazać użytkownikowi produktu.

UŻYTKOWNIK: Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy przeczytać niniejszy podręcznik w całości i zachować go w celu korzystania w przyszłości.

REJESTRACJA GWARANCJI: Aby nadać ważność gwarancji na ten produkt, należy wypełnić i odesłać do nas kartę dołączoną do instrukcji i karty gwarancyjnej.

Instrukcja użytkowania

JAY® J3 rygstøtte

Vigtige forbrugeroplysninger

BEMÆRK: Denne vejledning indeholder vigtige anvisninger, som skal være tilgængelige for brugeren af produktet. Vejledningen må derfor ikke fjernes, men skal leveres til slutbrugeren sammen med produktet.

FORHANDLER: Denne vejledning skal gives videre til brugeren af produktet.

BRUGER: Sørg for at læse hele denne vejledning, inden du anvender produktet, og gem vejledningen til senere brug.

REGISTRERING AF GARANTI: For at bekræfte garantien på dette produkt, bedes du udfylde og returnere det postkort, der er fastgjort på de vedlagte instruktions- og garantibrochure.

Brugervejledning

JAY® Πλατη J3

Σημαντικές πληροφορίες για τον καταναλωτή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες που πρέπει να διαβιβαστούν στο χρήστη αυτού του προϊόντος. Μην αφαιρέσετε αυτό το εγχειρίδιο πριν από την παράδοση στον τελικό χρήστη.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να δοθεί στο χρήστη αυτού του προϊόντος.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Για να επικυρώσετε την εγγύηση σε αυτό το προϊόν, συμπληρώστε και επιστρέψτε την κάρτα που επισυνάπτεται στο εσωκλειόμενο φυλλάδιο οδηγιών και εγγύησης.

Εγχειρίδιο κατόχου

JAY® J3-Selkätuki

Tärkeä asiakastiedote

HUOMAUTUS: Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja, jotka on saatettava tämän tuotteen käyttäjän tietoon. Älä poista tätä käyttöopasta ennen tuotteen toimittamista loppukäyttäjälle.

JÄLLEENMYYJÄ: Tämä käyttöopas on annettava loppukäyttäjälle.

KÄYTTÄJÄ: Lue tämä käyttöopas kokonaan ennen laitteen käyttöönottoa ja pidä se tallessa.

TAKUUN AKTIVOINTI: Aktivoi tuotteen takuu täyttämällä ja palauttamalla käyttöoppaan mukana toimitettu takuukortti.

Käyttöopas

JAY® J3 seljatugi

Oluline teave kasutajale

MÄRKUS. Kasutusjuhend sisaldab olulisi juhiseid, mis tuleb toote kasutajale teatavaks teha. Ärge eemaldage kasutusjuhendit enne lõppkasutajale üleandmist.

TARNIJA. Kasutusjuhend tuleb anda toote kasutajale.

KASUTAJA. Enne toote kasutamist lugege kogu kasutusjuhend läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles.

GARANTII REGISTREERIMINE. Selle toote garantii kehtivuse kinnitamiseks täitke ja tagastage kaasasolevale kasutusjuhendile ja garantiivoldikule lisatud postkaart.

Kasutusjuhend

JAY® J3 háttámla

Fontos felhasználói információk

MEGJEGYZÉS: Ez a kézikönyv fontos utasításokat tartalmaz, amelyeket át kell adni a termék felhasználójának. Kérjük, a végfelhasználónak való átadás előtt ne távolítsa el ezt a kézikönyvet.

SZÁLLÍTÓ: Ezt a kézikönyvet át kell adni a termék felhasználójának.

FELHASZNÁLÓ: A termék használata előtt olvassa el a teljes kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

REGISZTRÁCIÓ A SZAVATOSSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ: A termékre vonatkozó szavatosság érvényesítéséhez töltsse ki és küldje vissza a mellékelt használati utasításhoz és jótállási jegyhez csatolt levelezőlapot.

Felhasználói kézikönyv

JAY® Opierka chrbta J3

Dôležité informácie pre zákazníkov

POZNÁMKA: Tento manuál obsahuje dôležité pokyny, ktoré musia byť podané užívateľovi tohto výrobku. Neodstráňte prosím tento manuál predtým ako bude doručený konečnému užívateľovi.

DODÁVATEĽ Táto príručka musí byť odovzdaná užívateľovi tohto výrobku.

POUŽÍVATEĽ Pred použitím výrobku, si prečítajte celú príručku a nechajte si ju do budúcnosti.

ZAREGISTROVANIE ZÁRUKY Pre potvrdenie záruky na tento výrobok vyplňte korešpondenčný lístok, ktorý je prílohou brožúry s pokynmi a zárukami.

Príručka vlastníka

Hrbtni naslon JAY® J3 Back

Pomembne informacije za potrošnike

OPOMBA: Ta navodila za uporabo vsebujejo pomembne napotke, ki jih je treba posredovati uporabniku tega izdelka. Ne odstranjajte teh navodil za uporabo pred dostavo končnemu uporabniku.

DOBAVITELJ: Ta navodila je treba izročiti uporabniku tega izdelka.

UPORABNIK: Pred uporabo tega izdelka preberite celotna navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo.

REGISTRACIJA GARANCIJE: Za potrditev garancije za ta izdelek izpolnite in vrnite kartico, ki je priložena knjižici z navodili in garancijo v prilogi.

Navodila za uporabo

**ENGLISH**

Introduction	8
Maintenance and Cleaning	9
Fitting the Back to the Chair	10
Installation	11
Adjustment	12
Vanity flap installation	13
J3 Accessories	14
Transit Safety	15
Removal and Replacement	16
Contraindications and Reuse	17
24 Month Limited Warranty	17

**DEUTSCH**

Einführung	19
Pflege und Reinigung	20
Montage des Rückens an den Rollstuhl	21
Montage	22
Einstellung	23
Anbringen der Schutzabdeckung	24
J3 Zubehör	25
Transportsicherheit	26
Entfernen und Austausch	27
Kontraindikationen und Wiederverwendung	28
24 Monate eingeschränkte Garantie	28

**NEDERLANDS**

Inleiding	30
Onderhoud en reiniging	31
Bevestigen van de rugleuning aan de stoel	32
Montage	33
Aanpassing	34
Bevestiging van de beschermflap	35
J3 accessoires	36
Veiligheid tijdens transport	37
Verwijdering en vervanging	38
Contra-indicatie en hergebruik	39
Beperkte garantie van 24 maanden	39

**ESPAÑOL**


Introducción	41
Mantenimiento y limpieza	42
Colocación del respaldo en la silla	43
Instalación	44
Ajuste	45
Instalación de la extensión de la funda	46
Accesorios de J3	47
Seguridad en tránsito	48
Retirada y nueva colocación	49
Contraindicaciones y reutilización	50
Garantía	50

**PORTUGUÊS**

Introdução	52
Manutenção e limpeza	53
Instalar o Encosto na Cadeira	54
Instalação	55
Ajustamento	56
Instalação da Aba de Proteção	57
Acessórios J3	58
Segurança durante a Condução	59
Remoção e Substituição	60
Contra-indicações e reutilização	61
Garantia	61

**FRANÇAIS**

Introduction	63
Entretien et nettoyage	64
Montage du dossier sur le fauteuil	65
Installation	66
Réglage	67
Installation de la protection du dossier	68
Accessoires J3	69
Sécurité à bord d'un véhicule	70
Dépose et réinstallation	71
Contre-indications et réutilisation	72
Garantie limitée de 24 mois	72



**ITALIANO**

Introduzione	74
Manutenzione e pulizia	75
Montaggio dello schienale sulla carrozzina	76
Installazione	77
Regolazione	78
Applicazione della Vanity Flap	79
Accessori J3	80
Sicurezza dello schienale in caso di trasporto su un veicolo a motore	81
Rimozione e riposizionamento	82
Controindicazioni e riutilizzo	83
Garanzia limitata di 24 mesi	83

**ČESKY**

Úvod	107
Údržba a čištění	108
Montáž zádové opěrky na invalidní vozík	109
Instalace	110
Nastavení	111
Instalace krycí chlopně	112
Příslušenství J3	113
Bezpečnost při přepravě	114
Odstranění a výměna	115
Kontraindikace a znovupoužití	116
Omezená záruka 24 měsíců	116

**SVENSKA**

Inledning	85
Underhåll och rengöring	86
Montering av ryggstöd på stolen	87
Installation	88
Justering	89
Skyddsöverdrag installation	90
J3 tillbehör	91
Transportsäkerhet	92
Borttagning och omplacering	93
Begränsningar och återanvändning	94
24 månaders begränsad garanti	94

**WERSJA POLSKA**


Wprowadzenie	118
Konserwacja i czyszczenie	119
Montowanie oparcia do wózka	120
Montaż	121
Regulacja	122
Montaż klapy zasłaniającej	123
Akcesoria J3	124
Bezpieczeństwo transportu	125
Demontaż i wymiana	126
Przeciwwskazania i recykling	127
24 miesięcy gwarancji	127

**NORSK**

Innledning	96
Vedlikehold og rengjøring	97
Montere ryggen på stolen	98
Montering	99
Justering	100
Montering av ryggtrekkforlenger	101
J3-tilbehør	102
Sikkerhet under transport	103
Demontering og utskiftning	104
Kontraindikasjoner og gjenbruk	105
2 års begrenset garanti	105

**DANSK**

Indledning	129
Vedligeholdelse og rengøring	130
Montering af ryggen på kørestolen	131
Montering	132
Justering	133
Montering af diskretionsposen	134
J3 ekstraudstyr	135
Sikkerhed ved transport	136
Aftagning og genmontering	137
Kontraindikationer og genbrug	138
24 måneders begrænset garanti	138



**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

Εισαγωγή	140
Συντήρηση και καθαρισμός	141
Τοποθέτηση της πλάτης στην πολυθρόνα	142
Τοποθέτηση	143
Ρύθμιση	144
Τοποθέτηση βοηθητικού σκεπασματος	145
Εξαρτήματα J3	146
Ασφάλεια κατά τη μεταφορά	147
Αφαίρεση και αντικατάσταση	148
Αντενδείξεις και επαναχρησιμοποίηση	149
Περιορισμένη εγγύηση 24 μηνών	149

**SUOMI**

Esittely	151
Huoltaminen ja puhdistaminen	152
Selkäosan asennus tuoliin	153
Asennus	154
Säätö	155
Näkösuojan asennus	156
J3-lisävarusteet	157
Kuljetusturvallisuus	158
Irrotus ja vaihtaminen	159
Kontraindikaatioit ja uudelleenkäyttö	160
24 kuukauden rajoitettu takuu	160

**EESTI**

Sissejuhatus	162
Hooldus ja puhastamine	162
Seljatoe paigaldamine ratastoolile	164
Paigaldamine	165
Reguleerimine	166
Kaitselapatsi paigaldamine	167
J3 lisatarvikud	168
Ohutus transportimisel	169
Eemaldamine ja tagasipanek	170
Vastunäidustused ja korduskasutamine	171
24-kuuline piiratud garantii	171

**MAGYAR**


Bevezetés	173
Karbantartás és tisztítás	174
A háttámla felszerelése a székre	175
Felszerelés	176
Beállítás	177
A felhajtható deréktakaró felszerelése	178
A J3 tartozékai	179
Közlekedésbiztonság	180
Eltávolítás és csere	181
Ellenjavallatok és újrafelhasználás	182
24 hónap korlátozott szavatosság	182

**SLOVENSKY**

ÚVOD	184
ÚDRŽBA A ČISTENIE	185
INŠTALÁCIA OPIERKY CHRBTU NA VOZÍK	186
INŠTALÁCIA	187
NASTAVENIE	188
INŠTALÁCIA KLAPKY	189
DOPLNKY J3	190
BEZPEČNOSŤ PRI PREPRAVE	191
DEMONTÁŽ A VÝMENA	192
KONTRAINDIKÁCIE A OPĎTOVNÉ POUŽITIE	193
OBMEDZENÁ 24-MESAČNÁ ZÁRUKA	193

**SLOVENŠČINA**

Uvod	195
Vzdrževanje in čiščenje	196
Pritrjevanje naslona na voziček	197
Namestitev	198
NaMESTITEV	199
Namestitev pokrivnega platna	200
Dodatna oprema J3	201
Varnost pri prevozu	202
Odstranjevanje in zamenjava	203
Kontraindikacije in ponovna uporaba	204
24-Mesečna Omejena Garancija	204



Sunrise Medical recommends that a clinician such as a doctor or therapist experienced in seating and positioning be consulted to determine if a J3 Back is appropriate.

⚠ WARNING!

Backs should only be installed by:

- an authorized Sunrise Medical supplier.
- a qualified and competent healthcare professional who has undergone appropriate certified training by either sunrise medical or their approved supplier.

THE JAY J3 BACK INTENDED USE

The JAY J3 Back is intended to provide a back support for a wide variety of wheelchair users. It is designed to provide simple, comfortable and effective support to help maximize function and increase sitting tolerance. In addition, it is light-weight, durable and easy to use.

The back can be installed onto a wide range of wheelchairs.

Maximum user weight:

300 lbs. (136 kg) – compact (and old standard hardware)

500 lbs. (227 kg) – heavy duty compact hardware

The intended lifetime of this product is 5 years.

⚠ WARNING

Installing a back support on a wheelchair may affect the center of gravity of the wheelchair and may cause the wheelchair to tip backwards potentially resulting in injury. Always assess for the potential need for anti-tippers or amputee axle adapter brackets to be added to the wheelchair to help increase stability.

⚠ WARNING

Do not use J3 Back to push or lift wheelchair. Improper use may cause the back to unexpectedly detach from the wheelchair.

⚠ WARNING

Do not use the J3 back handle to lift wheelchair. It is intended only for back removal.


⚠ WARNING

Carelessness causes fire.

⚠ WARNING

Please read this manual before usage.

J3 BACK



MAINTENANCE

Sunrise recommends that all fasteners be checked for wear, such as loose bolts or broken components every 6 months. Loose fasteners should be retightened according to the installation instructions. All fasteners should be tightened to torque specifications as stated in the hardware installation section. Contact your authorized Sunrise Medical supplier immediately to replace any broken components. Do not continue to use the system after identifying loose or broken components.

EASY CLEANING

NOTE: When disassembling the back for cleaning, note the position of the Velcro® Spine Align Components for correct reassembly.

To clean back cover

Remove cover by detaching Velcro. Detach cover from back shell. Locate zipper on bottom of the cover and unzip. Remove foam and turn cover inside out. Zip cover closed to avoid snagging. Machine wash in warm water (60°C). Drip or tumble dry on low heat.

NOTE:

- Do not dry clean covers or use industrial washers and dryers to clean cover.
- Do not steam autoclave.
- Do not bleach.

Reinsert the foam into the cover. Please note, the base has two layers of foam. When reinserting the foam, ensure that the thinner "light grey" foam is facing the shell. Once the foam is secured inside the cover, zip cover closed.

To clean back shell

Shell may be wiped clean with soap and water. No other maintenance should be required.

To clean positioning components

Positioning components can be wiped clean with soap and water. Do not immerse positioning components underwater.

If you have any additional questions regarding cleaning procedures, please contact your authorized Sunrise Medical dealer.

Hygiene measures when being re-used

Prior to the wheelchair being re-used, it must be carefully prepared. All surfaces which come into contact with the user must be treated with a disinfection spray. To do this, you must use a disinfectant as authorised/recommended in your country, for rapid alcohol-based disinfection for medical products and medical devices, which must be disinfected quickly. Please be aware of the manufacturer's instructions for the disinfectant you are using. In general, a complete disinfection cannot be guaranteed on seams. We therefore recommend that you dispose of seat and back slings to avoid micro-bacterial contamination with active agents according to your local infection protection law.

Conditions for safe storage

- Products should be stored in a dry place: at 20 – 75% Relative Humidity.
- Protect from direct sunlight and dust for long periods.
- Away from direct heat and at a temperature between 5°C (40°F) to 40°C (104°F)
- Position and stack the packaged products according to the "this side up" arrows on the packaging.
- If a package is high and narrow and therefore potentially unstable, ensure it is well secured on the pallet or in the racking, to prevent it from falling down.
- Do not stack anything on top of the packaged products when the "do not stack" mark on the packaging is shown.
- Product should never be stored outside and subject to the elements.

Laundry Care Symbols	
	Machine wash in warm water (60° C)
	Only non-chlorine bleach, when needed
	Drip dry
	Do not iron
	Do not dry clean

DETERMINING COMPATIBILITY

Wheelchair Types

The J3 Back is designed to be compatible with most wheelchairs with the following exceptions:
Wheelchairs that are angularly adjustable, recline or tilt and result in a back angle greater than 60 degrees from the vertical should not be used.

⚠ WARNING

Use with these types of wheelchairs may cause the back to accidentally disconnect from the wheelchair resulting in a fall and the potential for serious injury.

Wheelchair Dimensions

The J3 Back is designed to replace the wheelchair's sling upholstery. Prior to installation determine if the wheelchair used has compatible back canes, by measuring the width between your back canes as seen in Figure 1. Then using that measurement, check Table 1 to determine if the back will fit your chair.

Next check that the back canes are a compatible diameter. The J3 back hardware can be mounted on wheelchair back canes ranging from 3/4" (1.9 cm) to 1 1/8" (2.85 cm). Measure your back cane diameter (Fig. 2) and refer to Table 2 to ensure your back canes are compatible. If you cannot determine that the back canes are compatible please contact your authorised Sunrise Medical provider or Sunrise Medical customer service.




Figure 1

Table 1

J3 Back Width* (all contours)	Width of back canes from outside to outside of the tubes, (Fig.1-A)			
	Minimum Width		Maximum Width	
	inch	cm	inch	cm
12" 31cm	11.7	29.7	14.3	36.3
14" 36cm	13.7	34.9	16.3	41.3
16" 41cm	15.7	40.0	18.3	46.4
18" 46cm	17.7	45.1	20.3	51.6
20" 51cm	19.7	50.1	22.3	56.5

* Back Width is identified in your back's part number.
Example: J3SCMTS36 is a 36 cm back.




Figure 2

Table 2

J3 Back Width (all contours)	Cane diameter (Fig. 2-B)			
	Minimum width		Maximum width	
	inch	cm	inch	cm
14-20" (36-51cm)	3/4	1.9	1-1/8	2.85

INSTALLING THE MOUNTING HARDWARE

Please read the following instructions before beginning installation. To install the J3 Back, it is best to begin without a user in the wheelchair. Once the back has been installed and minor adjustments are needed the user can be seated back in the wheelchair.

Tools required (included with J3 Back)*

- 4mm hex key
- 10mm box end wrench



NOTE: Wherever torque settings are specified, it is strongly recommended that a torque meter (not included with JAY J3 Back) is used to verify correct torque specification is achieved.

Hardware Installation Instructions (Figs. 3, 4, 5)

Valid for all hardware types (compact, heavy duty compact and old standard).

1. Remove the existing wheelchair back according to the wheelchair manufacturer's instructions.
2. Visually determine the desired location of the receivers on the wheelchair's back canes. The mounting hardware should be at approximately equal heights on each back post (Fig. 3) and parallel to the seat frame (Fig. 4). Higher locations on the back canes are generally better.
3. Attach the hardware receivers. (Fig. 5)
 - a. Loosen the clamp screws (A) with the enclosed 4mm hex key. **NOTE**– For large tube diameters, clamp screws may have to be removed completely.
 - b. Attach and align receiver to the wheelchair back canes (B).
 - c. Hand tighten clamp screws (A). **NOTE**– Receivers may require additional lateral adjustment to ensure proper alignment.

Attaching and Aligning the J3 Back Shell (Fig. 6)

- a. Loosen bracket nuts (C) and mounting pin nuts (F) using 10mm box-end wrench until hardware can move easily in all directions.
- b. Attach the J3 Back to the hardware receivers by inserting left and right mounting pins (D) in the left and right receivers (E).
- c. Locate back to the approximate location, relative to both chair and user.
- d. Hand tighten nuts on the inside of the mounting pin (F). **NOTE**– Back depth and angle may require additional adjustment to ensure proper fit to the user.
- e. Hand tighten bracket nuts (C). **NOTE**– Back height may require additional adjustment to ensure proper fit to the user.
- f. Test back release by pressing the release levers forward and removing the back off the chair. (See Removal and Replacement section for further details.) Proper alignment of the mounting hardware and back is achieved when smooth attachment and release can be easily done.
- g. If proper alignment has not been achieved, adjust the components until properly aligned.
- h. Once properly aligned, tighten the hardware receiver clamp screws. The recommended torque specification is 75 - 85 in-lbs (8.5 - 9.3 Nm).




Figure 3




Figure 4




Figure 5




Figure 6

ADJUSTING J3 HEIGHT, DEPTH AND ANGLE

The first phase of the J3 Back hardware installation is complete. It is now the appropriate time to have the user seated back in the chair for personalizing the J3 Back. Do not have the user apply full pressure on the back as it is not fully tightened to the full torque requirements.

1. Height Adjustment (Fig. 10)

- With the user in the chair, identify the desired height of the back. Once identified, have the user remove pressure from the J3 Back by leaning or sliding partially forward if possible to allow the adjustment to take place.
- Loosen the bracket nuts (A) and adjust the height of the back shell to required position.
- Securely tighten the bracket nuts (A). The recommended torque specification is 75-85 in-lbs. (8.5 - 9.3 Nm).

NOTE: After height adjustment is complete, check that the width was not inadvertently changed.

2. Depth/Angle Adjustment (Figs. 11, 12 & 13)

Please note there are two types of hardware that can be ordered— standard hardware (Fig. 11) or the longer, adjustable hardware (Fig. 12). Both sets of hardware are adjusted the same, but the standard hardware allows for 2 inches (5 cm) of depth adjustment (Fig. 11) while the extended hardware (adjustable hardware) allows for a total of 3.4 inches (8.65 cm) of depth adjustability (Fig. 12).

- To adjust J3 Back depth and angle loosen left and right nuts (Fig. 13-B) on bracket slots.
- Adjust depth and/or angle and securely tighten. The recommended torque specification is 100-110 in-lbs. (11.3 - 12.4 Nm). Ensure that none of the depth adjustment nuts (Fig 13-B) will slip or rotate.
- If additional depth is needed, remove back from receivers. Remove screws (Figs. 11-D, 12-D) from receiver using the enclosed 4mm hex key, and reposition to desired depth. Note: Prior to replacing the screws the application of a suitable medium strength threadlocker e.g. loctite 243 is strongly recommended to the receiver and screw threads, if the back is to be repositioned. Tighten screws to 25-35 in-lbs. (2.8 - 4 Nm).

⚠ WARNING

Ensure that all hardware has been properly tightened once all adjustments have been completed and the J3 Back is ready for use.

⚠ WARNING


To ensure optimal security of the back fitment, the locking pin must be inserted before the backrest can be used, (Fig. 14 & 15).



Figure 10

Compact Hardware— 2 depth settings

Figure 11



HD Compact Hardware

Figure 12





Figure 13




Figure 14




Figure 15

VANITY FLAP INSTALLATION

1. Lift upper flap of J3 Back Cover (Fig. 17)
2. Match hook to loop and attach Vanity Flap to the back of the J3 Back Cover (Fig. 17). Reposition upper flap of cover to sandwich the Vanity Flap between the flaps the upper and lower flaps (Fig. 18).
3. Remove Seat Cushion from wheelchair and sandwich "tail" of Vanity Flap between wheelchair support surface and Seat Cushion (Fig 20).
4. Adjust Vanity Flap as necessary by moving the tail in or out from under the Seat Cushion. If necessary the upper part of the vanity flap can be moved up or down on the Seat Back also.
5. Insert Hook & Loop Wrap ties through the appropriate grommets on the Vanity Flap, then wrap around the wheelchair frame and insert the leading end through the slot end of the Wrap (Fig. 21). Snug up and close outside gaps in Vanity Flap (Fig. 22).

Optional Storage Bag

NOTE: There is an optional storage bag available to attach onto the vanity flap, (Fig.16).



Figure 17



Figure 18



Figure 19



Figure 20



Figure 21




Figure 22



Figure 16



Figure 23

Finished J3 Vanity Flap Installation

SPINE ALIGN POSITIONING COMPONENTS

Spine Align Positioning Components are designed to provide intimately shaped support within an “off-the-shelf” back. (Depending on your market, Spine Align components may be included with your back.) To install Spine Align please read the following directions.

1. Spine Align Positioning Component Installation

- Have the user remove pressure from the J3 Back by leaning or sliding partially forward if possible.
- Release Velcro strip on the top cover flap (Fig. 24) and lift the cover forward to reveal the inside of the J3 Back.
- Place the positioning component(s) on the Velcro inside of the shell (Fig. 25) and reattach the top cover flap. Pull down making certain that the top seam is aligned with the top of the shell. If seam does not line up, the bottom of the cover may need to be loosened (Fig. 26).
- Have the user test the current Spine Align setup for comfort and support and repeat steps a-c until adjustment is complete.
- Multiple configurations and combinations of Spine Align components can be used. If additional Spine Align shapes or sizes are required, please contact your dealer or Sunrise Medical.




NOTE: If you require further information on the J3 Spine Align system, please review our animation at www.sunrisemedical.com.

Installation of the J3 back is complete.

J3 ACCESSORIES

If you have ordered J3 accessories such as laterals, headrests or harnesses please consult the installation instructions related to those items.

Positioning Components	
Large Lumbar	
Small Lumbar	
Wedge	
Curved Shim	
Flat Shim	
Posterior/Lateral Pelvic	
Lateral Shim	
Large Bean Bag	
Small Bean Bag	



BACK TRANSIT SAFETY

The J3 back has been dynamically tested for use in a motor vehicle. Please follow all installation, use and maintenance instructions within this manual as well as the transit instructions listed below.

WARNING

**FAILURE TO HEED THESE WARNINGS COULD
CAUSE SEVERE INJURY TO THE WHEELCHAIR
RIDER OR OTHERS.**

INSTRUCTIONS

1. If possible and feasible, the rider should transfer to the Original Equipment Manufacturer vehicle seat and use the vehicle restraint.
2. The distance between the top of the user's shoulder and the top of the back should not exceed 6.5" (16.5 cm).
3. The wheelchair must be labeled as appropriate for use as a seat in a motor vehicle, dynamically tested to the performance requirements of ISO Standard 7176-19 and installed, used and maintained according to the manufacturer's instructions.
4. If the original wheelchair seat was replaced, the new seat must be approved for wheelchair transit, installed and used as indicated in the manufacturer's instructions.
5. The Wheelchair Tiedown and Occupant Restraint System (WTORS) should be compatible with the specific wheelchair, used as indicated in the manufacturer's instructions and should comply with the performance requirements of ISO Standard 10542.
6. The wheelchair must be forward facing during transport.
7. In order to reduce the potential of injury to vehicle occupants wheelchair-mounted accessories such as trays and respiratory equipment should be removed and secured separately.
8. This product is intended for use by adults ranging in weight from 79 lbs (35 kg) to 300 lbs (136 kg).
9. Postural support devices such as pelvic positioning belts, anterior trunk supports or postural supports such as lateral trunk supports should not be relied on for occupant restraint in a moving vehicle unless they are labeled as conforming to ISO Standard 16840-4.
10. Alterations or substitutions should not be made to the structure, parts or components, without consulting the manufacturer.

REMOVAL AND REPLACEMENT

Removal

Following installation and adjustment, the back can be easily removed from the wheelchair if necessary. To remove, push each release lever forward to unlock (Fig. 27). Once both levers are in the forward position, simply lift the back straight up (Fig. 28) using the handle located on the top of the back.

Proper reattachment after removal

To reattach the back to the hardware receivers, simply line up the pins to the receivers and push into place (Fig. 29). If properly inserted the pins will “click” to a locked position.

⚠ WARNING

If you are uncertain if you have heard the locking “click”, pull up on the back using the handle to ensure that it has been securely locked.

Locking Pins (Fig. 30)

The J3 Back comes with two locking pins which, when secured, prevent the back from being released from the chair. To lock, insert the pins (A) into the mounting receivers (B). Simply remove the pins if the quick-release capability is desired.



Figure 27



Figure 29



Figure 28





Figure 30



CONTRAINDICATIONS:** WARNING**

Do not use or prescribe this backrest for anyone exceeding the stated Maximum User Weight.

RECYCLING / RE-USE:** WARNING**

- Risk of Injury
- Always have an authorized Sunrise Medical dealer inspect the product for damage or wear prior to transferring it to another user. If any type of damage is found, **DO NOT USE THIS PRODUCT**.
- Failure to heed these warnings may lead to severe injury.

This Product is suitable for re-use*:

- Have an authorized Sunrise Medical dealer inspect the shell, mounting hardware, foam and cover for damage or wear. If any damage is found, do not re-use.
- Clean and disinfect the shell, mounting hardware foam and cover in accordance with local government regulations. Refer to your local Infection Control Office for advice.
- After cleaning and disinfection, have a authorised Sunrise Medical dealer re-inspect the shell, hardware, foam and cover to insure that the cleaning/disinfection process did not cause any damage.

** WARNINGS:**

- Failure to follow the re-use directions can lead to Severe Injury of the User.
- When being re-used, this product should be adapted and fit to the new user by a authorized Sunrise Medical dealer or clinician.

24 MONTH LIMITED WARRANTY**24 MONTH LIMITED WARRANTY**

Each JAY J3 Back is carefully inspected and tested to provide peak performance. Every JAY J3 Back is guaranteed to be free from defects in materials and workmanship for a period of 24 months from the date of purchase, provided normal use. Should a defect in materials or workmanship occur within 24 months from the original date of purchase, Sunrise Medical will, at its option, repair or replace it without charge. This warranty does not apply to punctures, tears or burns, nor to the back's removable cover.

Claims and repairs should be processed through the nearest authorized supplier. Except for express warranties made herein, all other warranties, including implied warranties of merchantability and warranties of fitness for a particular purpose are excluded. There are not warranties which extend beyond the description on the face hereof. Remedies for breach of express warranties herein are limited to repair or replacement of the goods. In no event shall damages for breach of any warranty include any consequential damages or exceed the cost of non-conforming goods sold.

Type:	Product Name/ SKU Number	XXXX-XX-XX	Date of Manufacture
Date:	LOT: defined by Julian Date	Part Code	Assembly Part Number
XXX mm	Seat width	MD	This symbol means Medical Device
XXX mm	Seat depth		Manufacturer's address
XXX kg	Max user weight	EC REP	European Authorised Representative
CE	CE Mark	UK RP	UK Responsible Person
UK CA	UKCA Mark	CH REP	Swiss Representative's address
	Consult instructions for use		Importer's address

UK RP	Sunrise Medical Limited Thorns Road, Brierley Hill West Midlands, DY5 2LD UNITED KINGDOM
--------------	---

SAMPLE

JAY

Part Code:

Date:

cm cm kg

 Max

SUNRISE MEDICAL (US) LLC
 12002 VOLUNTEER BLVD.
 MOUNT JULIET, TN 37122, USA
 Sunrise Medical GmbH
 Kahlbachring 2-4
 69254 Malsch / HD
 Germany
 Sunrise Medical Ltd.
 Thorns Road, Brierley Hill
 West Midlands DY5 2LD
 United Kingdom
 Assembled in Mexico

EC REP **UK RP**

106132 REV. K



ISO 7010-M002
Instruction manual/
booklet must be
read!
(Blue Icon)

The management system of SUNRISE MEDICAL is certified to EN ISO 13485 and ISO 14001.

We at SUNRISE MEDICAL have been awarded the ISO-13485 certificate, which affirms the quality of our products at every stage, from R & D to production. This product meets the requirements in accordance with EU and UK regulations. Options or accessories shown are available at extra cost.

Indications

The varieties of backrest fitting variants, as well as the different positioning components to deliver postural support, pressure distribution, increase seating tolerance are benefits according to each user requirement and indication, mean that it can be used by a range of users with different positioning needs and indications as follows:

- Spinal Cord Injury
- MS
- Neurological disease pattern (hemiplegia, M. Parkinson)
- Muscle Dystrophy
- Amputation
- Tetraplegia
- Extremity defect deformity
- Joint contracture
- Cerebral Palsy

Contraindications

No contraindications are known or available.

NOTE: General user advice. Not following these instructions may result in physical injury, damage to the product or damage to the environment!

Notice to the user and/or patient: any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.



As the manufacturer, SUNRISE MEDICAL, declares that this product conforms to the Medical Device Regulation (2017/745).



As the manufacturer, SUNRISE MEDICAL, declares that the product conforms to the UK Medical Devices Regulation 2002 No. 618.

B4Me special adaptations

Sunrise Medical strongly recommends that in order to ensure that your B4Me product operates, and performs as intended by the manufacturer; all the user information supplied with your B4Me product is read and understood, before the product is first used. Sunrise Medical also recommends that the user information is not discarded after reading it, but it is kept safely stored for future reference.

Medical Device Combinations

It may be possible to combine this Medical device with one or more other Medical Device or other product. Information on which combinations are possible can be found at www.SunriseMedical.co.uk. All combinations listed have been validated to meet the General Safety and Performance Requirements, section 14.1 of the Medical Device Regulation 2017/745. Guidance on the combination, such as mounting, can be found at www.SunriseMedical.co.uk.

Sunrise Medical empfiehlt, dass ein Arzt oder ein im Bereich Sitzen & positionieren erfahrener Therapeut konsultiert wird, um festzustellen, ob der J3 Rücken im Einzelfall geeignet ist.

⚠️ WARNUNG!

Rücken sollte ausschließlich montiert werden von:

- autorisierten Sunrise Medical Fachhändlern.
- qualifizierten und kompetenten Medizinprodukte Beratern, die an zertifizierten Schulungen durch Sunrise Medical oder dessen autorisierten Fachhändlern teilgenommen haben.

DIE BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG DES JAY J3 RÜCKENS

Der JAY J3 Rücken wurde als Rückenstütze für die vielen verschiedenen Anforderungen von Rollstuhlbenutzern entwickelt. Er ist als eine einfache, komfortable und effektive Stütze für maximale Funktion und erhöhte Sitztoleranz ausgelegt. Dazu ist er leicht, langlebig und einfach zu bedienen.

Der Rücken kann an viele verschiedene Rollstühle montiert werden.

Maximales Nutzergewicht des Fahrers:

136 kg – kompakt (und alte Standard-Befestigung/Halterung)

227 kg – Neue kompakte 4-Punkt Halterung mit höherer Gewichtstoleranz

Die vorgesehene Lebensdauer des Produkts beträgt 5 Jahre.

⚠️ WARNUNG

Durch die Montage einer Rückenstütze an einem Rollstuhl kann sich der Schwerpunkt des Rollstuhls verlagern. Das kann dazu führen, dass der Rollstuhl nach hinten kippt, was Verletzungen nach ziehen kann.

Beurteilen Sie in jedem Fall, ob Sicherheitsräder oder Radstandsverlängerungen am Rollstuhl angebracht werden müssen, um die Stabilität zu erhöhen.

⚠️ WARNUNG

Schieben oder heben Sie den Rollstuhl nicht am J3 Rücken. Der unsachgemäße Gebrauch kann dazu führen, dass sich der Rücken unerwartet vom Rollstuhl löst.

⚠️ WARNUNG

Benutzen Sie niemals den Gurt zum Schieben des Rollstuhls. Er ist nur zum Abnehmen des Rückens bestimmt.


⚠️ WARNUNG

Unachtsamkeit kann Brände verursachen.

⚠️ WARNUNG ⓘ

Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung.

J3 RÜCKEN



WARTUNG

Sunrise Medical empfiehlt alle Verbindungselemente alle 6 Monate auf Abnutzungserscheinungen, wie z.B. lose Schrauben oder defekte Bauteile, zu überprüfen. Lose Verbindungselemente sollten gemäß der Montageanleitung wieder festgezogen werden. Sämtliche Halterungen müssen gemäß den entsprechenden Angaben mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden. Wenden Sie sich zum Auswechseln von defekten Bauteilen sofort an Ihren autorisierten Sunrise Medical Händler. Wenn lose oder defekte Bauteile festgestellt wurden, das System nicht weiter verwenden.

EINFACHE REINIGUNG

HINWEIS:

Wenn Sie den Rücken zur Reinigung abnehmen, merken Sie sich die Position der Positionierungskomponenten, um die Rückenstütze später wieder richtig anzubringen.

Reinigung des Rückenbezugs

Entfernen Sie den Bezug, indem Sie den Klettverschluss öffnen und ziehen Sie ihn von der Rückenschale. Öffnen Sie den Reißverschluss unten am Bezug. Nehmen Sie den Schaumstoff heraus und drehen Sie den Bezug auf links. Ziehen Sie den Reißverschluss zu, damit nichts hängen bleiben kann. Normalwaschgang (60° C) Nass aufhängen oder auf niedriger Stufe im Trockner trocknen.

HINWEIS:

- Die Bezüge dürfen nicht chemisch gereinigt oder in einer gewerblichen Waschmaschine gewaschen oder getrocknet werden.
- Nicht im Autoklav reinigen.
- Nicht bleichen.

Setzen Sie den Schaumstoff wieder in den Bezug ein. Bitte beachten Sie: die Unterlage besteht aus zwei Schaumstoffschichten. Achten Sie beim Einsetzen des Schaumstoffs darauf, dass der dünnere, "hellgraue" Schaumstoff zur Schale zeigt. Wenn sich der Schaumstoff wieder im Bezug befindet, schließen Sie den Reißverschluss.

Reinigung der Rückenschale

Die Schale kann mit Wasser und Seife gereinigt werden. Es ist sonst keine Wartung erforderlich.

Reinigung der Haltevorrichtungen

Haltevorrichtungen können mit Wasser und Seife gereinigt werden. Tauchen Sie die Haltevorrichtungen nicht ins Wasser. Falls Sie weitere Fragen zur Reinigung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Sunrise Medical Fachhändler.

Hygienemaßnahmen bei Wiedereinsatz

Bevor der Rollstuhl wiedereingesetzt wird, muss er sorgfältig vorbereitet, eingestellt und hygienisch gereinigt werden. Alle Oberflächen, mit denen der Benutzer in Berührung kommt, müssen mit einem Desinfektionsmittel besprüht werden. Dafür muss ein in Ihrem Land zugelassenes/ empfohlenes Desinfektionsmittel zur schnellen Desinfektion auf Alkoholbasis für Medizinprodukte und -geräte verwendet werden, die schnell desinfiziert werden müssen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers für das Desinfektionsmittel, das Sie benutzen. Im Allgemeinen kann an den Nähten keine vollständige Desinfektion garantiert werden. Wir empfehlen daher, die Sitz- und Rückenbespannung zu entsorgen, um eine mikrobielle Kontamination mit Wirkstoffen gemäß dem vor Ort geltenden Infektionsschutzgesetz zu vermeiden.

Bedingungen Für Eine Sichere Lagerung

- Produkte trocken lagern, d.h. bei einer Luftfeuchtigkeit zwischen 20 und 75 %.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung und bei Einlagerung über einen längeren Zeitraum vor Staub schützen.
- Keine direkte Hitzeeinwirkung und bei einer Temperatur zwischen 5° C (40°F) und 40° C (104°F)
- Verpackte Produkte entsprechend der Beschriftung „diese Seite nach oben“ und den Pfeilen positionieren und stapeln.
- Wenn eine Packung hoch und schmal und deshalb nicht standfest ist, vergewissern Sie sich, dass sie gut an der Palette oder im Regal befestigt ist, damit sie nicht herunterfallen kann.
- Wenn die Verpackung mit „Nicht stapeln“ markiert ist, nichts auf die verpackten Produkte stapeln.
- Das Produkt darf nie im Freien gelagert und der Witterung ausgesetzt werden.

Reinigungssymbole	
	Normalwaschgang (60° C)
	Nur chlorfreie Bleichmittel, bei Bedarf
	Nass aufhängen
	Nicht bügeln
	Nicht für den Trockner geeignet

BESTIMMEN DER KOMPATIBILITÄT

Rollstuhltypen

Der J3 Rücken ist so ausgelegt, dass er mit den meisten Arten von Rollstühlen kompatibel ist mit folgenden Ausnahmen:

Für Rollstühle, bei denen der Rückenwinkel und die Sitzneigung so verstellt werden kann, dass der Rückenwinkel über 60 Grad zur Senkrechten beträgt, sollte dieser nicht verwendet werden.

⚠️ WARNUNG

Bei Verwendung mit diesen Arten von Rollstühlen kann sich der Rücken unabsichtlich vom Rollstuhl lösen, was zu Stürzen und unter Umständen zu schweren Verletzungen führen kann.

Maße des Rollstuhls

Der J3 Rücken ist so ausgelegt, dass er die Rückenbespannung des Rollstuhls ersetzt. Versichern Sie sich vor der Installation des Rückens, ob der Rollstuhl über verstellbare Schiebegriffe verfügt. Messen Sie dazu die Breite zwischen Ihren Rückenrohren, wie in Fig. 1 gezeigt. Überprüfen Sie dann anhand Ihrer Maße, ob der Rücken auf Ihren Stuhl passt.

Als nächstes überprüfen Sie, dass der Durchmesser der Rückenrohre kompatibel ist. Die Halterungen des J3 Rückens können an Rückenrohre mit einem Durchmesser von 3/4" (1,9 cm) bis 1 1/8" (2,85 cm) montiert werden. Messen Sie den Durchmesser Ihrer Rohre (Fig. 2) und überprüfen Sie in Tabelle 2, ob sie für der neuen Rücken geeignet sind.

Wenn Sie nicht feststellen können, ob die Rückenrohre kompatibel sind, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Sunrise Medical Händler oder den Kundenservice von Sunrise Medical.




Tabelle 1

J3 Rückenbreite* (alle Konturen)	Breite der Rückenrohre von Außen- seite zu Außenseite der Rohre (Fig. 1-A)			
	Minimale Breite		Maximale Breite	
	Zoll	cm	Zoll	cm
12" 31 cm	11,7	29,7	14,3	36,3
14" 36 cm	13,7	34,9	16,3	41,3
16" 41 cm	15,7	40,0	18,3	46,4
18" 46 cm	17,7	45,1	20,3	51,6
20" 51 cm	19,7	50,1	22,3	56,5

* Die Breite des Rückens wird durch die Teilenummer angegeben.

Beispiel: J3SCMTS36 ist ein 36 cm breiter Rücken.




Tabelle 2

J3 Rückenbreite (alle Konturen)	Rückenrohrdurchmesser (Fig. 2-B)			
	Mindestbreite		Maximale Breite	
	Zoll	cm	Zoll	cm
14-20" (36-51cm)	3/4	1,9	1-1/8	2,85

ANBRINGEN DER HALTERUNGEN

Bitte lesen Sie folgende Anweisungen gründlich durch, bevor Sie mit dem Anbau beginnen.

Während des Einbaus des J3 Rückens sollte sich niemand im Rollstuhl befinden. Nachdem der Rücken angebracht ist, kann der Nutzer wieder im Rollstuhl Platz nehmen, um kleinere Anpassungen vornehmen zu können.

Benötigtes Werkzeug (liegt dem J3 Rücken bei)*

- 4 mm Sechskantschlüssel



- 10 mm Ringschlüssel



HINWEIS: Wenn Drehmomente angegeben werden, empfehlen wir, ein Drehmomentprüfgerät zu verwenden (wird nicht mit dem JAY J3 Rücken mitgeliefert), damit das richtige Drehmoment erzielt wird.

Anbringen der Halterungen (Fig. 3, 4, 5)

Gilt für alle Arten von Befestigungen/Halterungen (kompakt, Neue kompakte 4-Punkt Halterung mit höherer Gewichtstoleranz und Standard alt).

1. Entfernen Sie die vorhandenen Rücken gemäß den Herstellerangaben.
2. Legen Sie die Position der Halterungen für den Rücken an den Rückenrohren fest. Sie sollten sich an beiden Seiten auf gleicher Höhe befinden (Fig. 3) und parallel zum Sitzrahmen (Fig. 4). Eine Position weiter oben an den Rückenrohren ist in der Regel vorteilhafter.
3. Bringen Sie die Halterungen an. (Fig. 5)
 - a. Lösen Sie die Klemmschrauben (A) mit dem beiliegenden Sechskantschlüssel. **HINWEIS:** Für Rohre mit größerem Durchmesser müssen die Klemmschrauben möglicherweise komplett entfernt werden.
 - b. Bringen Sie die Halterungen an den Rückenrohren an (B) und richten Sie diese aus.
 - c. Ziehen Sie die Klemmschrauben (A) nach. **HINWEIS:** Die Halterungen müssen möglicherweise noch einmal seitlich ausgerichtet werden, um die richtige Position zu haben.

Anbringen und Ausrichten des J3 Rückens (Fig. 6)

- a. Lösen Sie die Muttern an den Klammern (C) und den Bolzen (F) mit dem 10mm Ringschlüssel, bis sich die Halterung leicht in alle Richtungen bewegen lässt.
- b. Führen Sie den J3 Rücken in die Halterungen, indem Sie die linken und rechten Bolzen (D) in die linken und rechten Halterungen schieben (E).
- c. Bringen Sie den Rücken in die richtige Position, passend für Benutzer und Stuhl.
- d. Ziehen Sie die Muttern an der Innenseite des Bolzens (F) fest. **HINWEIS:** – Möglicherweise muss der Rücken noch an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.
- e. Ziehen Sie die Klammermuttern (C) fest. **HINWEIS:** – Möglicherweise muss der Rücken noch an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.
- f. Überprüfen Sie die Rücken-Entriegelung, indem Sie die Entriegelungshebel nach vorn drücken und den Rücken vom Stuhl ziehen. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Entfernen und Austausch.) Die Halterungen sind richtig positioniert, wenn sich der Rücken leicht einhängen und aushängen lässt.
- g. Wenn er sich nicht leicht einhängen lässt, bringen Sie die Teile an die richtige Position.
- h. Sobald die Halterungen richtig positioniert sind, ziehen Sie die Klemmschrauben der Halterungen fest. Das empfohlene Drehmoment ist 75-85 in-lbs (8,5 - 9,3 Nm).




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

HÖHE, TIEFE UND WINKEL DES J3 RÜCKENS EINSTELLEN

Der erste Teil der Montage der J3 Rücken-Halterungen ist nun beendet. Nun sollte der Benutzer wieder im Rollstuhl Platz nehmen, um den J3 Rücken auf seine Bedürfnisse einzustellen. Achten Sie darauf, dass sich der Benutzer nicht anlehnt, da der Rücken noch nicht richtig befestigt ist.

1. Höheneinstellung (Fig. 10)

- Bringen Sie den Rücken auf die gewünschte Höhe, während sich der Benutzer im Rollstuhl befindet. Der Benutzer sollte nun den Druck von dem J3 Rücken nehmen, indem er sich etwas nach vorn beugt, damit der Rücken eingestellt werden kann.
- Lösen Sie die Klammermuttern (A) und stellen Sie den Rücken auf die gewünschte Höhe ein.
- Ziehen Sie die Klammermuttern (A) fest an. Das empfohlene Drehmoment beträgt 75 - 85 in-lbs. (8,5 - 9,3 Nm).

HINWEIS: Überprüfen Sie nach der Höheneinstellung, ob die Breite nicht versehentlich verstellt wurde.

2. Tiefen-/Winkeleinstellung (Fig. 11, 12 und 13)

Es sind zwei Arten von Halterungen erhältlich – die Standard Halterung (Fig. 11) oder die verlängerte, einstellbare Halterung (Fig. 12). Beide Halterungsarten werden auf dieselbe Weise angebracht. Doch die Standard Halterung bietet eine Tiefenanpassung von ca. 5 cm während die verlängerte Halterung (einstellbar) um insgesamt ca. 9 cm verstellt werden kann (Fig. 12).

- Lösen Sie die linken und rechten Muttern (Fig. 13-B) an den Klammerschlitzten, um Tiefe und Winkel des J3 Rückens einzustellen.
- Ziehen Sie nach Einstellung der Tiefe und des Winkels die Muttern fest an. Das empfohlene Drehmoment beträgt 100 - 110 in-lbs. (11,3 - 12,4 Nm). Achten Sie darauf, dass keine der Tiefeneinstellmutter (Fig. 13-B) verrutscht oder verdreht ist.
- Wenn zusätzliche Tiefe benötigt wird, entfernen Sie den Rücken von den Aufnahmen. Lösen Sie die Schrauben (Fig. 11-D, 12-D) mit Hilfe des beiliegenden 4mm Sechskantschlüssels von den Halterungen und bringen Sie sie auf die richtige Tiefe. Hinweis: Bevor Sie die Schrauben wieder einsetzen, empfehlen wir, eine geeignete mittel feste Schraubensicherung wie etwa Loctite 243 auf die Gewinde der Aufnahme und der Schrauben aufzubringen, wenn der Rücken wieder angebracht werden soll. Ziehen Sie die Schrauben mit 25-35 in-lbs. (2,8 - 4 Nm).

⚠️ WARNUNG

Achten Sie darauf, dass alle Halterungen nach Beendigung der Einstellung wieder fest angezogen sind und der J3 Rücken einsatzbereit ist.

⚠️ WARNUNG

Um die optimale Sicherheit für den Rücken zu gewährleisten, muss der Sicherungsstift eingesetzt werden, bevor der Rücken benutzt werden kann, (Fig. 14 & 15).






Fig. 10

Kompakte Befestigung/Halterung– 2 Tiefeneinstellungen Fig. 11



Tiefe 1




Tiefe 2


Neue kompakte 4-Punkt Halterung mit höherer Gewichtstoleranz Fig. 12




Tiefe 1



Tiefe 2



Tiefe 3



Tiefe 4




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15

ANBRINGEN DER SCHUTZABDECKUNG

1. Die obere Lasche des J3 Rückenbezugs anheben (Fig. 17).
2. Befestigen Sie die Schutzabdeckung mit dem Klettverschluss am Bezug des J3 Rückens (Fig. 17).
Bringen Sie die obere Lasche des Bezugs so an, dass sich die Schutzabdeckung zwischen der oberen und der unteren Lasche befindet (Fig. 18).
- s. Nehmen Sie das Sitzkissen vom Rollstuhl ab und legen Sie das Ende der Schutzabdeckung zwischen die Stützfläche des Rollstuhls und das Sitzkissen (Fig. 20).
4. Passen Sie die Schutzabdeckung nach Bedarf an, indem Sie das Ende weiter unter das Sitzkissen hineinschieben oder herausziehen. Falls erforderlich, kann auch der obere Teil der Schutzabdeckung am Rücken nach oben oder unten verschoben werden.
5. Führen Sie die Befestigungsgurte mit Klettverschluss durch die entsprechenden Durchführungen an der Schutzabdeckung, wickeln Sie diese um den Rollstuhlrahmen und führen Sie das vordere Ende durch die Schlitzöffnung im Gurt (Fig. 21). Ziehen Sie ihn fest und schließen Sie Lücken außen an der Schutzabdeckung (Fig. 22).

Optionale Rückenlehnentasche

HINWEIS: Es ist eine optionale Rückenlehnentasche zur Befestigung an der Schutzabdeckung erhältlich (Fig. 16).



Fig. 17



Fig. 18



Fig. 19



Fig. 20




Fig. 21



Fig. 22



Fig. 16



Fig. 23

Anbringen der J3 Schutzabdeckung abgeschlossen

POSITIONIERUNGSKEILE ZUR BESSEREN POSITIONIERUNG

Spine Align wurde entwickelt, um die Wirbelsäule auch in handelsüblichen Rückenschalen nach individuellen Bedürfnissen zu unterstützen. (Je nach Land ist Spine Align möglicherweise bereits im Lieferumfang enthalten.) Bitte lesen Sie folgende Anweisungen durch, bevor Sie mit der Montage von Spine Align beginnen.

1. Einbau der Positionierungskeile

- Bitten Sie den Benutzer, den Druck von dem J3 Rücken zu nehmen, indem er sich ein wenig nach vorn lehnt oder rutscht, falls möglich.
- Entfernen Sie den Klettstreifen an der oberen Öffnung des Bezugs (Fig. 24) und schieben Sie den Bezug nach vorn, bis das Innere des J3 Rückens sichtbar wird.
- Legen Sie die Halterungen auf die Klettfläche der Schale (Fig. 25) und schließen Sie den oberen Bezug wieder. Ziehen Sie den Bezug herunter, bis sich der obere Rand an der Oberkante der Schale befindet. Wenn dies nicht der Fall ist, muss das untere Ende des Bezugs möglicherweise etwas gelockert werden (Fig. 26).
- Bitten Sie den Benutzer, den Sitz des Spine Align zu überprüfen. Wiederholen Sie falls nötig die Schritte a-c, bis die Position komfortabel ist.
- Es können verschiedene Keil-Kombinationen und Anordnungen benutzt werden. Wenn Sie weitere Formen oder Größen von Spine Align benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an Sunrise Medical.



HINWEIS:

Wenn Sie weitere Informationen zum J3 Spine Align System möchten, sehen Sie sich auch unseren Film an unter www.sunrisemedical.com. Der J3 Rücken ist nun vollständig montiert.

J3 ZUBEHÖR

Wenn Sie J3 Zubehör, wie Seitenpelotten, Kopfstützen oder Gurte bestellt haben, bauen Sie diese Teile bitte gemäß den jeweiligen Anweisungen ein.

Positionierungskomponente	
Große Lendenstütze	
Kleine Lendenstütze	
Keil	
Gebogene Stütze	
Flache Stütze	
Hintere / Seitliche Beckenstütze	
Seitenstütze (Pelotte)	
Großes Sitzkissen	
Kleines Sitzkissen	



TRANSPORTSICHERHEIT

Der J3 Rücken wurde hinsichtlich eines Transports in Kraftfahrzeugen dynamisch getestet. Bitte befolgen Sie alle in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen bzgl. Einbau, Benutzung und Wartung sowie die unten aufgeführten Transporthinweise.

WARNUNG

**EINE MISSACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN
KANN ZU ERNSTEN VERLETZUNGEN DES
ROLLSTUHLNUTZERS ODER ANDERER PERSONEN
FÜHREN.**

ANWEISUNGEN

1. Wenn möglich sollte der Benutzer den Fahrzeugsitz sowie die Sicherheitsgurte des Fahrzeugs benutzen.
2. Der Abstand zwischen der Schulterhöhe des Benutzers und der Oberkante des Rückens sollte nicht mehr als 16,5 cm (6,5“) betragen.
3. Der Rollstuhl muss als geeigneter Sitz in einem Kraftfahrzeug gekennzeichnet sein und dynamisch gemäß den Anforderungen der ISO Norm 7176-19 getestet worden sein. Er muss entsprechend den Herstelleranweisungen installiert, benutzt und gewartet werden.
4. Wenn der Originalsitz ausgetauscht wurde, muss der neue Sitz den Transportvorschriften für Rollstühle entsprechen und gemäß den Herstelleranweisungen installiert und benutzt werden.
5. Der Rollstuhl muss für das Anbringen von Kraftknoten geeignet sein, gemäß den Herstelleranweisungen benutzt werden und den Leistungsanforderungen gemäß ISO 10542 entsprechen.
6. Beim Transport muss der Rollstuhl nach vorne gerichtet sein.
7. Um mögliche Verletzungen der Insassen des Fahrzeugs zu vermeiden, muss am Rollstuhl befestigte Zurüstung, z. B. Therapietisch oder Beatmungsgerät, entfernt und separat gesichert werden.
8. Dieses Produkt ist geeignet für Erwachsene mit einem Gewicht von ca. 35 kg bis 136 kg.
9. Haltevorrichtungen, wie Beckengurte, vordere oder seitliche Rumpfstütze sind ungeeignet, um den Rollstuhlbenutzer zu sichern, außer sie sind zertifiziert gemäß ISO 16840-4.
10. Rahmen, Teile oder Komponenten sollten nicht ohne Rückfragen beim Hersteller verändert oder ersetzt werden.

ENTFERNEN UND AUSTAUSCH

Entfernen

Nach Einbau und Einstellen kann der Rücken bei Bedarf leicht vom Rollstuhl abgenommen werden. Schieben Sie dazu die beiden Entriegelungshebel nach vorn (Fig. 27). Wenn beide Hebel nach vorne gestellt sind, heben Sie den Rücken mit Hilfe des Griffs oben am Rücken einfach gerade nach oben ab (Fig. 28).

Ordnungsgemäßes Anbringen nach dem Abnehmen



Um den Rücken wieder an den Halterungen zu befestigen, bringen Sie die Bolzen einfach an die richtige Position (Fig. 29). Und lassen Sie sie hörbar einrasten.

WARNUNG

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie den Einrastton gehört haben, ziehen Sie den Rücken am Griff nach oben, um zu überprüfen, ob er fest eingerastet ist.

Bolzen (Fig. 30)

Der J3 Rücken ist mit zwei Bolzen ausgerüstet, die in eingerastetem Zustand verhindern, dass sich der Rücken vom Stuhl löst. Lassen Sie die Bolzen (A) einrasten, indem Sie diese in die Halterungen (B) einführen. Entfernen Sie zum schnellen Ausbau des Rückens einfach diese Bolzen.



KONTRAINDIKATIONEN:**⚠️ WARNUNG**

Diesen Rücken nicht für Personen verwenden oder verschreiben, die das angegebene maximale Nutzergewicht überschreiten.

RECYCLING / WIEDERVERWENDUNG:**⚠️ WARNUNG**

- Verletzungsgefahr
- Das Produkt immer von einem autorisierten Sunrise Medical Händler auf Schäden oder Abnutzung überprüfen lassen, bevor es an einen anderen Benutzer übertragen wird. Werden dabei Schäden festgestellt, **DIESES PRODUKT NICHT BENUTZEN.**
- Die Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zu schweren Verletzungen führen.

Dieses Produkt ist für die Wiederverwendung geeignet*:

- Lassen Sie Schale, Halterungen, Schaumstoff und Bezug auf Schäden oder Abnutzung überprüfen. Wenn dabei Schäden festgestellt werden, nicht wiederverwenden.
- Reinigen und desinfizieren Sie Schale, Halterungen, Schaumstoff und Bezug gemäß den gesetzlichen Vorschriften vor Ort. Erkundigen Sie sich dazu bei Ihrer zuständigen Infektionsbekämpfungsstelle.
- Lassen Sie nach der Reinigung und Desinfektion Schale, Halterungen, Schaumstoff und Bezug von einem autorisierten Sunrise Medical Fachhändler überprüfen, um sicherzustellen, dass durch die Reinigung/Desinfektion keine Schäden verursacht wurden.

⚠️ WARNUNGEN:

- Die Nichtbeachtung dieser Vorgaben bezüglich Wiederverwendung kann zu schweren Verletzungen beim Benutzer führen.
- Wenn dieses Produkt wiederverwendet wird, sollte es von einem autorisierten Sunrise Medical Fachhändler oder vom Klinikpersonal angepasst und eingebaut werden.

24 MONATE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE**24 MONATE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE**

Alle JAY J3 Rücken werden einer sorgfältigen Inspektion und Prüfung unterzogen, um eine sehr hohe Qualität zu gewährleisten. Wir gewährleisten für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Kaufdatum für alle JAY J3 Rücken, dass sie bei normalem Gebrauch frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Sollte innerhalb von 24 Monaten ab dem Erstkaufdatum ein Material- oder Herstellungsfehler auftreten, wird dieser nach dem Ermessen von Sunrise Medical entweder repariert oder ersetzt. Diese Garantie gilt nicht für Einstiche, Risse oder Verbrennungen sowie den abnehmbaren Bezug des Rückens.

Garantieansprüche müssen dem zuständigen, autorisierten Fachhändler gemeldet werden, der auch die Reparatur in die Wege leitet. Außer den hier ausdrücklichen genannten Garantien sind alle anderen Gewährleistungen, einschließlich der Marktfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit, ausgeschlossen. Es gibt keine Garantien, die über das hier Aufgeführte hinausreichen. Der einzige Anspruch auf die ausdrücklich gegebenen Garantien gilt für die Reparatur oder den Ersatz der Ware. Die Garantie erstreckt sich auf keinen Fall auf Folgeschäden und der Garantieanspruch darf den Verkaufspreis der unter die Garantie fallenden Produkte auf keinen Fall übersteigen.

Type:	Produktbezeichnung/ Artikelnummer	 XXXX-XX-XX	Herstellungsdatum
Date:	Losnummer; gemäß julianischem Datum	Part Code	Artikelnummer
 XXX mm	Sitzbreite	MD	Dieses Symbol bedeutet Medizinprodukt
 XXX mm	Sitztiefe		Adresse des Herstellers
 XXX kg	Max. Körpergewicht des Benutzers	EC REP	EU-Bevollmächtigter für Medizinprodukte
CE	CE-Kennzeichnung	UK RP	Verantwortliche Person (Vereinigtes Königreich)
UK CA	UKCA- Kennzeichnung	CH REP	Adresse des Bevollmächtigten für die Schweiz
	Ziehen Sie die Bedienungsanleitung zu Rate		Adresse des Importeurs

MUSTER

JAY

Part Code:

Date: 

cm cm kg

   **Max**

 **SUNRISE MEDICAL (US) LLC**
12002 VOLUNTEER BLVD.
MOUNT JULIET, TN 37122, USA

EC REP Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch / HD
Germany

UK RP Sunrise Medical Ltd.
Thorne Road, Brierley Hill
West Midlands DY5 2LD
United Kingdom
Assembled in Mexico



106132 Rev. K 



ISO 7010-M002
Die Gebrauchsanweisung
muss gelesen werden!
(Blaues Symbol)

Das Managementsystem von SUNRISE MEDICAL ist zertifiziert nach DIN ISO 13485 und ISO 14001.

Wir bei SUNRISE MEDICAL haben das ISO-13485 Zertifikat erhalten, das die Qualität unserer Produkte in jeder Phase, von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Produktion, bestätigt. Dieses Produkt ist mit den in den EU- und UK-Verordnung dargelegten Anforderungen konform.

Indikationen

Durch die Vielfalt an Ausstattungsvarianten für den Rücken sowie die verschiedenen Positionierungskomponenten, die für eine Unterstützung der Haltung, Druckverteilung und Erhöhung der Sitztoleranz entsprechend den individuellen Bedürfnissen und Indikationen der einzelnen Benutzer sorgen, können sie von Benutzern mit folgenden unterschiedlichen Positionierungsbedürfnissen und Indikationen verwendet werden:

- Rückenmarkverletzung
- Neurologische Krankheitsbilder (Hemiplegie, M.Parkinson)
- Gliedmaßendefekt/Deformation
- Amputation
- Cerebralparese
- MS
- Gelenkkontrakturen
- Tetraplegie
- Muskeldystrophie

Kontraindikationen

Es sind keine Kontraindikationen bekannt oder verfügbar.

HINWEIS: Allgemeine Empfehlungen für den Benutzer. Wenn diese Anweisungen nicht beachtet werden, kann das zu Körperverletzung, Beschädigung des Produkts oder Umweltschäden führen!

Einen Hinweis an den Anwender und/oder den Patienten, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden sind.



SUNRISE MEDICAL erklärt als Hersteller, dass die dieses Produkt mit der Medizinprodukteverordnung (2017/745) der EU konform sind.

FMG (Für Mich Gebaut) Sonderbauten

Sunrise Medical empfiehlt dringend, alle Informationen für den Benutzer, die mit Ihrem FMG-Produkt mitgeliefert werden, vor dem erstmaligen Gebrauch sorgfältig durchzulesen und sicherzustellen, dass alles verstanden wurde. Dadurch wird gewährleistet, dass Ihr FMG-Produkt wie vom Hersteller vorgesehen funktioniert. Sunrise Medical empfiehlt die Benutzerinformationen und Dokumente für einen späteren Gebrauch sicher aufzubewahren und nicht zu entsorgen.

Kombinationen von Medizinprodukten

Dieses Medizinprodukt kann unter Umständen mit einem oder mehreren anderen Medizinprodukten bzw. anderen Produkten kombiniert werden. Informationen darüber, welche Kombinationen möglich sind, finden Sie unter www.SunriseMedical.de. Alle aufgeführten Kombinationen wurden überprüft, um die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Artikel 14.1 der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte zu erfüllen.

Leitlinien zum Kombinieren wie etwa die Montage finden Sie unter www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical adviseert een arts of therapeut, met ervaring in zitten en positionering, te raadplegen om te bepalen of het gebruik van een J3 Rug geschikt is.

⚠️ WAARSCHUWING!

De rugleuning mag alleen worden gemonteerd door:

- een erkende Sunrise Medical leverancier.
- een gekwalificeerde en bevoegde professional in de gezondheidszorg die een toepasselijke training heeft doorlopen bij Sunrise Medical of een erkende leverancier.

WAT IS HET DOEL VAN DE JAY J3 RUGLEUNING

De JAY J3 Rugleuning is bedoeld om een ruggesteun te bieden voor een groot aantal verschillende rolstoelgebruikers. De leuning is ontwikkeld om eenvoudige, comfortabele en effectieve steun te bieden om de functie te optimaliseren en de zittolerantie te vergroten. Daarnaast is hij lichtgewicht, duurzaam en gebruiksvriendelijk.

De rugleuning kan op een grote verscheidenheid aan rolstoelen worden geplaatst.

Max. gebruikersgewicht:

300 lbs. (136 kg) – compact (en oude standaard hardware)

500 lbs. (227 kg) – compacte hardware voor intensief gebruik

De verwachte levensduur van het product is vijf jaar.

⚠️ WAARSCHUWING

Het monteren van een rugleuning op de rolstoel kan het zwaartepunt van de rolstoel veranderen. Hierdoor bestaat de kans dat de rolstoel achterover kantelt, wat tot letsel kan leiden.

Controleer altijd of er voorzieningen getroffen moeten worden om te voorkomen dat de rolstoel kantelt, of dat er aangepaste beugels voor mensen met een amputatie gemonteerd moeten worden, om de stabiliteit van de rolstoel te vergroten.

⚠️ WAARSCHUWING

Gebruik de J3 Rugleuning niet om de rolstoel te duwen of op te tillen. Door onjuist gebruik kan de rugleuning onverwachts losraken van de rolstoel.

⚠️ WAARSCHUWING

Gebruik de J3 rug hendel niet om de rolstoel op te tillen. Deze hendel is uitsluitend bedoeld om de rugleuning te verwijderen.


⚠️ WAARSCHUWING

Onvoorzichtigheid kan brand veroorzaken.

⚠️ WAARSCHUWING

Lees voor het gebruik de handleiding.

J3 RUGLEUNING



Compacte hardware

HD Compacte hardware

ONDERHOUD

Sunrise adviseert alle bevestigingsmaterialen ieder half jaar te controleren op slijtage, zoals losse schroeven of gebroken onderdelen. Loszittende schroeven dienen aangedraaid te worden volgens de aanwijzingen voor montage. Alle bevestigingen moeten worden aangedraaid volgens de specificatie die in de montagehandleiding wordt gegeven. Neem direct contact op met uw geautoriseerde Sunrise Medical dealer om gebroken onderdelen te vervangen. Gebruik het systeem niet nadat u hebt vastgesteld dat er loszittende of gebroken onderdelen zijn.

GEMAKKELIJK TE REINIGEN

OPMERKING: Wanneer de rugsteun voor reiniging uit elkaar wordt gehaald, onthoudt de juiste positie van de Spine Align elementen zodat de rugsteun weer op de juiste wijze in elkaar gezet kan worden.

Om de rugleuning te reinigen

Maak de hoes los door het klittenband los te maken. Haal de hoes van de rugplaat. Maak de rits aan de onderzijde van de hoes los. Haal het schuim eruit en keer de hoes binnenstebuiten. Sluit de rits, om te voorkomen dat het klittenband zich aan andere materialen hecht. Machinewasbaar in warm water (60°C). Laten uitdruipen of op lage temperatuur in de droogtrommel stoppen.

OPMERKING:

- Reinig de hoes niet door middel van chemische reiniging of in industriële was- of droogmachines.
- Reinig de hoes niet door middel van stomen.
- Niet bleken.

Doe het schuim terug in de hoes. Let op dat de basis twee schuimlagen heeft. Let erop dat de dunner 'licht grijze' schuimlaag naar de richting van de rugleuning wijst, wanneer u het schuim terug steekt in de hoes. Nadat het schuim goed in de hoes zit, sluit u de rits.

Om de rugplaat te reinigen

De rugplaat kan worden afgenomen met water en zeep. Er is geen ander onderhoud noodzakelijk.

Om de positioneringselementen te laten drogen

Positioneringselementen kunnen worden gereinigd met water en zeep. Dompel de positioneringselementen niet onder water. Neem contact op met de geautoriseerde Sunrise Medical dealer als u nog vragen heeft met betrekking tot de reinigingsvoorschriften.

Hygiënemaatregelen bij hergebruik

Voordat de rolstoel door een nieuwe gebruiker in gebruik genomen wordt, moet de stoel zorgvuldig worden voorbereid. Alle oppervlaktes waarmee de gebruiker in aanraking komt, moeten behandeld worden met een desinfecterende spray. Hiertoe moet u een desinfectiemiddel gebruiken dat in uw land is toegestaan/wordt geadviseerd voor snelle, op alcohol gebaseerde ontsmetting van medische producten en medische hulpmiddelen die snel gedesinfecteerd moeten worden. Wees u bewust van en volg de instructies van de fabrikant van het desinfecterende middel dat u gebruikt. Over het algemeen kan op de naden van de rolstoel geen volledige ontsmetting worden gegarandeerd. We adviseren zitting- en rugbanden (slings) te verwijderen volgens de voor u geldende wetgeving inzake infectiebescherming om microbacteriële bestemming met actieve agentia te voorkomen.

Voorwaarden Voor Veilige Opslag

- Producten moeten droog worden opgeslagen met een relatieve vochtigheid tussen 20 - 75%.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht en stof indien het voor langere tijd wordt opgeslagen.
- Niet in de nabijheid van een directe warmtebron plaatsen en opslaan tussen 5 °C (40 °F) en 40 °C (104 °F).
- Houd bij het plaatsen en stapelen van verpakte producten rekening met de pijlen en tekst "this side up" ("deze kant boven").
- Als er sprake is van een hoog en smal pakket, waardoor dit mogelijk instabiel is, zorg er dan voor dat het goed op de pallet of in de stellage wordt neergezet, zodat het niet kan vallen.
- Stapel niets op de verpakte producten wanneer de aanduiding "niet stapelen" op de verpakking wordt vermeld.
- Het product mag nooit buiten worden opgeslagen en aan de elementen worden blootgesteld.

Wasvoorschriften	
	Machinewasbaar in warm water (60°C)
	Alleen bleken zonder chloor, wanneer noodzakelijk
	Laten uitdruipen
	Niet strijken
	Niet chemisch reinigen

COMPTABILITEIT

Rolstoeltypes

De J3 Rugleuning is zodanig ontworpen dat hij gebruikt kan worden op de meeste rolstoelen, echter met uitzondering van de volgende soorten:

Rolstoelen met een verstelbaar hoekbereik, achteruit kantelen of kantelen, waarbij de rughoek groter is dan 60 graden vanuit de verticale lijn.

⚠️ WAARSCHUWING


Wanneer de rug met deze types rolstoel wordt gebruikt, raakt de rugleuning in incidentele gevallen los van de rolstoel. Dit kan leiden tot een val en mogelijk tot ernstig letsel.

Afmetingen van de rolstoel

De J3 Rugleuning is ontworpen om de bekleding van de rolstoel te vervangen. Bepaal voor installatie of de betreffende rolstoel overeenstemmende rugbuizen heeft door de afmeting tussen de rugbuizen te meten (zie Fig. 1). Controleer vervolgens aan de hand van tabel 1 of de rugsteun op uw rolstoel past.

Controleer vervolgens of de diameter van de rugbuizen past. Het J3 rugsteun materiaal kan worden gemonteerd op rolstoelbuizen van 1,9 cm tot 2,85 cm. Meet de diameter van de buizen van uw rugsteun (Fig. 2) en controleer in tabel 2 of de rugbuizen overeenstemmen.


Indien u niet kunt vaststellen of de rugbuizen qua diameter overeenstemmen, neem dan contact op met uw erkende Sunrise Medical dealer of met de klantenservice van Sunrise Medical.



Tabel 1

J3 Rugbreedte* (alle omtrekken)	Breedte van rugbuizen van buitenzijde tot buitenzijde van de buizen (Fig. 1-A)			
	Minimale breedte		Maximale breedte	
	inch	cm	inch	cm
12" 31 cm	11,7	29,7	14,3	36,3
14" 36 cm	13,7	34,9	16,3	41,3
16" 41 cm	15,7	40,0	18,3	46,4
18" 46 cm	17,7	45,1	20,3	51,6
20" 51 cm	19,7	50,1	22,3	56,5

* Rugbreedte wordt vermeldt in het nummer van uw rugplaat. Bijvoorbeeld: J3SCMTS36 is een rugsteun van 36 cm.



Tabel 2

J3 Rugbreedte (alle omtrekken)	Diameter stang (Fig. 2-B)			
	Minimale breedte		Maximale breedte	
	inch	cm	inch	cm
14-20" (36-51cm)	3/4	1,9	1-1/8	2,85

INSTALLEREN VAN BEVESTIGINGSMATERIAAL

Lees onderstaande gebruiksaanwijzing door voor u met het installeren begint.

De J3 rugsteun kan het beste worden gemonteerd zonder dat er iemand in de rolstoel zit. Wanneer de rugleuning is gemonteerd, kunnen kleine aanpassingen worden gedaan terwijl de gebruiker in de rolstoel zit.

Benodigd gereedschap (meegeleverd met de J3 rugsteun)*



4 mm inbussleutel



OPMERKING: Wanneer de vereiste draaikracht (torque) is gespecificeerd, wordt het sterk aanbevolen om met behulp van een draaikrachtsmeter (niet meegeleverd met de JAY J3 Rugleuning) te controleren of de juiste instelling is bereikt.

Instructies montage bevestigingsmateriaal (Fig. 3, 4, 5)

Geldt voor alle soorten hardware (compact, intensief compact en oud standaard)

1. Verwijder de bestaande rugleuning van de rolstoel volgens de instructies van de leverancier.
2. Kijk op welke hoogte de beugels op de rugbuizen van de rolstoel gemonteerd moeten worden. De geïnstalleerde bevestigingsmaterialen moeten ongeveer op gelijke hoogte bevestigd worden op beide buizen aan de achterzijde (Fig. 3) en parallel aan het frame van de zitting (Fig. 4). Een hogere plaats op de rugbuizen is doorgaans beter.
3. Bevestig de bevestigingsbeugels. (Fig. 5)
 - a. Maak de klemmen los (A) met de bijgeleverde 4 mm inbussleutel. **OPMERKING**— bij buizen met een grote diameter is het wellicht noodzakelijk de klemmen helemaal te verwijderen.
 - b. Bevestig de beugel en breng deze in lijn met de rugbuizen van de rolstoel (B).
 - c. Draai de klemmen handmatig aan (A). **OPMERKING:** beugels moeten later wellicht lateraal worden aangepast zodat ze goed in lijn zijn.

Bevestigen en uitlijnen van de J3 rugplaat (Fig. 6)

- a. Maak de schroef (C) en bevestigingspennen (F) los met de 10mm sleutel zodat de materialen gemakkelijk in alle richtingen kunnen bewegen.
- b. Bevestig de J3 rugplaat aan de beugels door de linker- en rechterbevestigingspennen (D) in de linker- en rechterbeugel (E) te plaatsen.
- c. Plaats de rugplaat bij benadering op de juiste plaats ten opzichte van de stoel en gebruiker.
- d. Draai de moeren handmatig aan de binnenzijde van de bevestigingspen (F) vast.
Let op: de hoek en diepte van de rugsteun moet wellicht nog aangepast worden om optimale pasvorm voor de gebruiker te garanderen.
- e. Draai de bouten handmatig vast (C). **LET OP:** hoogte van de rugsteun moet wellicht nog aangepast worden om optimale pasvorm voor de gebruiker te garanderen.
- f. Test of de rugplaat losgemaakt kan worden door de hendels voorwaarts te duwen en de rugplaat van de stoel te verwijderen. (Kijk verder in de instructies voor verwijderen en vervangen). De bevestigingsmaterialen en de rugleuning zijn goed uitgelijnd zodat de rugleuning makkelijk bevestigd en verwijderd kan worden.




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

- g. Pas de onderdelen zodanig aan dat een goede uitlijning wordt bereikt.
- h. Wanneer alles goed uitgelijnd is, draait u de schroeven van de beugelklem strak aan. De aanbevolen draaikracht is 75 - 85 in-lbs (8.5 - 9.3 Nm).

AANPASSEN J3 HOOGTE, DIEPTE EN HOEK

Het eerste deel van de bevestiging van de materialen is nu compleet. Dit is het juiste moment om de gebruiker in de stoel te laten plaatsnemen om de J3 rugsteun aan zijn of haar wensen aan te passen. Laat de gebruiker niet met het volle gewicht tegen de rugleuning aanleunen, omdat deze nog niet helemaal volgens de torque-specificaties is aangedraaid.

1. Aanpassing hoogte (Fig. 10)

- Stel, met de gebruiker in de stoel, de optimale hoogte van de rugleuning vast. Laat de gebruiker iets naar voren of opzij leunen, zodat er geen druk op de rugsteun is. Nu kan de aanpassing gemaakt worden.
- Maak de bout los (A) en pas de hoogte van de rugplaat aan op de gewenste positie.
- Draai de bout (A) nu stevig vast. De aanbevolen draaikracht is volgens de specificatie 75 - 85 in-lbs. (8,5 - 9,3 Nm).

LET OP: controleer of de breedte niet per ongeluk is gewijzigd tijdens het aandraaien van de schroeven.

2. Aanpassingen diepte/hoek (Figs. 11, 12 & 13)

Let op dat er twee soorten materiaal kan worden besteld: de standaardmaat (Fig. 11) en het langere, verstelbare materiaal (Fig. 12). Het materiaal wordt op dezelfde wijze aangepast, maar de standaard rugsteun kan 4.4 cm in diepte worden versteld, (Fig. 11), terwijl de uitgebreide rugsteun 7.5 cm in diepte aangepast kan worden (Fig. 12).

- Om de J3 rugsteun in diepte en hoek te verstellen, maakt u de linker- en rechtermoeren (Fig. 13-B) op de houdersleuf los.
- Verstel de diepte en/of hoek en draai de bouten weer goed aan. De aanbevolen draaikracht is volgens de specificatie 100 - 110 in-lbs. (11,3 - 12,4 Nm). Controleer of geen van de verstelbouten (Fig. 13-B) slipt of doordraait.
- Indien er meer diepte nodig is, verwijder dan de rugsteun uit de beugels. Verwijder de schroeven (Figs. 11-D, 12-D) van de beugel met behulp van bijgeleverde 4mm inbussleutel en stel de rugsteun op de gewenste diepte in. Opmerking: Het wordt sterk aanbevolen om een geschikt, gemiddeld sterk schroefdraadborgingsmiddel (bijv. Loctite 243) aan te brengen op de houder en de schroefkoppen, voordat de rugsteun wordt teruggeplaatst. Draai de schroeven tot 25-35 in-lbs. (2,8 - 4 Nm).

⚠ WAARSCHUWING

Controleer of alle materialen goed bevestigd zijn nadat alle aanpassingen zijn uitgevoerd. Nu is de J3 rugsteun klaar voor gebruik.

⚠ WAARSCHUWING

Voordat de rugsteun kan worden gebruikt, moet de vergrendelingspen zijn aangebracht, om optimale veiligheid te garanderen, (Fig. 14 & 15).



Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15

BEVESTIGING VAN DE BESCHERMFLAP

1. Til de bovenste flap van de hoesomslag van de J3 Rugsteun op (Fig. 17)
2. Doe de haak aan de lus en bevestig de beschermflap aan de achterzijde van de hoes van de J3 rugsteun (Fig. 17). Doe de bovenste flap van de hoes op zijn plaats, zodat de beschermflap tussen de bovenste en onderste flap valt (Fig. 18).
3. Verwijder het zitkussen van de rolstoel en stop de 'staart' van de beschermflap tussen de rolstoelbasis en het zitkussen (Fig. 20).
4. Pas de beschermflap zo nodig aan door de 'staart' meer of minder onder het zitkussen vandaan te trekken. Als het nodig is, kan het bovenste deel van de beschermflap hoger of lager op de rugleuning worden geplaatst.
5. Steek de bindstrip door de daarvoor bedoelde ogen van de beschermflap, draai ze om het rolstoelframe, en steek het einde door de gleuf van de bindstrip (Fig. 21). Trek strak aan en sluit de openingen aan de buitenzijde van de beschermflap (Fig. 22).

Optionele opbergtas

OPMERKING: Er is optioneel een opbergtas leverbaar die aan de beschermflap bevestigd kan worden (Fig. 16).



Fig. 17



Fig. 18



Fig. 19



Fig. 20




Fig. 21



Fig. 22



Fig. 16



Fig. 23

De bevestiging van de J3 beschermflap is klaar

SPINE ALIGN POSITIONERINGSELEMENTEN

Spine Aligne Positioneringselementen zijn ontworpen om uitstekend gevormde ondersteuning te geven binnen een 'kant-en-klare' rugsteun. (Afhankelijk van het land zijn de Spine Align elementen al dan niet meegeleverd met uw rugsteun). Lees onderstaande gebruiksaanwijzing alvorens de Spine Align onderdelen te installeren.

1. Montage Spine Align positioneringselementen

- Laat de gebruiker zijn gewicht, indien mogelijk, naar voren of opzij verplaatsen zodat de J3 rugsteun vrij komt.
- Maak het klittenband aan de bovenzijde van de hoes los (Fig. 24) en til de hoes op zodat de binnenzijde van de J3 rugsteun vrij komt.
- Plaats de positioneringselementen op het klittenband aan de binnenzijde van de rugplaat (Fig. 25), sla de hoes terug en maak deze weer vast. Trek de hoes goed naar beneden en controleer of de naad gelijk is aan de bovenkant van de rugplaat. Als de naad niet gelijk is aan de bovenkant, kunt u eventueel de hoes aan de onderzijde losser maken (Fig. 26).
- Laat de gebruiker testen of de huidige Spine Align instelling comfort en ondersteuning biedt en herhaal stappen a-c tot de rugsteun volledig naar wens is aangepast.
- Het is mogelijk verschillende instellingen en combinaties van Spine Align elementen tegelijk te gebruiken. Neem contact op met uw dealer of Sunrise Medical als u aanvullende Spine Align maten of vormen nodig heeft.

OPMERKING: Als u meer informatie wilt hebben over het J3 Spine Align systeem, kijk dan naar het animatiefilmpje op www.sunrisemedical.com.

Montage van de J3 rugsteun is nu compleet.

J3 ACCESSOIRES

Wanneer u J3 accessoires heeft besteld, zoals lateraal-elementen, hoofdstunen of gordels, lees dan de montage-instructies voor deze onderdelen.

Positioneringselementen	
Groot lumbaal	
Klein lumbaal	
Wig	
Gebogen inzetstuk	
Plat inzetstuk	
Achterzijde/lateraal bekken	
Lateraal inzetstuk	
Grote boonzak	
Kleine boonzak	




Fig. 24



Fig. 25




Fig. 26

VEILIGHEID VERVOER RUGSTEUN

De J3 rugsteun is dynamisch getest voor gebruik in een motorvoertuig. Volg de gebruiksaanwijzing voor montage, gebruik en onderhoud in deze handleiding nauwkeurig op, evenals de onderstaande gebruiksaanwijzingen voor vervoer.

WAARSCHUWING

WANNEER MEN ZICH NIET HOUDT AAN DEZE INSTRUCTIES KAN DIT ERNSTIGE VERWONDINGEN TOT GEVOLG HEBBEN VOOR DE GEBRUIKER VAN DE ROLSTOEL EN/OF ANDEREN.

INSTRUCTIES

1. Indien mogelijk moet de gebruiker worden overgeplaatst in de originele stoel zoals af fabriek geleverd en de veiligheidsgordel van het voertuig gebruiken.
2. De afstand tussen de schouder van de gebruiker en de bovenzijde van de rugsteun mag niet meer dan 16,5 cm bedragen.
3. De rolstoel moet aangemerkt zijn zoals van toepassing voor gebruik als zitplaats in een motorvoertuig, dynamisch getest volgens de prestatie-eisen ISO 7176-19, en dient te zijn gemonteerd, gebruikt en onderhouden volgens instructies van de fabrikant.
4. Indien de originele rolstoelzitting vervangen is, moet de nieuwe rolstoelzitting goedgekeurd zijn voor rolstoelvervoer en gemonteerd en gebruikt zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
5. Het systeem om de rolstoel en gebruiker van de rolstoel vast te zetten, het WTORS, moet gecombineerd kunnen worden met de specifieke rolstoel, worden gebruikt zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en moet overeenkomen met de vereisten zoals gesteld in ISO Standaard 10542.
6. De rolstoel moet tijdens transport in voorwaartse richting staan.
7. Om de kans op verwondingen te verkleinen tijdens transport, dienen accessoires zoals werkbladen en ademhalingsapparatuur verwijderd te worden en afzonderlijk bewaard.
8. Dit product is bedoeld voor gebruik door volwassenen in gewicht variërend van 35 kg tot 136 kg.
9. Positionerende ondersteunende middelen, zoals heupgordels, rompsteunen aan achterzijde of positionerende steunmiddelen zoals laterale rompsteunen, zijn niet bedoeld om de gebruiker op zijn plaats te houden in een bewegend voertuig, tenzij ze zijn aangemerkt conform ISO Standaard 16840-4.
10. Zonder overleg met de fabrikant mogen geen wijzigingen of toevoegingen worden gemaakt aan het frame, onderdelen of elementen.

VERWIJDERING EN VERVANGING

Verwijdering

Na installatie en aanpassing, kan de rugleuning ook weer eenvoudig worden verwijderd. Om te verwijderen, duw beide hendels naar voren om te ontgrendelen (Fig. 27). Wanneer beide hendels naar voren zijn gebracht, kan de rugsteun eenvoudig opgetild worden (Fig. 28) terwijl de hendel boven op de rugsteun wordt gebruikt.

Opnieuw installeren na verwijdering

Om de rugsteun weer in de beugels te bevestigen, houdt u de pennen op gelijke hoogte van de beugels en duwt de rugsteun op zijn plaats (Fig. 29). Wanneer de rugsteun op de juiste wijze op zijn plaats wordt geduwd, worden de pennen met een 'klik' vergrendeld.

⚠ WAARSCHUWING

Als u niet zeker bent of u de vergrendelende 'klik' heeft gehoord, trek dan de rugsteun omhoog waarbij u de hendel gebruikt om te controleren of de rugsteun goed vergrendeld is.

Vergrendelingspennen (Fig. 30)

De J3 rugsteun wordt geleverd met twee vergrendelingspennen die, wanneer ze vergrendeld zijn, voorkomen dat de rugsteun los komt van de stoel. Om te vergrendelen, doe de pennen (A) in de beugels (B). Verwijder de pennen wanneer het nodig is om de rugsteun snel los te kunnen maken.



Fig. 27



Fig. 29




Fig. 28





Fig. 30



CONTRA-INDICATIES:

WAARSCHUWING

Deze rugleuning mag niet worden gebruikt door of worden voorgeschreven aan, mensen die zwaarder zijn dan het genoemde maximale gebruikersgewicht.

RECYCLING / HERGEBRUIK:

WAARSCHUWING

- **Gevaar op letsel**
- **Laat het product altijd door een erkende Sunrise Medical dealer controleren op schade of slijtage voordat het wordt overgedragen aan een andere gebruiker. GEBRUIK HET PRODUCT NIET als er enige vorm van schade wordt geconstateerd.**
- **Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel.**

Dit product is geschikt voor hergebruik*:

- Laat de rugplaat, het bevestigingsmateriaal, het schuim en de hoes door een erkende Sunrise Medical dealer controleren op schade of slijtage. Hergebruik het product niet als er enige vorm van schade wordt geconstateerd.
- Reinig en desinfecteer de rugplaat, het bevestigingsmateriaal, het schuim en de hoes in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving. Vraag uw plaatselijke gezondheidsdienst om advies.
- Laat een erkende Sunrise Medical dealer na reiniging en desinfectie de rugplaat, het bevestigingsmateriaal, het schuim en de hoes opnieuw controleren om te verzekeren dat het reinigings- en desinfectieproces geen schade heeft veroorzaakt.

WAARSCHUWINGEN:

- **Het niet-naleven van deze richtlijnen voor hergebruik kan leiden tot ernstig letsel bij de rolstoelgebruiker.**
- **Wanneer dit product wordt hergebruikt, moet een erkende Sunrise Medical dealer of medische zorgverlener het aan de nieuwe gebruiker aanpassen.**

BEPERKTE GARANTIE VAN 24 MAANDEN

BEPERKTE GARANTIE VAN 24 MAANDEN

Iedere JAY J3 Rugsteun wordt zorgvuldig geïnspecteerd en getest om optimale prestaties te garanderen. Iedere JAY J3 Rugsteun is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten voor een termijn van vierentwintig (24) maanden, vanaf de datum van aankoop, bij normaal gebruik. Mocht zich onverhoopt toch een materiaal- of fabricagefout voordoen binnen 24 maanden na de oorspronkelijke aankoopdatum, dan wordt het kussen naar keuze van Sunrise Medical, kosteloos gerepareerd of vervangen. Deze garantie is niet van toepassing op gaten, slijtage of brandplekken en is evenmin van toepassing op de verwijderbare hoes.

Claims en reparaties dienen plaats te vinden via de dichtstbijzijnde geautoriseerde leverancier. Met uitzondering van de expliciete garanties die hierbij worden gesteld, zijn alle overige garanties, inclusief de garantie dat het product geschikt is voor het doel waarvoor het wordt aangeschaft, uitgesloten. Er zijn geen garanties die zich verder uitstrekken dan de beschrijving die hier wordt gegeven. Genoegdoening voor schending van expliciet hierin gestelde garanties zijn beperkt tot reparatie of vervanging van de producten. Schadevergoeding voor schending van garanties omvat in geen geval vervolgschade en is nooit hoger dan de aanschafprijs van de producten die niet voldoen.

Type:	Naam product, SKU nummer	 XXXX-XX-XX	Productiedatum
Date:	Lotnummer; gedefinieerd met Juliaanse datum	Part Code	Artikelnummer van de assemblage
 XXX mm	Breedte zitsysteem	MD	Dit symbool betekent Medisch apparaat
 XXX mm	Diepte (max.)		Adres fabrikant
 XXX kg	Max. gebruikersgewicht	EC REP	Europese gevolmachtigde
	CE-keurmerk	UK RP	Verantwoordelijke persoon VK
	UKCA-keurmerk	CH REP	Het adres van de vertegenwoordiger in Zwitserland
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing		Adres van de importeur

VOORBEELD

JAY

Part Code:

Date: 

cm cm kg

   Max

 SUNRISE MEDICAL (US) LLC
12002 VOLUNTEER BLVD.
MOUNT JULIET, TN 37122, USA

 Sunrise Medical GmbH
Karlbachring 2-4
69254 Malsch / HD
Germany

 Sunrise Medical Ltd.
Thorne Road, Brierley Hill
West Midlands DY5 2LD
United Kingdom

Assembled in Mexico



106132 REV. K 



ISO 7010-M002
Gebruikershandleiding/
brochure moet worden
gelezen!
(Blauw icoon)

Het managementsysteem van SUNRISE MEDICAL is gecertificeerd en voldoet aan de ISO 13485 en ISO 14001 normen.

Wij van SUNRISE MEDICAL hebben het ISO-13485-certificaat ontvangen, dat de kwaliteit van onze producten in elke fase bevestigt, van R&D tot productie. Dit product voldoet aan de standaarden zoals bepaald in regelgeving van de EU en het VK.

Indicaties

Dankzij de verschillende varianten van de rugleuning en de verschillende positioneringscomponenten voor posturale ondersteuning, drukverdeling en verhoging van de zittolerantie, kan de rugleuning door een reeks gebruikers met verschillende positioneringsbehoeften en -indicaties worden gebruikt, zoals bij:

- Dwarslaesies
- Multiple sclerose
- Neurologische aandoeningen (hemiplegie, ziekte van Parkinson)
- Disfunctioneren of misvorming van been of benen
- Gewrichtscontractuur
- Amputatie
- Tetraplegie
- Hersenverlamming
- Spierdystrofie

Contra-indicaties

Er zijn geen contra-indicaties bekend of beschikbaar

OPMERKING: Algemeen advies. Wanneer deze instructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot fysiek letsel, schade aan het product of schade aan de omgeving!

Een mededeling aan de gebruiker en/of patiënt: wanneer dit product betrokken was bij een ernstig incident, dient dit aan Sunrise Medical en de bevoegde autoriteit van de Lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd, te worden gemeld.



SUNRISE MEDICAL verklaart als fabrikant dat dit product voldoet aan de EU-verordening Medische hulpmiddelen (2017/745).

Built-4-Me speciale aanpassingen

Sunrise Medical adviseert nadrukkelijk alle bij uw Built-4-Me product meegeleverde gebruikersinformatie zorgvuldig door te lezen voordat u het product voor het eerst gebruikt. Alleen wanneer u de gebruiksaanwijzingen volledig hebt doorgelezen en begrijpt, bent u ervan verzekerd dat het Built-4-Me product functioneert en presteert zoals de fabrikant dit heeft bedoeld. Sunrise Medical adviseert tevens de gebruikersinformatie na het lezen niet weg te gooien, maar het veilig op te bergen, zodat u de informatie later nog eens kunt doornemen.

Combinaties van medische hulpmiddelen

Het is eventueel mogelijk om dit medische hulpmiddel met één of meerdere andere medische hulpmiddelen of een ander product te combineren. Kijk voor informatie over mogelijke combinaties op www.SunriseMedical.nl Alle op de lijst vermelde combinaties zijn gevalideerd om te voldoen aan de Algemene veiligheids- en prestatievereisten, Artikel 14.1 van de EU-verordening voor Medische hulpmiddelen (2017/745).

Richtlijnen voor de combinatie, zoals de bevestiging, vindt u op www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical recomienda consultar con un médico o un terapeuta experimentado en posicionamiento para determinar si es apropiada la utilización del respaldo J3.

⚠ ADVERTENCIA!

Los respaldos sólo deben ser instalados por:

- un distribuidor autorizado de Sunrise Medical.
- un profesional sanitario cualificado que haya obtenido el certificado apropiado de capacitación ya sea por parte de Sunrise Medical o su distribuidor autorizado.

USO INDICADO DEL RESPALDO JAY J3

El respaldo JAY J3 está destinado a proporcionar soporte posterior a una amplia variedad de usuarios de sillas de ruedas. Por su diseño, brinda un apoyo simple, cómodo y efectivo, que ayuda a maximizar el movimiento y a aumentar la tolerancia en posición sentada. Asimismo, es de peso liviano, durable y resulta fácil de usar.

Puede instalar el respaldo en una amplia variedad de sillas de ruedas.

Peso máximo del usuario:

300 lbs. (136 kg) - Piezas de fijación y montaje compactas (y antiguas piezas estándar)

500 lbs. (227 kg) - Piezas de fijación y montaje compactas

La vida útil estimada de este producto es de 5 años.

⚠ ADVERTENCIA

Instalar un respaldo en la silla de ruedas puede afectar el centro de gravedad de la misma y provocar que la silla de ruedas vuelque hacia atrás, con posibilidad de causar lesiones.

Evalúe siempre la necesidad de instalar en la silla de ruedas anti-vuelcos o soportes de adaptación de ejes para amputados, a fin de aumentar la estabilidad.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice el respaldo J3 para empujar o levantar la silla de ruedas. Un uso inapropiado puede provocar que el respaldo se desprenda inesperadamente de la silla de ruedas.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice la empuñadura del respaldo J3 para levantar la silla de ruedas. Esta empuñadura sólo está diseñada para la extracción del respaldo.


⚠ ADVERTENCIA

La falta de cuidado provoca incendios

⚠ ADVERTENCIA ⓘ

Por favor, lea el manual de instrucciones antes de usar el respaldo.

RESPALDO J3



MANTENIMIENTO

Sunrise recomienda que verifique cada seis meses todos los anclajes para detectar signos de desgaste, tornillos flojos o componentes rotos. Los tornillos flojos deben reajustarse según las instrucciones de instalación. Todas las abrazaderas deben ajustarse de acuerdo con las especificaciones de ajuste, según lo estipulado en la sección de instalación del sistema de fijaciones. Comuníquese con su distribuidor autorizado de Sunrise Medical inmediatamente para reemplazar cualquier componente dañado. Suspenda el uso del sistema si identifica algún componente flojo o roto.

FÁCIL DE LIMPIAR

NOTA:

- Al desmontar el respaldo para realizar la limpieza, fíjese bien en la posición de los componentes de alineación vertebral con Velcro® para montarlos correctamente después.

Para limpiar la funda del respaldo

Retire la funda despegando el Velcro. Separe la funda de la estructura del respaldo. Localice el cierre de la parte inferior de la funda y ábralo. Retire la espuma y ponga la funda al revés. Cierre la cremallera de la funda y evite que se enganche. Lavar a máquina en agua tibia (60° C) Seque al natural o a máquina a baja temperatura.

NOTA:

- No limpie las fundas en tintorería ni use lavadoras y secadoras industriales.
- No las meta en autoclave de vapor.
- No use cloro.

Vuelva a colocar la espuma dentro de la funda. Tenga en cuenta que la base contiene dos capas de espuma. Al volver a colocar la espuma, compruebe que la capa más delgada de color "gris claro" quede mirando hacia la carcasa del respaldo. Una vez que la espuma esté perfectamente colocada dentro de la funda, cierre la cremallera para finalizar.

Para limpiar la carcasa del respaldo

La carcasa se puede limpiar mediante un paño humedecido con agua y jabón. No se requiere ningún otro mantenimiento.

Para limpiar los componentes de posicionamiento

Los componentes de posicionamiento pueden limpiarse con agua y jabón. No sumerja los componentes de posicionamiento en agua. Si tiene dudas acerca del procedimiento de limpieza, comuníquese con un distribuidor autorizado de Sunrise Medical.

Medidas de higiene al reutilizar la silla

Antes de volver a dar uso a la silla, debe prepararla con cuidado. Todas las superficies que entran en contacto con el usuario deben ser tratadas con un spray desinfectante. Para ello, debe utilizar un desinfectante autorizado/recomendado en su país, a base de alcohol, para una desinfección rápida de productos y dispositivos médicos que deben desinfectarse rápidamente. Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante del desinfectante que usa. Por lo general, no se puede garantizar una desinfección completa en las costuras o juntas. Por lo tanto, le recomendamos que deseché los arneses de asiento y respaldo para evitar la contaminación microbacteriana con agentes activos, de acuerdo con la ley local de protección contra infecciones.

Condiciones De Almacenamiento Seguro

- Los productos deben almacenarse en un lugar seco; entre 20 - 75% de humedad relativa.
- Proteger de la luz solar directa y del polvo durante largos períodos.
- Lejos del calor directo y a una temperatura entre 5° C y 40° C
- Coloque y apile los productos embalados según las flechas "este lado arriba" del envase.
- Si un paquete es alto y estrecho y, por tanto, potencialmente inestable, asegúrese de que esté bien sujeto en el palé o en la estantería, para evitar que se caiga.
- No apilar nada encima de los productos embalados cuando aparezca la marca "no apilar" en el embalaje.
- El producto no debe almacenarse nunca en exteriores y a la intemperie.

Símbolos para el cuidado en el lavado	
	Lavar a máquina en agua tibia (60° C)
	Utilizar sólo lejía sin cloro, en casos necesarios
	Secar al natural
	No planchar
	No lavar en seco

COMPATIBILIDAD

Tipos de sillas de ruedas

El Respaldo J3 está diseñado para ser compatible con la mayoría de las sillas de ruedas con las siguientes excepciones:

No deben utilizarse sillas de ruedas que sean ajustables angularmente, reclinables o basculantes, y que lleguen a un ángulo mayor de 60 grados.

⚠ ADVERTENCIA

Utilizar estos tipos de silla de ruedas puede hacer que el respaldo se suelte accidentalmente de la silla de ruedas, provocando una caída y una posible lesión.




Tabla 1

Anchura del respaldo J3* (todos los contornos)		Anchura de los tubos del respaldo medidos desde las caras externas de los tubos (Fig. 1-A)			
		Anchura mínima		Anchura máxima	
		Pulgadas	cm	Pulgadas	cm
12"	31 cm	11.7	29.7	14.3	36.3
14"	36 cm	13.7	34.9	16.3	41.3
16"	41 cm	15.7	40.0	18.3	46.4
18"	46 cm	17.7	45.1	20.3	51.6
20"	51 cm	19.7	50.1	22.3	56.5

* La anchura del respaldo está identificada en el número de serie del respaldo.

Ejemplo: J3SCMTS36 es un respaldo de 36 cm.




Tabla 2

Anchura del respaldo J3 (todos los contornos)	Diámetro del tubo (Fig. 2-B)			
	Anchura mínima		Anchura máxima	
	pulg	cm	pulg	cm
14-20" (36-51cm)	3/4	1.9	1-1/8	2.85

INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS DE FIJACIÓN Y MONTAJE

Por favor lea las siguientes instrucciones antes de dar comienzo a la instalación.

Para instalar el respaldo J3, es mejor comenzar sin el usuario sentado en la silla de ruedas. Una vez que el respaldo está instalado, y sólo se necesitan hacer pequeños ajustes, el usuario podrá volver a sentarse en la silla de ruedas.

Herramientas necesarias (incluidas con el respaldo J3)*

- Llave hexagonal de 4 mm
- Llave de estrías común de 10 mm



NOTA: Siempre que la torsión de ajuste esté especificada, recomendamos utilizar un dispositivo de medición de presión (no incluido con el respaldo JAY J3) para verificar que ha conseguido la medida correcta.

Instrucciones para la instalación de las piezas de fijación (Fig. 3, 4, 5)

Válido para todos los tipos de piezas de fijación y montaje (compactas, para usuarios con pesos más elevados, y antiguas estándar).

1. Retire el respaldo existente de la silla de ruedas siguiendo las instrucciones del fabricante.
2. Determine visualmente la ubicación deseada de los receptores en los tubos del respaldo de la silla de ruedas. Las piezas del sistema de fijación deben estar montadas a una altura equidistante en cada tubo posterior (Fig. 3) y paralelas al armazón del asiento (Fig. 4). Cuanto más alta la ubicación de los tubos del respaldo, mejor.
3. Inserte los receptores del armazón. (Fig. 5)
 - a. Afloje los tornillos de la abrazadera (A) con la llave hexagonal de 4 mm suministrada. **NOTA**– Para tubos de mayor diámetro, quizá sea necesario extraer totalmente los tornillos de la abrazadera.
 - b. Inserte y alinee el receptor a los tubos del respaldo de la silla de ruedas (B).
 - c. Ajuste los tornillos de la abrazadera a mano (A). **NOTA** – Es posible que los receptores necesiten ajuste lateral adicional para garantizar la alineación apropiada.

Colocación y alineación de la carcasa del respaldo J3 (Fig. 6)

- a. Afloje las tuercas de los soportes (C) y las tuercas de la clavija de montaje (F) utilizando la llave de estrías común de 10 mm hasta que las piezas del sistema de fijación se deslicen fácilmente en todas direcciones.
- b. Inserte el respaldo J3 en los receptores del sistema de fijación colocando las clavijas de montaje izquierda y derecha (D) en los receptores izquierdo y derecho (E).
- c. Coloque el respaldo en la posición deseada aproximada, en relación con el usuario y con la silla.
- d. Ajuste a mano las tuercas interiores de la clavija de montaje (F).

NOTA: Es posible que la profundidad y el ángulo del respaldo necesiten un ajuste adicional para garantizar una posición adecuada para el usuario.
- e. Ajuste manualmente las tuercas del soporte (C). **NOTA** – Es posible que la altura del respaldo necesite un ajuste adicional para garantizar una posición adecuada para el usuario.
- f. Compruebe el sistema de extracción del respaldo presionando las palancas de liberación hacia delante y quitando el respaldo de la silla. (Para más información, consulte la sección Retirada y nueva colocación). La alineación de las piezas de ajuste,




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

montaje y respaldo será correcta si la instalación y la liberación pueden realizarse fácilmente.

- g. Si no se ha conseguido una alineación apropiada, ajuste los componentes hasta que queden correctamente alineados.
- h. Una vez bien alineados, ajuste los tornillos de la abrazadera del receptor. La torsión de ajuste recomendada es de entre 75 y 85 pulg.-lbs (8,5 - 9,3 Nm).

AJUSTE DE ALTURA, PROFUNDIDAD Y ÁNGULO EN J3

La primera fase de la instalación de las piezas de ajuste del respaldo J3 está completa. Es el momento de sentar al usuario en la silla para personalizar la posición del respaldo J3. No permita que el usuario ejerza demasiada presión sobre el respaldo, ya que no está apretado totalmente según las especificaciones de torsión.

1. Ajuste de la altura (Fig. 10)

- Con el usuario sentado en la silla, seleccione la altura deseada del respaldo. Una vez seleccionada, solicite al usuario que aligere la presión sobre el respaldo, incorporándose o deslizándose parcialmente hacia delante, para poder llevar a cabo el ajuste final.
- Afloje las tuercas del soporte (A) y ajuste la altura de la estructura del respaldo en la posición deseada.
- Ajuste con firmeza las tuercas del soporte (A). La torsión de ajuste recomendada es de entre 75 y 85 pulg.-lbs. (8.5 - 9.3 Nm).

NOTA: Cuando haya completado el ajuste de altura, compruebe que la anchura no se haya modificado inadvertidamente.

2. Ajuste de ángulo y profundidad (Fig. 11, 12 y 13)

Tenga en cuenta que puede solicitar dos tipos de piezas del sistema de fijación: las estándar (Fig. 11) o las piezas más largas y ajustables (Fig. 12). Ambos juegos de piezas se ajustan de la misma manera, pero las estándar sólo permiten 5 cm de ajuste de profundidad (Fig. 11) mientras que las piezas extensibles (o ajustables) permiten un total de 8,65 cm de ajuste de profundidad (Fig. 12).

- Para ajustar la profundidad y el ángulo del respaldo J3, afloje las tuercas izquierda y derecha (Fig. 13-B) de las ranuras del soporte.
- Ajuste la altura y/o el ángulo y fíjelos con firmeza. La torsión de ajuste recomendada es de entre 100 y 110 pulg.-lbs. (11.3 - 12.4 Nm). Compruebe que ninguna de las tuercas de ajuste de profundidad (Fig. 13-B) se deslicen o roten.
- Si se necesita más profundidad, retire el respaldo de los receptores. Retire los tornillos (Figs. 11-D, 12-D) del receptor utilizando la llave hexagonal de 4 mm incluida, y vuelva a ubicarlos a la profundidad deseada. Nota: Si necesita cambiar la posición del respaldo, antes de volver a insertar los tornillos, recomendamos aplicar un adhesivo para roscas adecuado de mediana potencia, como Loctite 243, tanto en el receptor como en las roscas de los tornillos. Ajuste los tornillos a 25-35 pulg.-lbs. (2.8 - 4 Nm).

⚠ ADVERTENCIA

Compruebe que todas las piezas de fijación se han instalado adecuadamente una vez que todos los ajustes se hayan completado y el respaldo J3 estará listo para ser utilizado.

⚠ ADVERTENCIA

Para garantizarse una seguridad óptima de la colocación del respaldo de la silla, el pasador de bloqueo tiene que estar insertado antes de hacer uso del respaldo, (Fig. 14 y 15).





Fig. 10

Piezas de fijación y montaje compactas: 2 configuraciones de profundidad

Fig. 11



Piezas de fijación y montaje compactas para usuarios con pesos más elevados

Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15

INSTALACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA FUNDA

1. Levante la solapa superior de la funda del respaldo J3 (Fig. 17)
2. Haga coincidir las cintas de sujeción de Velcro y asegure la extensión en la parte posterior de la funda del respaldo J3 (Fig. 17). Vuelva a colocar la solapa superior de la funda, lo que dejará a la extensión en medio de las solapas inferior y superior del respaldo (Fig. 18).
3. Extraiga el cojín del asiento de la silla de ruedas y coloque entre medio la parte de la "cola" de la extensión, entre la superficie de apoyo de la silla de ruedas y el cojín del asiento (Fig. 20).
4. Ajuste la extensión según sea necesario moviendo la "cola" hacia dentro o fuera de debajo del cojín. De ser necesario, también puede mover la parte superior de la extensión hacia arriba o abajo desde el respaldo.
5. Pase las correas de amarre de Velcro por las arandelas de goma de la extensión de la funda, luego amárrelas al armazón de la silla de ruedas e inserte un extremo por la ranura del extremo de la correa (Fig. 21). Enrosque y cierre los espacios externos de la extensión de la funda (Fig. 22).

Bolsa para objetos personales opcional

NOTA: Existe una bolsa opcional para guardar pertenencias que se encuentra disponible como opción para adjuntar a la solapa del respaldo (Fig. 16).



Fig. 17



Fig. 18



Fig. 19



Fig. 20



Fig. 21



Fig. 22



Fig. 16



Fig. 23

Instalación de la extensión de la funda J3 finalizada

COMPONENTES DE POSICIONAMIENTO PARA ALINEACIÓN VERTEBRAL

Los componentes de posicionamiento de alineación vertebral están diseñados para proporcionar una sujeción ergonómica en un respaldo "separado de la estructura principal". (Según la disponibilidad de mercado, los componentes de alineación vertebral pueden estar incluidos en su respaldo). Para instalar los componentes de alineación vertebral, lea las siguientes indicaciones.

1. Instalación de los componentes de posicionamiento de alineación vertebral

- Solicite al usuario que retire la presión del respaldo J3 incorporándose o deslizándose parcialmente hacia delante, en la medida de lo posible.
 - Desprenda la cinta de Velcro de la parte superior de la funda (Fig. 24) y retire la funda para dejar visible el interior del respaldo J3.
 - Coloque los componentes de posicionamiento con el Velcro ubicado dentro de la estructura (Fig. 25) y vuelva a poner la funda. Tire hacia abajo para comprobar que la costura superior quede alineada con la parte superior de la carcasa. Si la costura no queda alineada, es posible que necesite aflojar la parte inferior (Fig. 26).
 - Deje que el usuario pruebe la comodidad y soporte de la alineación vertebral actual o repita los pasos a-c hasta que el ajuste se haya completado satisfactoriamente.
3. Se pueden utilizar varias combinaciones y configuraciones de componentes de alineación vertebral. Si necesita formas o tallas de cuñas para alineación vertebral adicionales, comuníquese con su distribuidor autorizado o con Sunrise Medical.

NOTA: Si necesita más información sobre el sistema de cuñas de posicionamiento para alineación vertebral del respaldo J3, consulte nuestra página web www.sunrisemedical.com.

La instalación del respaldo J3 está completada.




Fig. 24



Fig. 25




Fig. 26

ACCESORIOS DE J3

Si ha solicitado accesorios de J3 tales como laterales, reposacabezas o arneses, consulte las instrucciones de instalación de dichos elementos.

Componentes de posicionamiento	
Lumbar grande	
Lumbar pequeña	
Cuña	
Cuña rectangular curva	
Cuña rectangular plana	
Trasero/lateral pélvico	
Taco lateral	
Bolsa de relleno grande	
Bolsa de relleno pequeña	

SEGURIDAD EN TRÁNSITO DEL RESPALDO

El respaldo J3 ha sido dinámicamente probado para su utilización en un vehículo. Siga todas las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento que se incluyen en este manual además de las instrucciones de transporte citadas a continuación.

ADVERTENCIA

SI NO SIGUE ESTAS ADVERTENCIAS, PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES AL USUARIO DE LA SILLA DE RUEDAS O DEMÁS PASAJEROS.

INSTRUCCIONES

1. Si fuera posible y viable, el usuario de la silla debe ser transferido al asiento propio del vehículo y utilizar los elementos de fijación del mismo vehículo.
2. La distancia entre la parte superior del hombro del usuario y la parte superior del respaldo no debe exceder los 16,5 cm.
3. La silla de ruedas debe contener la especificación de uso apropiado como asiento en un vehículo de motor, y debe estar dinámicamente probada según los requisitos de rendimiento de prueba de la norma ISO 7176-19. Además, debe ser instalada, usada y mantenida según las instrucciones del fabricante.
4. Si el asiento original de la silla de ruedas fue reemplazado, el nuevo asiento debe contar con la aprobación para sillas de ruedas en vehículos de transporte. Además debe ser instalado y usado según las instrucciones del fabricante.
5. El sistema de sujeción de seguridad en vehículos de transporte (WTORS) debe ser compatible con la silla de ruedas, debe cumplir con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 10542 y debe ser usado según las instrucciones del fabricante.
6. La silla de ruedas debe ser ubicada mirando hacia delante durante el transporte.
7. Para reducir el riesgo de lesiones potenciales en los ocupantes del vehículo, los accesorios opcionales que se montan en la silla de ruedas, tales como bandejas o equipamiento respiratorios, deben extraerse y guardarse en un sitio seguro para el transporte.
8. Este producto está diseñado para ser utilizado por adultos cuyo peso varíe entre 35 y 136 kg.
9. No deben considerarse como sistemas de sujeción de seguridad los dispositivos de soporte postural, tales como cinturones de posicionamiento pélvicos, soporte torácico o demás soportes posturales, como los torácicos laterales para un vehículo en movimiento, a menos que cumplan con la norma ISO 16840-4.
10. No se deben efectuar alteraciones ni sustituciones en la estructura, piezas o componentes sin antes consultar con el fabricante.

RETIRADA Y NUEVA COLOCACIÓN

Extracción

Habiendo explicado los pasos para la instalación y el ajuste, también puede extraer fácilmente el respaldo de la silla de ruedas de ser necesario. Para la extracción, empuje hacia delante de las palancas de liberación (Fig. 27). Una vez que ambas palancas están hacia delante, levante el respaldo verticalmente (Fig. 28) utilizando la empuñadura ubicada en la parte superior del respaldo.

Reinstalación apropiada tras la extracción

Para volver a colocar el respaldo en las piezas de fijación, simplemente alinee las clavijas con los receptores y empuje hasta ubicarlo en su lugar (Fig. 29). Los pasadores harán un "clic" que indicará que han quedado colocados de manera correcta.

⚠ ADVERTENCIA

Si no está seguro de haber escuchado el "clic", tire hacia arriba de la empuñadura del respaldo para comprobar que este ha quedado colocado correctamente.

Clavijas de ajuste (Fig. 30)

El respaldo J3 viene con dos clavijas de ajuste incluidas, que, una vez aseguradas, evitan que el respaldo se suelte de la silla. Para ajustarlas, inserte las clavijas (A) en los receptores de montaje (B). Simplemente retire estos pines si desea hacer uso de la función de desmontaje rápido.



Fig. 27



Fig. 29



Fig. 28





Fig. 30



CONTRAINDICACIONES:**⚠ ADVERTENCIA**

No utilice ni recete este respaldo a ningún paciente que exceda el peso máximo de usuario especificado.

RECICLADO Y REUTILIZACIÓN:**⚠ ADVERTENCIA**

- Riesgo de lesión
- Haga que un distribuidor autorizado de Sunrise Medical siempre verifique el producto por daños o desgaste antes de transferirlo a otro usuario. En caso de detectarse algún tipo de daño, **NO UTILICE ESTE PRODUCTO**.
- El incumplimiento de estas advertencias podría causar lesiones severas.

Este producto es apto para ser reutilizado*:

- Haga que un distribuidor autorizado de Sunrise Medical verifique la carcasa, las piezas de montaje, la espuma y las fundas por daños o desgaste. En caso de detectarse algún tipo de daño, no lo reutilice.
- Limpie y desinfecte la carcasa, las piezas de montaje, la espuma y las fundas de conformidad con las normativas local vigentes. Solicite asesoramiento al organismo local de control de infecciones.
- Después de la limpieza y desinfección, haga verificar nuevamente la carcasa, las piezas de montaje, la espuma y las fundas por un distribuidor autorizado de Sunrise Medical para asegurarse de que no se hubiesen producido daños durante o tras los procesos de limpieza y desinfección.

⚠ ADVERTENCIAS:

- El incumplimiento de estas instrucciones de reutilización podría causar lesiones severas en el usuario.
- Si este producto fuese a ser reutilizado, un distribuidor autorizado de Sunrise Medical o personal clínico deberá verificar que esté adaptado y configurado según las necesidades del nuevo usuario.

GARANTÍA LIMITADA DE 24 MESES**GARANTÍA**

Ver el documento "Condiciones Generales de Garantía" que acompaña a este manual de usuario.

También disponible en www.sunrisemedical.es, sección "Condiciones Generales de Venta".

Type:	Nombre del producto, número de referencia (SKU)	 XXXX-XX-XX	Fecha de fabricación
Date:	Lote; fecha según calendario Juliano	Part Code	Referencia del producto
 XXX mm	Ancho del asiento		Este símbolo significa Dispositivos Médicos
 XXX mm	Profundidad del asiento		Dirección del fabricante.
 XXX kg	Peso máx. del usuario		Representante autorizado en Europa
	Marca CE		Persona responsable en el Reino Unido
	Marca UKCA		Dirección del representante en Suiza
	Consulte las instrucciones de uso		Dirección del importador

EJEMPLO

JAY

Part Code:

Date: 

cm

cm

kg





SUNRISE MEDICAL (US) LLC
12002 VOLUNTEER BLVD.
MOUNT JULIET, TN 37122, USA

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch / HD
Germany

Sunrise Medical Ltd,
Thorns Road, Brierley Hill
West Midlands DY5 2LD
United Kingdom

Assembled in Mexico














106132 REV. K





ISO 7010-M002
Debe leerse el manual/
libro de instrucciones.
(Icono azul)

El sistema de gestión de SUNRISE MEDICAL cuenta con las certificaciones EN ISO 13485 e ISO 14001.

Sunrise Medical cuenta con la certificación ISO-13485, que acredita la calidad de nuestros productos en cada uno de sus procesos, desde el diseño a la fabricación y distribución. Este producto cumple las normas establecidas en las normativa de la UE y del Reino Unido.

Indicaciones

La cantidad de posibilidades de ajuste de los respaldos, así como los diferentes componentes de posicionamiento para proporcionar soporte postural, distribución de la presión y aumento de la tolerancia en sedestación benefician al usuario, acomodándose a sus necesidades individuales e indicaciones, y hacen que puedan ser utilizados por usuarios con diferentes necesidades e indicaciones de posicionamiento, como son:

- Lesión medular
- Patrón de enfermedad neurológica (hemiplejía, M. Parkinson)
- Defecto o deformidad en extremidades
- Amputación
- Parálisis cerebral
- Esclerosis Múltiple
- Contracción articular
- Tetraplejía
- Distrofia muscular

Contraindicaciones

No se conocen ni existen contraindicaciones.

NOTA: Información general para el usuario. No seguir estas instrucciones puede resultar en daños físicos, daños al producto o daños para el medio ambiente.

Aviso al usuario y/o paciente: cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.



Como fabricante, SUNRISE MEDICAL, declara que este producto se ajustan al Reglamento de Dispositivos Médicos (2017/745).

B4Me - Adaptaciones especiales

Sunrise Medical recomienda encarecidamente que para garantizar que su producto fabricado a través del servicio de sillas personalizadas B4Me funcione según lo previsto por el fabricante; toda la información proporcionada con su producto B4Me se lee y se comprende antes de utilizarlo por primera vez. Sunrise Medical también recomienda que dicha información no se deseche después de leerla, sino que se guarde de forma segura para futuras referencias.

Combinaciones de dispositivos médicos

Es posible combinar este dispositivo médico con uno o más dispositivos médicos u otros productos. La información sobre qué combinaciones son posibles se encuentra en www.SunriseMedical.es. Todas las combinaciones enumeradas se han validado para cumplir con los Requisitos Generales de Seguridad y Rendimiento, sección 14.1 de la Regulación de Dispositivos Médicos 2017/745.

Puede encontrar asesoramiento sobre las combinaciones, y el montaje en www.SunriseMedical.es.

A Sunrise Medical recomenda que consulte um clínico, como um médico ou terapeuta com experiência em sistemas de posicionamento, para determinar se o Encosto J3 é apropriado.



AVISO!

Os encostos apenas devem ser instalados por:

- um fornecedor autorizado pela Sunrise Medical
- um profissional de saúde qualificado e competente que tenha recebido formação adequada da Sunrise Medical ou do fornecedor autorizado.

A QUE SE DESTINA O ENCOSTO JAY J3

A Encosto JAY J3 destina-se a proporcionar apoio para as costas a uma grande variedade de utilizadores de cadeiras de rodas. Foi desenvolvido para oferecer apoio simples, confortável e eficaz para ajudar a maximizar a sua funcionalidade e a aumentar a tolerância na posição sentada. Para além disso, é leve, durável e de fácil utilização.

O encosto pode ser instalado numa grande variedade de cadeiras de rodas.

Peso Máximo do Utilizador:

300 lbs. (136 kg) – compacto (e hardware padrão antigo)

500 lbs. (227 kg) – hardware compacto de alta resistência

A vida útil prevista do produto é 5 anos.

AVISO

A instalação de um suporte de encosto numa cadeira de rodas pode afetar o centro de gravidade da cadeira de rodas e pode fazer com que a cadeira de rodas tombe, possivelmente causando ferimentos.

Verifique sempre se é necessário instalar na cadeira de rodas dispositivos anti-queda ou de suportes para o adaptador de eixo de amputados para ajudar a aumentar a estabilidade.

AVISO

Não empurre ou levante a cadeira de rodas segurando o encosto J3. A utilização incorreta pode soltar acidentalmente o encosto da cadeira de rodas.

AVISO

Não use o manípulo traseiro J3 para levantar a cadeira de rodas. Destina-se apenas para remover o encosto.


AVISO

Os descuidos causam incêndios.



Por favor, leia o manual antes de utilizar.

ENCOSTO J3



MANUTENÇÃO

A Sunrise recomenda que inspecione todos os dispositivos de fixação de 6 em 6 meses para determinar se estão desgastados, se têm parafusos soltos ou componentes partidos. As peças soltas devem ser apertadas de novo de acordo com as instruções de instalação. Todos os acessórios de fixação devem ser apertados seguindo as especificações na seção de instalação do hardware. Contacte o seu agente Sunrise Medical autorizado imediatamente para substituir qualquer peça partida. Não continue a usar o sistema depois de identificar peças partidas ou soltas.

LIMPEZA FÁCIL

NOTA: Quando retirar o encosto para limpar, memorize a posição dos Componentes Velcro® Spine Align [Alinhamento da coluna] para montar corretamente.

Para limpar a cobertura do encosto

Remova a cobertura, separando o Velcro. Remova a capa da cobertura traseira. Localize o fecho no fundo da capa e abra. Remova a espuma e vire a cobertura do avesso. Feche o fecho da cobertura para evitar prender. Lavagem à máquina em água quente (60° C) Pendure ou seque com aquecimento baixo.

NOTA:

- Não limpe a seco as capas ou use produtos de lavagem e de secagem industrial para limpar a capa.
- Não use ferro de vapor.
- Não use lixívia.

Insira de novo a espuma na cobertura. Lembre-se: a base tem duas camadas de espuma. Quando inserir de novo a espuma, assegure-se que a espuma “cinzento claro” mais fina esteja virada para a estrutura. Quando a espuma estiver dentro da capa, feche o fecho.

Para limpar a estrutura do encosto

A estrutura pode ser limpa com sabão e água. Não é necessário qualquer outro tipo de manutenção.

Para limpar os componentes de posicionamento

Os componentes de posicionamento podem ser limpos com água e sabão. Não coloque os componentes de posicionamento debaixo de água.

Se tiver outras questões sobre a limpeza, contacte o seu fornecedor Sunrise Medical autorizado.

Medidas de higiene quando reutilizar

Antes de utilizar de novo a cadeira de rodas, deve prepará-la cuidadosamente. Todas as superfícies em contato com o utilizador devem ser limpas com um spray de desinfecção. Para tal, deve usar um desinfetante como autorizado/recomendado no seu país, para desinfetar rapidamente, com produtos à base de álcool, os produtos e dispositivos médicos que devem ser desinfetados rapidamente. Tenha em conta as instruções do fabricante em relação ao desinfetante que vai usar. Em geral, não é possível garantir a desinfecção completa das bairns. Deste modo, e de acordo com as leis locais de proteção contra infeções, recomendamos que descarte da cadeira de rodas e correias traseiras com agentes ativos para evitar a contaminação com microbactérias.

Condições para armazenamento em segurança

- Os produtos devem ser armazenados em local seco; com humidade relativa entre 20% – 75%.
- Proteger da luz direta do sol e de poeiras durante longos períodos de tempo.
- Afastada de uma fonte direta de calor e a uma temperatura entre 5 °C a 40 °C
- Posicione e empilhe os produtos embalados de acordo com as setas “este lado para cima” da embalagem.
- Se uma embalagem for alta e estreita e, assim, potencialmente instável, certifique-se de que está bem presa na paleta ou na prateleira, para evitar que caia.
- Não coloque nada em cima de produtos embalados cuja embalagem apresente a marca “do not stack” (não empilhar).
- O produto nunca deve ser armazenado no exterior e ficar exposto às intempéries.

Símbolos de Limpeza	
	Lavagem à máquina em água quente (60° C)
	Apenas branqueamento sem cloro,
	quando necessário
	Pendurar
	Não passar a ferro Não secar

DETERMINAR A COMPATIBILIDADE

Tipos de cadeiras de rodas

O Encosto J3 foi desenvolvido para ser compatível com a maioria das cadeiras de rodas, excepto:

Cadeiras de rodas com ângulos, reclinção ou inclinação ajustável, cujo ajuste do ângulo do encosto seja superior a 60 graus a partir da vertical.



AVISO

A utilização do encosto nestes tipos de cadeiras de rodas pode fazer com que o encosto se solte acidentalmente da cadeira de rodas, causando uma queda e ferimentos potencialmente graves.

Dimensões da Cadeira de Rodas

O Encosto J3 foi concebido para substituir a tela de encosto de tecido da cadeira de rodas. Antes da instalação, determine se a cadeira de rodas usada possui barras traseiras compatíveis, medindo a largura das barras traseiras como na Figura 1. Usando a medição, consulte a Tabela 1 para determinar se a traseira encaixa na cadeira. De seguida, confirme se as barras traseiras têm diâmetro compatível. O hardware de encosto J3 pode ser montado em cadeiras de rodas com barras traseiras cujas dimensões sejam entre 1,9 cm a 2,85 cm. Meça o diâmetro das barras traseiras (Fig. 2) e consulte a Tabela 2 para se certificar que as barras são compatíveis.

Se não conseguir determinar se as barras traseiras são compatíveis contacte o seu fornecedor autorizado pela Sunrise Medical ou o serviço de assistência Sunrise Medical.




Tabela 1

Largura Encosto J3* (todos os contornos)		Largura das barras traseiras do exterior ao exterior dos tubos (Fig. 1-A)			
		Largura mínima		Largura máxima	
		polegada	cm	polegada	cm
12"	31 cm	11,7	29,7	14,3	36,3
14"	36 cm	13,7	34,9	16,3	41,3
16"	41 cm	15,7	40,0	18,3	46,4
18"	46 cm	17,7	45,1	20,3	51,6
20"	51 cm	19,7	50,1	22,3	56,5

* A Largura Traseira é identificada no número da peça do encosto.

Exemplo: J3SCMTS36 é um encosto com 36 cm.




Tabela 2

Largura Encosto J3 (todos os contornos)	Diâmetro da barra (Fig. 2-B)			
	Largura mínima		Largura máxima	
	polegada	cm	polegada	cm
14-20" (36-51cm)	3/4	1.9	1-1/8	2.85

INSTALAÇÃO DO HARDWARE DE MONTAGEM

Leia as seguintes instruções antes de começar a instalação.

Para instalar o Encosto J3, é melhor começar por remover o utilizador da cadeira. Quando instalar o encosto e se for necessário efectuar pequenos ajustes, pode sentar o utilizador na cadeira de rodas.

Ferramentas necessárias (incluídas com o Encosto J3)*

- Chave hexadecimal 4mm

- Chave de caixa 10mm



NOTA: Sempre que as definições do binário forem especificadas, é altamente aconselhável usar um medidor de binário (não incluído com o Encosto JAY J3) para verificar se a força de torção correta foi aplicada.

Instruções de instalação do hardware (Fig. 3, 4, 5)

Válido para todos os tipos de hardware (compacto, compacto de alta resistência e padrão antigo).

1. Remova o encosto existente da cadeira de rodas de acordo com as instruções do fabricante.
2. Determine visualmente a localização pretendida dos recetores das barras traseiras da cadeira de rodas. A altura do hardware de montagem deve ser aproximadamente igual em cada barra traseira (Fig. 3) e paralelo à estrutura do assento (Fig. 4). As posições mais elevadas nas barras traseiras são, geralmente, melhores.
3. Fixe os recetores de hardware. (Fig. 5)
 - a. Desaperte os parafusos de fixação (A) com a chave hexadecimal 4mm incluída. **NOTA:** Para tubos de grande diâmetro, poderá ser necessário remover completamente os parafusos.
 - b. Fixe e alinhe o recetor às barras traseiras da cadeira de rodas (B).
 - c. Aperte manualmente os parafusos de fixação (A). **NOTA:** Poderá ser necessário efectuar ajustamentos adicionais nos recetores para garantir o alinhamento correto.

Fixar e alinhar a cobertura traseira J3 (Fig. 6)

- a. Desaperte as porcas do suporte (C) e porcas dos pinos de montagem (F) com a chave de caixa 10mm até poder mover o hardware facilmente em todas as direções.
- b. Fixe o Encosto J3 aos recetores de hardware inserindo os pinos de montagem esquerdo e direito (D) nos recetores esquerdo e direito (E).
- c. Determine a posição aproximada do encosto, relativa tanto à cadeira como ao utilizador.
- d. Aperte as porcas manualmente no interior do pino de montagem (F).
NOTA - Poderá ser necessário ajustar a altura e ângulo do encosto para garantir a melhor posição para o utilizador.
- e. Aperte as porcas do suporte manualmente (C). **NOTA -** Poderá ser necessário ajustar a altura do encosto para garantir a melhor posição para o utilizador.
- f. Teste o desbloqueio do encosto empurrando os manípulos de libertação para a frente e removendo o encosto da cadeira. (Ver seção Remoção e Substituição para mais informações.) O alinhamento correto do hardware de montagem e do encosto é obtido quando efectuar a fixação e libertação suave do encosto.




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

- g. Se não conseguir obter o alinhamento correto, ajuste os componentes até os alinhar corretamente.
- h. Depois de alinhados, aperte os parafusos de fixação do recetor de hardware. A força de torção recomendada é 75 - 85 in-lbs (8,5 - 9,3 Nm).

AJUSTAR ALTURA, PROFUNDIDADE E ÂNGULO DE J3

A primeira fase da instalação do Encosto J3 está completa. Agora é a altura apropriada para sentar o utilizador na cadeira para personalizar o Encosto J3. O utilizador não deve aplicar o seu peso total no encosto porque ainda não foi completamente apertado segundo os requisitos de torção.

1. Ajustamento da Altura (Fig. 10)

- Com o utilizador na cadeira, determine a altura pretendida do encosto. Quando a determinar, o utilizador deve remover o seu peso do Encosto J3 inclinando-se ou movendo-se parcialmente para a frente, se possível, para permitir ajustar o encosto.
- Desaperte as porcas do suporte (A) e ajuste a altura da cobertura do encosto para a posição pretendida.
- Aperte com firmeza as porcas do suporte (A). A força de torção recomendada é (8,5 - 9,3 Nm).

NOTA: Depois de ajustar a altura, verifique se a largura não foi inadvertidamente alterada.

2. Ajustamentos de profundidade/ângulo (Fig. 11, 12 e 13)

Tenha em conta que existem dois tipos de hardware que pode encomendar – hardware padrão (Fig. 11) ou o hardware maior, ajustável (Fig. 12). Ambos os tipos de hardware são ajustados da mesma maneira mas o hardware padrão permite um ajustamento de 2 polegadas de profundidade (Fig. 11) enquanto que o hardware avançado (hardware ajustável) permite um ajustamento até 3,4 polegadas de profundidade (Fig. 12).

- Para ajustar a profundidade e o ângulo do Encosto J3 desaperte as porcas esquerda e direita (Fig. 13-B) nas ranhuras do suporte.
- Ajuste a profundidade e/ou ângulo e aperte firmemente. A força de torção recomendada é 100 - 110 in-lbs. (11,3 - 12,4 Nm). Assegure-se que nenhuma das porcas de ajustamento de profundidade (Fig. 13-B) escorrega ou roda.
- Se for necessário uma maior profundidade, remova o encosto dos recetores. Remova os parafusos (Fig. 11-D, 12-D) do receptor usando a chave hexagonal 4mm incluída e reposicione para a profundidade pretendida. Nota: Antes de voltar a instalar os parafusos, é recomendável a aplicação de uma massa para roscas de média força. Por exemplo, loctite 243 é altamente recomendado para o recetor e roscas dos parafusos, se pretender reposicionar o encosto. Aperte os parafusos com uma força de 25-35 in-lbs. (2,8 - 4 Nm).

⚠ AVISO

Verifique se todo o hardware foi firmemente apertado depois de completar todos os ajustamentos e o Encosto J3 está pronto a ser usado.


⚠ AVISO

Para garantir a máxima segurança da instalação do encosto, o pino de fixação deve ser inserido antes de poder usar o encosto, (Fig. 14 e 15).






Hardware compacto – 2 configurações de profundidade

Fig. 11



Hardware compacto HD

Fig. 12



INSTALAÇÃO DA ABA DE PROTEÇÃO

1. Levante a aba superior da Capa do Encosto J3 (Fig. 17)
2. Faça corresponder o gancho com a argola e fixe a Aba de Proteção à parte traseira da Capa do Encosto J3 (Fig. 17). Reposicione a aba superior da capa para entalar a Aba de Proteção entre as abas da aba superior e inferior (Fig. 18).
3. Remova a Almofada do Assento da cadeira de rodas e entale a “cauda” da Aba de Proteção entre a superfície de apoio da cadeira de rodas e da Almofada do Assento (Fig. 20).
4. Ajuste a Aba de Proteção, se necessário, movendo a cauda para dentro e para fora debaixo da Almofada do Assento. Se necessário, também pode mover a parte superior da aba de proteção para cima e para baixo no Encosto do Assento.
5. Insira os cabos da Braçadeira de Gancho e Argola através dos ilhós da Aba de Proteção, e depois enrole à volta da estrutura da cadeira de rodas e insira a extremidade inicial através do lado da ranhura da Braçadeira (Fig. 21). Encoste e feche as folgas exteriores da aba de proteção (Fig. 22).

Saco opcional

NOTA: Há um saco opcional para guardar coisas disponível para prender à Vanity Flap, (Fig. 16).



Fig. 17



Fig. 18



Fig. 19



Fig. 20



Fig. 21



Fig. 22




Fig. 16



Fig. 23

Instalação da Aba de Proteção J3 Completa

COMPONENTES DE POSICIONAMENTO DE ALINHAMENTO DA COLUMNA

Os Componentes Spine Align Positioning foram concebidos para oferecerem um excelente suporte num encosto "off-the-shelf". (Dependendo do mercado, os Componentes Spine Align podem ser incluídos no encosto.) Para instalar Spine Align, leia as seguintes instruções.

1. Instalação dos Componentes Spine Align Positioning

- O utilizador deve remover o seu peso do Encosto J3 inclinando-se ou movendo-se parcialmente para a frente, se possível.
- Solte a correia de Velcro na aba superior da capa (Fig. 24) e levante a capa para a frente para revelar o interior do Encosto J3.
- Coloque o(s) componente(s) de posicionamento no interior de Velcro da cobertura (Fig. 25) e volte a prender a aba superior da cobertura. Puxe para baixo, certificando-se que a bainha superior está alinhada com a parte superior da cobertura. Se a bainha não alinhar, o fundo da capa poderá não ser desapertado (Fig. 26).
- O utilizador deve testar o conforto e suporte da atual configuração de Spine Align e repetir as fases a-c até completar o ajustamento.
- Podem ser usadas várias configurações e combinações dos componentes Spine Align. Se forem necessários outras formas e tamanhos de Spine Align, contacte o seu fornecedor ou a Sunrise Medical.



NOTA: Se precisar de mais informações sobre o sistema J3 Spine Align, reveja a nossa animação em www.sunrisemedical.com.

A instalação do encosto J3 está completa.

ACESSÓRIOS J3

Se encomendar acessórios J3 como peças laterais, encostos para cabeça ou cintos, consulte as instruções de instalação relacionadas com essas peças.

Componentes de Posicionamento		
Lombar Grande		
Lombar Pequeno		
Calço		
Calço Curvo		
Calço Plano		
Peça Pélvica Posterior/Lateral		
Calço Lateral		
Saqueta Grande		
Saqueta Pequena		



SEGURANÇA DO ENCOSTO EM VIAGEM

O encosto J3 foi dinamicamente testado para ser usado num veículo automóvel. Respeite todas as instruções de instalação, utilização e manutenção deste manual assim como as instruções de trânsito apresentadas em baixo.



AVISO

O NÃO CUMPRIMENTO DESTES AVISOS PODERÁ RESULTAR EM FERIMENTOS GRAVES PARA O CONDUTOR DA CADEIRA DE RODAS E OUTROS.

INSTRUÇÕES

1. Se possível e viável, o utilizador deve passar para o assento do veículo de Equipamento Original do Fabricante e usar o cinto de segurança.
2. A distância entre o tipo do ombro do utilizador e o topo do encosto não deve ser superior a 16,5 cm.
3. A cadeira de rodas deve ser identificada como sendo apropriada para utilização num veículo, dinamicamente testada segundo os requisitos de desempenho da Norma ISO 7176-19 e instalada, usada e mantida de acordo com as instruções do fabricante.
4. Se o assento original da cadeira de rodas for substituído, o novo assento deve ser aprovado para trânsito, instalado e usado como indicado nas instruções do fabricante.
5. O sistema Wheelchair Tiedown and Occupant Restraint (WTORS) [Retenção da Cadeira de Rodas e do Ocupante] deve ser compatível com a cadeira de rodas específica, usado como indicado nas instruções do fabricante e deve respeitar os requisitos de desempenho da Norma ISO 10542.
6. A cadeira de rodas deve estar virada para a frente durante o transporte.
7. Para reduzir o risco de perigo para os ocupantes do veículo, os acessórios instalados na cadeira de rodas, como tabuleiros e equipamento respiratório, devem ser removidos e fixados em separado.
8. Este produto destina-se a ser usado por adultos com peso entre os 35 kg e 136 kg.
9. Os dispositivos de suporte postural tais como cintos de posicionamento pélvico, suportes anteriores do tronco ou suportes posturais tais como suportes laterais do tronco, não devem ser usados para prender o ocupante num veículo em movimento exceto quando identificados como sendo compatíveis com a Norma ISO 16840-4.
10. A estrutura, peças ou componentes não devem ser alterados ou substituídos, sem autorização do fabricante.

REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

Remoção

Após a instalação e ajustamento, o encosto pode ser facilmente removido da cadeira de rodas, se necessário. Para remover, empurre cada manípulo de libertação para a frente para desbloquear (Fig. 27). Quando ambos os manípulos estiverem para a frente, basta levantar o encosto para cima (Fig. 28) com a asa localizada na parte superior do encosto.

Reinstalação correta depois da remoção

Para fixar de novo os recetores de hardware, basta alinhar os pinos aos recetores e empurrar para a sua posição (Fig. 29). Se inserir corretamente, os pinos “encaixam” numa posição bloqueada.





AVISO

Se não tiver a certeza de que ouviu um “click” de encaixe, puxe o encosto usando a asa para garantir que está bem fixa.

Pinos de Fixação (Fig. 30)

O Encosto J3 inclui dois pinos de fixação que, quando fixos, evitam que o encosto se solte da cadeira. Para fixar, insira os pinos (A) nos recetores de montagem (B). Basta remover os pinos se pretender usar a capacidade de libertação rápida.



CONTRA-INDICAÇÕES:**⚠ AVISO**

Não use ou receite este encosto a alguém cujo peso seja superior ao Peso Máximo de Utilizador indicado.

RECICLAGEM / REUTILIZAÇÃO:**⚠ AVISO**

- Risco de ferimento
- Peça sempre a um fornecedor Sunrise Medical autorizado para inspecionar o produto para determinar se está danificado ou desgastado antes de o entregar a outro utilizador. Se encontrar qualquer tipo de dano, **NÃO USE ESTE PRODUTO.**
- Se não respeitar estes avisos, poderá causar ferimentos graves.

Este produto pode ser reutilizado*:

- Peça a um fornecedor Sunrise Medical autorizado para inspecionar a cobertura, hardware de montagem, espuma e capa para verificar sinais de danos ou de desgaste. Se encontrar qualquer dano, não reutilize.
- Limpe e desinfete a cobertura, hardware de montagem, espuma e capa de acordo com as normas locais do governo. Consulte o Departamento de Controlo de Doenças Infeciosas local para obter aconselhamento.
- Depois de limpar e de desinfetar, peça a um fornecedor Sunrise Medical autorizado para re-inspecionar a cobertura, hardware, espuma e capa para garantir se o processo de limpeza/desinfecção não causou qualquer tipo de dano.

⚠ ADVERTÊNCIAS:

- Caso não cumpra as instruções de reutilização, poderá causar danos graves no utilizador.
- Quando o produto for reutilizado, deve ser adaptado e equipado em função do novo utilizador por um fornecedor ou clínico Sunrise Medical autorizado.

GARANTIA LIMITADA DE 24 MESES**GARANTIA**

Ver o documento "Condições Gerais de Garantia" que acompanha este manual do utilizador.

Também disponível em www.sunrisemedical.pt, seção "General Conditions of Sale" (Condições Gerais de Venda).

Type:	Nome do produto/Número SKU	XXXX-XX-XX	Data de fabrico
Date:	Lote; data segundo o calendário Juliano	Part Code	Referência do produto
XXX mm	Largura do assento	MD	Este símbolo significa Dispositivo Médico.
XXX mm	Profundidade (Máximo)		Morada do fabricante
XXX kg	Peso máximo do utilizador	EC REP	Representante europeu autorizado
CE	Símbolo CE	UK RP	Responsável no Reino Unido
UK CA	Símbolo UKCA	CH REP	Morada do representante na Suíça
	Consulte as instruções de utilização		Morada do importador

EXEMPLO

JAY

Part Code:

Date:

cm

cm

kg

SUNRISE MEDICAL (US) LLC

12002 VOLUNTEER BLVD.

MOUNT JULIET, TN 37122, USA

Sunrise Medical GmbH

Karlbachring 2-4

69254 Malsch / HD

Germany

Sunrise Medical Ltd.

Thorns Road, Bredley Hill

West Midlands DY5 2LD

United Kingdom

Assembled in Mexico

EC REP

UK RP

106132 Rev. K



ISO 7010-M002
É necessário ler o manual/livro de instruções! (ícone azul)

O sistema de gestão da SUNRISE MEDICAL está certificado segundo ISO 13485 e ISO 14001.

A Sunrise Medical tem a certificação ISO-13485, que acredita na qualidade dos nossos produtos em cada um dos seus processos, desde o desenho ao fabrico e distribuição. Este produto está em conformidade com as normas definidas nas regulamentos da UE e do Reino Unido.

Indicações

As variedades de versões de configurações de encostos, assim como os diferentes componentes de posicionamento que formam o apoio da postura, distribuição da pressão, e que aumentam a tolerância à posição sentada são benefícios de acordo com as necessidades e indicações de cada utilizador, o que significa que podem ser utilizados por vários utilizadores com diferentes necessidades e indicações de posicionamento como:

- Lesões na medula
- Esclerose múltipla Padrões de doenças neurológicas (hemiplegia, doença de Parkinson)
- Deformação dos membros
- Amputação
- Paralisia cerebral
- Contraturas nas articulações
- Tetraplegia

Contraindicações

Não são conhecidas ou não estão disponíveis contraindicações.

NOTA: Conselhos gerais para o utilizador. O não cumprimento destas instruções pode causar o risco de lesões físicas, de danos neste produto ou criar um risco para o ambiente!

Um aviso para o utilizador e/ou paciente que qualquer acidente grave ocorrido relacionado com o equipamento deve ser comunicado ao fabricante e às autoridades competentes do Estado Membro no qual o utilizador e/ou paciente reside.



Como fabricante, a SUNRISE MEDICAL, declara que as este produto estão em conformidade com o Regulamento de Dispositivos Médicos (2017/745).

Adaptações especiais B4Me

A Sunrise Medical recomenda fortemente que, a fim de garantir que seu produto B4Me opere e funcione conforme pretendido pelo fabricante; todas as informações do usuário fornecidas com seu produto B4Me são lidas e compreendidas antes de o produto ser usado pela primeira vez. A Sunrise Medical também recomenda que as informações do utilizador não sejam descartadas após sua leitura, mas sejam mantidas em segurança para referência futura.

Combinações do dispositivo médico

Poderá ser possível combinar este dispositivo médico com um ou mais do que um outro dispositivo médico ou outro produto. As informações sobre as combinações possíveis podem ser consultadas na www.SunriseMedical.pt. Todas as combinações apresentadas foram validadas de acordo com os Requisitos Gerais de Segurança e Desempenho, secção 14.1 do Regulamento de Dispositivos Médicos 2017/745.

As orientações relativas às combinações, como montagem, podem ser consultadas em www.SunriseMedical.pt.

Sunrise Medical recommande de consulter un médecin ou un thérapeute spécialisé dans l'assise et le positionnement afin de déterminer si le dossier J3 est approprié pour l'utilisateur.

⚠ AVERTISSEMENT !

Seules les personnes suivantes sont habilitées à installer les dossiers :

- Fournisseur d'équipement médical Sunrise Medical agréé.
- Professionnel de santé qualifié et compétent ayant suivi la formation certifiée appropriée, dispensée par Sunrise Medical ou son fournisseur agréé.

DOSSIER JAY J3 - USAGE PRÉVU

Le dossier JAY J3 est prévu pour assurer un bon support dorsal à des utilisateurs de fauteuil roulant ayant des besoins très variés. Il a été conçu pour fournir un support simple, confortable et efficace afin d'optimiser la fonction et d'accroître la tolérance d'assise. En outre, il est léger, durable et facile à utiliser.

Le dossier est compatible avec une vaste gamme de fauteuils.

Poids maximum de l'utilisateur :

300 lbs. (136 kg) – compact (et anciennes fixations standard)

500 lbs. (227 kg) – Fixation compacte haute résistance

La durée de vie anticipée de ce produit est de 5 années.

⚠ AVERTISSEMENT

L'installation d'un support dorsal sur un fauteuil roulant peut avoir une incidence sur son centre de gravité. Cela pourrait faire basculer le fauteuil en arrière et éventuellement entraîner des blessures.

Toujours tester la stabilité du fauteuil et, si nécessaire, ajouter des roulettes anti-bascule ou des supports d'adaptateur d'axe pour les personnes à qui il manque un membre.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser le dossier J3 pour pousser ou soulever le fauteuil car Le dossier pourrait se détacher accidentellement du fauteuil.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser la poignée du dossier J3 pour soulever le fauteuil. Celle-ci sert au retrait du dossier.


⚠ AVERTISSEMENT

L'imprudence peut provoquer un incendie.

⚠ AVERTISSEMENT

Lire attentivement le manuel avant utilisation.

DOSSIER J3



ENTRETIEN

Sunrise recommande de vérifier toutes les attaches tous les 6 mois afin de déceler toute trace d'usure, comme des boulons desserrés ou des pièces cassées. Les attaches desserrées doivent être resserrées suivant les instructions d'installation. Toutes les attaches doivent être resserrées selon les couples de serrage indiqués au chapitre Montage des fixations. Contacter immédiatement un fournisseur Sunrise Medical agréé pour le remplacement d'une pièce cassée. Arrêter d'utiliser le dispositif après avoir identifié des pièces desserrées ou cassées.

FACILE À NETTOYER

REMARQUE :

lorsque vous démontez le dossier pour le nettoyer, notez l'emplacement des éléments Spine Align Velcro® afin de les replacer au bon endroit.

Nettoyage de la housse du dossier

Détachez la bande Velcro afin de dégager la housse. Retirez la housse de la coque du dossier. Repérez la fermeture Eclair au bas de la housse et ouvrez-la. Sortez la mousse et retournez la housse à l'envers. Refermez la fermeture Eclair pour éviter les accrocs. Lavez en machine à l'eau tiède (60°C). Laissez sécher à l'air libre ou dans un sèche-linge à basse température.

REMARQUE :

- Pas de nettoyage à sec, ni de lavage ou séchage industriel de la housse.
- Ne placez pas la housse en autoclave.
- Pas d'eau de Javel.

Réinsérez la mousse dans la housse. À noter que la base est composée de deux couches de mousse. Lorsque vous réinsérez la mousse, veillez à ce que la couche de mousse fine de couleur gris clair soit contre la coque. Une fois la mousse placée à l'intérieur de la housse, refermez la fermeture Eclair.

Nettoyage de la coque du dossier

Nettoyez la coque du dossier avec un chiffon propre et de l'eau savonneuse. La coque du dossier ne doit normalement pas nécessiter plus d'entretien.

Nettoyage des éléments de positionnement

Les éléments de positionnement peuvent être nettoyés à l'eau savonneuse. N'immergez pas les éléments de positionnement dans l'eau.

Pour toute autre question sur les procédures de nettoyage, contactez votre revendeur Sunrise Medical.

Mesure d'hygiène en cas de cession du fauteuil

Avant de laisser une autre personne utiliser le fauteuil, il convient de l'approprier soigneusement. Toutes les surfaces entrant en contact avec le nouvel utilisateur doivent être désinfectées. Pour ce faire, vous devez utiliser un désinfectant figurant dans la liste des produits homologués / recommandés dans votre pays, pour une désinfection rapide à base d'alcool pour produits et appareils médicaux nécessitant d'être désinfectés rapidement. Veuillez prendre connaissance des instructions du fabricant du produit désinfectant utilisé. En règle générale, une désinfection totale ne peut être garantie sur les coutures. Par conséquent et conformément à la réglementation locale relative à la protection contre les infections, il est recommandé de mettre au rebut la toile de l'assise et du dossier afin d'éviter toute contamination micro-bactérienne par les agents actifs.

Conditions Pour Un Entreposage Sécurisé

- Entreposer les produits dans un lieu sec à une température relative comprise entre 20 et 75 %.
- Conserver à l'abri des rayons du soleil et de la poussière pendant les périodes d'entreposage prolongées.
- Tenir éloigné des sources de chaleur directes et à une température comprise entre 5 °C et 40 °C.
- Placer et empiler les produits conditionnés conformément aux flèches d'orientation figurant sur l'emballage.
- Si un carton est grand et fin et donc potentiellement instable, veiller à bien l'immobiliser sur la palette ou en rayonnage afin d'éviter sa chute.
- Ne rien poser par-dessus les produits emballés lorsque la mention « Ne pas empiler » figure sur l'emballage.
- Ne jamais entreposer le produit à l'extérieur, exposé aux éléments.

Symboles de nettoyage	
	Lavez en machine à l'eau tiède (60°C).
	Si nécessaire, n'utilisez que des agents non chlorés
	de blanchiment
	Laissez sécher naturellement
	Pas de repassage Pas de nettoyage à sec

COMPATIBILITÉ

Types de fauteuils roulants

Le dossier J3 Back est prévu pour être compatible avec la plupart des fauteuils roulants, à l'exception des modèles suivants :

Fauteuils à dossier réglable en angle, inclinable et à inclinaison d'assise, résultant en un angle d'inclinaison du dossier supérieur à 60° par rapport à la verticale.

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation du dossier avec ces types de fauteuils roulants présente le risque de le voir se détacher accidentellement du fauteuil et de causer une chute et des blessures graves.

Les dimensions du fauteuil

Le dossier J3 a été conçu pour remplacer le dossier en toile standard du fauteuil roulant. Avant le montage, déterminez si les montants du dossier du fauteuil sont compatibles en mesurant la largeur entre les montants, comme indiqué à la Figure 1. Reportez-vous ensuite au Tableau 1 afin de déterminer si le dossier est compatible avec votre fauteuil.

Vérifiez ensuite que le diamètre des montants est compatible. Le dossier J3 peut être monté sur des montants dont le diamètre est compris entre 1,9 cm et 2,85 cm. Mesurez le diamètre des montants du dossier (Fig. 2), puis reportez-vous au Tableau 2 pour vous assurer que les montants sont compatibles.

Si vous ne parvenez pas à déterminer la compatibilité des montants du dossier de votre fauteuil, contactez votre revendeur Sunrise Medical agréé ou le service clients Sunrise Medical.




Fig. 1

Tableau 1

Largeur du dossier J3* (tous types de galbes)	Largeur des montants du dossier de l'extérieur droit à l'extérieur gauche des montants du fauteuil, (Fig. 1-A)			
	Largeur minimale		Largeur maximale	
	Pouces	cm	Pouces	cm
12" 31 cm	11,7	29,7	14,3	36,3
14" 36 cm	13,7	34,9	16,3	41,3
16" 41 cm	15,7	40,0	18,3	46,4
18" 46 cm	17,7	45,1	20,3	51,6
20" 51 cm	19,7	50,1	22,3	56,5

* La largeur du dossier est précisée dans la référence du dossier.

Exemple : dans J3SCMTS36, 36 indique un dossier de 36 cm de largeur.




Fig. 2

Tableau 2

Largeur du dossier J3 (tous types de galbes)	Diamètre du montant (Fig. 2-B)			
	Largeur minimale		Largeur maximale	
	pouce	cm	pouce	cm
14-20" (36-51cm)	3/4	1.9	1-1/8	2.85

MONTAGE DES FIXATIONS

Veuillez lire les consignes suivantes avant de procéder au montage.

Pour installer le dossier J3, commencez dans un premier temps avec le fauteuil vide, sans occupant. Une fois le dossier installé, vous pouvez procéder aux divers petits réglages avec l'utilisateur installé dans le fauteuil.

Outils requis (fournis avec le dossier J3)*

- Clé hexagonale de 4 mm
- Clé polygonale de 10 mm



REMARQUE : lorsque des valeurs de serrage sont indiquées, il est fortement conseillé d'utiliser une clef torx (non fourni avec le dossier JAY J3) afin de vérifier le couple de serrage.

Instructions relatives au montage des fixations (Fig. 3, 4, 5)

Valables pour tous les types de fixation (compacte, compacte haute résistance et ancienne standard).

1. Ôtez le dossier d'origine du fauteuil en suivant les consignes du fabricant.
2. Déterminez visuellement l'emplacement des fixations sur les montants du dossier du fauteuil. Les fixations doivent être situées approximativement à la même hauteur sur chaque montant (Fig. 3) et parallèlement au cadre du siège (Fig. 4). En général, il est préférable de placer les fixations relativement haut sur les montants.
3. Placez les fixations. (Fig. 5)
 - a. Desserrez les vis de serrage (A) avec la clé hexagonale de 4 mm fournie. **REMARQUE** – si le diamètre des montants est important, il sera éventuellement nécessaire d'enlever complètement les vis de serrage.
 - b. Placez et alignez les fixations sur les montants du dossier du fauteuil (B).
 - c. Serrez les vis de serrage (A) à la main. **REMARQUE** : vous devrez peut-être régler les fixations également latéralement pour être sûr qu'elles sont bien alignées.

Fixation et alignement de la coque du dossier J3 (Fig. 6)

- a. Desserrez les écrous de la plaque de support (C) et les écrous des goupilles de montage (F) à l'aide de la clé de 10 mm, jusqu'à ce que la fixation puisse bouger librement dans toutes les directions.
- b. Installez le dossier J3 en insérant les goupilles de montage droite et gauche (D) dans les fixations droite et gauche (E).
- c. Placez le dossier dans sa position approximative, en fonction du fauteuil et de l'utilisateur.
- d. Serrez à la main les écrous des goupilles de montage (F). **REMARQUE** : vous devrez éventuellement régler la profondeur et l'inclinaison du dossier pour optimiser le confort de l'utilisateur.
- e. Serrez à la main les écrous de la plaque de support (C). **REMARQUE** : vous devrez éventuellement régler la hauteur du dossier pour optimiser le confort de l'utilisateur.
- f. Testez le mécanisme de libération : enfoncez les leviers de libération, puis dégagez le dossier du fauteuil. (Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Retrait et remplacement.) Si vous parvenez à installer et à libérer le dossier sans forcer, c'est que l'alignement entre la fixation et le dossier est bon.




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

- g. Si tel n'est pas le cas, ajustez les différents éléments jusqu'à obtention d'un bon alignement.
- h. Lorsque l'alignement est correct, serrez les vis de serrage des fixations. Le couple de serrage recommandé est de 8,5 - 9,3 Nm.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR, DE LA PROFONDEUR ET DE L'ANGLE D'INCLINAISON DU DOSSIER J3

La première phase de l'installation des fixations du dossier J3 est terminée. Il convient désormais d'installer l'utilisateur dans son fauteuil afin de personnaliser le dossier J3. Demandez à l'utilisateur de ne pas complètement s'appuyer contre le dossier car celui-ci n'est pas encore serré aux couples de serrage requis.

1. Réglage de la hauteur (Fig. 10)

- Après avoir installé l'utilisateur dans son fauteuil, déterminez la hauteur requise du dossier. Une fois la hauteur déterminée, demandez à l'utilisateur de se dégager délicatement du dossier J3 en se penchant ou en glissant légèrement vers l'avant, de sorte à pouvoir procéder au réglage.
- Desserrez les écrous de la plaque de support (A) et réglez la coque du dossier à la hauteur désirée.
- Resserrez les écrous de la plaque (A). Le couple de serrage recommandé est de 8,5 - 9,3 Nm.

REMARQUE : après avoir réglé la hauteur, vérifiez de n'avoir pas modifié la largeur par inadvertance.

2. Réglage de la profondeur et de l'angle d'inclinaison (Fig. 11, 12 et 13)

Veuillez noter qu'il existe deux types de fixation : la fixation standard (Fig. 11) ou la fixation réglable plus longue (Fig. 12). Les deux types de fixation se règlent de la même façon, la différence étant que la fixation standard permet une amplitude de réglage de 5 cm (Fig. 11), tandis que la fixation étendue permet une amplitude de réglage de 8,65 cm (Fig. 12).

- Pour régler la profondeur et l'angle du dossier J3, desserrez les vis droite et gauche (Fig. 13-B) dans les rainures de fixation.
- Réglez la profondeur et/ou l'angle d'inclinaison, puis resserrez les écrous. Le couple de serrage recommandé est de 11,3 - 12,4 Nm. Assurez-vous qu'aucun écrou de réglage de la profondeur (Fig. 13-B) ne puisse glisser ou pivoter.
- Si la profondeur n'est pas suffisante, retirez le dossier des fixations. Retirez les vis (Fig. 11-D, 12-D) des fixations à l'aide de la clé hexagonale de 4 mm fournie, puis réglez à la profondeur désirée. Remarque : Avant de remettre les vis en place, il est fortement recommandé d'appliquer un adhésif frein-filet moyennement puissant, comme du Loctite 243, sur les fixations et le filetage des vis. Serrez les vis au couple de 2,8 - 4 Nm.

⚠ AVERTISSEMENT


Vérifiez d'avoir bien resserré toutes les fixations après avoir procédé à tous les ajustements et lorsque le dossier J3 est prêt à l'emploi.

⚠ AVERTISSEMENT





Afin de garantir la sécurité optimale du montage du dossier, la goupille de sécurité doit être insérée avant d'utiliser le dossier, (Fig. 14 et 15).



Fixation compacte - 2 réglages de profondeur Fig. 11



Fixation compacte Hte Rés. Fig. 12



INSTALLATION DE LA PROTECTION DU DOSSIER

1. Soulevez le rabat supérieur de la housse du dossier J3 (Fig. 17)
2. Collez le haut de la protection au velcro de la housse du dossier J3 (Fig. 17). Rabaissez le rabat supérieur de la housse de sorte que la protection du dossier se fixe entre les rabats inférieur et supérieur (Fig. 18).
3. Retirez le coussin d'assise du fauteuil et passez la bavette de la protection du dossier entre le siège du fauteuil et le coussin d'assise (Fig. 20).
4. Ajustez la protection du dossier si nécessaire en déplaçant la bavette. En cas de besoin, vous pouvez également monter ou baisser la partie supérieure du volet inférieur sur la partie arrière du siège.
5. Insérez les bandes de fermeture auto-agrippante à travers les œillets de la protection du dossier, puis passez-les autour du cadre du fauteuil et insérez l'extrémité dans la fente de la bande (Fig. 21). Bordez et comblez les ouvertures de la protection du dossier (Fig. 22).

Pochette de dossier en option

REMARQUE : Une pochette de rangement en option peut venir s'accrocher sur la housse protectrice du dossier (Fig. 16).



Installation terminée de la protection du dossier J3

ÉLÉMENTS DE POSITIONNEMENT SPINE ALIGN

Les éléments de positionnement Spine Align sont destinés à assurer un support ergonomique par le biais d'un dossier prêt à l'emploi. (En fonction du marché, les éléments de Spine Align sont parfois fournis avec le dossier.) Pour installer les éléments Spine Align, suivez les instructions ci-dessous.

1. Installation des éléments de positionnement Spine Align

- Demandez à l'utilisateur de se dégager délicatement du dossier J3 en se penchant ou en glissant légèrement vers l'avant si possible.
- Décrochez la bande Velcro du rabat supérieur (Fig. 24) et relevez la housse vers l'avant de sorte à révéler la partie interne du dossier J3.
- Placez le ou les éléments de positionnement sur la bande Velcro, à l'intérieur de la coque (Fig. 25), et refermez le rabat supérieur. Tirez la housse vers le bas de sorte que la couture du haut soit alignée avec le bord supérieur de la coque. Si la couture n'est pas alignée, vous pouvez détendre le pan inférieur de la housse (Fig. 26).
- Demandez à l'utilisateur de tester la configuration générale des éléments Spine Align en termes de confort et de support. Répétez les étapes A à C, si nécessaire.
- Plusieurs configurations et combinaisons d'éléments Spine Align sont possibles. Si vous avez besoin d'autres formes ou tailles d'éléments de positionnement Spine Align, contactez votre revendeur ou Sunrise Medical.

REMARQUE : pour plus d'informations sur le système J3 Spine Align, visionnez notre animation sur le site www.sunrisemedical.com.


L'installation du dossier J3 est terminée.



Fig. 25



Fig. 26



ACCESSOIRES J3

Si vous avez commandé des accessoires J3, comme un cale-troncl, un appui-tête ou un harnais, veuillez vous reporter aux consignes d'installation livrées avec votre matériel.

Éléments de positionnement	
Lombaire large	
Lombaire petit	
Cale	
Cale incurvée	
Cale plate	
Bassin arrière/Latéral	
Cale latérale	
Large sac de billes	
Petit sac de billes	

SÉCURITÉ À BORD D'UN VÉHICULE MOTORISÉ

Le dossier J3 a été testé dynamiquement pour une utilisation à bord d'un véhicule. Veuillez suivre toutes les instructions relatives à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien, énoncées ci-dessous.

AVERTISSEMENT

**LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS ÉNONCÉES
PEUT EXPOSER LES OCCUPANTS DU VÉHICULE
ET TOUTE AUTRE PERSONNE À DE GRAVES
BLESSURES.**

INSTRUCTIONS

1. Dans la mesure du possible, l'utilisateur doit prendre place dans le siège du véhicule et utiliser la ceinture de sécurité du véhicule.
2. La distance entre le haut des épaules de l'utilisateur et le haut du dossier ne doit pas dépasser 16,5 cm.
3. Le fauteuil roulant doit porter une étiquette d'homologation attestant qu'il peut être utilisé comme siège dans un véhicule motorisé ; il doit avoir subi un test dynamique conformément aux exigences de la norme ISO Standard 7176-19 ; et il doit avoir été installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions du fabricant.
4. Si le siège d'origine du fauteuil roulant a été remplacé, le nouveau siège doit être homologué pour le transport à bord d'un véhicule, avoir été installé et être utilisé conformément aux instructions du fabricant.
5. Le système d'attache du fauteuil roulant et le système de retenue de l'occupant doivent être compatibles avec le fauteuil roulant utilisé ; il doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant et doit être conforme aux exigences de performance de la norme ISO 10542.
6. Le fauteuil doit toujours faire face à la route pendant le transport.
7. Afin d'éviter toute blessure potentielle aux occupants d'un véhicule, enlevez et placez séparément les accessoires habituellement fixés au fauteuil, tels que le plateau et le matériel respiratoire.
8. Ce fauteuil est prévu pour les adultes dont le poids est compris entre 35 et 136 kg.
9. Les dispositifs de maintien postural, comme les sangles de positionnement du bassin ou les supports antérieurs pour le tronc, ne doivent tenir lieu de dispositif de retenue de l'occupant lors du transport à bord d'un véhicule en déplacement, à moins d'avoir été clairement identifiés comme conformes à la norme ISO 16840-4.
10. Ne modifiez et ne remplacez pas la structure, les pièces ou les composants du fauteuil, sans avoir préalablement demandé l'avis du fabricant.

DÉPOSE ET RÉINSTALLATION

Dépose

Après l'avoir installé et l'avoir réglé, le dossier peut s'enlever facilement du fauteuil, en cas de besoin. Pour le retirer, il suffit d'enfoncer les leviers de libération (Fig. 27). Après avoir enfoncé les leviers, levez le dossier vers le haut (Fig. 28) en saisissant la poignée située en haut du dossier.

Réinstallation du dossier



Pour replacer le dossier dans ses supports, alignez les goupilles avec les fixation et insérez-les (Fig. 29). Les goupilles doivent émettre un clic indiquant qu'elles sont bien enclenchées.

AVERTISSEMENT

Si vous n'êtes pas sûr d'avoir entendu le clic, tirez le dossier vers le haut par la poignée pour vérifier qu'il est bien enclenché.

Goupilles de sécurité (Fig. 30)

Le dossier J3 est livré avec deux goupilles de sécurité qui, lorsqu'elles sont insérées, empêchent le retrait du dossier du fauteuil. Pour bloquer le dossier, insérez les goupilles (A) dans les fixations (B). Pour utiliser le mécanisme de libération rapide du dossier, il vous suffit d'enlever les goupilles.



CONTRE-INDICATIONS :**⚠ AVERTISSEMENT**

Ne pas utiliser, ni prescrire ce dossier à tout utilisateur dont le poids dépasse la limite maximale spécifiée.

RECYCLAGE / RÉUTILISATION :**⚠ AVERTISSEMENT**

- Risque de blessure
- Avant de céder le produit à un nouvel utilisateur, demandez toujours à un revendeur Sunrise Medical agréé de l'inspecter afin de déceler tout éventuel signe d'endommagement ou d'usure. Si le moindre signe d'endommagement est décelé, **N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT.**
- Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner de graves blessures.

Ce produit peut être réutilisé par un nouvel utilisateur *:

- Demandez à un revendeur Sunrise Medical agréé d'inspecter la coque, le matériel de fixation, la mousse et la housse afin de déceler tout éventuel signe d'endommagement ou d'usure. Si le moindre signe d'endommagement est décelé, ne réutilisez pas ce produit.
- Nettoyez et désinfectez la coque, le matériel de fixation, la mousse et la housse conformément à la réglementation locale en vigueur. Pour tout conseil, contactez votre agence de contrôle des infections.
- Après avoir nettoyé et désinfecté le matériel, demandez à un revendeur Sunrise Medical agréé d'inspecter la coque, le matériel de fixation, la mousse et la housse afin de vérifier que la procédure de nettoyage/désinfection n'a causé aucun endommagement.

⚠ AVERTISSEMENTS :

- Le non-respect des consignes liées à la réutilisation pourrait entraîner de graves blessures pour l'utilisateur.
- En cas de réutilisation, ce produit doit être adapté aux spécificités du nouvel utilisateur par un revendeur Sunrise Medical agréé ou un médecin.

GARANTIE LIMITÉE DE 24 MOIS**GARANTIE LIMITÉE DE 24 MOIS**

Tous les dossiers JAY J3 sont rigoureusement inspectés et testés pour garantir une performance optimale. Tous les dossiers JAY J3 sont garantis contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 24 mois à compter de la date d'achat, dans la mesure où l'usage qui en a fait est réputé normal. Si un défaut de matériau ou de fabrication venait à apparaître au cours des 24 premiers mois à compter de la date d'achat d'origine, Sunrise Medical pourra, à sa discrétion, le réparer ou le remplacer gratuitement. Cette garantie ne s'applique pas aux trous, déchirures ou brûlures, ni à la housse amovible du dossier.

Les réclamations et réparations doivent être effectuées auprès de votre fournisseur agréé le plus proche. Outre les garanties expresses décrites dans le présent document, toutes les autres garanties, y compris les garanties tacites de commercialisation et les garanties de conformité à une fin particulière, sont exclues. Aucune garantie ne s'étend au-delà des présentes dispositions. Les recours pour non-respect des garanties expresses décrites, sont limités à la réparation ou au remplacement de la marchandise. En aucun cas, les dédommagements pour non-respect de la garantie ne comprendront des dommages et intérêts indirects, ni ne dépasseront les coûts du matériel non conforme vendu.

Type:	Désignation du produit/Numéro de SKU	 XXXX-XX-XX	Date de fabrication
Date:	LOT; défini par date julienne	Part Code	Référence de l'ensemble
 XXX mm	Largeur du siège	MD	Ce symbole signifie dispositif médical.
 XXX mm	Profondeur (maximale)		Coordonnée du fabricant
 XXX kg	Poids Max. utilisateur	EC REP	Représentant européen agréé
CE	Marquage CE	UK RP	Personne responsable au Royaume-Uni
UK CA	Marquage UKCA	CH REP	Adresse du représentant en Suisse
	Veuillez prendre connaissance des consignes d'utilisation		Adresse de l'importateur

ÉCHANTILLON

JAY

Part Code:

Date: 

cm cm kg


   Max

 SUNRISE MEDICAL (US) LLC
12002 VOLUNTEER BLVD.
MOUNT JULIET, TN 37122, USA

EC REP Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch / HD
Germany

UK RP Sunrise Medical Ltd,
Thorne Road, Brierley Hill
West Midlands DY5 2LD
United Kingdom

Assembled in Mexico



106132 REV. K 



ISO 7010-M002
L'utilisateur doit impérativement lire le manuel d'utilisation/livret ! (icône bleue)

Le système de gestion de SUNRISE MEDICAL est certifié ISO 13485 et ISO 14001.

Chez SUNRISE MEDICAL, nous avons obtenu la certification ISO-13485, qui atteste de la qualité de nos produits à chaque étape, de la R&D à la production. Ce produit est conforme aux exigences des réglementations de l'Union européenne et du Royaume-Uni.

Indication

Les différentes variantes de montage du dossier, ainsi que les différents composants de positionnement visant à offrir un soutien postural, la distribution de la pression, la tolérance accrue de l'assise sont autant d'avantages répondant aux exigences et indications de chaque utilisateur. Autrement dit, il peut être utilisé par une gamme d'utilisateurs ayant des besoins et des indications de positionnement différents tels que :

- Lésion Médullaire
- Profil de maladies neurologique (hémiplegie, Parkinson)
- La difformité d'un membre
- Amputation
- Paralysie cérébrale
- Sclérose en plaques
- Contracture articulaire
- Tétraplégie
- Dystrophie musculaire

Contre-indication

Aucune contre-indication n'est connue ou disponible.

REMARQUE : Conseil d'utilisation générale. Le non-respect des présentes instructions peut causer des blessures physiques, l'endommagement du matériel ou la dégradation de l'environnement.

Avis aux utilisateurs et/ou patients : tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



En sa qualité de fabricant, SUNRISE MEDICAL, déclare que ce produit sont conformes au règlement sur les dispositifs médicaux (2017/745).

Adaptations spéciales pour B4Me

Afin de vous assurer que votre produit B4Me fonctionne de manière performante comme prévu par le fabricant, Sunrise Medical vous recommande vivement de lire et de comprendre toutes les informations utilisateur fournies avec votre produit B4Me avant de l'utiliser pour la première fois. Sunrise Medical recommande également que les informations utilisateur ne soient pas jetées après leur lecture, mais qu'elles soient conservées en toute sécurité afin d'être consultées ultérieurement.

Combinaison de dispositifs médicaux

Il est possible de combiner le présent dispositif médical avec un ou plusieurs autres dispositifs ou produits. Vous trouverez sur www.SunriseMedical.fr toutes les informations utiles sur les combinaisons possibles. Toutes les combinaisons présentées ont été validées et sont conformes aux exigences générales en matière de sécurité et de performances énoncées dans le règlement 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

Vous trouverez des conseils sur la combinaison, relatifs par exemple au montage, sur www.SunriseMedical.fr

Sunrise Medical raccomanda di rivolgersi ad un medico, un terapeuta o un tecnico della riabilitazione esperto in sistemi di seduta e di postura per determinare l'idoneità all'uso di uno Schienale J3.



AVVERTENZA!

Gli schienali devono essere installati solamente da:

- un rivenditore autorizzato Sunrise Medical
- un operatore sanitario qualificato che abbia ricevuto un'adeguata formazione direttamente da Sunrise Medical o presso un rivenditore autorizzato Sunrise Medical

UTILIZZO DELLO SCHIENALE JAY J3

Lo Schienale JAY J3 è stato sviluppato per fornire supporto per la schiena per una vasta casistica di utenti in carrozzina. Ideato per fornire un supporto semplice, comodo ed efficace, favorisce la funzionalità e aumenta la tolleranza alla posizione seduta. Inoltre, è leggero, resistente e facile da usare.

Lo Schienale può essere fissato ad una vasta gamma di carrozzine.

Portata massima:

136 Kg Sistema di aggancio compatto (e vecchio sistema di aggancio)

227 Kg Sistema di aggancio compatto Heavy Duty

La vita utile prevista per questo prodotto è di 5 anni.



AVVERTENZA

L'uso di un supporto per la schiena su una carrozzina può modificarne il centro di gravità facendola ribaltare all'indietro e causando lesioni all'utente.

Valutare sempre la necessità di aggiungere dispositivi antiribaltamento o prolunghe per amputati per aumentare la stabilità della carrozzina.



AVVERTENZA

Non usare lo Schienale J3 per spingere o sollevare la carrozzina. Se viene utilizzato in modo scorretto, lo schienale potrebbe staccarsi inavvertitamente dalla carrozzina.



AVVERTENZA

Non usare la maniglia dello Schienale J3 per sollevare la carrozzina. Poiché serve solo per la rimozione dello schienale.



AVVERTENZA

La mancanza di attenzione potrebbe causare un incendio.




AVVERTENZA

Leggere il manuale prima dell'uso.



SCHIENALE J3



MANUTENZIONE

Sunrise raccomanda di controllare ogni 6 mesi tutti i dispositivi di fissaggio ed assicurarsi che non siano logori, che i bulloni non siano allentati o che i componenti non siano rotti. Stringere i dispositivi di fissaggio allentati secondo le istruzioni per l'installazione. Stringere i dispositivi di fissaggio secondo le coppie di serraggio specificate nella sezione relativa al montaggio dei supporti. Se è necessario sostituire dei componenti rotti, contattare immediatamente il rivenditore Sunrise Medical autorizzato. Se un componente è allentato o rotto, non utilizzare più il sistema.

FACILE PULIZIA

NOTA: quando si smonta lo schienale per pulirlo, prendere nota della posizione dei componenti per il posizionamento per rimontarli poi correttamente.

Pulizia della fodera dello schienale

Staccare il velcro per rimuovere la fodera. Staccare la fodera dal guscio dello schienale. Aprire la cerniera situata nella parte inferiore della fodera. Rimuovere la schiuma e rivoltare la fodera. Richiudere la fodera con la cerniera per evitare che si attorcigli. Lavare in lavatrice in acqua calda (60 °C) Asciugare all'aria o in asciugatrice a bassa temperatura.

NOTA:

- Non lavare la fodera a secco, né utilizzare lavatrici ed asciugatrici industriali.
- Non sterilizzare in autoclave a vapore.
- Non candeggiare.

Inserire nuovamente la schiuma nella fodera. Tenere presente che la base ha due strati in schiuma. Quando si inserisce la schiuma, assicurarsi che lo strato di schiuma più sottile "grigio chiaro" sia rivolto verso il guscio. Dopo aver fissato la schiuma all'interno della fodera, chiudere con la cerniera.

Pulizia del guscio dello schienale

Il guscio può essere pulito strofinandolo con acqua e sapone. Non dovrebbe essere necessaria alcuna altra manutenzione.

Pulizia dei componenti per il posizionamento

I componenti per il posizionamento possono essere puliti con acqua e sapone. Non immergerli nell'acqua.

Se si hanno domande sulle procedure di pulizia, contattare il rivenditore Sunrise Medical autorizzato.

Misure igieniche prima di riutilizzare la carrozzina

La carrozzina deve essere preparata con attenzione prima di essere riutilizzata. Tutte le superfici che vengono a contatto con l'utente devono essere trattate con un disinfettante spray. Per farlo è necessario utilizzare un disinfettante a base di alcol autorizzato/raccomandato nel Paese di residenza per le operazioni di disinfezione rapida dei dispositivi medici poiché devono essere disinfettati rapidamente. Quando si usa un disinfettante attenersi alle istruzioni del produttore. Normalmente non è possibile garantire una disinfezione sicura sulle cuciture. Per evitare contaminazioni microbatteriche si raccomanda quindi di smaltire i teli della seduta e dello schienale usando eventuali agenti attivi per la disinfezione previsti dalle normative locali in vigore per la protezione contro le infezioni.

Condizioni Per Un Corretto Immagazzinaggio

- Immagazzinare i prodotti in un luogo asciutto, con umidità relativa dal 20 al 75%.
- In caso di immagazzinaggio per periodi di tempo prolungati non lasciare il prodotto esposto alla luce diretta del sole e alla polvere.
- Lontano da fonti dirette di calore e a una temperatura compresa tra 5 °C e 40 °C.
- Sistemare e impilare i prodotti imballati seguendo le indicazioni delle frecce "This Side Up" ("Alto") riportate sulla confezione.
- Se una confezione è alta e stretta e, pertanto, potenzialmente instabile, accertarsi che sia fissata adeguatamente al pallet o alla rastrelliera per evitare che possa cadere.
- Quando la confezione riporta l'avvertenza "Do not stack" (Non impilare) non depositare oggetti sopra i prodotti imballati.
- Non riporre mai il prodotto all'aperto, in luoghi soggetti a intemperie.

Simboli per il lavaggio

	Lavare in lavatrice in acqua calda (60 °C)
	Se necessario, smacchiare utilizzando solamente
	prodotti non a base di cloro.
	Asciugare all'aria
	Non stirare Non lavare a secco.

COMPATIBILITÀ CON LA CARROZZINA

Tipi di carrozzina

Lo Schienale J3 è stato progettato per essere utilizzato con la maggior parte delle carrozzine con l'eccezione di: Carrozzine con schienale regolabile in angolazione, reclinabili o basculanti che raggiungano un'angolazione maggiore di 60 gradi rispetto all'asse verticale.

⚠ AVVERTENZA

L'uso dello schienale con questi tipi di carrozzina può provocare il distacco accidentale dello schienale, con conseguente caduta e rischio di gravi lesioni.

Dimensioni della carrozzina

Lo Schienale J3 è progettato per sostituire il telo schienale della carrozzina. Prima del montaggio controllare che i montanti dello schienale siano compatibili. A questo scopo misurare la distanza tra i montanti come illustrato nella figura 1, quindi consultare la tabella 1 per determinare se è possibile usare lo schienale con la carrozzina. Quindi controllare che i montanti siano di diametro compatibile. I supporti dello Schienale J3 possono essere fissati su montanti con diametro tra 1,9 cm e 2,85 cm. Misurare il diametro dei montanti (Fig. 2), quindi consultare la tabella 2 per determinare se i montanti sono compatibili. In caso di difficoltà nel determinare la compatibilità dei montanti dello schienale rivolgetevi ad un rivenditore autorizzato oppure al servizio clienti di Sunrise Medical.




Fig. 1

Tabella 1

Larghezza dello Schienale J3* (tutte le curvature)		Distanza tra i montanti, da parte esterna a parte esterna del montante (Fig. 1-A)			
		Larghezza minima		Larghezza massima	
		"	cm	"	cm
12"	31 cm	11,7	29,7	14,3	36,3
14"	36 cm	13,7	34,9	16,3	41,3
16"	41 cm	15,7	40,0	18,3	46,4
18"	46 cm	17,7	45,1	20,3	51,6
20"	51 cm	19,7	50,1	22,3	56,5

* La larghezza dello schienale è indicata nel codice stesso.
Esempio: J3SCMTS36 è uno schienale di 36 cm.




Fig. 2

Tabella 2

Larghezza dello Schienale J3 (tutte le curvature)	Diametro dei montanti (Fig. 2-B)			
	Larghezza minima		Larghezza massima	
	"	cm	"	cm
14-20" (36-51cm)	3/4	1.9	1-1/8	2.85

MONTAGGIO DEL SISTEMA DI AGGANCIAMENTO (SUPPORTI)

Prima di procedere con il montaggio, leggere bene le istruzioni. Si consiglia di montare lo Schienale J3 senza l'utente seduto in carrozzina. Se, dopo il montaggio, fosse necessario apportare alcune modifiche di piccola entità, l'utente può rimanere seduto in carrozzina.

Attrezzi necessari (forniti con lo Schienale J3)*

- Brugola da 4 mm
- Chiave a stella da 10 mm



NOTA: quando le impostazioni di serraggio sono specificate, si raccomanda vivamente di utilizzare una chiave torsiometrica (non fornita con lo Schienale JAY J3) per verificare che il serraggio impostato sia conforme alle specifiche.

Istruzioni per il montaggio dei supporti del sistema di aggancio (Fig. 3, 4, 5)

Valide per qualsiasi tipo di componente (compatto, compatto per impieghi gravosi e vecchio standard).

1. Rimuovere lo schienale secondo le istruzioni del produttore della carrozzina.
2. Determinare la posizione sui montanti dello schienale dove si desidera montare i supporti. I supporti devono essere montati più o meno alla stessa altezza su ogni montante (Fig. 3) e parallelamente al telaio del sedile (Fig. 4). Si consiglia di posizionare i supporti sulla parte alta dei montanti.
3. Come montare i supporti. (Fig. 5)
 - a. Allentare le viti di fermo (A) con la brugola da 4 mm in dotazione. **NOTA**– Per i montanti con un diametro maggiore rimuovere completamente le viti di fermo.
 - b. Fissare e allineare il supporto al montante dello schienale (B).
 - c. Stringere le viti di fermo a mano (A). **NOTA:** Per un allineamento corretto potrebbe essere necessario regolare ulteriormente i supporti lateralmente.




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

Montaggio e allineamento del guscio dello Schienale J3 (Fig. 6)

- a. Allentare i dadi della staffa (C) e i dadi del perno di montaggio (F) con la chiave a stella da 10 mm fino a quando il supporto non si muova liberamente in tutte le direzioni.
- b. Fissare lo Schienale J3 ai supporti inserendo i perni di montaggio destro e sinistro (D) nei rispettivi fori (E).
- c. Determinare la posizione, rispetto alla carrozzina e all'utente, in cui si desidera montare lo schienale.
- d. Stringere i dadi a mano sulla parte interna del perno di montaggio (F).
NOTA: Per garantire il massimo comfort, potrebbe essere necessario regolare ulteriormente la profondità e l'angolo dello schienale.
- e. Stringere i dadi della staffa a mano (C). **NOTA:** Per garantire il massimo comfort, potrebbe essere necessario regolare ulteriormente l'altezza dello schienale.
- f. Provare a rimuovere lo schienale premendo le leve di sblocco in avanti e staccare lo schienale dalla carrozzina. (Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla rimozione e al posizionamento.) Se i supporti e lo schienale sono allineati correttamente, lo schienale può essere montato e rimosso facilmente.




Fig. 6

- g. Se i supporti e lo schienale non sono allineati correttamente, regolarli di conseguenza.
- h. Dopo avere completato l'allineamento, stringere le viti di fermo dei supporti secondo la coppia di serraggio consigliata di 75 - 85 in-lbs (8,5 - 9,3 Nm).

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA, DELLA PROFONDITÀ E DELL'ANGOLO DELLO SCHIENALE J3

Dopo avere montato i supporti dello Schienale J3, fare sedere l'utente sulla carrozzina per regolare lo schienale. Chiedere all'utente di non applicare pressione in quanto lo schienale non è ancora stato stretto completamente secondo i requisiti di serraggio.

1. Regolazione dell'altezza (Fig. 10)

- Con l'utente seduto sulla carrozzina determinare a che altezza si desidera regolare lo schienale. Quindi chiedere all'utente di non applicare pressione e di sporgersi o scivolare parzialmente in avanti, se possibile, per consentire la regolazione dello schienale.
- Allentare i dadi della staffa (A) e spostare il guscio dello schienale all'altezza desiderata.
- Stringere bene i dadi della staffa (A) Secondo la coppia di serraggio consigliata di 8,5 - 9,3 Nm.

NOTA: dopo avere regolato l'altezza, verificare che la larghezza non sia cambiata.

2. Regolazione della profondità e dell'angolo (Figg. 11, 12 & 13)

Sono disponibili due tipi di supporti: il supporto standard (Fig. 11) e il supporto estensibile (Fig. 12). La profondità di entrambi i supporti può essere regolata allo stesso modo. Tuttavia il supporto standard può essere regolato di 5,1 cm (Fig. 11), mentre il supporto estensibile può essere regolato di 8,6 cm (Fig. 12).

- Per regolare la profondità e l'angolo dello schienale J3, allentare i dadi destro e sinistro (Fig. 13-B) sulla staffa.
- Regolare la profondità e/o l'angolo, quindi stringere bene i dadi, secondo la coppia di serraggio consigliata di 11,3 - 12,4 Nm. Assicurarsi che nessuno dei dadi per la regolazione della profondità (Fig. 13-B) scivoli o giri.
- Se è necessario regolare ulteriormente la profondità, staccare lo schienale dai supporti. Rimuovere le viti (Fig. 11-D, 12-D) dal supporto servendosi della brugola da 4 mm in dotazione e riposizionare lo schienale alla profondità desiderata. Nota: Se lo schienale deve essere riposizionato, prima di rimettere le viti si raccomanda vivamente di applicare alla staffa e alle filettature delle viti un frenafiletti adeguato di media intensità, per es. loctite 243. Stringere le viti con una coppia di serraggio di 2,8 - 4 Nm.

⚠ AVVERTENZA

Dopo avere apportato le regolazioni desiderate, assicurarsi che i supporti siano ben stretti e lo Schienale J3 sarà pronto per l'uso.


⚠ AVVERTENZA

Per assicurare la massima sicurezza di montaggio, inserire il perno di blocco prima di usare lo schienale, (Fig. 14 & 15).




Sistema di aggancio compatto – 2 impostazioni di profondità

Fig. 11






Profondità 1






Profondità 2

Sistema di aggancio compatto Heavy Duty

Fig. 12



Profondità 1 Profondità 2 Profondità 3 Profondità 4



APPLICAZIONE DELLA VANITY FLAP

1. Sollevare il risvolto superiore della fodera dello Schienale J3 (Fig. 17)
2. Far combaciare le due parti del velcro e attaccare la Vanity Flap alla parte posteriore della fodera dello Schienale J3 (Fig. 17). Riposizionare il risvolto superiore della fodera in modo che la Vanity Flap si trovi tra i due risvolti superiore e inferiore (Fig. 18).
3. Togliere il cuscino dal sedile della carrozzina e inserire l'estremità della Vanity Flap tra la superficie di supporto della carrozzina e il cuscino del sedile (Fig. 20).
4. Regolare la Vanity Flap secondo le necessità spostando l'estremità più in dentro o più in fuori sotto il cuscino. Se necessario, si può spostare anche la parte superiore della Vanity Flap più in alto o più in basso sullo schienale.
5. Inserire le cinghiette in velcro negli anelli corrispondenti sulla Vanity Flap, quindi farle passare attorno al telaio della carrozzina e richiuderle congiungendo le due estremità maschio-femmina (Fig. 21). Stringere bene per eliminare le fessure esterne sulla Vanity Flap (Fig. 22).

Borsa per il trasporto opzionale

NOTA: È disponibile una borsa per il trasporto opzionale, da applicare al pannello posteriore (Fig. 16).



Fig. 17



Fig. 18



Fig. 19



Fig. 20



Fig. 21



Fig. 22



Fig. 16



Fig. 23

Applicazione della Vanity Flap dello Schienale J3 completata

COMPONENTI PER IL POSIZIONAMENTO

I componenti per il posizionamento sono stati ideati per garantire un perfetto supporto ergonomico in uno schienale di serie. (A seconda dei Paesi, gli schienali possono già essere dotati di componenti per l'allineamento della colonna vertebrale). Per montare i componenti per il posizionamento, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

1. Montaggio dei componenti per il posizionamento

- Chiedere all'utente di non applicare pressione sullo Schienale J3 e di sporgersi e scivolare parzialmente in avanti se possibile.
- Staccare il nastro di velcro dalla linguetta superiore della fodera (Fig. 24) e sollevare la fodera in avanti per scoprire il guscio dello schienale J3.
- Sistemare i componenti per il posizionamento sul velcro all'interno del guscio (Fig. 25) e riattaccare la linguetta superiore della fodera. Abbassare la fodera assicurandosi che la cucitura superiore sia allineata con la parte superiore del guscio. Se la cucitura non è allineata, allentare la parte inferiore della fodera (Fig. 26).
- Chiedere all'utente di verificare se lo schienale, su cui sono stati montati i componenti per il posizionamento, è comodo e fornisce un supporto adeguato. In caso negativo ripetere le operazioni a - c.
- È possibile configurare e combinare i componenti per il posizionamento in diversi modi. Se sono necessari dei componenti in forme o dimensioni diverse, contattare il fornitore autorizzato Sunrise Medical.



NOTA: se sono necessarie ulteriori informazioni sul sistema di allineamento della colonna vertebrale J3, visitare il sito Web www.sunrisemedical.com.

Il montaggio dello Schienale J3 è terminato.

ACCESSORI J3

Se sono stati ordinati degli accessori per lo Schienale J3, ad esempio sostegni laterali, appoggiatesta o cinghie, consultare le relative istruzioni per il montaggio.

Componenti per il posizionamento	
Supporto lombare grande	
Supporto lombare piccolo	
Cuneo	
Imbottitura sagomata	
Imbottitura piana	
Supporto pelvico posteriore/laterale	
Piccolo cuneo laterale	
Imbottitura per deformità grande	
Imbottitura per deformità piccola	



SICUREZZA DELLO SCHIENALE IN CASO DI TRASPORTO SU UN VEICOLO A MOTORE

Lo Schienale J3 è stato sottoposto a una prova dinamica per l'uso in un veicolo a motore. Seguire le istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione fornite nel presente manuale, nonché le istruzioni per il transito riportate di seguito.

AVVERTENZA

**SE NON CI SI ATTIENE ALLE ISTRUZIONI
RIPORTATE SOPRA, SI POSSONO CAUSARE
LESIONI GRAVI A SE STESSI O AD ALTRE
PERSONE.**

ISTRUZIONI

1. Se è possibile, l'utente deve trasferirsi sul sedile del veicolo ed usare il relativo sistema di ritenuta.
2. La distanza tra la parte superiore della spalla dell'utente e la parte superiore dello schienale non deve superare 16,5 cm.
3. La carrozzina deve essere etichettata per l'uso come sedile in un veicolo a motore, sottoposta a una prova dinamica secondo i requisiti delle prestazioni dello standard ISO 7176-19 e montata, usata e mantenuta in base alle istruzioni del produttore.
4. Se la seduta originale della carrozzina è stata sostituita, la nuova seduta deve essere approvata per il transito in carrozzina, montata e usata secondo le istruzioni del produttore.
5. I WTORS (Sistemi di ritenuta che permettono all'utente di rimanere seduto in carrozzina anche nel caso di transito su veicolo a motore) devono essere compatibili con la carrozzina specifica, usati secondo le istruzioni del produttore e conformi ai requisiti delle prestazioni dello standard ISO 10542.
6. Durante il trasporto la carrozzina deve essere rivolta in avanti.
7. Per ridurre le potenziali lesioni agli occupanti del veicolo, gli accessori montati sulla carrozzina, quali tavolino e respiratore, devono essere rimossi e fissati separatamente.
8. Questo prodotto è inteso per l'uso da parte di adulti che pesino tra 35 kg e 136 kg.
9. Non usare i dispositivi per il supporto posturale, ad esempio le cinture pelviche oppure i sostegni anteriori o laterali del tronco, come sistemi di ritenuta in un veicolo in movimento a meno che non siano conformi allo standard ISO 16840-4.
10. Non effettuare alterazioni o sostituzioni sulla struttura, sulle parti o sui componenti, senza aver prima consultato il produttore.

RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO

Rimozione

Dopo l'installazione e la regolazione, lo schienale potrà essere facilmente rimosso dalla carrozzina se necessario. Per rimuovere lo schienale, spingere le leve di sblocco in avanti per sbloccarlo (Fig. 27). Quindi sollevare lo schienale (Fig. 28) usando la maniglia situata nella parte superiore.

Riposizionamento corretto dopo la rimozione

Per riposizionare lo schienale, allineare i perni ai supporti e inserirli (Fig. 29). Se inseriti correttamente, i perni scattano in posizione di blocco.

⚠ AVVERTENZA

Se non si è sicuri di avere udito lo scatto di blocco, sollevare lo schienale usando la maniglia per verificare che sia bloccato saldamente.

Perni di blocco (Fig. 30)

Lo Schienale J3 è dotato di due perni di blocco che, quando sono inseriti, ne impediscono il distacco dalla carrozzina. Per bloccarlo, inserire i perni (A) nei supporti (B). Se, invece, si desidera poterlo estrarre rapidamente, rimuovere i perni.



Fig. 27



Fig. 29



Fig. 28





Fig. 30



CONTROINDICAZIONI:**⚠ AVVERTENZA**

Non usare né prescrivere questo schienale per utenti di peso superiore alla portata massima indicata.

RIUTILIZZO:**⚠ AVVERTENZA**

- Rischio di lesioni
- Prima che venga riutilizzato da un altro utente, fare controllare il prodotto da parte di un rivenditore Sunrise Medical per escludere la presenza di danni o segni di usura. Se si rilevano dei danni, **NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO**.
- La mancata osservanza di queste avvertenze può causare lesioni gravi.

Questo prodotto è idoneo per il riutilizzo*:

- fare ispezionare il guscio, il sistema di aggancio, la schiuma e la fodera da parte di un rivenditore autorizzato Sunrise Medical per escludere la presenza di danni o segni di usura. Se si rilevano dei danni, non riutilizzare il prodotto.
- Pulire e disinfettare il guscio, il sistema di aggancio, la schiuma e la fodera secondo le normative locali vigenti. Per assistenza, contattare l'ufficio di controllo competente.
- Dopo la pulizia e la disinfezione, fare ispezionare nuovamente il guscio, il sistema di aggancio, la schiuma e la fodera da parte di un rivenditore autorizzato Sunrise Medical per verificare che la procedura di pulizia/disinfezione non abbia causato danni.

⚠ AVVERTENZE:

- La mancata osservanza delle istruzioni di riutilizzo può causare lesioni gravi all'utente.
- Quando viene destinato al riutilizzo da parte di un nuovo utente, questo prodotto deve essere adattato e regolato da parte di un rivenditore autorizzato Sunrise Medical o da un tecnico competente per garantire il massimo comfort.

GARANZIA LIMITATA DI 24 MESI**GARANZIA LIMITATA DI 24 MESI**

Tutti gli Schienali J3 vengono attentamente esaminati e sottoposti a prove per garantirne le prestazioni ottimali. Tutti gli Schienali J3 sono garantiti privi di difetti di materiale e di fabbricazione per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto, in condizioni di utilizzo normale. Qualora si dovesse riscontrare un difetto di materiale o di fabbricazione nei 24 mesi successivi alla data di acquisto originale, Sunrise Medical effettuerà, a propria discrezione, la riparazione o la sostituzione gratuita. La presente garanzia non copre forature, strappi o bruciature, né la fodera estraibile del cuscino.

La riparazione o la sostituzione delle parti in garanzia saranno eseguite da un tecnico o da un rivenditore autorizzato Sunrise Medical. Ad eccezione delle garanzie esplicitate riportate nel presente manuale, sono escluse tutte le altre garanzie, comprese le garanzie implicite di commerciabilità e le garanzie di idoneità per scopi specifici. Non esistono garanzie che vadano oltre la descrizione riportata nella presente garanzia. L'unico rimedio in caso di violazione delle garanzie esplicitate definite nel presente manuale è la riparazione o la sostituzione della merce. In nessun caso i danni risultanti dalla violazione della garanzia includeranno gli eventuali danni conseguenti o supereranno il costo della merce non conforme venduta.

Type:	Nome del prodotto/codice articolo	 XXXX-XX-XX	Data di produzione
Date:	Lotto (definito dalla data giuliana)	Part Code	Codice prodotto
 XXX mm	Larghezza seduta	MD	Questo simbolo significa dispositivo medico
 XXX mm	Profondità (massima)		Indirizzo del produttore
 XXX kg	Portata massima	EC REP	Rappresentante Autorizzato Europeo
CE	Marchio CE	UK RP	Responsabile di riferimento nel Regno Unito
UK CA	Marchio UKCA	CH REP	Indirizzo del rappresentante in Svizzera
	Consultare le istruzioni per l'uso		Indirizzo dell'importatore

CAMPIONE

JAY

Part Code:

Date: 

cm cm kg


   Max

 SUNRISE MEDICAL (US) LLC
12002 VOLUNTEER BLVD
MOUNT JULIET, TN 37122, USA

 Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch / HD
Germany

 Sunrise Medical Ltd,
Thorns Road, Brierley Hill
West Midlands DY5 2LD
United Kingdom

Assembled in Mexico

106132 Rev. K 



ISO 7010-M002
Leggere il manuale d'uso!
(Icona blu)

Il sistema di gestione di SUNRISE MEDICAL è certificato secondo gli standard EN ISO 13485 e ISO 14001.

SUNRISE MEDICAL ha ottenuto la certificazione ISO-13485 che certifica la qualità dei suoi prodotti in ogni fase del loro processo di realizzazione, dalla ricerca e sviluppo alla produzione. Questo prodotto è conforme agli standard definiti dalle regolamenti UE e nel Regno Unito.

Indicazioni

Le diverse varianti dello schienale, così come i componenti per il posizionamento per il supporto posturale, per la distribuzione della pressione, per aumentare la tolleranza alla posizione seduta, sono stati tutti sviluppati in base alle esigenze e alle indicazioni degli utenti; questo significa che possono essere utilizzati da vari tipi di utente con diverse esigenze di posizionamento:

- Lesioni del midollo spinale
- Sclerosi multipla
- Patologie neurologiche (emiplegia, malattia di Parkinson)
- Difetti/Deformità degli arti inferiori
- Contratture articolari
- Amputazione
- Tetraplegia
- Paralisi cerebrale
- Distrofia muscolare

Controindicazioni

Non sono noti né sono disponibili dati su eventuali controindicazioni.

NOTA: Avvertenza generale per l'utente. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare lesioni fisiche, danneggiare il prodotto o l'ambiente!

In caso di incidente grave all'utente e/o al paziente riconducibile all'uso di questo dispositivo si deve inviare una comunicazione al fabbricante e alle Autorità competenti dello Stato membro di residenza dell'utente e/o del paziente.



In quanto fabbricante, SUNRISE MEDICAL dichiara che questo prodotto sono conformi a quanto previsto dal Regolamento Dispositivi medici (2017/745).

Personalizzazioni B4Me

Per garantire il corretto funzionamento del prodotto personalizzato B4Me, Sunrise Medical raccomanda vivamente di leggere con attenzione, prima del primo utilizzo, tutte le istruzioni ricevute con il prodotto B4Me. Sunrise Medical raccomanda inoltre di conservare in modo sicuro le istruzioni ricevute, per eventuale riferimento futuro.

Combinazione di più dispositivi medici

Questo dispositivo medico può essere utilizzato in combinazione con altri dispositivi medici o altri prodotti. Informazioni sul possibile utilizzo di più dispositivi in combinazione sono disponibili sul sito www.SunriseMedical.it. Tutte le combinazioni elencate sono state convalidate per soddisfare i Requisiti Generali di Sicurezza e Prestazioni, Sezione 14.1 del Regolamento Dispositivi Medici 2017/45.

Sul sito www.SunriseMedical.it sono disponibili le informazioni relative alle combinazioni possibili, come ad esempio le istruzioni per il montaggio.

Sunrise Medical rekommenderar att en läkare eller arbetsterapeut med stor erfarenhet av sitsar och positionering i rullstol, rådfrågas för att avgöra om ett J3 ryggstöd är lämpligt.



VARNING!

Ryggstöd skall endast installeras av:

- behörig Sunrise Medical-leverantör
- en kvalificerad och kompetent yrkesperson inom hälsovård som har genomgått lämplig utbildning antingen av sunrise medical eller en godkänd leverantör.

AVSETT BRUK FÖR JAY J3-RYGGDYNA

JAY J3-ryggdyna är avsett att passa som stöd för ryggen för en bred grupp rullstolsanvändare. Det är utformat för att ge enkelt, bekvämt och effektivt stöd som bidrar till att fungera i vardagen så att brukaren kan sitta längre perioder. Det är lätt, mycket hållbart och enkelt att använda.

Ryggstödet kan monteras på ett stort antal rullstolar.

Högsta användarvikt:

136 kg – Standardfäste (och äldre fästen)

227 kg – Förstärkta fästen

Den avsedda livslängden för denna produkt är 5 år.



VARNING

Montering av ryggstöd på en rullstol kan påverka rullstolens tyngdpunkt och kan leda till att den tipsar bakåt med risk för ev. personskada.

Undersök alltid om det finns behov av tippskydd eller behov av amputationsblock vilket skulle kunna förbättra stabiliteten.



VARNING

Använd ej J3 ryggdyna för att skjuta på eller lyfta rullstolen. Felaktig användning kan få ryggstödet att oväntat lossa från rullstolen.



VARNING

Använd inte J3 rygghandtag för att lyfta rullstolen. Det är endast avsett för avlägsnande av ryggstödet.



VARNING


Vårdslöshet kan leda till eldsvåda.



VARNING

Läs bruksanvisningen före användning.

J3 RYGGSTÖD



UNDERHÅLL

Sunrise rekommenderar att alla fästanordningar kontrolleras med avseende på slitage hos exempelvis lösa bultar eller trasiga komponenter var 6:e månad. Lösa fästelement dras åt enligt monteringsanvisningarna. Alla beslag ska dras åt med, i monteringsanvisningen, angivet moment. Kontakta omedelbart din auktoriserade Sunrise Medical-leverantör om någon del är trasig och behöver bytas ut. Använd inte hjälpmedel som du konstaterat har lösa eller trasiga delar.

ENKEL RENGÖRING

OBS:

När ryggstödet tas isär för rengöring, anteckna läget för Velcro® ryggradsuppriktningssdelen så att den kan sättas tillbaka korrekt.

Rengöring av ryggdynans överdrag

Avlägsna överdraget genom att dra isär kardborren. Lossa överdraget från ryggskalet. Leta upp och öppna blixtlåset i överdragets botten. Ta ut skumgummit och vänd överdraget ut och in. Dra för säkerhets skull igen dragkedjan för att undvika revor. Maskintvätta i varmt vatten (60° C) Dropptorka eller tumla torrt på låg värme.

OBS:

- Överdraget får inte kemtvättas eller rengöras i industriella tvätt- och torkmaskiner.
- Autoklavera inte med ånga.
- Använd inte blekmedel.

Sätt tillbaka skumgummit i överdraget. Observera att basen har två skumlager. Säkerställ vid insättandet att det tunnare "ljusgrå" skummet är vänt mot skalet. När skummet är säkrat i överdraget, stängs det med blixtlåset.

Rengöring av ryggskalet

Ryggskalet skall torkas rent med tvål och vatten. Det krävs ej något ytterligare underhåll.

Rengöring av positioneringskomponenter

Positioneringskomponenter kan torkas rena med trasa och tvål & vatten. Doppa inte positioneringskomponenter i vatten. Om du har ytterligare frågor om rengöringsprocedurer, kontakta er hjälpmedelscentral.

Hygienåtgärder för begagnade rullstolar

Innan rullstolen återanvänds måste den förberedas noggrant. Alla ytor som brukaren kommer i kontakt med måste behandlas med desinficeringspray. För att göra detta måste du använda ett desinfektionsmedel som godkänts/rekommenderats i ditt land, för snabb alkoholbaserad desinfektion av medicinska produkter och medicintekniska produkter, som måste desinficeras snabbt. Var medveten om tillverkarens anvisningar för det desinfektionsmedel du använder. Det är ofta svårt att åstadkomma fullgod desinficering på sömmar. Vi rekommenderar därför att du kasserar selen för att undvika mikrobiell kontaminering med aktiva ämnen enligt din lokala infektionsskyddslag.

Villkor För Säker Förvaring

- Produkterna bör förvaras på en torr plats, mellan 20 – 75% relativ luftfuktighet.
- Skydda mot direkt solljus och damm under långa perioder.
- Förvara inte i direkt värme. Förvara i en temperatur mellan 5 °C och 40 °C
- Placera och stapla de förpackade produkterna enligt pilarna på förpackningen som visar "den här sidan upp".
- Om ett paket är högt och smalt och därför potentiellt instabilt, se till att det sitter fast ordentligt på pallen eller i hyllan för att förhindra att det faller ner.
- När förpackningen är markerad med "Stapla inte" så ska inget staplas ovanpå förpackningen.
- Produkten får aldrig förvaras utomhus och utsättas för väder och vind.

Tvättsymboler	
	Maskintvätta i varmt vatten (60° C)
	Endast klorfritt blekmedel, vid behov
	Dropptorka
	Stryk inte
	Kemtvätta inte

FASTSTÄLLANDE AV KOMPATIBILITET

Rullstolstyper


J3 ryggdyna är avsett att vara kompatibel med de flesta rullstolar, med följande undantag:

Rullstolar, som är justerbara i vinkel, fälls tillbaka eller tiltas med ett resultat där ryggstödsvinkeln blir större än 60 grader, skall ej användas.



VARNING


Användning av sådana typer av rullstolar kan leda till att ryggstödet av en händelse lossnar från rullstolen och resulterar i fall och risk för allvarlig personskada.



Tabell 1

J3 Ryggdyna, bredd* (alla konturer)		Bredd på ryggrör, från utsida till utsida av rören, (Fig. 1-A)			
		Min. bredd		Max. bredd	
		tum	cm	tum	cm
12"	31 cm	11,7	29,7	14,3	36,3
14"	36 cm	13,7	34,9	16,3	41,3
16"	41 cm	15,7	40,0	18,3	46,4
18"	46 cm	17,7	45,1	20,3	51,6
20"	51 cm	19,7	50,1	22,3	56,5

* Ryggbredden är angiven i ryggstöds artikelnummer.
Exempel: J3SCMTS36 är ett 36 cm ryggstöd.



Tabell 2

J3 Back Width (all contours)	Rördiameter (Fig. 2-B)			
	Min. bredd		Max. bredd	
	tum	cm	tum	cm
14-20" (36-51cm)	3/4	1,9	1-1/8	2,85

MONTERING AV FÄSTDETALJER

Läs följande instruktioner innan montering påbörjas.

Vid montering av J3 ryggdyna är det bäst att börja utan brukaren sittande i rullstolen. När monteringen är klar och smärre injusteringar behövs kan brukaren sättas tillbaka i rullstolen.

Verktyg som behöver (medföljer J3 ryggdyna)*

- 4mm insexnyckel 
- 10mm blocknyckel 

OBS: Varhelst vridmomentsinställningar specificeras, rekommenderas det att en momentmätare (ingår inte i JAY J3 ryggen) används för att verifiera att korrekt specifikation av vridmoment uppnås.

Instruktioner för montering av fästena (Fig. 3, 4, 5)

Gäller för alla fästen (standard, förstärkta och äldre fästen).

1. Demontera rullstolens befintliga ryggstöd enligt tillverkarens instruktioner.
2. Fastställ önskad placering för fästena på stolens ryggrör. Monteringsfästena bör vara på ungefär samma höjd på vardera ryggrör (Fig. 3) och parallellt i förhållande till sitsramen, (Fig. 4). Högre placering på ryggrören är generellt bättre.
3. Montera fästena. (Fig. 5)
 - a. Lossa tvingskruvarna (A) med medföljande 4 mm insexnyckel. OBS – För grövre rördiametrar kan tvingskruvarna behöva skruvas ur helt.
 - b. Montera och rikta upp fästena på ryggrören (B).
 - c. Handdra tvingskruvarna (A). OBS – Hållarna kan behöva ytterligare lateral justering för säkerställande av korrekt uppriktning.

Montering och uppriktning av J3 ryggstödsskal (Fig. 6)

- a. Lossa muttrarna (C) och monteringsstiftets muttrar (F) med 10 mm blocknyckeln så att fästet kan föras fritt i alla riktningar.
- b. Montera J3 ryggdyna på fästena genom att sticka in vänster och höger monteringsstift (D) i respektive hållare (E).
- c. Sätt ryggstödet på plats.
- d. Handdra muttrarna på insidan av monteringsstift (F). OBS – Ryggstödet djup och vinkel kan behöva ytterligare justering för att säkerställa korrekt anpassning för användaren.
- e. Handdra muttrarna (C). OBS – Ryggstödshöjden kan kräva ytterligare justering för att säkerställa korrekt anpassning för användaren.
- f. Testa frigöringen genom att trycka frigöringsspakarna framåt och ta bort ryggstödet från stolen. (Se avsnittet om borttagande och utbyte för mer information.) Korrekt uppriktning av fästena och ryggstöd är uppnått när friktionsfri anslutning och utlösning lätt kan utföras.
- g. Om korrekt uppriktning inte föreligger, justera komponenterna till dess att de riktats upp korrekt.
- h. När korrekt uppriktning uppnåtts, dra åt alla skruvar. Rekommenderat åtdragningsmoment är 75 - 85 in-lbs (8,5 - 9,3 Nm).




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

JUSTERING AV HÖJD, DJUP OCH VINKEL FÖR J3

Den första fasen av monteringen för J3 ryggstöd är nu avklarad. Det är nu rätt tid att låta användaren sätta sig i stolen för personlig anpassning av ryggstödet. Låt inte användaren anlägga fullt tryck på ryggstödet, eftersom det inte ännu är åtdraget med fullt moment.

1. Höjdjustering (Fig. 10)

- Fastställ önskad höjd för ryggstödet med användaren sittande i stolen. När rätt höjd hittats, be brukaren om möjligt luta sig något framåt för att lätta trycket på stödet så att justering kan utföras.
- Lossa muttrarna (A) och justera höjden för ryggstödet till önskat läge.
- Dra åt muttrarna (A) ordentligt. Rekommenderat åtdragningsmoment är 75 - 85 in-lbs. (8,5 - 9,3 Nm).

OBS: Kontrollera efter höjdjusteringen att bredden inte oavsiktligt ändrats.

2. Justering av djup/vinkel (Fig. 11, 12 och 13)

Lägg märke till att det finns två typer av fästen som kan beställas – standard fixturer (fig. 11) eller de längre, justerbara fästen (Fig. 12). Båda satserna justeras på samma sätt, men standard medger 5 cm justermån (fig. 11) medan de längre, justerbara, fästena medger totalt 8,5 cm justering i djupled (Fig. 12).

- För justering av J3 ryggstöds djup och vinkel lossas muttrarna (Fig. 13-B) i spåren.
- Justera djup och/eller vinkel och dra åt ordentligt. Rekommenderat åtdragningsmoment är 100 - 110 in-lbs. (11,3 - 12,4 Nm). Säkerställ att ingen av djupjusteringsmuttrarna (Fig. 13-B) slirar eller vrids.
- Om ytterligare djup krävs, lyft av ryggstödet. Skruva ur bultarna (Fig. 11-D, 12-D) från hållarna med den medföljande 4 mm insexnyckeln och omplacera vid önskat djup. Obs: Före omplacering av skruvarna rekommenderas en lämplig medelstark gänglåsning, t.ex. rekommenderas loctite 243 starkt för hållare och skruvspår, om ryggstödet behöver omplaceras. Handdra skruvarna till 25-35 in-lbs. (2,8 - 4 Nm).

⚠ VARNING

Säkerställ att alla fixturer är korrekt åtdragna sedan alla justeringar utförts, sedan är ryggstöd J3 klart att användas.

⚠ VARNING


För att säkerställa optimal säkerhet för ryggstödet, ska låsstiftet föras in innan ryggstödet kan användas, (Fig. 14 och 15).




Fig. 10

Standardfäste – 2 djupinställningar

Fig. 11




Djup 1




Djup 2

Förstärkta fästen

Fig. 12




Djup 1



Djup 2



Djup 3



Djup 4




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15

SKYDDSÖVERDRAG INSTALLATION

1. Lyft upp övre överdrag från J3-ryggdynans överdrag (Fig. 17)
2. Fäst krok till band och fäst skyddsöverdraget på baksidan på J3-ryggdynans överdrag (Fig. 17). Ompositionera det övre överdraget och täck mellanrummet mellan övre och nedre överdrag med skyddsöverdraget (Fig. 18).
3. Avlägsna sittdynor från rullstol och täck skyddsöverdragets "svans" mellan rullstolens stödyta och sittdyna (Fig. 20).
4. Justera skyddsöverdrag enligt behov genom att dra svansen in eller ut från sitsdynan. Flytta vid behov den övre delen av skyddsöverdraget uppåt eller nedåt på ryggstödet.
5. För in spännet genom lämpliga öglor på skyddsöverdraget, fäst sedan kring rullstolens ram och för in änden genom springan (Fig. 21). Surra och stäng luckor på skyddsöverdragets utsida (Fig. 22).

Förvaringsväska som tillval

OBS: Det finns en förvaringsväska tillgänglig som tillval för att fästa på skyddsöverdraget, (Fig. 16).



Avslutad montering av J3-skyddsöverdrag

RYGGGRADSUPPRIKTANDE POSITIONERINGSKOMPONENTER

Positioneringskomponenter är designade för att ge format extra stöd inne i ett standardryggstöd. (Beroende på marknad kan positioneringskomponenter vara inkluderade med ryggstödet.) Läs följande anvisningar för montering av positioneringskomponenter.

1. Montering av positioneringskomponenter

- Låt brukaren avlasta trycket från ryggstödet genom att om möjligt luta sig lite framåt.
- Lossa kardborreremsan på övre överdragslocket (Fig. 24) och lyft överdraget framåt för att blotta insidan av ryggstödet J3.
- Placera positioneringskomponenten(erna) på kardborren inuti skalet (Fig. 25) och fäst över överdraget igen. Dra ned, säkerställ att övre sömmen är i linje med skalets topp. Om sömmen inte kan riktas upp kan nedre delen av höljets behöva lossas (Fig. 26).
- Låt användaren testa aktuell inställning av positioneringskomponenterna för komfort och stöd, upprepa stegen a – c till dess att inställningen är fullbordad.
- Multipla konfigurationer och kombinationer av positioneringskomponenterna kan användas. Om fler former och storlekar behövs, kontakta er återförsäljare eller Sunrise Medical.



OBS: Om du behöver mer information om J3 positioneringssystem, se vår animering på www.sunrisemedical.com.

Montering av ryggstöd J3 är fullbordad.

J3 TILLBEHÖR

Om du har beställt J3 tillbehör, som lateraler, huvudstöd eller selar, se våra monteringsanvisningar för dessa.

Positioneringskomponenter	
Stor lumbalstöd	
Liten lumbalstöd	
Kil	
Krökt kil	
Platt kil	
Posterior/Lateralstöd	
Lateral kil	
Stor bönpåse	
Liten bönpåse	



RYGGSTÖD: TRANSPORTSÄKERHET

J3 ryggen har blivit dynamiskt testad för användande i motorfordon. Följ alla anvisningar för montering, användning och underhåll i denna handbok liksom transportinstruktionerna nedan.

** VARNING**

**UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DESSA VARNINGAR
KAN LEDA TILL ALLVARLIGA PERSONSKADOR HOS
RULLSTOLENS BRUKARE ELLER ANDRA.**

INSTRUKTIONER

1. Avståndet mellan övre delen av brukarens skuldra och den övre delen av ryggskalet får inte överskrida 7,6 cm.
2. Avståndet mellan toppen av rullstolsanvändarens axlar och toppen av ryggstödet ska inte överstiga 16,5 cm.
3. Rullstolen måste vara märkt som lämpad för bruk som säte i ett motorfordon, dynamiskt testad, uppfyllande prestandakraven i ISO Standard 7176-19 samt vara monterad och underhållen enligt tillverkarens instruktioner.
4. Om det ursprungliga rullstolssätet ersatts måste det nya vara godkänt för transport i fordon, samt vara monterat och användas enligt tillverkarens instruktioner.
5. Rullstolens system för fästande och användarsäkerhet ska vara kompatibelt med den specifika rullstolen, användas som angivet i tillverkarens instruktioner och ska uppfylla kraven i ISO Standard 10542.
6. Rullstolen måste vara vänd framåt under transport.
7. För att reducera risken för personskador hos fordonets passagerare ska rullstolstillbehör som bricka eller respirator tas lös och säkras separat.
8. Denna produkt är avsedd att användas av vuxna som väger mellan 35 kg och 136 kg.
9. Hållningsstöd som höftpositioneringsbälten, främre bålstöd osv. ska inte användas som säkrande av en användare i ett fordon i rörelse, annat än om de är märkta som uppfyllande ISO Standard 16840-4.
10. Förändringar av struktur, delar eller komponenter skall inte utföras utan samråd med tillverkaren.

BORTTAGNING OCH OMPLACERING

Avlägsna

Efter montering och justering kan ryggstödet enkelt avlägsnas från rullstolen vid behov. Avlägsna genom att trycka vardera frigöringsspaken framåt för upplåsning (Fig. 27). När båda spakarna är i främre läget lyfts ryggstödet rakt upp (Fig. 28) handtaget överst på ryggstödet.

Korrekt återfästning efter borttagande

Fäst ryggstödet i hållarna genom att rikta upp stiften och trycka på plats (Fig. 29). Om korrekt satt "klickar" stiften in i det låsta läget.

VARNING

Om du inte säkert hört låsklicket, dra i ryggstödshandtaget för en kontroll.

Låsstift (Fig. 30)

Ryggstödet J3 levereras med två låsstift som, när säkrade, hindrar att ryggstödet lossas från stolen. Lås genom att sticka in stiften (A) i hållarna (B). Dra ut stiften om snabb frigöring önskas.



Fig. 27



Fig. 29



Fig. 28





Fig. 30



BEGRÄNSNINGAR:**⚠ VARNING**

Använd inte detta ryggstöd för någon som överskrider den angivna maximala användarvikten.

ÅTERVINNING / ÅTERANVÄNDNING:**⚠ VARNING**

- Skaderisk
- Använd alltid en auktoriserad Sunrise Medical återförsäljare som inspekterar produkten för skada eller förslitning innan den övergår till annan brukare. Om någon skada påträffas, **ANVÄND EJ DENNA PRODUKT**.
- Om dessa varningar ej åtföljs kan det leda till allvarliga skador.

Denna produkt är lämplig för återanvändning*:

- Be att en auktoriserad Sunrise Medical återförsäljare inspekterar skalet, monteringsfästen och överdrag för skada eller förslitning. Om någon skada påträffas, återanvänd ej.
- Rengör och desinficera skalet, monteringsfästernas skum och överdrag i enlighet med lokala förordningar. Se ditt lokala infektionskontrollkontor för råd.
- Efter rengöring och desinficering, se till att en auktoriserad Sunrise Medical återförsäljare återinspekterar skal, fästen, skum och överdrag för att säkerställa att rengöring/disinficeringsprocessen inte orsakar någon skada.

⚠ VARNINGAR:

- Skulle dessa instruktioner inte åtföljas kan detta leda till svåra skador på brukaren.
- Vid återanvändning bör denna produkt anpassas och monteras av en auktoriserad Sunrise Medical återförsäljare eller kliniker.

24 MÅNADERS BEGRÄNSAD GARANTI**24 MÅNADERS BEGRÄNSAD GARANTI**

Varje JAY J3-ryggstöd är noggrant inspekterat och testat för att ge bästa prestanda. Varje JAY J3-ryggstöd är garanterat fritt från defekter i material och utförande under en period på 24 månader från inköpsdatum, vid normalt bruk. Om en brist i material eller utförande skulle uppstå inom 24 månader från det ursprungliga inköpsdatumet så kommer Sunrise Medical, efter eget val, att reparera eller ersätta dynan kostnadsfritt. Denna garanti gäller ej punktering, förslitning eller brännmärken och gäller ej för ryggstödsöverdraget.

Krav och reparationer ska skötas av närmaste behöriga hjälpmedelscentral. Förutom de uttryckliga garantier som angivits i detta dokument så gäller inga påstådda garantier för säljbarhet, inga garantier för lämplighet för ett visst ändamål och inga andra garantier. Garantin gäller ej utöver beskrivningen i detta dokument. Köparens enda kompensation vid brott mot de uttryckliga garantier som beskrivs i detta dokument är att varan repareras eller ersätts. Skadestånd vid brott mot någon garanti kan under inga omständigheter innefatta några följdskador eller överstiga kostnaden för den felaktiga varan.

Type:	Produktnamn/ SKU-nummer	 XXXX-XX-XX	Tillverkningsdatum
Date:	LOT; Julianskt datum	Part Code	Artikelnummer
 XXX mm	Sitsbredd		Denna symbol betyder medicinsk utrustning
 XXX mm	Djup (maximum)		Tillverkarens adress
 XXX kg	Max. användarvikt		Europeisk auktoriserad representant
	CE-märkning		Ansvarig person i Storbritannien
	UKCA-märkning		Adress för representant från Schweiz
	Läs bruksanvisningen		Importörens adress

EXEMPEL

JAY

Part Code:

Date: 

cm cm kg






SUNRISE MEDICAL (US) LLC
12002 VOLUNTEER BLVD.
MOUNT JULIET, TN 37122, USA

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch / HD
Germany

Sunrise Medical Ltd.
Thorne Road, Brierley Hill
West Midlands DY5 2LD
United Kingdom
Assembled in Mexico






106132 Rev. K 



ISO 7010-M002
Bruksanvisning/häfte
måste läsas!
(blå ikon)

Sunrise Medicals ledningssystem är certifierat enligt ISO 13485 och ISO 14001.

Sunrise Medical har tilldelats ISO 13485-certifikatet, som bekräftar kvaliteten på våra produkter i varje steg, från FoU till produktion. Den här produkten uppfyller de standarder som anges i EU- och UK-föreskrifter.

Indikationer

Varianter av ryggstödsanpassning, liksom de olika positioneringskomponenter som ger posturalt stöd, tryckfördelning, ökad sittolerans är fördelar enligt varje brukarbehov och indikation, vilket innebär att den kan användas av en rad brukare med olika positioneringsbehov och indikationer enligt följande:

- Ryggmärgsskada
- Multipel skleros
- Neurologiskt sjukdomsmönster (hemiplegi, M.Parkinson)
- Benskada eller bendeformation
- Ledkontraktur
- Amputation
- Tetraplegi
- Cerebral pares
- Muskeldystrofi

Kontraindikationer

Inga kontraindikationer är kända eller tillgängliga.

OBS: Allmän rådgivning. Om du inte följer dessa anvisningar kan det resultera i fysiska skador, skador på produkten eller skador på miljön!

Om en incident i samband med enheten inträffar ska brukaren och/eller ska rapportera detta till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där brukaren och/eller patienten är etablerad.



Som tillverkare försäkrar SUNRISE MEDICAL den här produkten överensstämmer med förordning för medicintekniska produkter (2017/745).

B4Me specialanpassningar

Sunrise Medical rekommenderar starkt att för att säkerställa att din B4Me-produkt fungerar, och fungerar på det sätt som tillverkaren avser; all användarinformation som medföljer din B4Me-produkt ska läsas och förstås innan produkten först används. Sunrise Medical rekommenderar också att användarinformationen inte kasseras efter att ha lästs, utan att den förvaras säkert för framtida referens.

Kombinationer av medicintekniska produkter

Det kan vara möjligt att kombinera denna medicintekniska produkt med en eller flera andra medicintekniska produkter eller andra produkter. Information om vilka kombinationer som är möjliga finns på www.SunriseMedical.se. Alla angivna kombinationer har validerats för att uppfylla de allmänna kraven på säkerhet och prestanda, avsnitt 14.1 i förordningen om medicintekniska produkter 2017/745.

Vägledning om kombinationen, till exempel montering, finns på www.SunriseMedical.se

Sunrise Medical anbefaler at du rådfører deg med en lege eller terapeut som har erfaring med setesystemer og sittebehov, for å finne ut om en J3-rygg vil dekke dine behov.

⚠ ADVARSEL!

Rygger skal kun monteres av:

- en autorisert Sunrise Medical-forhandler
- en kvalifisert og kompetent person innen helsesektoren som har mottatt riktig og sertifisert opplæring, enten av Sunrise Medical eller en godkjent representant.

BRUKSOMRÅDE FOR JAY J3-RYGGEN

JAY J3-ryggen er konstruert for å passe en rekke forskjellige rullestolbrukere. Den gir naturlig, komfortabel og effektiv støtte for å maksimere stolens funksjon og øke sittekomforten. I tillegg er ryggen lett, slitesterk og lettanvendelig.

Ryggen kan monteres på en rekke forskjellige rullestoler.

Maksimal brukervekt:

300 lbs. (136 kg) – kompakt (og gammelt standardutstyr)

500 lbs. (227 kg) – kraftig, kompakt utstyr

Produktets forventede levetid er 5 år.

⚠ ADVARSEL

Montering av en rygg kan påvirke rullestolens tyngdepunkt. Dette kan gjøre at stolen tipper bakover, som igjen kan føre til personskade.

Du bør derfor alltid vurdere bruk av tippesikringer eller amputasjonsbraketter på rullestolen for å øke dens stabilitet.

⚠ ADVARSEL

Ikke skyv eller løft rullestolen ved å holde fast i J3-ryggen. Feil bruk kan gjøre at ryggen plutselig løsner fra rullestolen.

⚠ ADVARSEL

Ikke løft rullestolen ved bruk av håndtaket på J3-ryggen. Det er kun ment til å demontere ryggen.


⚠ ADVARSEL

Uforsiktighet kan føre til brann.

⚠ ADVARSEL

Les bruksanvisningen før bruk.

J3-RYGG



VEDLIKEHOLD

Sunrise anbefaler at alle fester kontrolleres for slitasje, slik som løse bolter eller skadde komponenter, hver 6. måned. Løse fester skal strammes i henhold til monteringsinstruksjonene. Alle festebraketter må strammes i henhold til spesifikasjonene beskrevet i avsnittet om montering av festebraketter. Ta kontakt med Sunrise Medical umiddelbart for å skifte ut eventuelt skadde komponenter. Du må ikke fortsette å bruke utstyret dersom du oppdager løse eller skadde komponenter.

ENKEL RENGJØRING

OPMERKING: Når du demonterer ryggen for å vaske den, merk deg hvor borrelåsen er plassert på delene, slik at du kan sette sammen ryggen igjen på riktig måte.

Vaske ryggtrekket

Ta av trekket ved å åpne borrelåsen. Fjern trekket fra ryggskallet. Finn glidelåsen nederst på trekket, og åpne den. Ta ut skumputen og vring trekket. Lukk trekket for å unngå at det henger seg fast. Maskinvask i varmt vann (60 °C) La trekket lufttørke eller i trommel på lav varme.

MERK:

- Trekket skal ikke kjemisk renses, vaskes eller tørkes i industrimaskin.
- Trekket må ikke dampes i trykkoker/autoklaveres.
- Trekket må ikke blekes.

Legg skumputen tilbake i trekket. Vær oppmerksom på at basen har to skumputelag. Når du legger tilbake skumputen, pass på at den tynne "lys grå" puten ligger ned mot skallet. Når skumputen er på plass i trekket, lukk glidelåsen.

Rengjøre ryggskallet

Skallet kan tørkes over med såpe og vann. Det er ikke nødvendig med annet vedlikehold enn dette.

Rengjøre delene

Delene kan vaskes med såpevann. Legg ikke delene i vann. Hvis du har spørsmål angående rengjøringsprosedyrene, vennligst ta kontakt med din Sunrise Medical-kontakt.

Hygiene ved gjenbruk av rullestolen

Rullestolen må rengjøres grundig før den skal brukes av andre. Alle overflater som personen kan komme i kontakt med må vaskes med et desinfeksjonsmiddel eller helst byttes ut med nytt. Du må bruke et desinfeksjonsmiddel som er tillatt/anbefalt i landet hvor rullestolen brukes. Bruk et hurtigvirkende, alkoholbasert desinfeksjonsmiddel for medisinske produkter og utstyr som må desinfiseres raskt. Vennligst følg instruksjonene fra produsenten av desinfeksjonsmiddelet du bruker. Generelt sett er ikke desinfeksjonsmidler garantert å være effektive på sømmer. Vi anbefaler derfor at sete- og ryggtrekk kastes for å unngå mikrobakteriell kontaminasjon med aktive midler, i henhold til lokale bestemmelser om beskyttelse mot infeksjoner.

Betingelser For Trygg Oppbevaring Og Lagring

- Produktene må oppbevares på et tørt sted med en relativ luftfuktighet på mellom 20-75 %.
- Beskytt produktene mot direkte sollys og støv ved lagring i lengre perioder.
- Hold produktet unna direkte varmekilder og oppbevar ved temperaturer på mellom 5 °C og 40 °C (40F - 104F).
- Plasser og stable de pakke de produktene riktig vei, slik at pilen for "denne vei opp" peker oppover.
- Dersom en pakke er høy og smal kan dette gjøre den ustabil. Sørg for at pakken er godt sikret på pallene eller hyllene, slik at den ikke faller.
- Ikke stable noe oppe på de nedpakke de produktene hvis emballasjen deres er merket med "må ikke stables".
- Produktene skal aldri lagres utendørs, der de er utsatt for vær og vind.

Vaskeanvisninger	
	Maskinvask i varmt vann (60 °C)
	Kun klorfritt blekemiddel.
	Lufttørkes
	Må ikke strykes
	Må ikke renses

FASTSETTE KOMPATIBILITET

Rullestoltyper

J3-ryggen er konstruert til å passe de aller fleste rullestoler, med unntak av følgende:

Ryggen skal ikke brukes på rullestoler som er vinkeljusterbare, med vippe- og tiltfunksjon hvor vinkelen på ryggen vil overstige 60 grader.



ADVARSEL


Hvis ryggen brukes på disse rullestoltypene, kan den falle av ved et uhell. Dette kan igjen gjøre at brukeren faller ut av stolen og pådrar seg personskader.

Rullestoldimensjoner

J3-ryggen er konstruert til å erstatte rullestolens ryggtrekk. Kontroller at rullestolen har compatible ryggør før du monterer ryggen, ved å måle avstanden mellom ryggørerne slik vist i Figur 1. Kontroller dette målet med spesifikasjonene i Tabell 1 for å avgjøre om ryggen vil passe i rullestolen.

Kontroller at ryggørerne har en kompatibel diameter. Festebrakettene for J3-ryggen kan monteres på ryggør med en diameter på mellom 1,9 cm og 2,85 cm. Mål diameteren på ryggørerne (Fig. 2) og kontroller dette målet med spesifikasjonene i Tabell 2 for å forvisse deg om at ryggørerne er compatible med ryggen.


Hvis du ikke kan avgjøre om ryggørerne er compatible, ta kontakt med din autoriserte Sunrise Medical-forhandler eller Sunrise Medicals kundesenter.



Tabell 1

Bredde på J3-rygg* (alle modeller)		Bredde på ryggørerne, fra ytterkant til ytterkant på røret (Fig. 1-A)			
		Minimal bredde		Maksimal bredde	
		Tommer	cm	Tommer	cm
12"	31 cm	11,7	29,7	14,3	36,3
14"	36 cm	13,7	34,9	16,3	41,3
16"	41 cm	15,7	40,0	18,3	46,4
18"	46 cm	17,7	45,1	20,3	51,6
20"	51 cm	19,7	50,1	22,3	56,5

* Ryggens bredde er oppgitt i artikkelnummeret for ryggen. Eksempel: J3SCMTS36 er en rygg på 36 cm.



Tabell 2

Bredde på J3-rygg (alle modeller)		Cane diameter (Fig. 2-B)			
		Minimal bredde		Maksimal bredde	
		tommer	cm	tommer	cm
14-20" (36-51cm)		3/4	1,9	1-1/8	2,85

MONTERE FESTEBRAKETTENE

Les igjennom følgende instruksjoner før du monterer ryggen.

Når du skal montere J3-ryggen, er det best at brukeren ikke sitter i rullestolen. Når ryggen er montert og det er nødvendig å finjustere den, kan brukeren sette seg tilbake i rullestolen.

Nødvendig verktøy (leveres med J3-ryggen)*

- 4 mm sekskantnøkkel



- 10 mm skiftenøkkel



MERK:Når det er oppgitt et dreiemoment, anbefaler vi at du bruker en dreiemomentmåler (leveres ikke med J3-ryggen) for å kontrollere at riktig dreiemoment er oppnådd.

Montering av festebrakettene (Fig. 3, 4, 5)

Gjelder alle festebraketter (kompakt, kraftig kompakt og gammel brakett).

1. Demonter den nåværende ryggen på rullestolen i henhold til produsentens spesifikasjoner.
2. Avgjør (visuelt) i hvilken høyde du ønsker å montere festebrakettene på rullestolens ryggør. Festene skal monteres like høyt på hvert ryggør (Fig. 3) og parallelt med seterammen (Fig. 4). Det er generelt bedre å montere festene høyere opp på ryggørene, fordi det er enklere å justere høyden ved å skyve ryggen nedover.
3. Fest brakettene. (Fig. 5)
 - a. skru opp klemmeskruene (A) med den medfølgende 4 mm sekskantnøkkelen. OPMERKING– På rør med stor diameter, kan det være nødvendig å ta klemmeskruene helt av.
 - b. Fest og juster brakettene på rullestolens ryggør (B).
 - c. Stram klemmeskruene (A) for hånd. OPMERKING - Det kan være nødvendig å justere brakettene sideveis for best mulig tilpassing.




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

Feste og rette opp J3-ryggskallet (Fig. 6)

- a. Løsne mutrene på braketten (C) og monteringspinnen (F) ved bruk av den 10 mm skiftenøkkelen, til festebrakettene kan beveges lett i alle retninger.
- b. Fest J3-ryggen til festebrakettene ved å sette høyre og venstre monteringspinne (D) i høyre og venstre brakett (E).
- c. Sett ryggen i beste stilling i forhold til både rullestolen og brukeren.
- d. Stram mutrene på innsiden av monteringspinnen (F) for hånd.

MERK– Det kan være nødvendig å justere ryggens dybde og vinkel ytterligere, slik at den passer brukeren best mulig.
- e. Stram brakettmutrene for hånd (C). MERK - Det kan være nødvendig å justere høyden på ryggen ytterligere for å sikre optimal tilpasning for brukeren.
- f. Kontroller at ryggen kan demonteres ved å skyve utløerspaken forover før du trekker ryggen ut av stolen. (Se avsnittet om montering og demontering for ytterligere informasjon). Festebrakettene er riktig montert når ryggen lett kan tas av og på stolen.
- g. Hvis festebrakettene ikke er riktig montert, må de justeres til de sitter som de skal.
- h. Når festene er riktig justert, strammer du til klemmeskruene på braketten. Det anbefalte dreiemomentet er 8,5 - 9,3 Nm.




Fig. 6

JUSTERE HØYDE, DYBDE OG VINKEL PÅ J3-RYGGEN

Du har nå fullført den første monteringsfasen for J3-ryggen. Brukeren kan nå sette seg tilbake i rullestolen slik at ryggen kan tilpasses. Fordi ryggen ikke er strammet til med det nødvendige tiltrekksmomentet, må du ikke la brukeren lene seg tilbake med full tyngde.

1. Justere høyden (Fig. 10)

- Juster ryggen til ønsket høyde mens brukeren sitter i stolen. Når ønsket høyde er oppnådd, må du be brukeren lene eller skyve seg litt forover i setet, slik at J3-ryggen kan justeres.
- Skru opp brakettmutrene (A) og juster høyden på ryggskallet til ønsket stilling.
- Stram brakettmutrene (A) forsvarlig. Det anbefalte dreiemomentet er 8,5 - 9,3 Nm.

MERK: Når du har justert høyden, må du kontrollere at bredden på brakettene ikke har blitt endret utilsiktet.

2. Dybde-/vinkeljustering (Fig. 11, 12 og 13)

Husk at du kan bestille to typer festebraketter - standard festebraketter (Fig. 11) samt lengre, justerbare festebraketter (Fig. 12). Begge festebrakettene justeres på samme måte, men standard festebraketter vil gi en dybdejustering på 5 cm (Fig. 11), mens forlengbare (justerbare) festebraketter vil gi en dybdejustering på til sammen 8,5 cm (Fig. 12).

- For å justere dybden og vinkelen på J3-ryggen, løsner du på de høyre og venstre mutrene (Fig. 13-B) i sporet på braketten.
- Juster dybden og/eller vinkelen, og stram mutrene forsvarlig til. Det anbefalte dreiemomentet er 11,3 - 12,4 Nm. Forsikre deg om at ingen av dybdejusteringsmutrene (Fig. 13-B) kan skli eller rotere.
- Hvis det er behov for lengre setedybde, ta av ryggen. Skru ut skruene (Fig. 11-D, 12-D) på brakettene ved bruk av den medfølgende 4 mm sekskantnøkkelen, og juster til ønsket dybde. Merk: Før du setter tilbake skruene, anbefaler vi på det sterkeste at du bruker et gjengelåsemiddel med middels styrke, f. eks. Loctite 243, på mottakeren og skruegjengene, dersom ryggen skal festes på nytt. Stram skruene med et dreiemoment på 2,8 - 4 Nm.

⚠ ADVARSEL

Kontroller at alle festebraketter er strammet forsvarlig til når alle justeringer er fullført og J3-ryggen er klar til bruk.


⚠ ADVARSEL

For å garantere sikker montering av ryggen, må låsepinnen settes inn før ryggen brukes, (Fig. 14 og 15).







Kompakt festebrakett– 2 dybdeinnstillinger

Fig. 11



HD kompakt festebrakett

Fig. 12



MONTERING AV RYGGTREKKFORLENGER

1. Løft den øvre klaffen på J3-ryggtrekket (Fig. 17)
2. Sett løkken på kroken, og fest ryggtrekkforlengeren bak på J3-ryggtrekket (Fig. 17). Sett tilbake den øvre klaffen på trekket for å dekke ryggtrekkforlengeren mellom den øvre og nedre klaffen (Fig. 18).
3. Ta seteputen ut av rullestolen, og legg "halen" på ryggtrekkforlengeren mellom setetrekket på rullestolen og seteputen (Fig. 20).
4. Juster ryggtrekkforlengeren etter behov ved å flytte «halen» inn og ut under seteputen. Hvis nødvendig, kan også den øvre delen på ryggtrekkforlengeren flyttes opp og ned på ryggen.
5. Trekk festebåndene gjennom øynene på ryggtrekkforlengeren, vikle dem rundt rullestolrammen, og trø den ene enden gjennom enden med åpningen på festebåndet (Fig. 21). Stram til og lukk utvendige åpninger i ryggtrekkforlengeren (Fig. 22).

Tilbehør. Oppbevaringslomme

MERK: Det finnes en oppbevaringslomme som kan festes til ryggtrekkforlengeren (Fig. 16).



Fig. 17



Fig. 18



Fig. 19



Fig. 20



Fig. 21



Fig. 22



Fig. 16



Fig. 23

Ferdigmontert J3- ryggtrekkforlenger

DELER TIL STILINGSKORRIGERING

Delene er utviklet for å gi brukeren individuelt tilpasset støtte. (I enkelte land vil deler følge med ryggen). Vennligst les instruksjonene nedenfor for å montere delene.

1. Montering av deler

- Be brukeren om å lene eller skyve seg litt forover fra J3-ryggen, om mulig.
- Åpne borrelåsen på fliken bak på trekket (Fig. 24) og løft fliken oppover, slik at du kan se innsiden på J3-ryggen.
- Fest delen(e) til borrelåsen på innsiden av ryggskallet (Fig. 25), og sett fliken på trekket tilbake på plass. Trekk fliken nedover, slik at den øvre sømmen er plassert på toppen av ryggskallet. Hvis sømmen ikke kan plasseres slik, kan det være nødvendig å løsne den nedre delen på trekket (Fig. 26).
- La brukeren teste om delen(e) gir nødvendig støtte og komfort, og gjenta trinn a til c til dette oppnås.
- Forskjellige plasseringer og kombinasjoner av deler kan brukes. Hvis du har behov for ekstra deler eller størrelser, vennligst ta kontakt med Sunrise Medical.



OPMERKING: Hvis du ønsker ytterligere informasjon om J3-delene, kan du se en video på nettsiden vår www.sunrisemedical.com.

Monteringen av J3-ryggen er nå fullført.

J3-TILBEHØR

Hvis du har bestilt J3-tilbehør, som sidestøtter, hodestøtte eller seler, må du følge monteringsinstruksjonene i brukerveiledningen for hvert av disse produktene.

Deler	
Stor lumbalstøtte	
Liten lumbalstøtte	
Kile	
Buet sidestøtte	
Flat sidestøtte	
Bekkenstøtte (justerbar)	
Sidestøtte	
Utfyllingspute stor	
Utfyllingspute liten	



TRANSPORTSIKKERHET FOR RYGG

J3-ryggen er kollisjonstestet for transport i bil. Du må følge alle instruksjonene som er oppgitt i denne brukerveiledningen angående montering, bruk og vedlikehold, samt transportinstruksjonene beskrevet nedenfor.

** ADVARSEL**

HVIS DISSE ADVARSLERNE IKKE OVERHOLDES, KAN DET FØRE TIL ALVORLIGE PERSONSKADER FOR RULLESTOLBRUKEREN OG ANDRE PERSONER.

INSTRUKSJONER

1. Brukeren skal forflyttes til et bilsete og bruke bilens sikkerhetsbelte, så langt det lar seg gjøre.
2. Avstanden mellom toppen på brukerens skulder og den øverste kanten på ryggen må ikke være mer enn 16,5 cm.
3. Rullestolen må være merket og godkjent for bruk som et sete i en bil, dynamisk testet i henhold til kravene i ISO-standard 7176-19, samt installeres, brukes og vedlikeholdes i henhold til produsentens instruksjoner.
4. Hvis det originale rullestolsetet erstattes, må det nye setet være godkjent for transport, samt installeres og brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
5. Rullestolens festesystem og brukerens sikkerhetssystem skal være kompatibelt med den bestemte rullestolen, brukes i henhold til produsentens instruksjoner, samt overholde ytelseskravene i ISO-standard 10542.
6. Rullestolen må alltid peke forover i bilens kjøreretning under transport.
7. For å redusere faren for eventuelle personskader til rullestolbrukeren, skal utstyr som er montert på stolen, slik som bord og respiratorutstyr, tas av stolen og oppbevares separat.
8. Dette produktet er beregnet for voksne personer som veier mellom 35 kg og 136 kg.
9. Sittestillingsutstyr slik som hoftebelter, sidestøtter eller brystseler mm vil ikke gi tilstrekkelig sikkerhet for brukeren under transport i et kjøretøy, med mindre slikt utstyr er merket som i overensstemmelse med ISO-standard 16840-4.
10. Du må ikke endre rullestolens konfigurasjon, deler eller komponenter uten først å rådføre deg med leverandøren.

DEMONTERING OG UTSKIFTNING

Demontering

Om nødvendig, kan ryggen lett tas av rullestolen ved å følge instruksjonene for montering og demontering av ryggen. Skyv hver av utløserpakene forover for å åpne festebraketten (Fig. 27). Når begge utløserpakene er skjøvet forover, kan ryggen løftes rett opp av rullestolen (Fig. 28) ved bruk av håndtaket plassert øverst på ryggen.

Riktig montering etter demontering av ryggen

For å sette ryggen tilbake på plass, setter du pinnene ned i brakettene og setter ryggen på plass (Fig. 29). Hvis ryggen er riktig montert, vil pinnene "klikke" på plass i låst stilling.

⚠ ADVARSEL

For å kontrollere at ryggen er låst forsvarlig på plass, trekker du ryggen oppover ved bruk av håndtaket.

Låsepinner (Fig. 30)

J3-ryggen er utstyrt med to låsepinner som forhindrer at ryggen løsner fra stolen når de er forsvarlig festet. For å låse ryggen, setter du pinnene (A) inn i brakettene (B). Fjern ganske enkelt pinnene hvis du vil bruke hurtigutløserfunksjonen.



Fig. 27



Fig. 29



Fig. 28





Fig. 30



KONTRAINDIKASJONER:**⚠ ADVARSEL**

Ikke bruk eller foreskriv denne ryggstøtten for noen som er tyngre enn den maksimale brukervekten.

RESIRKULERING/GJENBRUK:**⚠ ADVARSEL**

- Fare for personskade
- La alltid en Sunrise Medical-forhandler undersøke produktet for skade eller slitasje før det leveres til en annen bruker. Hvis produktet viser noen tegn til skade **MÅ DET IKKE BRUKES**.
- Det kan oppstå alvorlige personskader dersom disse forholdsreglene ikke overholdes.

Dette produktet kan gjenbrukes*:

- Få en Sunrise Medical-forhandler til å undersøke at ryggskallet, festebrakettene, skummet og trekket ikke er skadd eller slitt. Hvis det er noen tegn til skade må produktet ikke brukes.
- Rengjør og desinfiser ryggskallet, festebrakettene, skummet og trekket i samsvar med lokale forskrifter. Kontakt instansen som er ansvarlig for hygienekontroll.
- Når produktet er rengjort og desinfisert, be en autorisert Sunrise Medical-forhandler kontrollere ryggskallet, festeanordningene, skummet og trekket på, nytt for å forsikre om at rengjørings-/desinfeksjonsprosessen ikke har forårsaket noen form for skade.

⚠ ADVARSLER:

- Unnlattelse av å følge gjenbruksinstruksjonene kan forårsake alvorlige personskade til brukeren.
- Når produktet skal brukes av en annen person, skal det tilpasses den nye brukeren av en autorisert Sunrise Medical-forhandler eller en terapeut.

2 ÅRS BEGRENSET GARANTI**2 ÅRS BEGRENSET GARANTI**

Alle JAY J3-rygger er nøye kontrollert og testet for å garantere best mulig ytelse. Alle JAY J3-rygger garanteres mot fabrikasjons- og materialfeil i en periode på 2 år fra kjøpsdato, forutsatt at den har blitt brukt på normal måte. Dersom det oppstår en fabrikasjons- eller materialfeil i løpet av 2 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen, vil Sunrise Medical etter skjønn reparere eller erstatte puten uten omkostninger for kunden. Garantien gjelder ikke punkteringer, rifter, brennmerker eller ryggens avtakbare trekk.

Eventuelle krav eller reparasjoner skal gjøres gjennom din autoriserte forhandler. Med unntak av de bestemte garantiene som er beskrevet her, skal ingen andre garantier, inkludert indirekte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål, gjelde. Ingen andre garantier enn de som er beskrevet her skal gjelde. Ved et eventuelt brudd på de bestemte garantiene som er beskrevet her, skal den eneste erstatningen være å reparere eller erstatte produktet. Ved et eventuelt brudd på disse garantiene, skal ikke erstatningen under noen omstendigheter inkludere følgeskader eller overstige prisen på produktene som er solgt.

Type:	Produktnavn/SKU-nummer	 XXXX-XX-XX	Produksjonsdato
Date:	Produksjonsdato (Juliansk dato)	Part Code	Artikkelnummer
 XXX mm	Setebredde	MD	Dette symbolet betyr medisinsk utstyr
 XXX mm	Dybde (maks)		Produsents adresse
 XXX kg	Maks brukervekt	EC REP	Autorisert europeisk representant
CE	CE-merking	UK RP	Ansvarlig person for Storbritannia
UK CA	UKCA-merking	CH REP	Adresse til representant i Sveits
	Se brukermanualen		Adresse til importør

PRØVE

JAY™

Part Code:

Date: 

cm 

cm 

kg 

Max

 **SUNRISE MEDICAL (US) LLC**
12002 VOLUNTEER BLVD.
MOUNT JULIET, TN 37122, USA

EC REP Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch / HD
Germany

UK RP Sunrise Medical Ltd,
Thorns Road, Brierley Hill
West Midlands DY5 2LD
United Kingdom

Assembled in Mexico

















106132 Rev. K 



ISO 7010-M002
Du må lese igjennom
bruksanvisningen!
(Blått ikon)

SUNRISE MEDICALs styresystem er sertifisert etter ISO 13485 og ISO 14001. SUNRISE MEDICAL har fått utdelt sertifikat for ISO 13485, noe som bekrefter kvaliteten på våre produkter i alle faser, fra produktutvikling til produksjon. Dette produktet er i overensstemmelse med standardene som er fastsatt i forskrifter fra EU og Storbritannia.

Indikasjoner

De forskjellige ryggvariantene, og de forskjellige stillingskomponentene for postural støtte, trykkfordeling og økt sittetoleranse, er fordelt som dekker ulike behov hos et stort antall brukere med forskjellige sittebehov og indikasjoner, som:

- Ryggmargsskade
- MS
- Nevrologisk sykdomsmønster (hemiplegi, M. Parkinson)
- Skade i lemmer/deformitet
- Leddkontraktur
- Amputasjon
- Tetraplegi
- Cerebral parese
- Muskeldystrofi

Kontraindikasjoner

Ingen kontraindikasjoner er kjent eller tilgjengelige.

MERK: Generelle råd til brukeren. Hvis disse instruksjonene ikke følges kan det føre til personskade, produktskade eller miljøskade!

En melding til brukeren og/eller pasienten om at alvorlige ulykker hvor utstyret har vært involvert skal rapporteres til produsenten og myndighetene hvor brukeren og/eller pasienten bor.



Som produsent erklærer SUNRISE MEDICAL dette produktet er i samsvar med for Forskrift for medisinsk utstyr (EU) 2017/745.

B4Me individuelle tilpasninger

Før du bruker ditt B4ME-produkt første gang, anbefaler vi at du leser igjennom og forstår all informasjon som fulgte med produktet, slik at du bruker det på riktig måte. Når du har lest igjennom informasjonen, anbefaler vi at du tar vare på den til fremtidig bruk.

Kombinasjoner av medisinsk utstyr

Dette medisinske utstyret kan kombineres med ett eller flere andre medisinske utstyr eller produkter. Du finner informasjon om hvilke kombinasjoner som er mulig på www.SunriseMedical.no. Alle oppførte kombinasjoner er godkjent for å overholde de generelle kravene til sikkerhet og ytelse, del 14.1 i det medisinske utstyrsdirektivet 2017/745.

Veiledning om kombinasjonen, slik som montering, finner du på www.SunriseMedical.no.

Sunrise Medical doporučuje konzultaci se zdravotnickými pracovníky, například s lékaři nebo terapeuty, kteří mají zkušenosti se sezením a polohováním, k určení, zda je poloha opěradla J3 vhodná.



VAROVÁNÍ!

Ja třeba, aby opěradlo nainstaloval výhradně:

- autorizovaný dodavatel Sunrise Medical
- kvalifikovaný a kompetentní zdravotnický pracovník, který absolvoval příslušné certifikované školení buď u Sunrise Medical nebo u jeho certifikovaného dodavatele.

URČENÉ POUŽITÍ OPĚRADLA JAY J3 BACK

JAY J3 Back slouží k poskytnutí opory zad pro širokou škálu uživatelů invalidních vozíků. Poskytuje jednoduchou, komfortní a efektivní oporu pro maximalizaci funkce a zvýšení tolerance sezení. Kromě toho je lehký, trvanlivý a snadno se používá.

Oporu zad lze nainstalovat na celou řadu invalidních vozíků.

Maximální hmotnost uživatele:

300 lb (136 kg) – kompaktní (standardní hardware)

500 lb (227 kg) – kompaktní hardware pro náročné podmínky

Předpokládaná životnost výrobku je 5 let.



UPOZORNĚNÍ

Instalace zádové opěrky na invalidní vozík může ovlivnit těžiště invalidního vozíku a může způsobit převrácení vozíku dozadu, což může mít za následek vznik úrazu.

Vždy zvažte, zda není potřeba použít jistící kolečka proti překlopení nebo adaptéry pro pacienty s amputovanými končetinami a přimontovat je na invalidní vozík pro zvýšení jeho stability.



UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte opěradlo J3 Back k tlačení invalidního vozíku. Nesprávné použití může mít za následek neočekávané oddělení zádové opěrky od invalidního vozíku.



UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte ucho J3 Back k tlačení invalidního vozíku. Je určena pouze k odstranění zádové opěrky.



UPOZORNĚNÍ

Nepozornost může způsobit požár




UPOZORNĚNÍ

Před použitím si přečtěte návod.



OPĚRADLO J3



ÚDRŽBA

Sunrise doporučuje kontrolu všech upevňovacích prvků, zda nejsou opotřebené jedenkrát za 6 měsíců, např. zda nejsou povolené šrouby nebo rozbité komponenty. Povolené upevňovací prvky je třeba opět dotáhnout podle pokynů. Všechny upevňovací prvky je třeba dotáhnout na krouticí moment podle specifikací uvedených v oddíle o instalaci držáků. V případě rozbití jakéhokoliv komponentu kontaktujte neprodleně svého autorizovaného dodavatele za účelem výměny. Po nalezení uvolněných nebo rozbitých komponent systém nadále nepoužívejte.

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ: Při demontáži opěradla za účelem čištění si všimněte polohy komponentů se suchými zipy pro oporu páteře, abyste opěradlo později správně smontovali.

Čištění potahu zádové opěrky

Sejměte potah uvolněním suchých zipů. Sejměte potah ze skořepiny zádové opěrky. Nalezněte zip na spodku potahu a otevřete jej. Vyjměte pěnovou vložku a obraťte ji rubem ven. Zavřete zip, aby se nezatrhl. Perte v pračce v teplé vodě (60° C). Odstředte nebo sušte v sušičce při nízké teplotě.

UPOZORNĚNÍ:

- Potah nenechávejte chemicky čistit ani prát a sušit v průmyslových pračkách a sušičkách.
- Nečistěte jej parou.
- Nebělte.

Pěnovou vložku opět vložte do potahu. Upozorňujeme Vás, že v základně jsou dvě vrstvy pěny. Při opětovném vkládání pěnové vložky zajistěte, aby tenčí světlešedá pěna směřovala ke skořepině. Po zajištění pěnové vložky v potahu zavřete zip.

Čištění skořepiny opěradla

Skořepinu lze vytřít do čista s použitím vody a mýdla. Žádná jiná údržba není zapotřebí.

Čištění polohovacích komponent

Polohovací komponenty lze vytřít dočista s použitím vody a mýdla. Neponořujte polohovací komponenty pod vodu. Pokud máte jakékoli další otázky k postupům čištění, obraťte se na svého autorizovaného dodavatele Sunrise Medical.

Hygienická opatření pro použitý vozík

Dříve než bude invalidní vozík používat jiná osoba než původní majitel, je třeba jej pečlivě připravit. Všechny povrchy, které přicházejí do styku s uživatelem, je nutno ošetřit desinfekčním sprejem. Musíte k tomu použít desinfekční prostředek schválený nebo doporučený ve vaší zemi, který zajistí rychlou desinfekci na bázi alkoholu pro zdravotnické výrobky a prostředky, které je nutno desinfikovat rychle. Dbejte pokynů výrobce desinfekčního prostředku, který používáte. Obecně nelze zajistit úplnou desinfekci ve švech. Proto vám doporučujeme zlikvidovat potah sedadla a zad pro zamezení vzniku mikrobakteriální kontaminace aktivními chemickými látkami podle místního zákona o ochraně proti infekcím.

Podmínky Pro Bezpečné Skladování

- Výrobky skladujte na suchém místě s relativní vlhkostí mezi 20 až 75 %.
- Chraňte před dlouhodobým vystavením přímému slunci a prachu.
- Mimo dosah přímého tepla a při teplotě mezi 5 °C (40 °F) až 40 °C (104 °F)
- Umístěte a naskládejte zabalené výrobky podle šipek „touto stranou nahoru“ na obalu.
- Pokud je balík vysoký a úzký, a tudíž potenciálně nestabilní, ujistěte se, že je na paletě nebo v regálu dobře zajištěn, aby nespadnul.
- Na zabalené výrobky nic nepokládejte, pokud je na obale uvedeno „Do not stack“ (Nestohovat).
- Výrobek nikdy neskladujte venku a chraňte jej před nepříznivými vlivy.

Symboly pro praní a údržbu textilií	
	Perte v pračce v teplé vodě (60° C)
	Bělte jinými prostředky než chlórem,
	v případě potřeby
	Nechejte okapat do sucha
	Nežehlete Nečistěte chemicky

URČENÍ KOMPATIBILITY

Typy invalidních vozíků

Opěradlo J3 je konstruováno tak, že je kompatibilní s většinou invalidních vozíků s následujícími výjimkami: Invalidní vozíky, které jsou úhlově nastavitelné, lze je naklánět a naklápět a úhel je pak větší než 60 stupňů vzhledem k vertikále, by se neměly používat.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Při použití invalidních vozíků těchto typů může dojít k nechtěnému odpojení zádové opěrky od invalidního vozíku s následkem pádu a možností závažného zranění.

Rozměry invalidního vozíku

Opěradlo J3 je určeno k náhradě čalounění závěsu invalidního vozíku. Před instalací zjistěte, zda má invalidní vozík kompatibilní zadní trubky měřením šířky mezi zadními trubkami, jak je znázorněno na obrázku 1. Pak s použitím tohoto měření zkontrolujte tabulku 1 a zjistěte, zda se bude opěradlo hodit pro Váš invalidní vozík.

Pak zkontrolujte, zda mají trubky kompatibilní průměr. Hardware opěradla J3 lze namontovat trubky opěradla invalidního vozíku 3/4" (1,9 cm) až 1 1/8" (2,85 cm). Změřte vzdálenost vašich trubek zádové opěrky (Obr. 2) a podle tabulky 2 zjistěte, jestli je vzdálenost vašich trubek zad kompatibilní s rozměry uvedenými v tabulce.

Pokud nemůžete určit, zda jsou trubky zádové opěrky kompatibilní, obraťte se, prosím, na svého autorizovaného dodavatele Sunrise Medical nebo na služby zákazníkům Sunrise Medical.




Obr. 1

Tabulka 1

Šířka opěradla J3* (všechny tvary)		Šířka trubek opěradla od vnější strany trubek k vnější straně trubek, (Obr. 1-A)			
		Minimální šířka		Maximální šířka	
		palců	cm	palců	cm
12"	31 cm	11,7	29,7	14,3	36,3
14"	36 cm	13,7	34,9	16,3	41,3
16"	41 cm	15,7	40,0	18,3	46,4
18"	46 cm	17,7	45,1	20,3	51,6
20"	51 cm	19,7	50,1	22,3	56,5

* Šířka opěradla je označena v katalogovém čísle opěradla. Například: J3SCMTS36 je opěradlo široké 36 cm.



Obr. 2

Tabulka 2

Šířka opěradla J3 (všechny kontury)	Průměr trubky (Obr. 2-B)			
	Minimální šířka		Maximální šířka	
	palců	cm	palců	cm
14-20" (36-51cm)	3/4	1,9	1 1/8	2,85

INSTALACE MONTÁŽNÍHO HARDWARU

Před zahájením instalace si přečtěte následující pokyny.

Při instalaci opěradla J3 je nejvhodnější začít bez uživatele na invalidním vozíku. Po instalaci zádové opěrky, když jsou zapotřebí drobné úpravy, může se uživatel opět usadit v invalidním vozíku.

Potřebné nástroje (jsou součástí dodávky opěradla J3)*

- 4mm imbusový klíč 
- 10mm koncový násuvný klíč 

UPOZORNĚNÍ: Kdekoliv jsou určena nastavení krouticího momentu, je silně doporučeno použít měřič krouticího momentu (není součástí dodávky opěradla JAY J3 Back), aby bylo ověřeno dosažení správného určeného krouticího momentu.


Pokyny k instalaci hardwaru (Obr. 3, 4, 5)

Platí pro všechny hardwarové typy uchycení (kompaktní, kompaktní pro náročné podmínky a standard).


1. Odstraňte z invalidního vozíku stávající zádovou opěrku podle pokynů výrobce invalidního vozíku.
2. Vizualně určete požadované umístění držáků na trubkách zádové opěrky invalidního vozíku. Namontované držáky by měl být na zadním sloupku v přibližně stejné výšce (Obr. 3) a rovnoběžně vůči rámu sedadla a paralelně s rámem sedadla (Obr. 4). Vyšší umístění na zadních trubkách je obecně lepší.
3. Nasazení držáků. (Obr. 5)
 - a. Povolte upínací šrouby (A) přiloženým imbusovým klíčem 4mm. **UPOZORNĚNÍ**– Pro velké průměry trubek je možné upínací šrouby odstranit úplně.
 - b. Nasadte držák na trubky opěradla invalidního vozíku (B) a vyrovnejte je.
 - c. Dotáhněte ručně upínací šrouby (A). **UPOZORNĚNÍ**– Držáky mohou vyžadovat další boční nastavení, aby bylo zajištěno správné vyrovnání.

Nasazení a vyrovnání skořepiny opěradla J3 (Obr. 6)


- a. Povolte matice konzoly (C) a matice montážních kolíků (F) koncovým nástrčným klíčem 10mm tak, aby se mohl hardware snadno pohybovat ve všech směrech.
- b. Nasadte hardwarové držáky opěradla J3 nasazením levého a pravého montážního kolíku (D) do levého a pravého držáku (E).
- c. Umístěte zádovou opěrku vhodným způsobem vzhledem k invalidnímu vozíku i uživateli.
- d. Dotáhněte ručně matice na vnitřní straně montážního kolíku (F). **UPOZORNĚNÍ**– Hloubka a úhel opěradla budou možná vyžadovat další nastavení, aby vyhovovaly uživateli.
- e. Dotáhněte ručně matice konzoly (C). **UPOZORNĚNÍ**– Výška opěradla může vyžadovat nastavení, aby vyhovovala uživateli.
- f. Vyzkoušejte uvolnění opěradla stisknutím uvolňovacích pák směrem dopředu a sejmutím opěradla z invalidního vozíku. (Další podrobnosti naleznete v oddíle Sejmutí a výměna.) Správné vyrovnání upevňovacího držáku a zádové opěrky dosáhnete, pokud lze snadno a hladce zádová opěrka připevnit a uvolnit.
- g. Pokud nebylo dosaženo správného vyrovnání, nastavujte komponenty, dokud nebudou správně vyrovnány.
- h. Po dosažení správného vyrovnání dotáhněte upínací šrouby držáku. Doporučená specifikace krouticího momentu je 75 - 85 in-lbs (8,5 - 9,3 Nm).




Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6

NASTAVENÍ VÝŠKY, HLOUBKY A ÚHLU J3

První fáze instalace hardwaru opěradla J3 je dokončena. Nyní je vhodná doba k tomu, aby se uživatel opět posadil na invalidní vozík k provedení úprav opěradla J3 na míru uživatele. Uživatel by se neměl o zádivou opěrku opírat naplno, protože není vše plně dotaženo podle požadavků na krouticí moment.

1. Nastavení výšky (Obr. 10)

- Určete požadovanou výšku zádivé opěrky s uživatelem sedícím na vozíku. Po určení výšky by měl uživatel uvolnit tlak působící na opěradlo J3 nakloněním nebo posunutím částečně dopředu, pokud je to možné, aby bylo možné provést nastavení.
- Povolte matice konzoly (A) a nastavte výšku skořepiny do požadované polohy.
- Bezpečně dotáhněte matice konzoly (A). Doporučená specifikace krouticího momentu je (8,5 - 9,3 Nm).

UPOZORNĚNÍ: Poprovedení nastavení výšky zkontrolujte, zda nebyla neúmyslně změněna šířka.

2. Nastavení hloubky/úhlu (Obr. 11, 12 a 13)

Uvědomte si, že lze objednat dva typy hardwaru – standardní hardware (obr. 11) nebo delší, nastavitelný hardware (Obr. 12). Obě sady hardwaru se nastavují stejným způsobem, ale standardní hardware nabízí hloubku nastavení 2 palce (5 cm) (Obr. 11), zatímco prodloužený (nastavitelný) hardware nabízí hloubku nastavení 3,4 palců (8,65 cm) (Obr. 12).

- Pokud chcete nastavit hloubku a úhel opěradla typu J3, uvolněte levou a pravou matici (Obr. 13-B) v drážkách konzoly.
- Nastavte hloubku a/nebo úhel a bezpečně dotáhněte. Doporučená specifikace krouticího momentu je 100-110 in-lbs. (11,3 - 12,4 Nm). Zkontrolujte, zda se matice pro nastavení hloubky (Obr. 13-B) nesesmekávají nebo neotáčí.
- Pokud je zapotřebí větší hloubka, sejměte opěradlo z držáků. Vyšroubujte šrouby (Obr. 11-D, 12-D) z držáku pomocí přiloženého šestihranného klíče 4 mm a nastavte požadovanou hloubku. Upozornění: Před výměnou dvou šroubů se důrazně doporučuje aplikace vhodného středně silného prostředku k zafixování závitů, např. Loctite 243 na držák a závit, pokud se mění poloha opěradla. Dotáhněte šrouby na 25-35 in-lbs. (2,8 - 4 Nm).

▲ UPOZORNĚNÍ

Zajistěte, aby byl veškerý hardware řádně dotažen po provedení všech nastavení, když je opěradlo J3 připraveno k použití.


▲ UPOZORNĚNÍ

Pro zajištění optimální bezpečnosti nasazení opěradla musí být nasazen blokovací kolík dříve, než lze opěradlo použít, (Obr. 14 a 15).




Kompaktní hardware – 2 nastavení hloubky

Obr. 11



Hloubka 1




Hloubka 2

Kompaktní hardware pro náročné podmínky


Obr. 12




Hloubka 1






Hloubka 2



Hloubka 3



Hloubka 4



INSTALACE KRYCÍ CHLOPNĚ

1. Zdvihněte horní chlopeň potahu opěradla J3 (Obr. 17)
2. Vyrovnajte háček s očkem a nasadte krycí chlopeň zpět na potah opěradla J3 (Obr. 17). Přemístěte horní chlopeň tak, aby byla krycí chlopeň mezi horní a spodní chlopní (Obr. 18).
3. Sejměte polštář sedadla z invalidního vozíku a umístěte konec krycí chlopně mezi podpůrný povrch invalidního vozíku a polštář sedadla (Obr. 20).
4. Nastavte krycí chlopeň podle potřeby posunutím konce dovnitř nebo ven z pod polštáře sedadla. V případě potřeby lze také krycí chlopeň posunout na opěradlo sedadla nahoru nebo dolů.
5. Nasadte háček a vázací smyčky očka skrz příslušné průchodky na krycí chlopni a pak je omotejte okolo rámu invalidního vozíku a protáhněte vodící konec koncem štěrbiny (Obr. 21). Přitáhněte je a uzavřete vnější otvory krycí chlopně (Obr. 22).

Volitelný úložný vak

UPOZORNĚNÍ: K dispozici je volitelný úložný vak, který lze připevnit na odkládací kapsu (Obr. 16).



Instalace hotové krycí chlopně J3

KOMPONENTY PRO ÚPRAVU POLOHOVÁNÍ ZAD

Komponenty pro úpravu polohování zad jsou určeny k poskytnutí optimálně tvarované opory v rámci standardního opěradla. (V závislosti na zemi nákupu mohou být komponenty pro úpravu polohování zad dodávány s Vaším opěradlem.) Při instalaci komponent pro úpravu polohování zad postupujte podle následujících pokynů.

1. Instalace komponent pro úpravu polohování zad

- Požádejte uživatele, aby nepůsobil tlakem na opěradlo J3 nakloněním nebo posunutím částečně dopředu, pokud je to možné.
- Uvolněte suchý zip na horním krytu (obr. 24) a zvedněte kryt dopředu. Odkryjete vnitřek opěradla typu J3.
- Přiložte polohovací součásti na suchý zip na skořepině (obr. 25) a znovu připevněte horní kryt. Stáhněte dolů a ujistěte se, zda je horní lem vyrovnaný s horním okrajem skořepiny. Pokud se lem nekryje, je možné, že bude potřeba uvolnit spodek potahu (Obr. 26).
- Požádejte uživatele, aby vyzkoušel nynější nastavení opěradla, zda je dostatečně komfortní a poskytuje požadovanou oporu a opakujte kroky a-c, dokud nebude nastavení hotové.
- Lze použít různé konfigurace a kombinace komponent pro úpravu nastavení páteře. Pokud jsou potřebné další tvary nebo velikosti pro úpravu nastavení páteře, obraťte se na svého dodavatele nebo na Sunrise Medical.

UPOZORNĚNÍ:



Pokud požadujete další informace o systému pro úpravu nastavení páteře J3, prohlédněte si naši animaci na www.sunrisemedical.com.

Instalace opěradla J3 je dokončena.

PŘÍSLUŠENSTVÍ J3

Pokud jste si objednali příslušenství J3, jako bočnice, opěrky hlavy nebo popruhy, postupujte podle pokynů k instalaci těchto komponent.

Polohovací komponenty	
Velká bederní	
Malá bederní	
Klín	
Zakřivená podložka	
Plochá podložka	
Zadní/boční pánevní	
Boční podložka	
Velký vak ve tvaru fazole	
Malý vak ve tvaru fazole	



BEZPEČNOST OPĚRADLA PŘI PŘEPRAVĚ

Opěradlo J3 bylo dynamicky testováno pro použití v motorovém vozidle. Dodržujte, prosím, všechny pokyny k použití a údržbě, uvedené v této příručce, a pokyny pro přepravu uvedené níže.

UPOZORNĚNÍ

NERESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT ZÁVAŽNÉ ZRANĚNÍ UŽIVATELE INVALIDNÍHO VOZÍKU NEBO JINÝCH OSOB

POKYNY

1. Pokud je to možné a proveditelné, uživatel by se měl přesunout na sedadlo vozidla a použít bezpečnostní pásy.
2. Vzdálenost mezi vrcholem ramen uživatele a vrcholem opěradla by neměla být větší, než 6,5" (16,5 cm).
3. Invalidní vozík musí být patřičně označen jako vhodný k použití jako sedadlo v motorovém vozidle, dynamicky testován podle požadavků na výkon normy ISO 7176-19, a nainstalován, používán a podrobován údržbě podle pokynů výrobce.
4. Pokud bylo originální sedadlo invalidního vozíku nahrazeno, nové sedadlo musí být schváleno pro přepravu invalidního vozíku, nainstalováno a používáno podle pokynů výrobce.
5. Je třeba, aby byl zádržný a připoutávací systém pro uživatele invalidního vozíku (WTORS) kompatibilní s konkrétním invalidním vozíkem, byl používán podle pokynů výrobce a splňoval požadavky na výkon podle normy ISO 10542.
6. Invalidní vozík musí při přepravě směřovat dopředu.
7. Aby bylo sníženo riziko zranění pasažérů vozidla, musí být příslušenství přimontované na vozík, jako jsou koše a respirační vybavení, odstraněno a bezpečně uloženo odděleně.
8. Tento výrobek je určen k použití pouze dospělými osobami o hmotnosti od 79 lbs (35 kg) do 300 lbs (136 kg).
9. Na zařízení pro oporu polohy, jako jsou pánevní polohovací pásy, přední opory trupu nebo opory polohy jako boční opory polohy by nemělo být spoléháno jako na zádržný systém uživatele v jedoucím vozidle, pokud nejsou označena, že splňují požadavky normy ISO 16840-4.
10. Na konstrukci, součástech nebo komponentách by neměly být prováděny změny bez konzultace s výrobcem.

ODSTRANĚNÍ A VÝMĚNA

Odstranění

Po instalaci a nastavení lze zádová opěrka v případě potřeby snadno sejmout z invalidního vozíku. Při odstraňování zatlačte uvolňovací páky dopředu, aby se komfortní opěradlo uvolnilo (Obr. 27). Jakmile jsou obě páčky vpředu, jednoduše zvedněte opěradlo nahoru (Obr. 28) pomocí rukojeti umístěné v horní části opěradla.

Správné opětovné nasazení po sejmutí



Pro opětovné nasazení opěradla na hardwarové držáky prostě vyrovnejte kolíky s držáky a zatlačte je na místo (Obr. 29). Při správném nasazení kolíky zaklapnou do zaaretované polohy.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pokud si nejste jisti nebo jste uslyšeli zaklapnutí, vytáhněte opěradlo nahoru za rukojeť aby bylo zajištěno, že opěradlo bezpečně zapadlo na své místo.

Blokovací kolíky (Obr. 30)

Opěradlo J3 se dodává se dvěma blokovacími kolíky, které když jsou zajištěny brání uvolnění z invalidního vozíku. Pro zablokování nasadte kolíky (A) do montážních otvorů (B). Pokud je požadována funkce rychlého uvolňování, kolíky prostě odstraňte.



KONTRAINDIKACE:**⚠ UPOZORNĚNÍ**

Toto opěradlo nepředepisujte nikomu, kdo přesahuje uvedenou maximální hmotnost uživatele.

RECYKLACE / ZNOVUPOUŽITÍ:**⚠ UPOZORNĚNÍ**

- **Nebezpečí zranění**
- **Před předáním výrobku jinému uživateli jej vždy nechejte zkontrolovat autorizovaným obchodním zástupcem společnosti Sunrise Medical, zda nedošlo k jeho poškození nebo opotřebení. Najdete-li jakékoliv známky poškození, NEPOUŽÍVEJTE TENTO VÝROBEK.**
- **Neuposlechnutí tohoto varování může vést k vážnému zranění.**

Tento výrobek je vhodný ke znovupoužití*:

- Nechejte autorizovaného obchodního zástupce společnosti Sunrise Medical zkontrolovat skořepinu, montážní prvky, pěnu a potah, zda nedošlo k jejich poškození. Jestliže je nalezeno poškození, výrobek znovu nepoužívejte.
- V souladu s místními předpisy vyčistěte a vydezinfikujte skořepinu, montážní prvky, pěnu a potah. Poradte se s kanceláří místního hygienika.
- Po čištění a dezinfekci je třeba, aby autorizovaný obchodní zástupce společnosti Sunrise Medical znovu zkontroloval skořepinu, montážní prvky, pěnu a potah, aby potvrdil, že během čištění/dezinfekce nedošlo k jejich poškození.


⚠ VAROVÁNÍ:

- **Nedbání pokynů pro znovupoužití může vést k vážnému zranění uživatele.**
- **Je-li tento výrobek znovu použit, je třeba, aby jej autorizovaný obchodní zástupce nebo pracovník kliniky upravil a přizpůsobil pro nového uživatele.**

OMEZENÁ ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ**OMEZENÁ ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ**

Každé opěradlo JAY J3 je pečlivě kontrolováno a testováno, aby poskytovalo špičkový výkon. Na každé opěradlo JAY J3 se poskytuje záruka, že nevykazuje závady materiálu nebo zpracování na dobu 24 měsíců od data nákupu, pokud je normálně používáno. Pokud dojde k vadě materiálů nebo zpracování do 24 měsíců od data koupě, společnost Sunrise Medical výrobek bezplatně opraví nebo vymění, dle svého rozhodnutí. Tato záruka se nevztahuje na propíchnutí, natržení nebo propálení ani na snímatelný potah opěradla.

Reklamáce vyřizuje a opravy zajišťuje nejbližší autorizovaný dodavatel. Kromě záruk, které jsou zde výslovně uvedeny, jsou vyloučeny veškeré ostatní záruky, včetně odvozených záruk na prodejnost a záruk vhodnosti k určitému účelu. Neexistují žádné záruky nad rámec záruk, které jsou zde popsány. Náhrady za porušení záruk, které jsou zde výslovně uvedeny, jsou omezeny na opravu nebo výměnu tohoto zboží. V žádném případě nekryje záruka na škody žádné následné škody nebo překročení nákladů při prodeji nevyhovujícího zboží.

Type:	Název výrobku/ SKU číslo		Datum výroby
Date:	VYR, podle Julianského kalendáře	Part Code	Produktové číslo
 XXX mm	Šířka sedadla	MD	Tento symbol znamená zdravotnický prostředek
 XXX mm	Hloubka (maximum)		Adresa výrobního místa
 XXX kg	Maximální hmotnost uživatelé	EC REP	Evropský autorizovaný zástupce
CE	CE značka	UK RP	Odpovědná osoba v UK
UK CA	UKCA značka	CH REP	Adresa zástupce ve Švýcarsku
	Informace najdete v návodu k obsluze		Adresa dovozce

VZOR

JAY

Part Code:

Date: 

cm cm kg

  **Max**

 **SUNRISE MEDICAL (US) LLC**
12002 VOLUNTEER BLVD.
MOUNT JULIET, TN 37122, USA

 **Sunrise Medical GmbH**
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch / HD
Germany

 **Sunrise Medical Ltd.**
Thorns Road, Brierley Hill
West Midlands DY5 2LD
United Kingdom

Assembled in Mexico



106132 Rev. K 



ISO 7010-M002
Musíte si přečíst návod k
obsluze / příručku!
(modrá ikona)

Systém řízení SUNRISE MEDICAL má certifikaci ISO 13485 a ISO 14001.

Naše společnost SUNRISE MEDICAL je držitelem certifikátu ISO-13485, který potvrzuje kvalitu našich produktů v každé fázi, od výzkumu a vývoje až po výrobu. Tento výrobek vyhovuje normám stanovených ve nařízení EU Spojeného království.

Indikace

Různé varianty provedení opěradla, stejně jako různé polohovací komponenty poskytují přínosy v podobě posturální opory, rozložení tlaku anebo zvýšené toleranci sezení s ohledem na požadavky a indikaci každého uživatele, což znamená, že je může používat řada uživatelů s různými potřebami a indikacemi polohování, jako jsou např.:

- poranění míchy
- neurologická onemocnění (hemiplegie, M. Parkinson)
- vada končetiny/deformita
- amputace
- mozková obrna
- roztroušená skleróza
- kontraktura kloubů
- tetraplegie
- svalová dystrofie

Kontraindikace

Žádné kontraindikace nejsou známy.

UPOZORNĚNÍ: Všeobecné uživatelské informace. Následkem nedodržení těchto pokynů může dojít k fyzickému zranění, poškození výrobku nebo poškození okolního prostředí.

Upozorňujeme uživatele nebo pacienty, že jakákoli závažná nehoda, ke které dojde v souvislosti s tímto zařízením, by se měla oznámit výrobci a kompetentnímu orgánu členského státu, ve kterém se uživatel nebo pacient nachází.



SUNRISE MEDICAL jakožto výrobce prohlašuje, že tento výrobek splňuje požadavky nařízení o zdravotnických prostředcích (2017/745).

Zvláštní úpravy výrobku B4Me

Společnost Sunrise Medical důrazně doporučuje, abyste si před prvním použitím výrobku přečetli všechny informace pro uživatele dodané s výrobkem B4Me a porozuměli jim. Jedině tak lze zajistit funkčnost výrobku B4Me tak, jak je určeno jeho výrobcem. Společnost Sunrise Medical dále doporučuje, abyste informace pro uživatele nevyhazovali, ale uschovali je na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

Kombinace zdravotnických zařízení

Toto zdravotnické zařízení může být možné zkombinovat s jedním nebo více jinými zdravotnickými zařízeními či jiným produktem. Informace o možných kombinacích naleznete na stránce www.medicco.cz. Všechny uvedené kombinace byly ověřeny a splňují všeobecné požadavky na bezpečnost a výkonnost uvedené v oddílu 14.1 nařízení pro zdravotnická zařízení 2017/745.

Příslušné pokyny ke kombinaci, např. k montáži, naleznete na stránce www.medicco.cz.

Firma Sunrise Medical zaleca, aby opiekun kliniczny, np. lekarz czy terapeuta, doświadczony w osadzaniu i pozycjonowaniu sprawdził i określił, czy oparcie J3 jest odpowiednie.



OSTRZEŻENIE!

Oparcia mogą być montowane jedynie przez:

- autoryzowanego dostawcę Sunrise Medical
- wykwalifikowanego i kompetentnego pracownika służby zdrowia, który odbył autoryzowane szkolenia zorganizowane przez firmę Sunrise Medical lub jej oficjalnego dostawcę.

PRZEZNACZENIE UŻYTKOWE OPARCIA JAY J3

Oparcie JAY J3 przeznaczone jest do zapewnienia oparcia pleców dla szerokiego grona użytkowników wózków inwalidzkich. Zostało zaprojektowane, aby zapewnić prostą, komfortową i efektywną możliwość maksymalizowania funkcjonalności oraz zwiększenia tolerancji siedzenia. Dodatkowo jest lekkie, wytrzymałe i łatwe w użyciu.

Oparcie może być instalowane do szerokiej gamy wózków.

Dopuszczalna waga użytkownika:

136 kg – osprzęt kompaktowy (i stary standardowy)

227 kg – osprzęt kompaktowy wzmocniony

Zakładany okres użytkowania produktu wynosi 5 lat.



OSTRZEŻENIE

Zainstalowanie oparcia pleców może wpłynąć na zmianę środka ciężkości wózka, a także spowodować przewrócenie się go do tyłu, co grozi odniesieniem obrażeń.

Należy zawsze ocenić potencjalną potrzebę stosowania w wózku układów zapobiegających przez przewróceniem się lub wsporników łącznika osi dla osób z amputowanymi kończynami, zwiększających stabilność.



OSTRZEŻENIE

Nie używać oparcia J3 do popychania lub podnoszenia wózka. Niewłaściwe użycie może spowodować niespodziewane odłączenie oparcia od wózka.



OSTRZEŻENIE

Nie używać uchwytu oparcia J3 do podnoszenia wózka. Uchwyt jest przeznaczony jedynie do demontażu oparcia.



OSTRZEŻENIE


Nieostrożność może wywołać pożar.



OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać niniejszą instrukcję.

OPARCIE J3



KONSERWACJA

Sunrise zaleca, aby co 6 miesięcy sprawdzać zużycie wszystkich elementów mocujących, na przykład poluzowanie śrub lub uszkodzenie elementów. Luźne elementy mocujące należy ponownie zamocować zgodnie z instrukcją. Wszystkie elementy mocujące należy dokręcić zgodnie z instrukcją obsługi (sekcja instalacja osprzętu). W celu wymiany uszkodzonych elementów należy natychmiast skontaktować się z autoryzowanym dostawcą firmy Sunrise Medical. Nie należy kontynuować użytkowania po stwierdzeniu poluzowania lub uszkodzenia elementów.

ŁATWE CZYSZCZENIE

UWAGA:

Podczas demontażu oparcia do czyszczenia, należy zanotować położenie elementów systemu wyrównania kręgosłupa Velcro® w celu prawidłowego wykonania ponownego montażu.

Czyszczenie pokrowca oparcia

Należy zdjąć pokrowiec poprzez odłączenie rzepa. Odłączyć pokrowiec od tylnej osłony. Zlokalizować zamek błyskawiczny w dolnej części pokrowca i rozpiąć. Wyjąć piankę i odwrócić pokrowiec na lewą stronę. Zapiąć zamek błyskawiczny, aby zapobiec ścieraniu. Prać w pralce w temperaturze maksymalnie 60°C. Suszyć na sznurku lub w suszarce przy niskiej temperaturze.

UWAGA:

- Nie czyścić chemicznie ani nie używać do czyszczenia pokrowców pralek i suszarek przemysłowych.
- Nie czyścić parą w autoklawie.
- Nie wybielać.

Ponownie włożyć piankę do wnętrza pokrowca. Należy zwrócić uwagę czy podstawa posiada dwie warstwy pianki. Podczas ponownego wkładania pianki należy upewnić się, że cieńsza, jasnoszara pianka sąsiaduje z osłoną. Gdy pianka zostanie zabezpieczona wewnątrz pokrowca, zapiąć zamek błyskawiczny.

Czyszczenie osłony tylnej

Osłonę można czyścić wodą z mydłem. Inne metody konserwacji nie są wymagane.

Czyszczenie elementów pozycjonujących

Elementy pozycjonujące można czyścić wodą z mydłem. Nie zanurzać elementów pozycjonujących w wodzie.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących procedur czyszczenia należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Sunrise Medical.

Środki higieniczne w przypadku ponownego zastosowania

Przed ponownym zastosowaniem wózka należy go odpowiednio przygotować. Wszystkie powierzchnie mające kontakt z użytkownikiem należy spryskać środkiem odkażającym. W tym celu należy zastosować do szybkiej dezynfekcji opartej na alkoholu stosowanej dla produktów i wyrobów medycznych, które należy szybko odkażać, z listy zatwierdzonych lub zalecanych produktów w danym kraju. Należy przestrzegać instrukcji producenta stosowanego środka dezynfekującego. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma gwarancji działania bezpiecznych środków dezynfekcyjnych w przypadku szwów. Dlatego też zaleca się, w przypadku zakażenia drobnoustrojami, rozłożyć siedzisko i oparcie i zdezynfekować je środkiem aktywnym zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie przed infekcjami.

Warunki Bezpiecznego Przechowywania

- Przechowywać w suchym miejscu o wilgotności względnej 20–75%.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i kurzu przez dłuższy czas.
- Z dala od źródeł ciepła w temperaturze od 5°C do 40°C.
- Zapakowane produkty powinny być ustawione zgodnie z ze strzałkami wskazującymi górę opakowania.
- Jeżeli opakowanie jest wysokie i wąskie, a więc potencjalnie niestabilne, należy je odpowiednio przymocować do palety lub regału, aby zapobiec jego przewróceniu się.
- Nie układać niczego na zapakowanych produktach, gdy na opakowaniu widnieje znak „nie układać”.
- Nie należy przechowywać produktu na zewnątrz ani w miejscu, gdzie będzie narażony na działanie czynników atmosferycznych.

Wskazówki dotyczące prania	
	Prać w pralce w ciepłej wodzie (60°C).
	Tylko bezchlorowy wybielacz,
	jeśli jest niezbędny
	Suszyć na sznurku
	Nie prasować Nie czyścić chemicznie

OKREŚLANIE ZGODNOŚCI Z WÓZKAMI

Typy wózków

Oparcie J3 jest kompatybilne z większością modeli wózków, z następującymi wyjątkami:

Oparcia nie należy stosować w wózkach z regulacją kąta, rozkładanych lub odchylanych, w których odchylenie oparcia od pionu przekracza 60 stopni.

⚠ OSTRZEŻENIE

Użycie oparcia w tych typach wózków może spowodować przypadkowe odłączenie oparcia od wózka, skutkujące upadkiem i możliwością doznania poważnych obrażeń.

Wymiary wózka

Oparcie J3 zastępuje tapicerkę zawiesia wózka. Przed instalacją należy określić czy używany wózek posiada kompatybilne rurki tylne poprzez zmierzenie szerokości pomiędzy nimi, jak pokazano na Rys. 1. Uzyskany pomiar należy porównać z tabelą 1, aby określić, czy oparcie będzie pasowało do wózka.

Następnie należy sprawdzić kompatybilność średnicy rurek tylnych. Osprzęt oparcia J3 zamontować można na rurkach tylnych, których średnica wynosi od 3/4" (1,9 cm) do 1 1/8" (2,85 cm). Należy zmierzyć średnicę prętów tylnych (Rys. 2) i porównać z tabelą 2, aby upewnić się, że pręty tylne są kompatybilne.

W przypadku problemów z określeniem czy rurki tylne są kompatybilne należy skontaktować się z autoryzowanym dostawcą lub biurem obsługi klienta firmy Sunrise Medical.




Tabela 1

Szerokość oparcia J3* (wszystkie kontury)	Szerokość rurek tylnych od zewnątrz do zewnątrz rurek, (Rys. 1-A)			
	Minimalna szerokość		Maksymalna szerokość	
	cale	cm	cale	cm
12" 31 cm	11,7	29,7	14,3	36,3
14" 36 cm	13,7	34,9	16,3	41,3
16" 41 cm	15,7	40,0	18,3	46,4
18" 46 cm	17,7	45,1	20,3	51,6
20" 51 cm	19,7	50,1	22,3	56,5

* Szerokość oparcia określono w numerze produktu.
Przykład: J3SCMTS36 oznacza szerokość oparcia 36 cm.




Tabela 2

Szerokość oparcia J3 (wszystkie kontury)	Średnica pręta (Fig. 2-B)			
	Minimalna szerokość		Maksymalna szerokość	
	cale	cm	cale	cm
14-20" (36-51cm)	3/4	1,9	1-1/8	2,85

INSTALACJA OSPRZĘTU MONTAŻOWEGO

Przed rozpoczęciem instalacji należy przeczytać niniejszą instrukcję.

Najlepiej rozpocząć instalację oparcia J3, gdy użytkownik nie przebywa na wózku. Gdy oparcie zostanie zamontowane i niezbędne są drobne regulacje, użytkownik może powrócić na wózek.

Wymagane narzędzia (załączone do oparcia J3)*

- klucz sześciokątny 4 mm 
- klucz nasadkowy 10 mm 

UWAGA: Gdy określone zostały ustawienia momentu obrotowego, usilnie zaleca się użycie dynamometru (nie załączono do oparcia J3) w celu weryfikacji, czy użyto właściwego momentu.


Instrukcja instalacji osprzętu (Rys. 3, 4, 5)

Obejmuje wszystkie typy osprzętu (kompaktowy, wzmocniony kompaktowy i stary standardowy).


1. Należy zdemonstrować używane oparcie wózka zgodnie z instrukcją obsługi,
2. Wzrokowo określić pożądaną pozycję gniazd na rurkach tylnych wózka. Osprzęt powinien znajdować się na równej wysokości na obu tylnych słupkach (Rys. 3) oraz równolegle do ramy siedziska (Rys. 4). Z założenia lepsze jest wyższe położenie na rurkach tylnych.
3. Zamontować gniazda osprzętu. (Rys. 5)
 - a. Poluzować śruby zacisku (A) przy użyciu załączonego klucza sześciokątnego 4 mm. UWAGA – Przy większej średnicy rurki śruby zacisku mogą wymagać całkowitego usunięcia.
 - b. Zamontować i wyrównać gniazdo z rurkami tylnymi wózka (B).
 - c. Ręcznie dokręcić śruby zacisku (A). UWAGA – Gniazda mogą wymagać dodatkowo bocznych regulacji, aby osiągnąć właściwe ustawienie.

Montowanie i wyrównanie osłony oparcia J3 (Rys. 6)


- a. Poluzować nakrętki wspornika (C) i zamontować nakrętki sworznia (F) za pomocą klucza nasadkowego 10 mm, aż osprzęt da się łatwo poruszać we wszystkich kierunkach.
- b. Zamontować oparcie J3 do gniazd osprzętu, wkładając lewe i prawe nakrętki mocujące (D) w lewe i prawe gniazda (E).
- c. Umieścić oparcie w przybliżonym położeniu, zarówno względem wózka jak i użytkownika.
- d. Ręcznie dokręcić nakrętki po wewnętrznej stronie sworznia mocującego (F).
UWAGA – Głębokość i kąt oparcia mogą wymagać dodatkowej regulacji, celem osiągnięcia właściwego dopasowania do użytkownika.
- e. Ręcznie dokręcić nakrętki wspornika (C). UWAGA – Wysokość oparcia może wymagać dodatkowej regulacji, celem osiągnięcia właściwego dopasowania do użytkownika.
- f. Sprawdzić zwalnianie oparcia poprzez popchnięcie dźwigni zwalniania w przód i odłączenie oparcia od wózka. (Dalsze informacje znajdują się w rozdziale Demontaż i wymiana.) Ustawienie osprzętu montażowego i oparcia jest właściwie gdy z łatwością można dokonać płynnego montażu i demontażu.




Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5



Rys. 6

- g. Jeśli właściwe ustawienie nie zostało osiągnięte, należy regulować elementy do momentu uzyskania prawidłowego ich ustawienia.
- h. Gdy ustawienie jest właściwe, należy dokręcić śruby zacisku gniazda osprzętu. Zalecane ustawienia momentu obrotowego w zakresie 8,5 - 9,3 Nm.

REGULACJA WYSOKOŚCI, GŁĘBOKOŚCI I KĄTA OPARCIA J3

Pierwsza faza montażu osprzętu oparcia J3 jest kompletna. Teraz jest odpowiednia pora, by użytkownik zajął miejsce na wózku, celem dopasowania oparcia J3. Nie wolno naciskać pełną siłą na oparcie, dopóki nie zostanie ono całkowicie dokręcone do wymaganej siły dokręcenia śrub.

1. Regulacja wysokości (Rys. 10)

- Określić żądaną wysokość oparcia gdy użytkownik znajduje się na wózku. Gdy ustawienia zostaną określone, użytkownik winien zaprzestać nacisku na oparcie J3 poprzez pochylenie lub częściowe przesunięcie do przodu, w celu umożliwienia przeprowadzenia dokonania regulacji.
- Należy poluzować nakrętki wspornika (A) i regulować wysokość tylnej osłony do wymaganej pozycji.
- Mocno dokręcić nakrętki wspornika (A). Zalecane ustawienia siły docisku śrub w zakresie 8,5 - 9,3 Nm.

UWAGA:

Po dokonaniu regulacji wysokości sprawdzić czy szerokość nie została nieumyślnie zmieniona.

2. Regulacja głębokości/kąta (Rys. 11, 12 i 13)

Należy zwrócić uwagę, że zamówić można dwa typy osprzętu – standardowy (Rys. 11) lub dłuższy, regulowany (Rys. 12). Oba zestawy osprzętu regulowane są tak samo, ale osprzęt standardowy pozwala na regulację głębokości w zakresie 5 cm (Rys. 11), podczas gdy rozszerzony osprzęt (regulowany osprzęt) pozwala ogółem na regulację głębokości w zakresie 8,65 cm (Rys. 12).

- Aby wyregulować głębokość i kąt oparcia J3, należy poluzować lewe i prawe nakrętki (Rys. 13, B) w gniazdach wspornika.
- Wyregulować głębokość i/lub kąt i mocno dokręcić. Zalecane ustawienia siły docisku śrub w zakresie 11,3 - 12,4 Nm. Należy upewnić się, że żadna z nakrętek regulacji głębokości (Rys. 13-B) nie ześlizgnie się ani nie obróci.
- Jeśli niezbędna jest dodatkowa głębokość, zdjąć oparcie z gniazd. Usunąć śruby (Rys. 11–12, D) z gniazd przy użyciu załączonego klucza sześciokątnego 4 mm i zmienić pozycję do żądanej głębokości. Uwaga: Przed założeniem śrub zaleca się nałożenie na gwinty gniazda i śruby odpowiedniego środka do uszczelniania gwintów o średniej mocy np. Loctite 243. Należy to wykonać w przypadku zmiany położenia oparcia. Dokręcić śruby momentem: 2,8 - 4 Nm.

⚠ OSTRZEŻENIE

Po dokonaniu wszystkich regulacji, gdy oparcie J3 jest gotowe do użytku, należy upewnić się, że cały osprzęt został właściwie dokręcony.

⚠ OSTRZEŻENIE


Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo mocowania oparcia, przed rozpoczęciem eksploatacji należy zamontować sworzeń zabezpieczający, (Rys. 14 i 15).




Rys. 10

Osprzęt kompaktowy — 2 ustawienia głębokości

Rys. 11



Głębokość 1




Głębokość 2

Wzmocniony osprzęt kompaktowy

Rys. 12




Głębokość 1




Głębokość 2




Głębokość 3




Głębokość 4



Rys. 13



Rys. 14



Rys. 15

MONTAŻ KLAPY ZASŁANIAJĄCEJ

1. Podnieś górną klapę pokrowca oparcia J3 (Rys. 17)
2. Przy użyciu rzepu przyczep klapę zasłaniającą do tylnej części pokrowca oparcia J3 (Rys. 17). Ponownie zapnij górną klapę pokrowca, aby klapa zasłaniająca znajdowała się pomiędzy dolną i górną klapą pokrowca (Rys. 18).
3. Zdejmij poduszkę siedziska z wózka, a następnie umieść „ogon” klapy zasłaniającej pomiędzy podstawą siedziska, a poduszką (Rys. 20).
4. Dopasuj położenie klapy zasłaniającej poprzez wsunięcie „ogona” klapy pod poduszkę siedziska lub wysunięcie go. Można też podnieść lub opuścić górną część klapy zasłaniającej znajdującą się na oparciu.
5. Przelóż paski z rzepami przez odpowiednie przelotki w klapie zasłaniającej, a następnie owiń je wokół ramy wózka i przelóż końcówkę rzepu przez przelotkę na końcu (Rys. 21). Zaciśnij i zapnij odstające elementy, aby zakryć otwory w klapie zasłaniającej (Rys. 22).

Opcjonalna tylna torba

UWAGA: Do klapy zasłaniającej można także przymocować opcjonalną tylną torbę (Rys. 16).



Rys. 17



Rys. 18



Rys. 19



Rys. 20



Rys. 21



Rys. 22



Rys. 16



Rys. 23

Zamontowana klapa zasłaniająca oparcia J3

ELEMENTY POZYCJONUJĄCE KRĘGOSŁUP

Elementy pozycjonujące system wyrównania kręgosłupa są zaprojektowane w sposób zapewniający odpowiednie podparcie ciała przy gotowym oparciu. (W zależności od rynku nabywcy, elementy systemu wyrównania kręgosłupa mogą być załączone do oparcia.) Aby zainstalować system wyrównania kręgosłupa, należy przeczytać niniejszą instrukcję.



1. Montaż elementów systemu pozycjonowania kręgosłupa

- Użytkownik winien zaprzestać nacisku na oparcie J3 poprzez pochylenie lub częściowe przesunięcie do przodu, jeśli to możliwe.
- Odpiąć rzep na górnej klapie pokrowca (Rys. 24) i odchylić pokrowiec w przód, aby uzyskać dostęp do wnętrza oparcia J3.
- Umieścić elementy pozycjonujące na rzepie po wewnętrznej stronie osłony (Rys. 25) i ponownie przymocować górną część kłapy zasłaniającej. Pociągnąć w dół, aby górny szew był wyrównany do góry osłony. Jeśli szew nie jest wyrównany, może być konieczne poluzowanie dolnej części pokrywy (Rys. 26).
- Użytkownik winien sprawdzić komfort i wsparcie ustawień systemu wyrównania kręgosłupa. Kroki a-c należy powtarzać do zakończenia regulacji.
- Używać można wielu konfiguracji i kombinacji elementów systemu pozycjonowania kręgosłupa. Jeśli wymagane są dodatkowe kształty lub rozmiary systemu wyrównania kręgosłupa, należy skontaktować się z dystrybutorem firmy Sunrise Medical.

UWAGA:

W celu uzyskania dalszych informacji o systemie wyrównania kręgosłupa J3 należy zapoznać się z animacją na stronie internetowej www.sunrisemedical.com. Instalacja oparcia J3 jest zakończona.

Elementy pozycjonujące	
Duży element lędźwiowy	
Mały element lędźwiowy	
Klin	
Zakrzywiona podkładka	
Płaska podkładka	
Tylna/boczna pelota biodrowa	
Podkładka boczna	
Duża kieszeń	
Mała kieszeń	



AKCESORIA J3

Jeśli zamówione zostały akcesoria J3 takie jak elementy boczne, zagłówki lub uprząże, należy zastosować instrukcje instalacji w odniesieniu do tych elementów.

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU OPARCIA

Oparcie J3 zostało przetestowane dynamicznie pod kątem użytkowania w pojazdach silnikowych. Należy stosować wszystkie instrukcje dotyczące montażu, używania i konserwacji zawarte w niniejszym podręczniku, a także instrukcje dotyczące transportu opisane poniżej.

OSTRZEŻENIE

**NIESTOSOWANIE SIĘ DO TYCH OSTRZEŻEŃ
MOŻE SKUTKOWAĆ POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI
UŻYTKOWNIKA I INNYCH OSÓB.**

INSTRUKCJA

1. Jeśli to możliwe, należy przenieść użytkownika na fotel zamontowany fabrycznie w pojeździe, powinien on także używać pasów bezpieczeństwa pojazdu.
2. Odległość pomiędzy ramieniem użytkownika i górną częścią oparcia nie powinna przekraczać 6,5" (16,5 cm).
3. Wózek musi być oznakowany jako odpowiedni do użytkowania w postaci siedzenia w pojeździe silnikowym, przetestowany dynamicznie pod kątem parametrów wymaganych przez normy ISO 7176-19 i zmontowany, używany i konserwowany zgodnie z instrukcją producenta.
4. Jeśli oryginalne siedzisko wózka zostało wymienione, nowe siedzisko musi spełniać wymagania dotyczące transportu wózka oraz być zamontowane i używane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w instrukcji obsługi.
5. System mocowania wózka i pasów bezpieczeństwa pasażera (WTORS) powinien być kompatybilny z określonym typem wózka, użytkowany zgodnie ze wskazaniami zawartymi w instrukcji producenta, a także powinien być zgodny z parametrami wymaganymi przez normy ISO 10542.
6. Podczas transportu wózek musi być skierowany przodem do kierunku jazdy.
7. W celu zmniejszenia potencjalnych obrażeń pasażerów pojazdu, akcesoria zamontowane do wózka, takie jak odchylane półki i sprzęt wspomagający układ oddechowy, powinny być zdemontowane i zabezpieczone osobno.
8. Produkt ten przeznaczony jest do użytku przez osoby dorosłe wążące od 35 kg do 136 kg.
9. Urządzenia do wsparcia postawy, takie jak biodrowe pasy pozycjonujące, przednie wsparcie tułowia lub środki wsparcia postawy, takie jak boczne wsparcie tułowia, nie powinny być stosowane do zabezpieczenia użytkownika w poruszającym się pojeździe, o ile nie zostały oznaczone jako spełniające normy ISO 16840-4.
10. Nie wolno dokonywać zmian żadnego z elementów produktu bez konsultacji z producentem.

DEMONTAŻ I WYMIANA

Demontaż

Po montażu i regulacji, w razie konieczności oparcie można łatwo zdemontować z wózka. W celu wymontowania należy przesunąć wszystkie dźwignie zwalniające do przodu.

Skutkuje to odblokowaniem (Rys. 27). Po umieszczeniu obu dźwigni w położeniu przednim wystarczy podnieść oparcie (Rys. 28) za pomocą uchwytu znajdującego się w górnej części oparcia.

Prawidłowe ponowne zamontowanie po demontażu

Aby ponownie zamontować oparcie w gniazdach osprzętu, należy wyrównać sworznie z gniazdami i wepchnąć je na miejsce. (Rys. 29). Prawidłowo włożone kołki zatrzasną się w położeniu zablokowania.

OSTRZEŻENIE

W razie braku pewności, czy słychać było kliknięcie blokujące, pociągnąć oparcie za pomocą uchwytu celem upewnienia się, że zostało bezpiecznie zablokowane.

Kołki blokujące (Rys. 30)

Oparcie J3 dostarczane jest z dwoma kołkami blokującymi, które, gdy są zabezpieczone, zapobiegają zwolnieniu oparcia z wózka. Aby zablokować, należy włożyć kołki (A) do gniazd montażowych (B). Po wyjęciu kołków możliwy jest szybki demontaż.




Rys. 27




Rys. 29



Rys. 28



Rys. 30



PRZECIWWSKAZANIA:**⚠ OSTRZEŻENIE**

Nie wolno użytkować oparcia przez użytkowników o masie przekraczającej dopuszczalną wagę.

RECYKLING I PONOWNE UŻYTKOWANIE:**⚠ OSTRZEŻENIE**

- Ryzyko urazu
- Przed przekazaniem produktu innemu użytkownikowi autoryzowany sprzedawca Sunrise Medical powinien dokonać jego sprawdzenia pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku wykrycia uszkodzeń **NIE WOLNO UŻYWAĆ PRODUKTU**.
- Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może skutkować poważnymi obrażeniami.

Produkt nadaje się do ponownego użytku*:

- Autoryzowany sprzedawca Sunrise Medical powinien dokonać sprawdzenia osłony, klamer montażowych, pianki i pokrowca pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku wykrycia uszkodzeń nie wolno używać produktu.
- Wyczyścić i zdezynfekować osłonę, klamry montażowe, piankę i pokrowiec zgodnie z lokalnymi przepisami. Szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnej organizacji odpowiedzialnej za nadzór nad zakażeniami.
- Po wyczyszczeniu i dezynfekcji autoryzowany sprzedawca Sunrise Medical powinien przeprowadzić kolejne sprawdzenie osłony, klamer montażowych, pianki i pokrowca, aby upewnić się, że podczas czyszczenia i dezynfekcji nie powstały żadne uszkodzenia.

⚠ OSTRZEŻENIA:

- Nieprzestrzeganie tych wskazówek może doprowadzić do poważnego urazu użytkownika.
- Przed użyciem u kolejnego pacjenta produkt powinien zostać dopasowany do nowego użytkownika przez autoryzowanego sprzedawcę Sunrise Medical, lekarza lub fizjoterapeutę.

24 MIESIĄCE GWARANCJI**24 MIESIĄCE GWARANCJI**

Celem zapewnienia najlepszego działania, każde oparcie JAY J3 jest dokładnie kontrolowane i przetestowane. Każde oparcie JAY J3 posiada gwarancję braku defektów materiałowych oraz jakości wykonania na okres 24 miesięcy normalnego użytkowania, licząc od daty zakupu. W razie wystąpienia defektów materiałów lub jakości wykonania w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu, firma Sunrise Medical nieodpłatnie dokona naprawy lub wymiany. Gwarancja ta nie obejmuje przebić, rozdarć czy nadpaleń, również na zdejmowanym pokrowcu oparcia.

Reklamacje i naprawy powinny być przeprowadzane przez najbliższego autoryzowanego dostawcę. Nie udziela się żadnych innych gwarancji niż wyraźnie wymienione w niniejszym dokumencie, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i gwarancji przydatności do określonego celu. Nie obowiązują żadne gwarancje przekraczające opisany tu zakres. Prawa związane z naruszeniem niniejszych wyraźnych gwarancji są ograniczone do naprawy lub wymiany towarów. Zobowiązania wynikające z naruszenia gwarancji w żadnym wypadku nie obejmują szkód wynikających z użytkowania towarów niezgodnych z wymaganiami.

Type:	Nazwa produktu / numer SKU	 XXXX-XX-XX	Data produkcji
Date:	Nr seryjny zdefiniowany kalendarzem juliańskim	Part Code	Nr części/produktu
 XXX mm	Szerokość siedziska	MD	Ten symbol oznacza wyrób medyczny
 XXX mm	Głębokość (maksymalna)		Adres producenta
 XXX kg	Maks. waga użytkownika	EC REP	Autoryzowany przedstawiciel w Europie
CE	Znak CE	UK RP	Osoba odpowiedzialna w Wielkiej Brytanii
UK CA	Znak UKCA	CH REP	Adres przedstawiciela w Szwajcarii
	Skonsultować się z instrukcją obsługi		Adres importera

PRÓBKA

JAY

Part Code:

Date:

cm

cm

kg





SUNRISE MEDICAL (US) LLC

12002 VOLUNTEER BLVD.

MOUNT JULIET, TN 37122, USA

Sunrise Medical GmbH

Karlbachring 2-4

69254 Malsch / HD

Germany

Sunrise Medical Ltd.

Thorns Road, Brierley Hill

West Midlands DY5 2LD

United Kingdom

Assembled in Mexico

EC REP

UK RP









106132 Rev. K







ISO 7010-M002
Należy zapoznać się z instrukcją!
(Niebieska ikona)

SUNRISE MEDICAL posiada certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001 na stosowany system zarządzania.

W SUNRISE MEDICAL posiadamy certyfikat ISO-13485, który potwierdza jakość naszych produktów na każdym etapie, od badań i rozwoju po produkcję. Niniejszy produkt spełnia wymogi stawiane przez rozporządzeń UE i Wielkiej Brytanii.

Wskazania

Bogaty wybór dostępnych oparc i elementów ustalających pozycję, obniżających nacisk na poszczególne części ciała i zwiększających tolerancję na pozycję siedzącą zgodnie z potrzebami i wymaganiami użytkownika powoduje, że z produktu mogą korzystać użytkownicy z różnymi schorzeniami i zaburzeniami, takimi jak:

- urazy rdzenia kręgowego;
- zaburzenia lub choroby neurologiczne (hemiplegia, choroba Parkinsona);
- wady lub deformacji kończyny;
- amputacja;
- mózgowo porażenie dziecięce;
- stwardnienie rozsiane;
- przykurcze stawu;
- tetraplegia;
- dystrofia mięśniowa

Przeciwwskazań

Brak znanych lub stwierdzonych przeciwwskazań.

UWAGA: Ogólne porady dla użytkownika. Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może spowodować urazy, uszkodzenie produktu lub szkody dla środowiska naturalnego.

Informacja dla użytkownika i/lub pacjenta, że wszelkie poważne zdarzenia z udziałem tego produktu należy zgłaszać producentowi oraz odpowiedniej instytucji w państwie członkowskim, w którym znajduje się użytkownik i/lub pacjent.



Jako producent, SUNRISE MEDICAL deklaruje, ten produkt spełnia wymagania rozporządzenia UE w sprawie wyrobów medycznych (2017/745).

Specjalne adaptacje B4Me

Firma Sunrise Medical zdecydowanie zaleca to w celu zapewnienia, że produkt B4Me działa i działa zgodnie z przeznaczeniem producenta; wszystkie informacje dla użytkownika dostarczone wraz z produktem B4Me zostały przeczytane i zrozumiane przed pierwszym użyciem produktu. Firma Sunrise Medical zaleca również, aby nie wyrzucać informacji o użytkowniku po ich przeczytaniu, ale należy je bezpiecznie przechowywać do wykorzystania w przyszłości.

Zestawy wyrobów medycznych

Ten wyrób medyczny może łączyć się z co najmniej jednym innym wyrobem medycznym lub innym produktem. Informacje o możliwych zestawach można znaleźć na stronie www.Sunrise-Medical.pl. Wszystkie wymienione zestawy zostały sprawdzone pod kątem spełniania ogólnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i działania opisanych w punkcie 14.1 rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (2017/745).

Wskazówki dotyczące łączenia, np. montażu, można znaleźć na stronie www.Sunrise-Medical.pl.

Sunrise Medical anbefaler, at man rådfører sig med sin læge eller terapeut med erfaring i siddestilling og positionering for at afgøre, om et J3-ryglæn er egnet til det påtænkte formål.

⚠ ADVARSEL!

Ryglæn bør kun monteres af:

- en autoriseret Sunrise Medical-forhandler
- en kvalificeret og kompetent sundhedsmedarbejder, som har modtaget forsvarlig og anerkendt oplæring heri af enten Sunrise Medical eller deres autoriserede forhandler.

ANVENDELSESFORMÅL FOR JAY J3-RYGLÆNET

JAY J3-ryglænet er beregnet til at give rygstøtte til kørestolsbrugere med vidt forskellige behov. Det avancerede design har til formål at yde enkel, komfortabel og effektiv støtte, som giver maksimal funktionsevne og gør brugeren i stand til at sidde i kørestolen i længere tid ad gangen. Desuden betyder det slidstærke letvægtsdesign, at ryggen er let at anvende.

Ryglænet kan monteres på en lang række kørestolsmodeller.

Maks. brugervægt:

136 kg – kompakt (og gammel standard hardware)

227 kg – tung kompakt hardware

Den forventede levetid for dette produkt er 5 år.

⚠ ADVARSEL

Montering af en rygstøtte i en kørestol kan påvirke tyngdepunktet, så man risikerer, at kørestolen tipper bagover og forårsager personskader.

Man bør derfor altid vurdere, om der er behov for at montere antitipstøtter eller amputationsakselplade for at opnå øget stabilitet.

⚠ ADVARSEL

Brug ikke J3-ryglænet til at skubbe eller løfte kørestolen med. Forkert brug medfører risiko for, at ryggen pludselig glider fri af kørestolen.

⚠ ADVARSEL

Brug ikke J3-ryglænets håndtag til at løfte kørestolen i. Håndtaget må kun bruges til at fjerne ryggen.


⚠ ADVARSEL

Uagtsomhed medfører brandfare.

⚠ ADVARSEL

Brugervejledningen bør læses nøje, inden produktet tages i brug.

J3 RYGSTØTTE



VEDLIGEHOOLDELSE

Sunrise anbefaler at alle fastgørelseselementer kontrolleres hver 6. måned for slitage, for eksempel løse bolte eller knækkede dele. Løse fastgørelseselementer skal spændes fast igen i henhold til monteringsvejledningen. Alle fastspændingselementer skal spændes ifølge de tilspændingsmomenter, der er angivet i afsnittet om montering af beslag. Hvis det konstateres, at der findes løse eller ødelagte dele, må systemet ikke bruges, og du skal straks kontakte din autoriserede Sunrise Medical-forhandler for at få dem udskiftet.

NEM RENGØRING

BEMÆRK:

Når ryglænet skal skilles ad for rengøring, er det vigtigt at bemærke placeringen af Velcro®-stykkerne til rygradsstøtte, så de kan genmonteres korrekt.

Rengøring af ryggens betræk

Betrækket fjernes ved at trække velcrostropperne fri. Fjern betrækket fra ryglænsskallen. Find lynlåsen i bunden af betrækket, og lyn den op. Fjern skumstykket, og vend vrangen ud på betrækket. Lyn betrækket i for at undgå, at lynlåsen hænger fast i stoffet. Maskinvask i varmt vand (60° C) Dryptør eller brug tørretumbler på lav varme.

BEMÆRK:

- Tåler ikke kemisk rens. Betrækket må ikke vaskes og/eller tørres i industrielle maskiner.
- Tåler ikke dampsterilisering (autoklave).
- Undgå blegning.

Læg skumstykket ind i betrækket igen. Bemærk, at skumstykket består af to skumlag. Når skumstykket lægges ind i betrækket, skal du sørge for, at det tynde, lysegrå skumlag vender ind mod ryglænsskallen. Lyn lynlåsen helt i, når skumstykket ligger på plads i betrækket.

Rengøring af ryglænsskallen

Skallen kan tørres af med vand og sæbe. Yderligere vedligeholdelse er normalt ikke nødvendig.

Rengøring af positioneringskomponenter

Positioneringskomponenterne kan tørres af med vand og sæbe. Positioneringskomponenterne må ikke dypes i vand. Hvis du har yderligere spørgsmål om rengøring, kan du kontakte din autoriserede Sunrise Medical-forhandler.

Hygiejneprocesser ved genanvendelse

Hvis kørestolen skal anvendes af en ny bruger, bør den klargøres grundigt. Alle overflader, der kan komme i kontakt med brugeren, skal behandles med desinfektionsmiddel i sprayform. Der skal til dette formål anvendes et, i dit land, anbefalet desinfektionsmiddel, som bruges til hurtig, alkoholbaseret desinfektion af medicinske hjælpemidler og medicinsk udstyr, når der kræves et hurtigtvirkende desinfektionsmiddel. Vær opmærksom på producentens vejledning til desinfektionsmidlet under anvendelsen. Det kan ikke garanteres, at sømme kan desinficeres fuldstændigt. For at undgå mikrobakteriel kontaminering anbefales det derfor, at sædet og rygpåstringen kasseres i henhold til lokale retningslinjer om beskyttelse mod infektion.

Sikre opbevaringsforhold

- Produktet skal opbevares tørt og ved en relativ luftfugtighed på mellem 20 – 75 %.
- Beskyt mod direkte sollys og støv af længere varighed.
- Væk fra direkte varme og ved en temperatur på mellem 5 °C og 40 °C.
- Placér og stabl de emballerede produkter i henhold til pilene "denne side op" på emballagen.
- Hvis en pakke er høj og smal og derfor muligvis ustabil, skal du sørge for, at den er forsvarligt fastgjort på pallen eller i opbevaringssystemet, så den ikke vælter/falder.
- Der må ikke stables noget oven på de pakkede produkter, når etiketten med "Må ikke stables" ses på pakken.
- Produktet må aldrig opbevares udendørs og udsættes for vejr og vind.

Vaskesymboler	
	Maskinvask i varmt vand (60° C)
	Tåler blegning, men ikke med klor
	Dryptørring
	Undgå strygning
	Tåler ikke kemisk rens

SIKRING AF KOMPATIBILITET

Kørestolstyper

J3-ryglænet er konstrueret til at være kompatibelt med de fleste kørestolsmodeller, dog med følgende undtagelser: Kørestole med vinkeljustering, tilbagelænings- eller hældningsfunktion, som kan give en ryglænsvinkel på mere end 60 grader fra lodret position bør ikke anvendes med dette ryglæn.

⚠ ADVARSEL

Montering på disse kørestolstyper medfører risiko for, at ryggen pludselig glider fri af kørestolen, så brugeren kan falde ud og dermed pådrage sig alvorlige kvæstelser.

Kørestolens dimensioner

J3-ryglænet er beregnet til at erstatte kørestolens ryglænsbolstring. Inden montering skal det fastslås, om kørestolen har compatible ryglænsrør. Dette gøres ved at måle bredden mellem ryglænets rør som vist på figur 1. Ved at bruge dette mål kan du kontrollere i tabel 1, om ryglænet passer til din kørestol.

Derefter skal du kontrollere, om ryglænsrørene har den rette diameter. J3-ryglænets beslag kan monteres på kørestole, hvor ryglænsrørene måler mellem 1,9 cm og 2,85 cm (3/4" og 1 1/8") i diameter. Mål omkredsen på ryggens rygrør (Fig. 2) og henvis til tabel 2 for at sikre at rygrørene er compatible.

Hvis du ikke kan afgøre, om ryglænsrørene er compatible, bedes du kontakte din autoriserede Sunrise Medical-leverandør eller Sunrise Medicals kundeservice.




Fig. 1

J3-ryglænsbredde* (alle konturer)	Bredden af ryggens rygrør fra rørenes yderside til yderside (Fig. 1-A)			
	Minimumsbredde		Maksimumsbredde	
	Tommer	cm	Tommer	cm
12" 31 cm	11,7	29,7	14,3	36,3
14" 36 cm	13,7	34,9	16,3	41,3
16" 41 cm	15,7	40,0	18,3	46,4
18" 46 cm	17,7	45,1	20,3	51,6
20" 51 cm	19,7	50,1	22,3	56,5

* Ryglænsbredden er angivet i ryglænets varenummer.
Eksempel: J3SCMTS36 er et 36 cm bredt ryglæn.




Fig. 2

J3-ryglænsbredde (alle konturer)	Ryglænsrørets diameter (Fig. 2-B)			
	Minimumsbredde		Maksimumsbredde	
	tommer	cm	tommer	cm
14-20" (36-51cm)	3/4	1,9	1-1/8	2,85

Tabel 2

MONTERING AF RYGLÆNSBESLAG

Inden monteringen bedes du læse alle anvisningerne i dette afsnit. Selve monteringen af J3-ryglænet skal helst foretages på en tom kørestol. Så snart ryggen er monteret og de nødvendige justeringer udført, kan brugeren sætte sig i kørestolen igen.

Kræver følgende værktøj (følger med J3-ryglænet)*

- 4 mm-unbrakonøgle



- 10 mm-topnøgle



BEMÆRK:Når der angives bestemte tilspændingsmomenter, anbefales det på det kraftigste, at man anvender en momentmåler (følger ikke med J3-ryglænet) for at sikre, at man opnår det rette moment.

Monteringsanvisninger for beslag (Fig. 3, 4, 5)

Gyldig til alle hardwaretyper (kompakt, tung kompakt og gammel standard).

1. Afmonter kørestolens oprindelige ryglæn i henhold til fabrikantens vejledning.
2. Se efter på kørestolens ryglænsrør for at fastslå, hvor beslagene bør placeres. Monterings hardwaren bør omtrentligt have den samme højde på hver ryg rør (Fig. 3) og parallelt til sæderammen (Fig. 4). Generelt gælder det, at højere placeringer på ryglænsrørene fungerer bedst.
3. Sæt beslagene på. (Fig. 5)
 - a. Skru spændeskruerne (A) løs ved hjælp af den medfølgende 4 mm-unbrakonøgle. BEMÆRK – Ved store rørdiameter skal spændeskruerne muligvis fjernes helt.
 - b. Fastgør og indstil beslagene på kørestolens ryglænsrør (B).
 - c. Spænd spændeskruerne (A) med hånden. BEMÆRK – Beslagene kræver muligvis yderligere sidejustering for at sikre, at de sidder korrekt i forhold til hinanden.

Fastgøring og justering af J3-ryglænets skal (Fig. 6)

- a. Skru bæremøtrikkerne (C) og monteringsstiftmøtrikkerne (F) løs ved hjælp af en 10 mm-topnøgle, indtil beslagene let kan drejes i alle retninger.
- b. Fastgør J3-ryglænet i beslagene ved at sætte de venstre og højre monteringsstifter (D) i venstre og højre beslag (E).
- c. Placer ryggen i den omtrentlige slutposition, både i forhold til kørestolen og brugeren.
- d. spænd møtrikkerne på indersiden af monteringsstifterne (F) med hånden.
BEMÆRK – Ryglænets dybde og vinkel skal muligvis justeres yderligere for at sikre, at det passer korrekt til brugeren.
- e. Spænd bæremøtrikkerne (C) med hånden. BEMÆRK – Ryglænets højde skal muligvis justeres yderligere for at sikre, at den passer korrekt til brugeren.
- f. Afprøv ryglænets udløsningsmekanisme ved at skubbe udløsergrebene fremad og tage ryglænet af kørestolen. (Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Aftagning og genmontering"). Monteringsbeslagene og ryggen er justeret korrekt i forhold til hinanden, når ryglænet glider ubesværet af og på.
- g. Hvis de ikke passer ordentligt i forhold til hinanden, skal komponenterne justeres, indtil de sidder korrekt.
- h. Når de sidder korrekt, spændes beslagenes spændeskruer fast. Det anbefalede tilspændingsmoment er 8,5 - 9,3 Nm.




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

JUSTERING AF J3-RYGLÆNETS HØJDE, DYBDE OG VINKEL

Første trin i monteringen af J3-ryglænets beslag er nu gennemført. Herefter er det en god idé at få brugeren til at sidde i kørestolen igen, så J3-ryglænet kan tilpasses individuelt. Brugeren må dog ikke lægge fuldt tryk på ryggen, da det endnu ikke er spændt helt til de krævede tilspændingsmomenter.

1. Højdejustering (Fig. 10)

- Mens brugeren sidder i kørestolen, skal ryggens ønskede højde fastslås. Når den er fastslået, skal man fjerne trykket på J3-ryglænet ved, at brugeren læner sig forover eller glider delvist fremad, så justeringen kan finde sted.
- Skrue bæremøtrikkerne (A) løs, og justér højden på ryglænets skal til den ønskede position.
- Spænd bæremøtrikkerne (A) forsvarligt. Det anbefalede tilspændingsmoment er 8,5 - 9,3 Nm.

BEMÆRK:

Når højdejusteringen er udført, skal du kontrollere at, bredden ikke er ændret ved en fejltagelse.

2. Justering af dybde/vinkel (Fig. 11, 12 og 13)

Bemærk at der kan bestilles to typer hardware – standard hardware (Fig. 11) eller den længere, justerbare hardware (Fig. 12). Begge sæt af hardware justeres på samme måde, men standard hardwaren har 2 tommer ekstra for at muliggøre justering af dybde (Fig. 11), mens den udvidede hardware (justerbare hardware) gør det muligt i alt at justere med 3,4 tommer (Fig. 12).

- For at justere J3 rygstøttens dybde og vinkel, løsgør de venstre og højre møtrikker (Fig. 13-B) på beslagets riller.
- Justér dybden og/eller vinklen, og spænd møtrikkerne forsvarligt. Det anbefalede tilspændingsmoment er 11,3 - 12,4 Nm. Sørg for, at ingen af dybdejusteringsmøtrikkerne (Fig. 13-B) kan glide eller dreje.
- Hvis der er behov for yderligere dybde, skal ryglænet tages af beslagene. Fjern skruerne (Fig. 11-D, 12-D) fra beslagene med den medfølgende 4mm sekskantnøgle og omplacer til den ønskede dybde. Bemærk: Inden skruerne sættes i igen, anbefales det på det kraftigste, at man smører beslaget og skruernes gevind med en middelstærk låsevæske egnet til formålet, f.eks. Loctite 243, hvis ryglænet skal indstilles i en ny position. Spænd skruerne til 2,8 - 4 Nm.

⚠ ADVARSEL

Når alle justeringerne er udført, skal du sikre dig, at alle beslag er spændt korrekt, hvorefter J3-ryglænet er klar til brug.

⚠ ADVARSEL


For at sikre, at ryglænet monteres så sikkert som muligt, skal låsestiften sættes i, inden ryglænet kan anvendes, (Fig. 14 og 15).




Fig. 10

Kompakt Hardware– 2 dybdeindstillinger

Fig. 11



Dybde 1



Dybde 2

D

HD kompakt hardware

Fig. 12




Dybde 1



Dybde 2



Dybde 3



Dybde 4

D




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15

MONTERING AF DISKRETIONSPOSEN

1. Løft den øverste klap på J3-ryglænets betræk (Fig. 17)
2. Sæt burrebåndene sammen, og fastgør klappen på bagsiden af J3-ryglænets betræk (Fig. 17). Placer betrækkets øverste klap sådan, at diskretionspose er puttet ind mellem den øverste og den nederste klap (Fig. 18).
3. Tag sædehynden af kørestolen, og put diskretionsposens endestykke ind mellem kørestolens faste sædebund og sædehynden (Fig. 20).
4. Diskretionsposen kan justeres efter ønske ved at trække endestykket længere ud eller skubbe det længere ind under sædehynden. Desuden kan diskretionsposens øverste del rykkes op eller ned bag på ryglænet, hvis det er nødvendigt.
5. Træk burrebåndsstropperne gennem de tilhørende øjer på diskretionsposen. Slå derefter stropperne rundt om kørestolsstellet, og før hver ende gennem slidsten i den pågældende strop (Fig. 21). Sæt dig godt på plads og luk de yderste spalter i diskretionsposen (Fig. 22).

Opbevaringspose som tilbehør

BEMÆRK: Der findes en opbevaringspose som tilbehør, der kan sættes på diskretionsposen (Fig. 16).



Fig. 17



Fig. 18



Fig. 19



Fig. 20



Fig. 21



Fig. 22



Fig. 16



Fig. 23

Korrekt monteret J3-diskretionsposen

KOMPONENTER TIL RYGRADSSTØTTE

Komponenterne til rygradsstøtte er beregnet til at give konturformet støtte fra et ryglæn i "standardudgave". (Afhængigt af, hvad der findes på markedet, kan komponenter til rygradsstøtte indgå i det udstyr, der følger med dit ryglæn.) For at installere Spine Align-komponenterne, bedes du læse de følgende anvisninger.

1. Inden monteringen bedes du læse følgende anvisninger

- Hvis det er muligt, bør brugeren lade trykket fra J3-ryglænet ved at læne sig forover eller glide delvist fremad.
- Fjern velcro strimlen på den øverste betræk klap (Fig. 24) og løft betrækket fremad for at afdække indersiden af J3 rygstøtten.
- Anbring komponenterne på velcro'en inde i skallen (Fig. 25) og genmonter den øverste betræk klap. Træk klappen ned, og sørg for at den øverste søm med toppen af skallen. Hvis sømmen ikke sidder korrekt, skal betrækkets nederste del muligvis løsnes (Fig. 26).
- Få brugeren til at afprøve rygradsstøttens aktuelle placering for at se, om den er komfortabel og giver støtte, og gentag trin a-c, indtil justeringen er gennemført.
- Komponenterne til rygradsstøtte kan anvendes i adskillige konfigurationer og kombinationer. Hvis du har brug for komponenter til rygradsstøtte i andre faconer eller størrelser, bedes du kontakte din Sunrise Medical-forhandler.

BEMÆRK:



Hvis du har brug for yderligere oplysninger om J3-rygradsstøttesystemet, kan du se en animeret demonstration på www.sunrisemedical.com.

J3-ryglænet er nu monteret og klar til brug.

J3 EKSTRAUDSTYR

Hvis du har bestilt J3-tilbehør såsom lateraler, hovedstøtter eller seler, henvises der til monteringsvejledningerne for disse dele.

Positioneringskomponenter		
Stor lumbal		
Lille lumbal		
Kile		
Buet kile		
Flad kile		
Posterior/Lateral bækken		
Lateral kile		
Stor pose med kugler		
Lille pose med kugler		



SIKKERHED VED TRANSPORT AF RYGLÆNET

J3-ryglænet er dynamisk testet til brug i et motorkøretøj. Du bedes følge alle instrukser angående montering, brug og vedligeholdelse i denne brugsanvisning såvel som den transportvejledning, der findes nedenfor.

ADVARSEL

HVIS DER IKKE TAGES HØJDE FOR DISSE ADVARSLER, KAN DET MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER PÅ KØRESTOLSBRUGEREN ELLER ANDRE.

INSTRUKTIONER

1. Hvis det er praktisk muligt, bør brugeren sidde i et af de faste sæder i køretøjet og anvende køretøjets sikkerhedsseler.
2. Afstanden mellem brugerens nakke og ryglænets top bør ikke overstige 16,5 cm.
3. Kørestolen bør være mærket til brug som et sæde i et motorkøretøj, som er dynamisk testet i henhold til kravene til ydeevne angivet i DS/ISO-standard 7176-19, og den skal monteres, anvendes og vedligeholdes i henhold til fabrikantens vejledning.
4. Hvis det originale sæde i kørestolen er udskiftet, skal det nye sæde være godkendt til transport af kørestole samt installeres og anvendes som angivet i fabrikantens vejledning.
5. Kørestolens fastgøringsanordninger og selesystem (WTORS) bør være kompatibelt med den specifikke kørestol og anvendes som angivet i fabrikantens vejledning, og den bør opfylde kravene til ydeevne angivet i DS/ISO-standard 10542.
6. Kørestolen skal vende fremad under transport.
7. For at begrænse risikoen for skader på personer i køretøjet bør eventuelt tilbehør på kørestolen såsom bakker og åndedrætsudstyr fjernes og opbevares separat.
8. Dette produkt egner sig til at bruges af voksne, som vejer mellem 35 kg og 136 kg.
9. Tilbehør til støtte af kropsholdningen såsom hofteseler, kropsstøtter og holdningsstøtteanordninger må ikke anvendes som den eneste form for fastspænding af kørestolsbrugeren under transport i et køretøj, medmindre udstyret er godkendt og mærket i henhold til DS/ISO-standard 16840-4.
10. Der må ikke foretages ændringer eller udskiftninger af kørestolens konstruktionsmæssige komponenter, andre dele eller komponenter uden forudgående henvendelse til producenten.

AFTAGNING OG GENMONTERING

Aftagning

Efter udført montering eller justering kan ryggen nemt tages af kørestolen, hvis det er nødvendigt. For at fjerne, skub hvert udløsergreb fremad for at åbne det (Fig. 27). Når begge greb sidder i fremad stilling, skal rygstøtten simpelthen løftes lige op (Fig. 28) med håndtaget, som findes på toppen af rygstøtten.

Korrekt genmontering efter aftagning

For at montere ryglænet på beslagene igen skal stifterne ganske enkelt bringes på linje med beslagene og skubbes på plads (Fig. 29). Stifterne sidder korrekt, når de låses fast med et klik.

ADVARSEL

Hvis du ikke er sikker på, om du har hørt “klikket”, skal du trække op i ryglænet ved hjælp af håndtaget for at sikre dig, at det er forsvarligt låst fast.

Låsestifter (Fig. 30)

J3-ryglænet leveres med to låsestifter, og når de er fastgjort, forhindrer de ryglænet i at komme fri af kørestolen. Sæt stifterne (A) i monteringsbeslagene (B), hvorved de låses på plads. Hvis man ønsker at bruge quick release-udløseren i stedet, skal man ganske enkelt fjerne stifterne.



Fig. 27



Fig. 29



Fig. 28





Fig. 30



A

KONTRAINDIKATIONER:**⚠ ADVARSEL**

Dette ryglæn må ikke bruges eller ordineres for personer, som overstiger den angivne maksimale brugervægt.

RECIRKULERING / GENBRUG:**⚠ ADVARSEL**

- Risiko for ulykke
- Få altid en autoriseret Sunrise Medical-forhandler til at undersøge produktet for skade eller slidtage, inden det overføres til en anden bruger. Hvis der findes nogen beskadigelser, **MÅ DETTE PRODUKT IKKE BRUGES**.
- Hvis disse advarsler ikke overholdes, kan de resultere i alvorlige ulykker.

Dette produkt egner sig til genbrug*:

- Få en autoriseret Sunrise Medical-forhandler til at undersøge skallen, monteringshardwaren, skummet og betrækket for beskadigelser eller slidtage. Hvis der findes nogen beskadigelser, må det ikke genbruges.
- Rengør og desinficer skallen, monteringshardwarens skum og betræk i overensstemmelse med den lokale regerings regulativer. Søg råd hos dit lokale kontor for infektionskontrol.
- Efter rengøring og desinficering, få en autoriseret Sunrise Medical-forhandler til at genundersøge skallen, hardwaren, skummet og betrækket for at sikre at rengørings-/desinficeringsprocessen ikke har forårsaget nogle beskadigelser.

⚠ ADVARSLER:

- Hvis disse genbrugsvejledninger ikke følges, kan det resultere i alvorlige ulykker for brugeren.
- Når produktet genbruges, skal dette produkt afpasses og tilpasses til den nye bruger af en autoriseret Sunrise Medical-forhandler eller kliniker.

24 MÅNEDERS BEGRÆNSET GARANTI**24 MÅNEDERS BEGRÆNSET GARANTI**

Hvert eneste JAY J3-ryglæn efterses nøje og afprøves for at sikre, at det fungerer optimalt. Alle JAY J3-ryglæn omfattes af en garanti mod materiale- og fabrikationsfejl gældende i 24 måneder fra købsdato, forudsat at ryglænet anvendes på normal vis. Såfremt der opstår materiale eller fabrikationsfejl inden for 24 måneder fra den oprindelige købsdato, forpligter Sunrise Medical sig til, efter eget skøn, at reparere eller erstatte varen uden beregning. Denne garanti omfatter ikke punkteringer, flænger, brændemærker eller ryglænets aftagelige betræk.

Erstatningskrav og reparationer skal ske gennem den nærmeste autoriserede forhandler. Med undtagelse af udtrykkelige garantier fremsat i ovenstående er enhver anden garanti udelukket, herunder også stiltiende garantier for, at varen er salgbar samt formålseget. Garantien gælder ikke ud over det heri beskrevne. Godtgørelse for brud på den udtrykkelige garanti er begrænset til reparation eller udskiftning af varen. Under ingen omstændigheder skal skadeserstatning som følge af garantibrud omfatte følgetab eller overstige anskaffelsesprisen på den uacceptable solgte vare.

Type:	Produkt navn/ SKU-nummer	XXXX-XX-XX	Produktionsdato
Date:	LOT; defineret jævnfør Julian-dag	Part Code	Varenr.
XXX mm	Sædebredde	MD	Dette symbol betyder medicinsk udstyr
XXX mm	Dybde (maksimalt)		Producentens adresse
XXX kg	Maks. Brugervægt	EC REP	EU-autoriseret repræsentant
CE	CE-mærkat	UK RP	Ansvarlig person i Storbritannien
UK CA	UKCA-mærkat	CH REP	Adresse på repræsentant i Schweiz
	Se brugsanvisningen		Importørens adresse

PRØVE

JAY

Part Code:

Date:

cm cm kg

Max

SUNRISE MEDICAL (US) LLC
12002 VOLUNTEER BLVD.
MOUNT JULIET, TN 37122, USA

EC REP Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch / HD
Germany

UK RP Sunrise Medical Ltd,
Thorns Road, Brierley Hill
West Midlands DY5 2LD
United Kingdom

Assembled in Mexico

106132 Rev. K



ISO 7010-M002
Brugervejledningen/Dette
hæfte skal læses!
(Blåt ikon)

SUNRISE MEDICALs kvalitetsstyringssystem er godkendt i henhold til EN ISO 13485 og ISO 14001.

Vi hos SUNRISE MEDICAL er blevet tildelt ISO-13485-certifikatet, som bekræfter kvaliteten af vores produkter i hvert trin, fra F&U til produktion. Dette produkt opfylder de standarder, der er angivet i EU- og UKCA-bestemmelser.

Indicaties

Dankzij de verschillende varianten van de rugleuning en de verschillende positioneringscomponenten oor posturale ondersteuning, drukverdeling en verhoging van de zittolerantie, kan de rugleuning door een reeks gebruikers met verschillende positioneringsbehoeften en -indicaties worden gebruikt, zoals bij:

- Dwarslaesies
- Multiple sclerose
- Neurologische aandoeningen (hemiplegie, ziekte van Parkinson)
- Disfunctioneren of misvorming van been of benen
- Gewrichtscontractuur
- Amputatie
- Tetraplegie
- Hersenverlamming
- Spierdystrofie

Contra-indicaties

Er zijn geen contra-indicaties bekend of beschikbaar.

BEMÆRK: Generelle brugerråd. Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det resultere i personskaade, beskadigelse af produktet eller skade på miljøet.

Brugeren og/eller patienten skal være opmærksom på, at en eventuel alvorlig hændelse, der opstår i relation til enheden, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren og/eller patienten bor.



Som producent af denne produkt erklærer SUNRISE MEDICAL hermed, at de overholder bestemmelserne i forordningen for medicinsk udstyr (2017/745).

B4Me særlige indretninger

Sunrise Medical anbefaler på det kraftigste, at brugeren læser og forstår alle oplysninger, der leveres sammen med B4Me produktet, før produktet anvendes første gang. Dette skal gøres for at sikre, at B4Me produktet fungerer efter producentens hensigt. Sunrise Medical anbefaler ligeledes, at oplysningerne om produktet ikke bortskaffes, når de er blevet læst, men opbevares til fremtidig brug.

Kombinationer med medicinsk udstyr

Dette medicinske udstyr kan muligvis kombineres med andet medicinsk udstyr eller et andet produkt. Information om hvilke kombinationer, der er mulige, kan findes på www.SunriseMedical.dk. Alle de angivne kombinationer er blevet valideret, så de opfylder kravene til generel sikkerhed og ydeevne, punkt 14.1 i Forordning om medicinsk udstyr 2017/745.

Vejledning om kombination, så som montering, kan findes på www.SunriseMedical.dk

Η Sunrise Medical συνιστά να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό, όπως ιατρό ή θεραπευτή, με πείρα στην καθιστή στάση και τη στάση γενικά, για να καθορίσει αν μια πλάτη J3 είναι κατάλληλη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Οι πλάτες πρέπει να τοποθετούνται μόνο από:

- εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της Sunrise Medical,
- αρμόδιο επαγγελματία στο χώρο της υγείας που έχει παρακολουθήσει κατάλληλη πιστοποιημένη εκπαίδευση είτε από την Sunrise Medical είτε από εγκεκριμένο προμηθευτή της.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ JAY J3

Η πλάτη JAY J3 προορίζεται για να παρέχει υποστήριξη πλάτης σε ένα μεγάλο εύρος χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων. Είναι σχεδιασμένη για να παρέχει απλή, άνετη και αποτελεσματική υποστήριξη ώστε να συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση της ανοχής σε καθιστή στάση. Επιπλέον, είναι ελαφριά, ανθεκτική και εύκολη στη χρήση.

Η πλάτη μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα μεγάλο εύρος αναπηρικών αμαξιδίων.

Μέγιστο βάρος χρήστη:

300 λίμπρες (136 κιλά) – συμπαγής (και παλιός στάνταρ υλικός εξοπλισμός)

500 λίμπρες (227 κιλά) – συμπαγής υλικός εξοπλισμός για υπέρβαρους

Η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής αυτού του προϊόντος είναι 5 έτη.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εγκατάσταση υποστήριξης πλάτης σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να επηρεάσει το κέντρο βάρους του αναπηρικού αμαξιδίου και να προκαλέσει την ανατροπή του προς τα πίσω με αποτέλεσμα πιθανό τραυματισμό. Εκτιμήστε την πιθανή ανάγκη για προσθήκη αντανάτρεπτικών τροχών ή προέκταση άξονα του κέντρου βάρους στο αναπηρικό αμαξίδιο για να αυξήσετε τη σταθερότητα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε την πλάτη J3 για να σπρώξετε ή να σηκώσετε το αναπηρικό αμαξίδιο. Η λανθασμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει την απρόσμενη αποσύνδεση της πλάτης από το αναπηρικό αμαξίδιο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τη λαβή της πλάτης J3 για να σηκώσετε το αναπηρικό αμαξίδιο. Προορίζεται μόνο για την αφαίρεση της πλάτης.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η απροσεξία προκαλεί πυρκαγιά

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ⓘ

Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

ΠΛΑΤΗ J3



Συμπαγής υλικός εξοπλισμός

Συμπαγής υλικός εξοπλισμός βαριάς χρήσης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η Sunrise συνιστά να ελέγχονται όλες οι συνδέσεις για φθορά, όπως χαλαρά μπουλόνια ή σπασμένα εξαρτήματα κάθε 6 μήνες. Οι χαλαρές συνδέσεις πρέπει να σφίγγονται ξανά σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης. Όλες οι συνδέσεις πρέπει να σφίγγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ροπής που αναφέρονται στο τμήμα τοποθέτησης υλικού. Επικοινωνήστε αμέσως με τον εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της Sunrise Medical για να αντικαταστήσετε τυχόν σπασμένα εξαρτήματα. Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα αφού ανακαλύψετε ότι έχει χαλαρά ή σπασμένα εξαρτήματα.

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αποσυναρμολογείτε την πλάτη για καθαρίσμα, παρατηρήστε τη θέση των εξαρτημάτων ευθυγράμμισης σπονδυλικής στήλης Velcro® για σωστή επανα-συναρμολόγηση.

Για να καθαρίσετε το κάλυμμα πλάτης

Αφαιρέστε το κάλυμμα με την αποσύνδεση του Velcro. Αποσυνδέστε το κάλυμμα από το κέλυφος της πλάτης. Εντοπίστε το φερμουάρ στο κάτω μέρος του καλύμματος και ανοίξτε το. Αφαιρέστε το αφρολέξ και γυρίστε το κάλυμμα ανάποδα. Κλείστε το φερμουάρ του καλύμματος για να αποφύγετε το "πιάσιμο". Πλύντε στο πλυντήριο με ζεστό νερό (60° C) Αφήστε να στεγνώσει φυσικά ή στεγνώστε το σε στεγνωτήριο σε χαμηλή θερμοότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Μην πλένετε τα καλύμματα με στεγνό καθαρίσμα και μη χρησιμοποιείτε βιομηχανικά πλυντήρια και στεγνωτήρια για να καθαρίσετε το κάλυμμα.
- Μην τοποθετείτε σε κλίβανο με ατμό.
- Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη.

Τοποθετήστε ξανά το αφρολέξ στο κάλυμμα. Σημειώστε ότι η βάση έχει δύο στρώσεις αφρολέξ. Όταν τοποθετήσετε ξανά το αφρολέξ, βεβαιωθείτε ότι το πιο λεπτό αφρολέξ με "ανοικτό γκρι" χρώμα είναι στραμμένο προς το κέλυφος. Όταν το αφρολέξ τοποθετηθεί σωστά μέσα στο κάλυμμα, κλείστε το φερμουάρ του καλύμματος.

Για να καθαρίσετε το κέλυφος της πλάτης

Μπορείτε να πλύνετε το κέλυφος σκουπίζοντάς το με σαπούνι και νερό. Δεν χρειάζεται καμία άλλη συντήρηση.

Για να καθαρίσετε τα εξαρτήματα τοποθέτησης

Μπορείτε να καθαρίσετε τα εξαρτήματα τοποθέτησης σκουπίζοντάς τα με σαπούνι και νερό. Μην βυθίζετε τα εξαρτήματα τοποθέτησης μέσα σε νερό.

Σε περίπτωση που έχετε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με διαδικασίες καθαρισμού, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Sunrise Medical.

Μέτρα υγιεινής κατά την εκ νέου χρήση:

Πριν χρησιμοποιήσετε εκ νέου το αναπηρικό αμαξίδιο, πρέπει να το προετοιμάσετε προσεκτικά. Όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το χρήστη πρέπει να υπόκεινται σε επεξεργασία με σπρέι απολύμανσης. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα απολυμαντικό για ταχεία απολύμανση που έχει εγκριθεί/συνιστάται στη χώρα σας, με βάση την αλκοόλη για ιατρικά προϊόντα και ιατρικές συσκευές, τα οποία πρέπει να απολυμανθούν γρήγορα. Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες του κατασκευαστή για το απολυμαντικό που χρησιμοποιείτε. Σε γενικές γραμμές, η πλήρης απολύμανση δεν μπορεί να εξασφαλιστεί για τις ραφές. Συνεπώς, συνιστούμε την απόρριψη των υφασμάτων των καλυμμάτων του καθίσματος και της πλάτης, προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση με δραστηκές ουσίες σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία περί προστασίας από λοιμώξεις.

Συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης

- Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό μέρος, σε σχετική υγρασία 20 - 75%.
- Να προστατεύονται από το άμεσο ηλιακό φως και τη σκόνη για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Μακριά από άμεση θερμότητα και σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C (40°F) έως 40°C (104°F)
- Τα συσκευασμένα προϊόντα πρέπει να τοποθετούνται και να στοιβάζονται σύμφωνα με τη φορά των βελών «αυτή η πλευρά προς τα πάνω» στη συσκευασία.
- Εάν μια συσκευασία είναι ψηλή και στενή και ενδεχομένως δυνητικά ασταθής, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένη στην παλέτα ή στο ράφι, για να μην πέσει κάτω.
- Μην στοιβάξετε τίποτα πάνω από τα συσκευασμένα προϊόντα, όταν στη συσκευασία αναγράφεται η ένδειξη «μην στοιβάξετε».
- Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύεται σε εξωτερικό χώρο και να είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες.

Σύμβολα φροντίδας στο πλύσιμο	
	Πλύντε στο πλυντήριο με ζεστό νερό (60° C)
	Μόνο λευκαντικό χωρίς χλωρίνη, όταν απαιτείται
	Στεγνώστε φυσικά
	Μην σιδερώνετε
	Μην πλένετε με στεγνό καθαρίσμα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

Τύποι αναπηρικού αμαξιδίου

Η πλάτη J3 είναι σχεδιασμένη για να είναι συμβατή με τα περισσότερα αναπηρικά αμαξίδια, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αναπηρικά αμαξίδια που ρυθμίζονται υπό γωνία και αναπηρικά αμαξίδια με ανάκλιση ή κλίση που έχουν ως αποτέλεσμα γωνία πλάτης μεγαλύτερη από 60 μοίρες από την κάθετη θέση.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Η χρήση με αυτούς τους τύπους αναπηρικών αμαξιδίων μπορεί να προκαλέσει την τυχαία αποσύνδεση της πλάτης από το αναπηρικό αμαξίδιο με αποτέλεσμα να προκύψει πτώση και πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού.

Διαστάσεις αναπηρικού αμαξιδίου

Η πλάτη J3 είναι σχεδιασμένη να αντικαθιστά την εσωτερική επένδυση αναρτήρα του αναπηρικού αμαξιδίου. Πριν από την τοποθέτηση προσδιορίστε εάν το αναπηρικό αμαξίδιο που χρησιμοποιείτε έχει συμβατές ράβδους πλάτης μετρώντας το πλάτος μεταξύ των ράβδων πλάτης, όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 1. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη μέτρηση, ελέγξτε τον Πίνακα 1 για να καθορίσετε εάν η πλάτη θα ταιριάζει με το αμαξίδιο σας.

Στη συνέχεια ελέγξτε ότι η διάμετρος των ράβδων πλάτης είναι συμβατή. Ο υλικός εξοπλισμός της πλάτης J3 μπορεί να στερεωθεί σε ράβδους πλάτης του αναπηρικού αμαξιδίου με διάμετρο από 3/4" (1,9 cm) έως 1 1/8" (2,85 cm). Μετρήστε τη διάμετρο της ράβδου πλάτης (Εικ. 2) και ανατρέξτε στον Πίνακα 2 για να διασφαλίσετε ότι οι ράβδοι πλάτης που έχετε είναι συμβατές.

Αν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε εάν οι ράβδοι πλάτης είναι συμβατοί επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της Sunrise Medical ή με την Εξυπηρέτηση πελατών της Sunrise Medical.




Πίνακας 1

Πλάτος πλάτης J3* (όλα τα περιγράμματα)		Πλάτος των ράβδων πλάτης από το έξω μέχρι το έξω τμήμα των σωλήνων (Εικ. 1-A)			
		Ελάχιστο πλάτος		Μέγιστο πλάτος	
		ίντσα	εκ.	ίντσα	εκ.
12"	31 εκ.	11,7	29,7	14,3	36,3
14"	36 εκ.	13,7	34,9	16,3	41,3
16"	41 εκ.	15,7	40,0	18,3	46,4
18"	46 εκ.	17,7	45,1	20,3	51,6
20"	51 εκ.	19,7	50,1	22,3	56,5

* Μπορείτε να εντοπίσετε το πλάτος της πλάτης από τον αριθμό εξαρτήματος στην πλάτη.

Παράδειγμα: Το J3SCMTS36 είναι μια πλάτη 36 εκ.



Πίνακας 2

Πλάτος πλάτης J3 (όλα τα περιγράμματα)	Διάμετρος ράβδου (Εικ. 2-B)			
	Ελάχιστο πλάτος		Μέγιστο πλάτος	
	ίντσα	cm	ίντσα	cm
14-20" (36-51cm)	3/4	1,9	1-1/8	2,85

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν ξεκινήσετε την τοποθέτηση. Για να τοποθετήσετε την πλάτη J3, είναι καλύτερα να ξεκινήσετε χωρίς να κάθεται ο χρήστης στο αναπηρικό αμαξίδιο. Όταν τοποθετηθεί η πλάτη και απαιτούνται μικρές ρυθμίσεις, ο χρήστης μπορεί να καθίσει ξανά στο αναπηρικό αμαξίδιο.

Απαιτούμενα εργαλεία (περιλαμβάνονται με την πλάτη J3)*

- Εξαγωνικό κλειδί 4 χλστ
- Γερμανικό κλειδί κλειστού τύπου 10 χλστ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν καθορίζονται ρυθμίσεις ροπής, συνιστάται ένθερμα να χρησιμοποιείται ένα ροποκλειδί (δεν περιλαμβάνεται με την πλάτη JAY J3) για να επιβεβαιωθεί ότι έχει επιτευχθεί η σωστή προδιαγραφική ροπής.





Οδηγίες τοποθέτησης υλικού εξοπλισμού (Εικ. 3, 4, 5)

Ισχύει για όλους τους τύπους υλικού εξοπλισμού (συμπαγής, συμπαγής βαριάς χρήσης και παλιό στάνταρ).

- Βγάλτε την υπάρχουσα πλάτη του αναπηρικού αμαξιδίου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του αναπηρικού αμαξιδίου.
- Καθορίστε οπτικά την επιθυμητή θέση των δεκτών στις ράβδους πλάτης του αναπηρικού αμαξιδίου. Ο εξοπλισμός στερέωσης θα πρέπει να βρίσκεται σε περίπου ίσο ύψος σε κάθε στύλο πλάτης (Εικ. 3) και παράλληλα προς το πλαίσιο καθίσματος (Εικ. 4). Οι υψηλότερες θέσεις στις ράβδους πλάτης είναι καλύτερες σε γενικές γραμμές.
- Συνδέστε τους δέκτες του υλικού εξοπλισμού. (Εικ. 5)
 - Χαλαρώστε τις βίδες σφιγκτήρα (Α) με το εσωκλειόμενο εξαγωνικό κλειδί 4 χλστ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ– Για τις διαμέτρους μεγάλων σωλήνων, ενδέχεται να χρειαστεί να αφαιρέσετε τελείως τις βίδες σφιγκτήρα.
 - Συνδέστε και ευθυγραμμίστε το δέκτη με τις ράβδους πλάτης του αναπηρικού αμαξιδίου (Β).
 - σφίξτε με το χέρι τις βίδες σφιγκτήρα (Α). ΣΗΜΕΙΩΣΗ– Οι δέκτες ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετη πλευρική ρύθμιση για να διασφαλιστεί η σωστή ευθυγράμμιση.

Σύνδεση και ευθυγράμμιση του κελύφους της πλάτης J3 (Εικ. 6)

- Χαλαρώστε τα παξιμάδια βραχιόνια (C) και τα παξιμάδια περονών στερέωσης (F) χρησιμοποιώντας το γερμανικό κλειδί κλειστού τύπου 10 χλστ μέχρι ο υλικός εξοπλισμός να μπορεί να μετακινείται εύκολα προς όλες τις κατευθύνσεις.
- Συνδέστε την πλάτη J3 στους δέκτες του υλικού εξοπλισμού εισάγοντας την αριστερή και δεξιά περόνη στερέωσης (D) στον αριστερό και δεξί δέκτη (Ε).
- Τοποθετήστε την πλάτη στη σωστή θέση, σε σχέση με το αμαξίδιο και το χρήστη.
- Σφίξτε με το χέρι τα παξιμάδια στο εσωτερικό της περόνης στερέωσης (F). ΣΗΜΕΙΩΣΗ– Το βάθος και η γωνία της πλάτης ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετη ρύθμιση για να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή για το χρήστη.
- Σφίξτε με το χέρι τα παξιμάδια βραχιόνων (C). ΣΗΜΕΙΩΣΗ– Το ύψος της πλάτης μπορεί να απαιτεί πρόσθετη ρύθμιση για να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή για το χρήστη.
- Ελέγξτε την αποδέσμευση της πλάτης πατώντας τους μοχλούς αποδέσμευσης προς τα εμπρός και βγάζοντας την πλάτη από το αμαξίδιο. (Δείτε την ενότητα Αφαίρεση και αντικατάσταση για περισσότερες λεπτομέρειες.) Η σωστή ευθυγράμμιση του υλικού εξοπλισμού στερέωσης και της πλάτης επιτυγχάνεται όταν είναι δυνατή η ομαλή σύνδεση και αποδέσμευση.
- Αν δεν έχει επιτευχθεί σωστή ευθυγράμμιση, ρυθμίστε τα εξαρτήματα μέχρι να ευθυγραμμιστούν σωστά.
- Όταν είναι σωστά ευθυγραμμισμένα, σφίξτε τις βίδες σφιγκτήρα του δέκτη υλικού εξοπλισμού. Η συνιστώμενη προδιαγραφική ροπής είναι 75 - 85 in-lbs (8,5 - 9,3 Nm).



ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ, ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ J3

Η πρώτη φάση της τοποθέτησης του υλικού εξοπλισμού της πλάτης J3 ολοκληρώθηκε. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να καθίσει ο χρήστης στο αμαξίδιο ώστε να εξατομικεύσετε την πλάτη J3. Μην αφήσετε το χρήστη να ασκήσει πλήρη πίεση στην πλάτη επειδή δεν έχει σφιχθεί τελείως σύμφωνα με τις απαιτήσεις πλήρους ροπής.

1. Ρύθμιση ύψους (Εικ. 10)

- με το χρήστη να κάθεται στο αμαξίδιο, καθορίστε το επιθυμητό ύψος της πλάτης. Όταν καθοριστεί, ζητήστε από το χρήστη να γείρει ή να μετακινηθεί μερικώς προς τα εμπρός, εάν είναι δυνατό, ώστε να μην ασκεί πίεση στην πλάτη J3 για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση της ρύθμισης.
- Χαλαρώστε τα παξιμάδια βραχίονα (Α) και ρυθμίστε το ύψος του κελύφους πλάτης στην επιθυμητή θέση.
- Σφίξτε καλά τα παξιμάδια βραχίονα (Α). Η συνιστώμενη προδιαγραφή ροπής είναι (8,5 - 9,3 Nm).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης ύψους, ελέγξτε ότι το πλάτος δεν έχει αλλάξει κατά λάθος.

2. Ρύθμιση βάθους/γωνίας (Εικ. 11, 12 και 13)

Να γνωρίζετε ότι υπάρχουν δύο τύποι υλικού εξοπλισμού που μπορείτε να παραγγείλετε –στάνταρ εξοπλισμός (Εικ. 11) ή ο μακρύτερος, ρυθμιζόμενος υλικός εξοπλισμός (Εικ. 12). Και τα δύο σετ υλικού εξοπλισμού ρυθμίζονται το ίδιο, αλλά ο στάνταρ υλικός εξοπλισμός επιτρέπει ρύθμιση βάθους κατά 2 ίντσες (5 εκ.) (Εικ. 11) ενώ ο εκτεταμένος υλικός εξοπλισμός (ρυθμιζόμενος υλικός εξοπλισμός) επιτρέπει ρύθμιση βάθους συνολικά 3,4 ίντσες (8,65 εκ.) (Εικ. 12).


- Για να ρυθμίσετε το βάθος και την κλίση της πλάτης J3, χαλαρώστε τα αριστερά και δεξιά παξιμάδια (Εικ. 13-B) στις υποδοχές μπρακέτου.
- Ρυθμίστε το βάθος ή/και τη γωνία και ασφαλίστε καλά. Η συνιστώμενη προδιαγραφή ροπής είναι 100-110 in-lbs. (11,3 - 12,4 Nm). Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα παξιμάδια ρύθμισης βάθους (Εικ. 13-B) δεν θα ολισθήσει ούτε θα περιστραφεί.
- Αν απαιτείται επιπλέον βάθος, βγάλτε την πλάτη από τους δέκτες. Αφαιρέστε τις βίδες (Εικ. 11-D, 12-D) από τον λήπτη χρησιμοποιώντας το εσώκλειστο εξαγωνικό κλειδί 4 χλστ. και τοποθετήστε ξανά στο επιθυμητό βάθος. Σημείωση: Πριν από την τοποθέτηση των βιδών, συνιστάται ένθερμα η εφαρμογή κατάλληλου ασφαλιστικού βιδών μεσαίου βαθμού συγκράτησης π.χ. loctite 243, στο δέκτη και στα σπειρώματα βιδών, εάν πρόκειται να τοποθετηθεί ξανά η πλάτη. Σφίξτε τις βίδες σε ροπή 25-35 in-lbs. (2,8 - 4 Nm).

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Μετά την ολοκλήρωση όλων των ρυθμίσεων και όταν η πλάτη J3 είναι έτοιμη για χρήση βεβαιωθείτε ότι όλος ο υλικός εξοπλισμός έχει σφιχθεί σωστά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ





Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη ασφάλεια της τοποθέτησης πλάτης, η περόνη ασφάλισης πρέπει να εισαχθεί πριν χρησιμοποιηθεί η πλάτη, (Εικ. 14 και 15).



Συμπαγής υλικός εξοπλισμός – 2 ρυθμίσεις βάθους Εικ. 11



Συμπαγής υλικός εξοπλισμός βαριάς χρήσης Εικ. 12



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΣΚΕΠΑΣΜΑΤΟΣ

1. Ανυψώστε το άνω πτερύγιο του καλύμματος της πλάτης J3 (Εικ. 17)
2. Ενώστε το άγκιστρο και τη θηλιά και συνδέστε το βοηθητικό σκέπασμα στο πίσω μέρος του καλύμματος της πλάτης J3 (Εικ. 17). Τοποθετήστε ξανά το άνω πτερύγιο του καλύμματος για να περικλείσετε το βοηθητικό σκέπασμα ανάμεσα στα άνω και κάτω πτερύγια (Εικ. 18).
3. Αφαιρέστε το μαξιλαράκι καθίσματος του αναπηρικού αμαξιδίου και περικλείστε την “ουρά” του βοηθητικού σκεπάσματος ανάμεσα από την επιφάνεια υποστήριξης του αναπηρικού αμαξιδίου και το μαξιλαράκι καθίσματος (Εικ. 20).
4. Ρυθμίστε το βοηθητικό σκέπασμα, όπως απαιτείται, μετακινώντας την “ουρά” προς τα μέσα ή έξω από το κάτω μέρος του μαξιλαριού καθίσματος. Αν απαιτείται, το πάνω μέρος του βοηθητικού σκεπάσματος μπορεί επίσης να μετακινηθεί προς τα επάνω ή κάτω στην πλάτη του καθίσματος.
5. Εισάγετε τους ιμάντες της λωρίδας με άγκιστρο και θηλιά (Hook & Loop Wrap) μέσα στις κατάλληλες ροδέλες στο βοηθητικό σκέπασμα, και στη συνέχεια τυλίξτε τους γύρω από το πλαίσιο του αναπηρικού αμαξιδίου και εισάγετε το άκρο οδήγησης μέσα από το άκρο υποδοχής της λωρίδας (Εικ. 21). Εφαρμόστε και κλείστε τα διάκενα στο βοηθητικό σκέπασμα (Εικ. 22).

Προαιρετικός σάκος αποθήκευσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατίθεται ένας προαιρετικός σάκος αποθήκευσης για την προσάρτηση επάνω στο βοηθητικό σκέπασμα, (Εικ. 16).



Ολοκληρωμένη τοποθέτηση του βοηθητικού σκεπάσματος J3

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Τα εξαρτήματα ευθυγράμμισης της σπονδυλικής στήλης είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν σωστά διαμορφωμένη υποστήριξη με μια πλάτη “από το ράφι”. (Ανάλογα με την αγορά, τα εξαρτήματα ευθυγράμμισης της σπονδυλικής στήλης μπορεί να παρέχονται μαζί με τη πλάτη.) Για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων ευθυγράμμισης της σπονδυλικής στήλης, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες.

1. Τοποθέτηση των εξαρτημάτων ευθυγράμμισης της σπονδυλικής στήλης


- Ζητήστε από το χρήστη να γείρει ή να μετακινηθεί μερικώς προς τα εμπρός, εάν είναι δυνατό, ώστε να μην ασκεί πίεση στην πλάτη J3.
- Αποδεσμεύστε τη λωρίδα Velcro στο επάνω πτερύγιο του καλύμματος (Εικ. 24) και σηκώστε το κάλυμμα προς τα εμπρός για να αποκαλύψετε το εσωτερικό της πλάτης J3.
- Τοποθετήστε τα συστατικά μέρη τοποθέτησης στο Velcro μέσα στο κέλυφος (Εικ. 25) και προσαρτήστε ξανά το επάνω πτερύγιο του καλύμματος. Τραβήξτε το προς τα κάτω και βεβαιωθείτε ότι η πάνω ραφή είναι ευθυγραμμισμένη με το πάνω μέρος του κελύφους. Αν η ραφή δεν είναι ευθυγραμμισμένη, θα πρέπει να χαλαρώσετε το κάτω μέρος του καλύμματος (Εικ. 26).
- Ο χρήστης τώρα πρέπει να δοκιμάσει την τρέχουσα διαμόρφωση των εξαρτημάτων ευθυγράμμισης σπονδυλικής στήλης και να επιβεβαιώσει ότι είναι άνετη και του παρέχει τη σωστή στήριξη. Επαναλάβετε τα βήματα α - γ μέχρι να ολοκληρωθεί η ρύθμιση.
- Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν πολλές διαμορφώσεις και συνδυασμοί εξαρτημάτων ευθυγράμμισης σπονδυλικής στήλης. Αν χρειάζεστε επιπλέον σχήματα ή μεγέθη εξαρτημάτων ευθυγράμμισης σπονδυλικής στήλης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της Sunrise Medical.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα ευθυγράμμισης σπονδυλικής στήλης J3, παρακαλείστε να αναφερθείτε στην ιστοσελίδα www.sunrisemedical.com.


Η τοποθέτηση της πλάτης J3 έχει ολοκληρωθεί.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ J3

Αν έχετε παραγγείλει εξαρτήματα J3 όπως πλευρικά στηρίγματα, στηρίγματα για το κεφάλι ή άλλα λουριά, συμβουλευτείτε τις οδηγίες τοποθέτησης που τα συνοδεύουν.

Εξαρτήματα τοποθέτησης	
Μεγάλος οσφυϊκός	
Μικρός οσφυϊκός	
Σφήνα	
Κυρτή ρύθμιση	
Επίπεδη ρύθμιση	
Οπίσθιος/Πλευρικός πυελικός	
Πλευρική ρύθμιση	
Μεγάλη τσάντα	
Μικρή τσάντα	


Εικ. 24



Εικ. 25



Εικ. 26



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

Η πλάτη J3 έχει δοκιμαστεί δυναμικά για χρήση σε επιβατικό όχημα. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες τοποθέτησης, χρήσης και συντήρησης σε αυτό το εγχειρίδιο καθώς και τις οδηγίες μεταφοράς που ακολουθούν.

** ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**Η ΑΓΝΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ
ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ Η ΣΕ
ΑΛΛΟΥΣ.**

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Αν είναι δυνατό και εφικτό, ο χρήστης πρέπει να μεταφερθεί στο κάθισμα οχήματος του αρχικού εξοπλισμού του κατασκευαστή και να χρησιμοποιήσει το σύστημα συγκράτησης του οχήματος.
2. Η απόσταση μεταξύ του πάνω μέρους του ώμου του χρήστη και του πάνω μέρος της πλάτης δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 6,5 ίντσες (16,5 εκατοστά).
3. Το αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να επισημαίνεται ως κατάλληλο για χρήση ως κάθισμα σε επιβατικό όχημα, που έχει δοκιμαστεί δυναμικά ως προς τις απαιτήσεις απόδοσης των προτύπων ISO 7176-19, και πρέπει να τοποθετηθεί, να χρησιμοποιείται και να διατηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες κατασκευαστή.
4. Αν η αρχική θέση του αναπηρικού αμαξιδίου έχει αντικατασταθεί, η νέα θέση πρέπει να έχει κριθεί κατάλληλη για μεταφορά του αμαξιδίου και πρέπει να έχει τοποθετηθεί και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
5. Το σύστημα δέσμευσης του αναπηρικού αμαξιδίου και το σύστημα συγκράτησης του επιβάτη (Wheelchair Tiedown and Occupant Restraint System - WTORS) θα πρέπει να είναι συμβατό με το συγκεκριμένο αναπηρικό αμαξίδιο και να χρησιμοποιείται όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης πρέπει να είναι συμβατό με τις απαιτήσεις απόδοσης του προτύπου ISO 10542.
6. Το αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να κοιτάει μπροστά κατά τη μεταφορά.
7. Για να μειωθεί η πιθανότητα τραυματισμού στους επιβαίνοντες του οχήματος, θα πρέπει τα εξαρτήματα που στερεώνονται στο αναπηρικό αμαξίδιο, όπως δίσκοι και αναπνευστικός εξοπλισμός, να αφαιρεθούν και να ασφαλιστούν ξεχωριστά.
8. Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση από ενήλικες με βάρος από 79 λίβρες (35 κιλά) μέχρι 300 λίβρες (136 κιλά).
9. Οι συσκευές στήριξης στάσης σώματος, όπως ζώνες πυελικής χώρας, υποστηρίξεις πρόσθιου κορμού ή άλλες υποστηρίξεις στάσης σώματος, όπως οι υποστηρίξεις πλευρικού κορμού, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση του χρήστη σε κινούμενο επιβατικό όχημα, εκτός αν συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 16840-4.
10. Δεν πρέπει να πραγματοποιείτε τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις στην κατασκευή, συστατικά μέρη ή εξαρτήματα, χωρίς να συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αφαίρεση

Μετά την τοποθέτηση και τη ρύθμιση, η πλάτη μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από το αναπηρικό αμαξίδιο, εάν χρειάζεται. Για την αφαίρεση, ωθήστε κάθε μοχλό αποδέσμευσης προς τα εμπρός για να απασφαλιστεί (Εικ. 27). Μόλις και οι δύο μοχλοί βρίσκονται στην εμπρόσθια θέση, απλά ανυψώστε την πλάτη ευθεία προς τα πάνω (Εικ. 28) χρησιμοποιώντας τη χειρολαβή που βρίσκεται στο πάνω μέρος της πλάτης.

Σωστή επανασύνδεση μετά την αφαίρεση



Για να συνδέσετε ξανά την πλάτη στους δέκτες υλικού εξοπλισμού, απλώς ευθυγραμμίστε τις περόνες με τους δέκτες και σπρώξτε τις στη θέση τους (Εικ. 29). Αν οι περόνες έχουν τοποθετηθεί σωστά, θα ακούσετε ένα “κλικ” στη θέση ασφάλισης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν δεν είστε σίγουροι ότι ακούσατε το “κλικ”, τραβήξτε την πλάτη προς τα επάνω με τη χρήση της λαβής για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά.

Περόνες ασφαλείας (Εικ. 30)

Η πλάτη J3 παρέχεται με δύο περόνες ασφαλείας, οι οποίες όταν ασφαλιστούν, αποτρέπουν την αποσύνδεση της πλάτης από το αμαξίδιο. Για να ασφαλίσετε, βάλτε τις περόνες (Α) μέσα στους δέκτες στερέωσης (Β). Απλά αφαιρέστε τις περόνες αν χρειάζεστε ταχεία αποδέσμευση.



ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:**⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μην χρησιμοποιείτε και μην συνταγογραφείτε αυτή την πλάτη για οποιοδήποτε άτομο που υπερβαίνει το δηλωμένο μέγιστο βάρος χρήστη.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ / ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ:**⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Κίνδυνος τραυματισμού
- Να ζητάτε πάντα από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Sunrise Medical να επιθεωρήσει το προϊόν για ζημιά ή φθορά πριν από τη μεταφορά του σε άλλον χρήστη. Εάν βρεθεί ζημιά οποιουδήποτε τύπου, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- Η αποτυχία τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση*:

- Ζητήστε από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Sunrise Medical να επιθεωρήσει το κέλυφος, τον υλικό εξοπλισμό στερέωσης, το αφρολέξ και το κάλυμμα για ζημιά ή φθορά. Εάν βρεθεί οποιαδήποτε ζημιά, να μην επαναχρησιμοποιηθεί.
- Καθαρίστε και απολυμάνετε το κέλυφος, το αφρολέξ του υλικού εξοπλισμού στερέωσης και το κάλυμμα σύμφωνα με τους τοπικούς κυβερνητικούς κανονισμούς. Ανατρέξτε στο τοπικό γραφείο ελέγχου λοιμώξεων για συμβουλές.
- Μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση, ζητήστε από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Sunrise Medical να επιθεωρήσει ξανά το κέλυφος, τον υλικό εξοπλισμό, το αφρολέξ και το κάλυμμα για να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία καθαρισμού/απολύμανσης δεν προκάλεσε καμία ζημιά.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Η αποτυχία τήρησης των οδηγιών επαναχρησιμοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό του χρήστη.
- Όταν επαναχρησιμοποιείται, το προϊόν αυτό πρέπει να προσαρμόζεται και να εφαρμόζεται στον νέο χρήστη από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Sunrise Medical ή έναν κλινικό.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 24 ΜΗΝΩΝ**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 24 ΜΗΝΩΝ**

Κάθε πλάτη JAY J3 έχει επιθεωρηθεί προσεκτικά και έχει τεθεί υπό δοκιμή για να παρέχει άριστη αποδοτικότητα. Κάθε πλάτη JAY J3 είναι εγγυημένη ώστε να μη φέρει ελαττώματα στα υλικά και την εργασία της για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς της, εφόσον χρησιμοποιείται κανονικά. Αν προκύψει ελάττωμα στα υλικά ή την κατασκευή εντός 24 μηνών από την αρχική ημερομηνία αγοράς, η Sunrise Medical, σύμφωνα με την κρίση της, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν χωρίς χρέωση. Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για τρυπήματα, σχισίματα ή καψίματα, ούτε για το αφαιρούμενο κάλυμμα της πλάτης.

Η επεξεργασία των αιτημάτων και των επισκευών πρέπει να πραγματοποιείται στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο προμηθευτή. Εκτός από τις ρητές εγγυήσεις του παρόντος, εξαιρείται κάθε άλλη εγγύηση, περιλαμβάνοντας των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και εγγυήσεων καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν υπάρχουν άλλες εγγυήσεις πέραν των περιγραφόμενων στο παρόν. Οι ενέργειες αποκατάστασης για παράβαση των ρητών εγγυήσεων του παρόντος περιορίζονται στην επισκευή ή αντικατάσταση των αγαθών. Οι ζημιές από την παραβίαση τυχόν εγγύησης, σε καμία περίπτωση, δεν θα περιλαμβάνουν οποιαδήποτε συνεπαγόμενη ζημιά ούτε θα υπερβαίνουν το κόστος των μη συμμορφούμενων αγαθών που πωλήθηκαν.

Type:	Ονομασία προϊόντος/ Αριθμός SKU	 XXXX-XX-XX	Ημερομηνία κατασκευής
Date:	ΠΑΡΤΙΔΑ: ορίζεται από την ημέρα του ημερολογίου Julian	Part Code	Αριθμός παρτίδας κατασκευής
 XXX mm	Πλάτος καθίσματος		Αυτό το σύμβολο σημαίνει ιατρική συσκευή
 XXX mm	Βάθος (μέγιστο)		Διεύθυνση κατασκευαστή
 XXX kg	Μέγιστο βάρος χρήστη		Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στην Ευρώπη
	Σήμα CE		Υπεύθυνο Πρόσωπο στο ΗΒ
	Σήμα UKCA		Διεύθυνση αντιπροσώπου στην Ελβετία
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης		Διεύθυνση εισαγωγέα

ΔΕΙΓΜΑ

JAY

Part Code:

Date: 

cm cm kg




 Max


 SUNRISE MEDICAL (US) LLC
 12002 VOLUNTEER BLVD.
 MOUNT JULIET, TN 37122, USA
 Sunrise Medical GmbH
 Kahlbachring 2-4
 69254 Malsch / HD
 Germany
 Sunrise Medical Ltd.
 Thorns Road, Brierley Hill
 West Midlands DY5 2LD
 United Kingdom
 Assembled in Mexico




Assembled in Mexico



106132 Rev. K 



ISO 7010-M002
Το εγχειρίδιο/Το βιβλίο
οδηγίων πρέπει να
διαβαστεί!
(Μπλε εικονίδιο)

Το σύστημα διαχείρισης της SUNRISE MEDICAL έχει πιστοποιηθεί κατά EN ISO 13485 και ISO 14001.

Εμείς στη SUNRISE MEDICAL έχουμε αποκτήσει το Πιστοποιητικό ISO 13485, το οποίο επιβεβαιώνει την ποιότητα των προϊόντων μας σε κάθε στάδιο, από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R & D) μέχρι την παραγωγή. Αυτό το προϊόν πληρεί τις απαιτήσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Διατίθενται προαιρετικός εξοπλισμός και αξεσουάρ με επιπλέον χρέωση.

Ενδείξεις

Η ποικιλία των παραλλαγών των εξαρτημάτων πλάτης, καθώς και τα διαφορετικά εξαρτήματα τοποθέτησης για την παροχή στήριξης της στάσης, κατανομής της πίεσης, αύξησης της ανοχής στην καθιστή θέση αποτελούν οφέλη ανάλογα με τις απαιτήσεις και ενδείξεις κάθε χρήστη και σημαίνουν ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ένα εύρος χρηστών με διαφορετικές ανάγκες και ενδείξεις τοποθέτησης ως εξής:

- Τραυματισμός σπονδυλικής στήλης
- Ακρωτηριασμός
- Ακαμψία αρθρώσεων
- Σκλήρυνση κατά πλάκας
- Τετραπληγία
- Εγκεφαλική παράλυση
- Νευρολογικό νόσημα (ημιπληγία, Πάρκινσον)
- Μυϊκή δυστροφία
- Ανωμαλία/Δυσμορφία άκρου

Αντενδείξεις

Δεν είναι γνωστή ή διαθέσιμη καμία αντένδειξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γενικές συμβουλές για τον χρήστη. Αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί σωματικός τραυματισμός, ζημιά στο προϊόν ή ζημιά στο περιβάλλον!

Ειδοποίηση προς τον χρήστη ή/και τον ασθενή: κάθε σοβαρό περιστατικό που συνέβη σε σχέση με το προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.



Ως κατασκευαστής, η SUNRISE MEDICAL, δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (2017/745) για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

B4Me ειδικές προσαρμογές

Η Sunrise Medical συνιστά να διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το προϊόν B4Me και να εκτελείτε όπως συνιστά ο κατασκευαστής. Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να διαβαστούν και να είναι κατανοητές, πριν χρησιμοποιηθεί το προϊόν για πρώτη φορά. Επίσης, η Sunrise Medical συνιστά να μην πετάξετε τις οδηγίες χρήσης αφού τις διαβάσετε, αλλά να τις φυλάξετε με ασφάλεια για μελλοντική αναφορά.

Συνδυασμοί ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Μπορεί να είναι δυνατόν αυτό το ιατροτεχνολογικό προϊόν να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή εξοπλισμό. Θα βρείτε πληροφορίες για τους αποδεκτούς συνδυασμούς στον ιστότοπο www.SunriseMedical.eu. Όλοι οι συνδυασμοί που παρατίθενται έχουν επικυρωθεί ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις γενικής ασφάλειας και απόδοσης, της παραγράφου 14.1 του Κανονισμού 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Θα βρείτε καθοδήγηση για τον συνδυασμό, όπως τη στερέωση, στην ιστοσελίδα www.SunriseMedical.eu.

Sunrise Medical suosittelee, että J3-selkätuen käytön soveltuvuuden määrittäminen annetaan istuimen ja selkänojan käyttöön perehtyneen lääkärin tai terapeutin tehtäväksi.



VAROITUS!

Selkätuen saa asentaa ainoastaan:

- Sunrise Medicalin valtuuttama jälleenmyyjä.
- Pätevä lääkintähenkilö, joka on saanut Sunrise Medicalin tai valtuutetun jälleenmyyjän järjestämän asianmukaisen koulutuksen.

JAY 3 -SELKÄTUEN KÄYTTÖTARKOITUS

JAY 3 -selkätuki tukee hyvin selkää ja soveltuu monentyyppisille käyttäjille. Selkäosa on suunniteltu siten, että se tukee selkää helposti, mukavasti ja tehokkaasti ja maksimoi siten toiminnallisuuden ja pidentää istumisen sietokykyä. Selkäosa on lisäksi kevyt, kestävä ja helpokäyttöinen.

Selkätuki voidaan asentaa monenlaisiin pyörätuoleihin.

Enimmäiskantavuus:

136 kg – pienikokoiset (ja tavalliset vanhemmat kiinnikkeet)

227 kg – vahvat pienikokoiset kiinnikkeet

Tämän tuotteen suunniteltu käyttöikä on 5 vuotta.



VAROITUS

Selkätuen asentaminen pyörätuoliin voi vaikuttaa pyörätuolin painopisteeseen ja pyörätuoli voi kaatua taaksepäin aiheuttaen mahdollisesti henkilövahinkoja. Arvioi aina onko pyörätuolin tasapainon takaamiseksi tarvetta käyttää kaatumaesteitä tai amputointipotilaiden akselisovittimia.



VAROITUS

Älä työnnä tai nosta pyörätuolia J3-selkätuesta. Selkätuki voi irrota äkillisesti pyörätuolista väärän käyttötavan seurauksena.



VAROITUS

Älä nosta pyörätuolia J3-selkätuen kädensijasta. Se on tarkoitettu ainoastaan selkänojan irrottamiseen.



VAROITUS

Huolimattomuus voi aiheuttaa tulipalon




VAROITUS!



Lue käyttöohjeet ennen käyttöä.

J3-SELKÄTUKI



HUOLTO

Sunrise suosittelee, että kaikki kiinnikkeet on tarkastettava kulumisen, löystyneiden ja rikkoutuneiden osien (esim. pultit) varalta kuuden kuukauden välein. Löystyneet kiinnikkeet on kiristettävä asennusohjeiden mukaisesti. Kaikki kiinnikkeet on kiristettävä laitteen asennusohjeissa ilmoitettuihin vääntömomentteihin. Tilaa rikkinaisten osien tilalle heti uudet osat Sunrise Medicalin valtuuttamalta jälleenmyyjältä. Älä jatka tuotteen käyttöä, jos havaitset löystyneitä tai rikkinaisia osia.

HELPPO PUHDISTAA

HUOMAUTUS: Kun irrotat selkätuen puhdistusta varten, merkitse Velcro®-tarranauhalla kiinnitettävien selkärangan tukiosien asento muistiin oikeaa asennusta varten.

Päällisen puhdistaminen

Irrota päällisen tarranauhakiinnitys. Irrota päällinen selkätuen rungosta. Etsi päällisen alaosaan sijaitseva vetoketju ja avaa se. Poista vaahtomuovi ja käännä päällinen nurinpäin. Vedä päällisen vetoketju kiinni ettei se tartu kiinni pesurumpuun. Konepese lämpimässä vedessä (60° C) Valuta kuivaksi tai kuivaa alhaisella lämmöllä pyykinkuivaajassa.

HUOMAUTUS:

- Älä kuivapese istuimen päällistä äläkä pese sitä teollisuuspesukoneessa tai kuivata teollisuuskuivaajassa.
- Älä höyrypese painehöyryllä.
- Älä valkaise.

Aseta vaahtomuovi takaisin päällisen sisälle. Huomaa, että alustassa on kaksi vaahtomuovikerrosta. Varmista vaahtomuovia takaisin asettaessasi, että ohuempi vaaleanharmaa vaahtomuovi tulee selkänojan runkoa vasten. Varmista, että vaahtomuovi on asetettu oikein paikalleen ja vedä sitten vetoketju kiinni.

Selkätuen rungon puhdistaminen

Runko voidaan pyyhkiä puhtaaksi saippuavedellä. Muuta huoltoa ei tarvita.

Kiinnikkeiden puhdistaminen

Kiinnikkeet voidaan pyyhkiä puhtaiksi saippuavedellä. Älä upota kiinnikkeitä veteen.

Jos sinulla on kysyttävää puhdistuksesta, ota yhteyttä Sunrise Medicalin valtuutettuun jälleenmyyjään.

Tarvittavat hygieniatoimenpiteet ennen uudelle käyttäjälle luovuttamista

Pyörätuoli on puhdistettava huolellisesti ennen uudelle käyttäjälle luovuttamista. Kaikki käyttäjän kanssa kosketuksissa olevat pinnat on desinfioitava ruiskuttamalla. Tätä varten sinun on käytettävä maassasi hyväksyttyä/suosittelua desinfiointiainetta nopean desinfiointin tarpeessa olevien lääketieteellisten tuotteiden ja lääkinnällisten laitteiden alkoholipohjaiseen desinfiointiin. Huomioi käyttämäsi desinfiointiaineen valmistajan ohjeet. Saumakohtia ei yleensä pystytä desinfiomaan täydellisesti. Siksi suosittelemme, että mikrobien saastuttamat istuin ja selkänojan osat hävitetään turvallisesti aktiivisia aineita käyttäen paikallisen infektiolain mukaisesti.

Turvallisen varastoinnin olosuhteet

- Tuotteet tulee säilyttää kuivassa paikassa; 20-75 % suhteellinen kosteus.
- Suojaa suoralta auringonvalolta ja pölyltä.
- Poissa suorasta lämmöstä ja 5 - 40 °C lämpötilassa
- Sijoita ja pinoa pakatut tuotteet pakkauksessa olevien "tämä puoli ylöspäin" -nuolien mukaisesti.
- Jos pakkaus on korkea ja kapea ja siksi mahdollisesti epävakaa, varmista, että se on kunnolla kiinnitetty lavalla tai hyllyssä, jotta se ei putoa.
- Älä pinoa mitään pakattujen tuotteiden päälle, kun pakkauksessa näkyy "älä pinoa" -merkki.
- Tuotetta ei saa koskaan säilyttää ulkona altistuneena sääolosuhteille.

Pesumerkit	
	Konepese lämpimässä vedessä (60° C)
	Käytä tarvittaessa ainoastaan klooraamatonta
	valkaisuainetta
	Kuivaa valuttamalla
	Ei saa silitää Ei saa kuivapestä

YHTEENSOPIVUUDEN MÄÄRITTÄMINEN

Pyörätuolityypit

J3-selkätuki on tarkoitettu yhteensopivaksi useimpien pyörätuolimallien

Pyörätuoleja, joissa istuimen kulmaa voidaan säätää pikasäätöisesti ja joiden selkänojaa voidaan laskea tai kallistaa niin, että selkänojan kulma on yli 60 astetta pystysuunnasta asennosta, ei saa käyttää.

VAROITUS


Selkätuen käyttäminen tämäntyyppisten pyörätuolien kanssa voi aiheuttaa selkätuen irtoamisen vahingossa pyörätuolista ja johtaa kaatumiseen ja mahdollisesti vakavaan vammaan.

Pyörätuolin mitat

J3-selkätukion tarkoitettu korvaamaan pyörätuolin oma kangaspäällyste. Määritä ennen asennusta ovatko käytössä olevan pyörätuolin selkäosan putket yhteensopivat mittaamalla oman selkäosan putkien välinen leveys, ks. kuva 1. Tarkista tämän mittaustuloksen perusteella taulukosta 1 sopiiko selkäosa tuoliin.

Tarkista seuraavaksi, että selkäosan putket ovat läpimitaltaan sopivat. J3-selkäosan kiinnikkeet voidaan kiinnittää pyörätuolin selkäosan putkiin, joiden läpimitta on 1,9–2,85 cm (3/4" - 1 1/8"). Mittaa selkäosan putken halkaisija (kuva 2) ja tarkista taulukosta 2, että selkäosan putki on yhteensopiva.

Jos et voi määrittää ovatko selkäosaputket yhteensopivia, ota yhteys Sunrise Medicalin valtuutettuun jälleenmyyjään tai Sunrise Medicalin asiakaspalveluun.




Kuva 1

Taulukko 1

J3-selkäosan leveys* (kaikki muodot)	Selkäosan putkien leveys putkien ulkopinnasta ulkopintaan (kuva 1-A)			
	Vähimmäisleveys		Enimmäisleveys	
	tuumaa	cm	tuumaa	cm
12" 31 cm	11,7	29,7	14,3	36,3
14" 36 cm	13,7	34,9	16,3	41,3
16" 41 cm	15,7	40,0	18,3	46,4
18" 46 cm	17,7	45,1	20,3	51,6
20" 51 cm	19,7	50,1	22,3	56,5

* Selkäosan leveys on yksilöity selkäosasi osanumerossa. Esimerkki: J3SCMTS36 tarkoittaa 36 cm:n selkäosaa.



Kuva 2

Taulukko 2

J3-selkäosan leveys (kaikki muodot)	Putken halkaisija (kuva 2-B)			
	Vähimmäisleveys		Enimmäisleveys	
	tuumaa	cm	tuumaa	cm
14-20" (36-51cm)	3/4	1,9	1-1/8	2,85

KIINNİKKEIDEN ASENNUS

Lue seuraavat ohjeet ennen asennuksen aloittamista.

J3-selkäosan asentaminen on paras aloittaa niin, ettei käyttäjä istu pyörätuolissa. Kun selkäosa on asennettu ja tarvitaan pieniä säätöjä, käyttäjä voi taas istua pyörätuolissa.

Tarvittavat työkalut (kuuluvat J3-selkäosan toimitukseen)*

- 4mm kuusioavain

- 10mm kiintoavain



HUOMAUTUS:

Aina kun vääntömomentti on ilmoitettu, oikean momentin saavuttaminen tulisi tarkistaa momenttiavaimella (ei toimiteta J3-selkäosan kanssa).


Kiinnikkeiden asennusohjeet (kuvat 3, 4, 5)

Koskee kaikkia osatyyppejä (pienikokoiset, kovaan käyttöön tarkoitetut pienikokoiset ja vanhan standardin mukaiset kiinnikkeet).


1. Poista pyörätuolin nykyinen selkäosa pyörätuolin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
2. Määritä silmämääräisesti pyörätuolin selkäosan putkien pidikkeiden haluttu sijainti. Kiinnikkeiden tulisi olla suurin piirtein yhtä korkealla selkäosan putkissa (kuva 3) ja samansuuntaiset istuimen rungon kanssa (kuva 4). korkeampi sijainti selkäosan putkissa on yleensä parempi.
- 3: kiinnitä kiinnikkeiden pidikkeet. (Kuva 5)
 - a. Löysää kiinnitysruuvit (A) toimitukseen kuuluvalla 4 mm kuusioavaimella/öysää kiinnitysruuvit (A) toimitukseen kuuluvalla 4 mm kuusioavaimella. HUOMAUTUS– Jos putken läpimitta on suuri, kiinnitysruuvit on ehkä irrotettava kokonaan.
 - b. Kiinnitä ja suuntaa pidikkeet pyörätuolin selkäosan putkiin (B).
 - c. Kiristä kiinnitysruuvit käsin (A). HUOMAUTUS– Pidikkeet voivat vaatia ylimääräistä sivuttaissäätöä oikean suuntauksen varmistamiseksi.

J3-selkäosan rungon kiinnittäminen ja kohdistaminen (kuva 6)


- a. Löysää kiinnitysmutterit (C) ja kiinnityssokan mutterit (F) 10 mm:n kiintoavaimella, kunnes kiinnike liikkuu helposti kaikkiin suuntiin.
- b. Kiinnitä J3-selkäosa kiinnikkeiden pidikkeisiin asettamalla vasen ja oikea kiinnityssokka (D) vasempaan ja oikeaan pidikkeeseen (E).
- c. Sijoita selkäosa haluttuun kohtaan suhteessa sekä tuoliin että käyttäjään.
- d. Kiristä mutterit käsin kiinnityssokan sisäpuolella (F). HUOMAUTUS– Selkäosan syvyys ja kulma voivat vaatia lisäsäätöjä, jotta ne saadaan käyttäjälle sopivaksi.
- e. Kiristä kannattimen mutterit käsin (C). HUOMAUTUS– Selkäosan korkeus voi vaatia lisäsäätöjä, jotta se saadaan käyttäjälle sopivaksi.
- f. Testaa selkäosan vapautus painamalla vapautusvipuja eteenpäin ja irrottamalla selkäosa tuolista. (Katso lisätietoja Irrotus ja vaihtaminen -osasta.) Kiinnikkeiden ja selkäosan suuntaus on oikea, kun kiinnitys ja irrotus sujuvat kitkattomasti ja helposti.
- g. Jos suuntaus ei ole oikea, säädä osia, kunnes ne on suunnattu oikein.
- h. Kun osat on suunnattu oikein, kiristä kiinnikkeiden pidikkeiden ruuvit. Suositeltu vääntömomenttiarvo on 8,5-9,3 Nm (75-85 in-lbs).




Kuva 3



Kuva 4



Kuva 5



Kuva 6

J3-SELKÄOSANKORKEUDEN, SYVYYDEN JA KULMAN SÄÄTÖ

J3-selkäosan kiinnikkeiden asennuksen ensimmäinen vaihe on valmis. Nyt käyttäjä voi istuutua takaisin tuoliin J3-selkäosan henkilökohtaista säätöä varten. Älä anna käyttäjän nojata selkäosaan täydellä painolla, sillä sitä ei ole vielä kiristetty täysien vääntömomenttivaatimusten mukaisesti.

1. Korkeudensäätö (kuva 10)

- Määritä selkäosan haluttu korkeus käyttäjän istuessa tuolissa. Kun korkeus on määritetty, pyydä käyttäjää olemaan nojaamatta J3-selkäosaan nojaamalla tai liukumalla osittain eteenpäin, jotta säätö voidaan tehdä.
- Löysää kannattimien mutterit (A) ja säädä selkäosan rungon korkeus haluttuun kohtaan.
- Kiristä kannattimien mutterit tiukasti (A). Suositeltu vääntömomenttiarvo on 8,5 - 9,3 Nm.

HUOMAUTUS: Kun korkeuden säätö on valmis, tarkista ettei leveys ole vahingossa muuttunut.

2. Syvyyden/kulman säätö (kuvat 11, 12 ja 13)

Huomaa, että tilattavia kiinnikkeitä on kahta tyyppiä - vakiokiinnike (kuva 11) tai pitempi, säädettävä kiinnike (kuva 12). Molemmat kiinnikesarjat säädetään samalla tavoin, mutta vakiokiinnike sallii 5 cm syvyydensäädön (kuva 11), kun taas jatkettava kiinnike (säädettävä kiinnike) sallii 8,5 cm syvyyssäädön (kuva 12).

- J3-selkäosan syvyyttä säädetään löysäämällä vasenta ja oikeaa mutteria (kuva 13-B) kannattimen aukoissa.
- Säädä syvyys ja/tai kulma ja kiristä tiukasti. Suositeltu vääntömomenttiarvo on 11,3 - 12,4 Nm. Varmista, ettei yksikään syvyydensäätömutteri (kuva 13-B) luista tai pyöri.
- Jos tarvitaan lisää syvyyttä, irrota selkäosa pidikkeistä. Irrota ruuvit (kuvat 11-D, 12-D) kiinnikkeestä toimitukseen kuuluvalla 4 mm kuusioavaimella ja aseta haluttuun syvyyteen. Huomautus: Jos selkäosaa on tarkoitus siirtää tulevaisuudessa, suosittelemme vahvasti, että pidike ja ruuvien kierteet käsitellään keskivahvalla ruuvilukitteella (esim. Loctite 243:lla). Kiristä ruuvit momenttiin 2,8 - 4 Nm.

VAROITUS

Varmista kaikkien säätöjen jälkeen, että kaikki kiinnikkeet on kiristetty oikein ja että J3-selkäosa on valmis käytettäväksi.


VAROITUS

Selkäosan käyttöturvallisuus on taattava asettamalla lukitusosikka paikalleen ennen tuolin käyttöä, (kuva 14 ja 15).



Kuva 10


Pienikokoiset kiinnikkeet - 2 syvyyasetusta Kuva 11



Syvyys 1

Syvyys 2

Vahvat pienikokoiset kiinnikkeet Kuva 12




Syvyys 1


Syvyys 2

Syvyys 3


Syvyys 4



Kuva 13



Kuva 14



Kuva 15

NÄKÖSUOJAN ASENNUS

1. Nosta J3-selkäosan suojuksen yläosa irti (kuva 17)
2. Kiinnitä näkösuoja kiinnityshihnalla J3-selkäosan suojukseen (kuva 17). Laske suojuksen yläosa takaisin paikalleen siten, että näkösuoja jää suojuksen ylä- ja alaosan väliin (kuva 18).
3. Poista tuolin istuintyyny ja aseta näkösuojan toinen pää istuinrakenteen ja istuintyynyn väliin (kuva 20).
4. Säädä näkösuojaa tarpeen mukaan vetämällä istuintyynyn alla olevaa näkösuojan päätä. Voit myös tarvittaessa liikuttaa näkösuojan yläosaa selkäosaa ylös tai alas.
5. Syötä kiinnityshihnat näkösuojan läpivientien läpi, kiinnitä ne pyörätuolin runkoon ja kiristä hihnat (kuva 21). Levitä näkösuoja tasaisesti peittäen mahdolliset reiät (kuva 22).

Valinnainen säilytuspussi

HUOMAUTUS: Näkösuojaan on saatavilla valinnainen säilytuspussi (kuva 16).



Kuva 17



Kuva 18



Kuva 19



Kuva 20



Kuva 21



Kuva 22



Kuva 16



Kuva 23

J3-näkösuoja asennettuna

SELKÄRANGAN TUENTAOSAT

Selkärangan tuentaosat on suunniteltu siten, että niillä saavutetaan yksikölinen selän tuenta selkäosan sarjatuotantomallia käyttäen. (Selkärangan tuentaosat saattavat kuulua selkäosan toimitukseen alueesta riippuen.) Asenna selkärangan tuen asetteluosat seuraavia ohjeita noudattaen.

1. Selkärangan asentoa tukevien osien asennus

- Pyydä käyttäjää olemaan nojaamatta J3-selkäosaan nojaamalla tai liukumalla osittain eteenpäin, jos se on mahdollista.
- Irrota tarranauha yläsuojuksen kaistaleesta (kuva 24) ja nosta päällystä eteenpäin siten, että J3-selkäosan sisäosat tulevat näkyviin.
- Aseta asentoa tukevat osat tarranauhaan rungon sisällä (kuva 25) ja kiinnitä yläsuojuksen kaistale takaisin paikalleen. Vedä alas varmistaen, että yläsauma on suunnattu rungon yläosan mukaisesti. Jos sauma ei ole tasainen, päällyksen pohjaa on ehkä löysättävä (kuva 26).
- Anna käyttäjän kokeilla onko selkärangan tuki asetettu miellyttävään ja tukevaan asentoon; toista tarvittaessa vaiheet a-c kunnes säätö on valmis.
- Käytössä voi olla useita selkärangan tuentaosia ja niiden yhdistelmiä. Erikokoisia ja mallisia selkärangan tuentaosia on saatavissa jälleenmyyjältä tai Sunrise Medicalilta.



HUOMAUTUS: Jos haluat lisätietoja selkärangan tuentaosista, katso animaatio osoitteessa www.sunrisemedical.com.

J3-selkäosan asennus on valmis.

J3-LISÄVARUSTEET

Jos olet tilannut J3-lisäosia, kuten sivuosia, päätukia tai valjaita, katso kyseisten varusteiden asennusohjeet.

Tuentaosat	
Suuri ristiseläntuki	
Pieni ristiseläntuki	
Kiila	
Kaareva tiivistelevy	
Litteä tiivistelevy	
Takana/sivussa sijaitseva lantio-osa	
Sivutiivistelevy	
Suuri hernepussi	
Pieni hernepussi	



SELKÄOSAN KULJETUSTURVALLISUUS

J3-selkäosa on testattu dynaamisesti moottoriajoneuvossa käyttöä varten. Noudata kaikkia tämän käyttöoppaan asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohjeita sekä alla lueteltuja kuljetusohjeita.

VAROITUS

ÄIDEN VAROITUKSIEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA PYÖRÄTUOLIN KÄYTTÄJÄN TAI MUIDEN HENKILÖIDEN VAKAAN LOUKKAANTUMISEEN.

OHJEET

1. Kuljettajan tulisi mahdollisuuksien mukaan siirtyä ajoneuvovalmistajan alkuperäiseen istuimeen ja käyttää ajoneuvon turvavyöjärjestelmää.
2. etäisyys käyttäjän hartian yläosasta selkäosan yläosaan ei saa olla yli 16,5 cm.
3. Pyörätuolissa on oltava merkintä, että se soveltuu käytettäväksi ajoneuvon istuimena, ja että se on dynaamisesti testattu ISO 7176-19 -standardin vaatimusten mukaisesti, ja että se on asennettu, sitä käytetään ja ylläpidetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
4. Jos alkuperäinen pyörätuolin istuin on vaihdettu, uuden istuimen on oltava hyväksytty pyörätuolikuljetukseen ja sen asennuksessa, käytössä ja ylläpidossa on noudatettava valmistajan ohjeita.
5. Pyörätuolin sidonta- ja käyttäjän kiinnitysjärjestelmän (WTORS) tulee olla yhteensopiva pyörätuolin kanssa, sitä on käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti ja sen on täytettävä ISO 10542 -standardissa esitetyt vaatimukset.
6. Pyörätuolin on oltava suunnattu eteenpäin kuljetuksen aikana.
7. Pyörätuolin käyttäjän vammautumisvaarojen minimoimiseksi pyörätuoliin asennettavat tarvikkeet kuten tarjottimet ja hengityskoneet on poistettava ja kiinnitettävä erikseen kuljetuksen ajaksi.
8. Tämä tuote on tarkoitettu 35-136 kg painavien aikuisten käyttöön.
9. Asentoa tukeviin laitteisiin, kuten lantiovyöt, vartalotuet tai asentotukiin, kuten kylkituet, ei tulisi turvautua käyttäjän kiinnityksinä liikkuvissa ajoneuvoissa, jollei niissä ole merkintää, että ne ovat ISO 16840-4 -standardin mukaisia.
10. Rakenteeseen, osiin tai komponentteihin ei saa tehdä muutoksia tai korvauksia ilman valmistajan suostumusta.

IRROTUS JA VAIHTAMINEN

Irrotus

Kun selkätuki on asennettu ja säädetty paikalleen, se voidaan poistaa helposti pyörätuolista tarvittaessa. Irrottaminen tapahtuu työntämällä molemmat lukitusvivut eteenpäin lukituksen vapauttamiseksi (kuva 27). Kun molemmat vivut ovat eteenpäin-asennossa, nosta selkäosaa suoraan ylös (kuva 28) selkäosan yläosassa olevasta kahvasta.

Oikea uudelleenkiinnittäminen selkätuen irrottamisen jälkeen



Kiinnittääksesi selkäosan uudelleen kiinnikkeen pitimiin, kohdista sokat pidikkeisiin ja paina paikalleen (kuva 29). Oikein asetettuina sokat naksahtavat lukitusasentoon.

VAROITUS

Jos et ole varma kuulitko lukituksen naksahdusääneen, vedä selkäosaa ylös kahvasta varmistaaksesi, että se on lukkiutunut tiukasti.

Lukitussoikat (kuva 30)

J3-selkäosan toimitukseen kuuluu kaksi lukitussoikaa, jotka estävät kiinnitettyinä selkäosan irtoamisen tuolista. Lukitseminen tapahtuu asettamalla soikat (A) kiinnikkeen pidikkeisiin (B). Poista soikat, jos haluat pikairrotusominaisuuden käyttöön.



KONTRAINDIKAATIOT:**⚠ VAROITUS**

Älä käytä tai määrää tätä selkänojaa henkilölle, jonka paino ylittää suurimman sallitun käyttäjän maksimipainon.

KIERRÄTYS / UUELLEENKÄYTTÖ:**⚠ VAROITUS**

- Loukkaantumisvaara
- Pyydä aina Sunrise Medicalin valtuuttamaa jälleenmyyjää tarkistamaan tuote kulumisen ja vaurioiden varalta ennen sen luovuttamista toiselle käyttäjälle. **ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ TUOTETTA**, jos siinä on havaittu mitä tahansa vaurioita.
- Tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

Tämä tuote soveltuu uudelleenkäytettäväksi*:

- Pyydä Sunrise Medicalin valtuuttamaa jälleenmyyjää tarkistamaan runko, kiinnitykset, pehmusteet ja päälliset kulumisen ja vaurioiden varalta. Jos vaurioita havaitaan, älä luovuta tuotetta uudelleenkäyttöön.
- Puhdista ja desinfioi runko, kiinnikkeet, pehmusteet ja päälliset paikallisten määräysten mukaisesti. Pyydä tarkempia tietoja paikallisesta infektioiden torjuntatoimistosta.
- Kun tuote on puhdistettu ja desinfioitu, pyydä Sunrise Medicalin valtuuttamaa jälleenmyyjää tarkistamaan uudelleen runko, kiinnitykset, pehmusteet ja päälliset, jotta voidaan varmistaa, etteivät ne ole vahingoittuneet puhdistuksen/desinfioinnin yhteydessä.

⚠ VAROITUKSET:

- Uudelleenkäyttöön liittyvien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa käyttäjän vakavaan loukkaantumiseen.
- Uudelle käyttäjälle luovutettavan tuotteen säädöt tulee määrittää uudelleen Sunrise Medicalin valtuuttaman jälleenmyyjän tai lääkintähenkilön toimesta.

24 KUUKAUDEN RAJOITETTU TAKUU**24 KUUKAUDEN RAJOITETTU TAKUU**

Jokainen JAY J3-selkäosa tarkastetaan ja testataan huolellisesti parhaan mahdollisen suorituskyvyn takaamiseksi. Jokaiselle JAY J3-selkäosalle myönnetään 24 kuukauden materiaali- ja valmistusvirhetakuu ostopäivästä lähtien olettaen, että tuotetta käytetään normaalisti. Jos tuotteessa esiintyy materiaali- tai valmistusvirhe 24 kuukauden sisällä alkuperäisestä ostopäivästä, Sunrise Medical korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen harkintansa mukaan maksutta. Takuu ei kata puhkeamia, repeämiä, palojälkiä eikä selkäosan irrotettavaa päällistä.

Takuuhakemukset ja korjaukset tulee hoitaa lähimmän valtuutetun jälleenmyyjän kautta. Kaikki muut kuin tässä yhteydessä mainitut takuut mukaan lukien kaupattavuutta ja tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltuvuutta koskevat implisiittiset takuut eivät ole voimassa. Tuotteita eivät koske mitkään muut kuin tässä mainitut takuut. Tässä esitettyjen takuuehtojen rikkomisesta aiheutuvat korvaukset rajoittuvat tuotteiden korjaukseen tai vaihtamiseen. Takuuehtojen rikkomisesta myönnettävät korvaukset eivät voi missään tapauksessa sisältää välillisten vahinkojen korvauksia eivätkä korvaukset voi ylittää viallisten tuotteiden ostohintaa.

Type:	Tuotenimi/SKU-numero	 XXXX-XX-XX	Valmistuspäivä
Date:	LOT, juliaanisen kalenterin mukaan	Part Code	Tuotenumero
 XXX mm	Istuimen leveys	MD	Tämä symboli tarkoittaa lääkinnällistä laitetta
 XXX mm	Syvyys (enintään)		Valmistusosoite
 XXX kg	Käyttäjän maksimipaino	EC REP	Euroopan valtuutettu edustaja
CE	CE-merkintä	UK RP	Vastuuhenkilö, Yhdistynyt kuningaskunta
UK CA	UKCA-merkintä	CH REP	Edustajan osoite Sveitsissä
	Katso käyttöohjeet		Maahantuojaan osoite

MALLI

JAY

Part Code:

Date: 

cm 

cm 

kg 

Max

SUNRISE MEDICAL (US) LLC
12002 VOLUNTEER BLVD.
MOUNT JULIET, TN 37122, USA

Sunrise Medical GmbH
Kallbachring 2-4
69254 Malsch / HD
Germany

Sunrise Medical Ltd,
Thorns Road, Brierley Hill
West Midlands DY5 2LD
United Kingdom

Assembled in Mexico

106132 REV. K 



ISO 7010-M002
Käyttöohje/ohje on luettava!
(Sininen kuvake)

SUNRISE MEDICALin hallintajärjestelmä täyttää seuraavat standardit: ISO 13485 ja ISO 14001.

Me SUNRISE MEDICALilla olemme saaneet ISO-13485 -sertifikaatin, joka varmistaa tuotteidemme laadun kaikissa vaiheissa kehityksestä tuotantoon. Tämä tuote on EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan määräysten mukainen.

Indikaatioita

Selkärangan monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot ja kiinnikkeet tukevat ryhtiä, auttavat jalkaan paineen ja parantavat istumistoleranssia. Niiden ansiosta pyörätuoli voidaan mukauttaa vastaamaan käyttäjien erityistarpeita vaadittavan istuma-asennon ja vamman perusteella:

- Selkäydinvamma
- Neurologiset sairaudet (hemiplegia, Parkinson)
- Raajan epämuodostuma
- Amputaatio
- cp-vamma
- Multipeliskleroosi
- Niveljäykistymä
- Neliraajahalvaus
- Lihasdystrofia

Kontraindikaatioita

Ei tunnettuja kontraindikaatioita.

HUOMAUTUS: Yleisohjeita käyttäjälle. Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla fyysisiä vammoja, laitevauriota tai ympäristövahinkoja!

Ilmoitus käyttäjälle ja/tai potilaalle: kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista tapaturmista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas asuu.



Valmistaja SUNRISE MEDICAL vakuuttaa, että tämä tuote täyttää asetukset sen 2017/745/EEC / 2007/47/EEC normit.

B4Me erityismukautukset

Sunrise Medical suosittelee vahvasti, että kaikki B4Metuotteen mukana toimitetut käyttöohjeet luetaan ja ymmärretään ennen tuotteen ensimmäistä käyttöä, jotta tuote toimii valmistajan tarkoittamalla tavalla. Sunrise Medical suosittelee myös, että käyttöohjeita ei hävitetä lukemisen jälkeen; ne tulee säilyttää tallessa myöhempää tarvetta varten.

Lääkinnällisten laitteiden yhdistelmät

Tämän lääkinnällisen laitteen voi mahdollisesti yhdistää yhden tai useamman muun lääkinnällisen laitteen tai tuotteen kanssa. Tietoja mahdollisista yhdistelmistä löytyy osoitteesta www.haltija.fi. Kaikkien luettujen yhdistelmien on todettu täyttävän lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen 2017/745 yleiset turvallisuus- ja suorituskäytännöt, kohta 14.1.

Yhdistelmä- ja asennusohjeet ovat nähtävissä osoitteesta www.haltija.fi

Sunrise Medical soovib sobiva J3 seljatoe leidmiseks pidada nõu meditsiinitöötajaga, näiteks raviarsti või terapeutiga, kellel on kogemusi istumisasendiga seotud probleemide vallas.

⚠ HOIATUS!

Seljatuge tohib paigaldada ainult:

- Sunrise Medicali volitatud tarnija;
- väljaõppinud ja pädev tervishoiutöötaja, kes on läbinud asjakohase sertifitseeritud koolituse kas Sunrise Medicali või tema volitatud tarnija juures.

JAY J3 SELJATOE KASUTUSOTSTARVE

JAY J3 seljatugi on ette nähtud selja toetamiseks väga mitmesuguste ratastoolimudelite kasutajatele. See on välja töötatud lihtsa, mugava ja tõhusa toe tagamiseks, mis tagab ratastooli funktsioonide maksimaalse ärakasutamise ja kergendab istuva asendi talumist. Lisaks on seljatugi kerge, vastupidav ja seda on lihtne kasutada.

Seljatoe saab paigaldada väga mitmesugustele ratastoolimudelitele.

Kasutaja maksimaalne kehakaal:

136 kg – kompaktkinnitused (ja vanad standardkinnitused)

227 kg – tugevad kompaktkinnitused

Selle toote eeldatav kasutusiga on 5 aastat.

⚠ HOIATUS

Seljatoe paigaldamine ratastoolile võib muuta ratastooli raskuskeskme asukohta ja põhjustada ratastooli tahapoole ümbermineku, millega võivad kaasnedagi vigastused.

Stabiilsuse suurendamiseks hinnake kindlasti vajadust paigaldada ratastoolile ümberminekuvastased abivahendid või amputeeritud jäsemetega kasutajale mõeldud telje adapterklambrid.

⚠ HOIATUS

Ärge kasutage J3 seljatuge ratastooli lükkamiseks ega tõstmiseks. Väärkasutamise tagajärjel võib seljatugi ootamatult ratastooli küljest lahti tulla.

⚠ HOIATUS

Ärge kasutage ratastooli tõstmiseks J3 seljatoe käepidet. See on ette nähtud üksnes seljatoe ära võtmiseks.


⚠ HOIATUS

Hooletus põhjustab tulekahju.

⚠ HOIATUS

Palun lugege kasutusjuhend enne toote kasutamist läbi.

J3 SELJATUGI



HOOLDUS

Sunrise soovib kontrollida kõikide kinnitusvahendite kulumist iga 6 kuu tagant, et kindlaks teha lahtised poldid või katkised osad. Lõdvenenud kinnitusvahendid tuleb paigaldusjuhiste järgi uuesti pingutada. Kõik kinnitusvahendid tuleb pingutada kinnitustarvikute paigaldamist käsitlevas osas antud pingutusmomendiga. Purunenud osade asendamiseks võtke viivitamata ühendust Sunrise Medicali volitatud tarnijaga. Ärge jätkake süsteemi kasutamist pärast lahti tulnud või purunenud osade tuvastamist.

LIHTNE PUHASTAMINE

MÄRKUS. Kui võtate seljatoe puhastamiseks lahti, pöörake tähelepanu Velcro® takjaribadega kinnitatud Spine Aligni tarvikute paigutusele, et saaksite seljatoe õigesti kokku panna.

Seljatoe katte puhastamine

Katte eemaldamiseks avage takjakinnis. Eraldage kate seljatoe korpusest. Leidke katte allosas asuv tõmblukk ja avage see. Eemaldage vahtmaterjalist sisu ja keerake kate pahempidi. Sulgege kate tõmblukk, et vältida katte rebenemist. Peske pesumasinaga sooja vees (60 °C). Nõrutage kuivaks või trummelkuivatage madalal kuumusel.

MÄRKUS.

- Katteid ei tohi keemiliselt puhastada ning nende puhastamiseks ei tohi kasutada tööstuslikke pesumasinaid ja kuivateid.
- Ei tohi autoklaavis steriliseerida.
- Valgendamine ei ole lubatud.

Paigutage vahtmaterjal kattesse tagasi. Pidage meeles, et polstrina kasutatakse kaht kihti vahtmaterjali. Vahtmaterjali tagasipanemisel veenduge, et vastu korpust jääks õhem helehall vahtmaterjal. Kui vahtmaterjal on tagasi pandud, tõmmake tõmblukk uuesti kinni.

Seljatoe korpuse puhastamine

Korpust võib puhastada seebi ja veega. Muu hooldus ei ole vajalik.

Istumisasendit hoidvate tarvikute puhastamine

Istumisasendit hoidvaid tarvikuid võib puhastada seebi ja veega. Ärge kastke istumisasendit hoidvaid tarvikuid vette.

Kui teil on puhastamise kohta veel küsimusi, võtke ühendust Sunrise Medicali kohaliku volitatud edasimüüjaga.

Hügieenimeetmed taaskasutamisel

Enne ratastooli taaskasutamist tuleb see hoolikalt ette valmistada. Kõiki kasutajaga kokkupuutuvaid pindu tuleb töödelda desinfitseeriva pihusega. Selleks peate kasutama oma riigis lubatud/soovitatud desinfitseerimisvahendit, mis on mõeldud meditsiinitoodete ja -seadmete kiireks alkoholipõhiseks desinfitseerimiseks. Palun võtke arvesse tootja juhiseid kasutatava desinfitseerimisvahendi kohta. Üldjuhul ei ole võimalik tagada õmbluste täielikku desinfitseerimist. Seetõttu soovitame kohalike infektsioonikaitse seaduste kohaselt kõrvaldada istme- ja seljatoekatted, et vältida mikroorganismidega saastumist.

Ohutu ladustamise tingimused

- Tooteid tuleb ladustada kuivas kohas, suhtelise õhuniiskuse vahemik 20–75%.
- Pikemal ladustamisel kaitske otsese päikesevalguse ja tolmu eest.
- Vältige otsest kokkupuudet soojusallikatega ja ladustage temperatuuril vahemikus 5 °C kuni 40 °C.
- Paigutage ja virnastage pakendatud tooted vastavalt pakendil olevatele nooltele „see pool üles“.
- Kui pakend on kõrge ja kitsas ning seetõttu ebastabiilne, veenduge, et see on kaubaalusel või riulis allakukkumise vältimiseks korralikult kinnitatud.
- Ärge pange midagi pakendatud toodete peale, kui pakendil on märged „mitte virnastada“.
- Toodet ei tohi kunagi hoida vabas õhus ja ilmastikutingimustes.

Laundry Care Symbols	
	Masinpesu soojas vees (60 °C)
	Vajaduse korral kasutada üksnes kloorivaba valgendit
	Nõrutada kuivaks
	Triikimine on keelatud
	Keemiline puhastus on keelatud

SOBIVUSE KINDLAKSTEGEMINE

Ratastoolide tüübid

J3 seljatugi sobib ehituselt enamiku ratastoolidega, kuid kehtivad järgmised erandid:
ei tohi kasutada ratastoole, mille seljatoe kaldenurk on reguleeritav ja mis võib olla vertikaaltasandi suhtes suurem kui 60 kraadi.



HOIATUS


Seda tüüpi ratastoolidel kasutamisel võib seljatugi ootamatult ratastooli küljest lahti tulla. See omakorda põhjustab kukkumise, mille tagajärjeks võib olla tõsine vigastus.

Ratastooli mõõtmed

J3 seljatugi on ette nähtud ratastooli olemasoleva polstri asendamiseks. Enne paigaldamist selgitage välja, kas kasutataval ratastoolil on sobivad lükkamiskäepidemed. Selleks mõõtke lükkamiskäepidemete vahekaugus, nagu seda on näidatud joonisel 1. Seejärel vaadake mõõtetulemuse alusel tabelist 1, kas seljatugi sobib teie ratastoolile.

Järgmisena kontrollige, kas lükkamiskäepidemed on sobiva läbimõõduga. J3 seljatoe kinnitustarvikud saab paigaldada ratastooli lükkamiskäepidemetele, mille läbimõõt on vahemikus 1,9 cm kuni 2,85 cm. Mõõtke lükkamiskäepideme läbimõõt (joonis 2) ja vaadake tabelist 2, kas teie ratastooli lükkamiskäepidemed sobivad.


Kui te ei suuda otsustada, kas lükkamiskäepidemed sobivad, võtke ühendust Sunrise Medicali volitatud edasimüüja või klienditeenindusega.



Tabel 1

J3 seljatoe laius* (kõik profiilid)	Lükkamiskäepidemete vahekaugus ühe käepideme välisküljelt teise käepideme välisküljeni (joonis 1-A)			
	Minimaalne laius		Maksimaalne laius	
	tollid	cm	tollid	cm
12" 31cm	11.7	29.7	14.3	36.3
14" 36cm	13.7	34.9	16.3	41.3
16" 41cm	15.7	40.0	18.3	46.4
18" 46cm	17.7	45.1	20.3	51.6
20" 51cm	19.7	50.1	22.3	56.5

* Seljatoe laiust näitab teie seljatoe tootenumber.
Näide. J3SCMTS36 on 36 cm laiune seljatugi.



Tabel 2

J3 seljatoe laius (kõik profiilid)	Lükkamiskäepideme läbimõõt (joonis 2-B)			
	Minimaalne laius		Maksimaalne laius	
	inch	cm	inch	cm
14-20" (36-51cm)	3/4	1.9	1-1/8	2.85

KINNITUSTARVIKUTE PAIGALDAMINE

Enne paigaldamist lugege alljärgnevad juhised läbi.

J3 seljatoe paigaldamist on kõige parem alustada nii, et kasutaja ei ole ratastoolis. Kui seljatugi on paigaldatud ja vaja on väiksemat seadistamist, võib kasutaja jälle ratastooli paigutada.

Vajalikud tööriistad (J3 seljatoega kaasas)*

- 4 mm kuuskantvõti



- 10 mm silmusvõti



MÄRKUS. Kõikidel juhtudel, kus on antud pingutusmomendi väärtus, tuleb kindlasti kasutada momendidünamomeetrit (ei kuulu JAY J3 seljatoe komplekti), et tagada spetsifikatsioonis ettenähtud pingutusmomendi väärtus.


Kinnitustarvikute paigaldamise juhised (joonised 3, 4 ja 5)

Kehtivad iga tüüpi kinnitustarvikute (kompaktkinnitused, tugevad kompaktkinnitused ja vanad standardkinnitused) kohta.


1. Võtke ratastoolilt olemasolev seljatugi ära ratastooli tootja juhiste kohaselt.
2. Määrake visuaalselt hoidikute soovitud asukoht ratastooli lükkamiskäepidemel. Kinnitustarvikud peavad olema mõlemal lükkamiskäepidemel umbes samal kõrgusel (joonis 3) ja paiknema istmeraamiga paralleelselt (joonis 4). Üldjuhul on kõrgem asukoht lükkamiskäepidemel parem.
3. Paigaldage kinnitustarvikute hoidikud (joonis 5).
 - a. Keerake kinnituskruvid (A) kaasasoleva 4 mm kuuskantvõtmega lahti. **MÄRKUS.** Suurema läbimõõduga torude korral tuleb võib-olla kinnituskruvid täielikult eemaldada.
 - b. Kinnitage hoidikud ratastooli lükkamiskäepidemete (B) külge ja rihtige paika.
 - c. Keerake kinnituskruvid (A) käsitsi kinni. **MÄRKUS.** Võimalik, et hoidikuid on vaja õigeks paikarihtimiseks külgsuunas täiendavalt reguleerida.

J3 seljatoe korpuse kinnitamine ja rihtimine (joonis 6)


- a. Keerake klambri mutrid (C) ja paigaldustihvti mutrid (F) 10 mm silmusvõtmega lahti, kuni saate kinnitustarvikuid igas suunas kergesti liigutada.
- b. Kinnitage J3 seljatugi kinnitustarvikute hoidikutesse, lükates vasak- ja parempoolse paigaldustihvti (D) vastavalt vasak- ja parempoolsesse hoidikusse (E).
- c. Seadke seljatugi ratastooli ja kasutaja suhtes ligikaudu õigesse asukohta.
- d. Keerake paigaldustihvtide (F) siseküljel olevad mutrid käsitsi kinni. **MÄRKUS.** Seljatoe sügavust ja kaldenurka tuleb võib-olla täiendavalt reguleerida, et need kasutajale sobiks.
- e. Keerake klambri mutrid (C) käsitsi kinni. **MÄRKUS.** Seljatoe kõrgust tuleb võib-olla täiendavalt reguleerida, et see kasutajale sobiks.
- f. Katsetage seljatoe vabastamist, selleks lükake vabastushoobasid ettepoole ja võtke seljatugi ratastooli küljest ära. (Täpsemalt vaadake jaotisest „Eemaldamine ja tagasipanek“.) Kinnitustarvikud ja seljatugi on õigesti paika rihitud, kui kinnitamine ja vabastamine on sujuvad.
- g. Kui seljatugi ei ole veel õigesti paigas, reguleerige osi, kuni need on paika rihitud.
- h. Pärast osade õigesti paika rihtimist keerake hoidikute kinnituskruvid kinni. Soovitav pingutusmoment on 8,5–9,3 Nm.




Joonis 3



Joonis 4



Joonis 5



Joonis 6

J3 KÕRGUSE, SÜGAVUSE JA KALDENURGA REGULEERIMINE

J3 seljatoe paigaldamise esimene etapp on lõpetatud. Nüüd on õige aeg lasta kasutaja tagasi ratastooli paigutada, et saaksite J3 seljatuge isikupärastada. Jälgige, et kasutaja ei toetuks seljatoele kogu keharaskusega, sest seljatoe kinnitustarvikud ei ole täielikult nõutavat pingutusmomenti järgides kinni keeratud.

1. Kõrguse reguleerimine (joonis 10)

- Kui kasutaja on ratastoolis, tehke kindlaks seljatoe soovitud kõrgus. Kui see on leitud, paluge kasutajal mitte toetada vastu J3 seljatuge. Ta võiks end võimaluse korral veidi ettepoole kallutada või nihutada, et oleks võimalik seljatuge reguleerida.
- Keerake klambri mutreid (A) veidi lahti ja reguleerige seljatoe korpus soovitud asendisse.
- Keerake klambri mutrid (A) kõvasti kinni. Soovitatav pingutusmoment on 8,5–9,3 Nm.

MÄRKUS. Pärast kõrguse reguleerimist kontrollige, kas laius on jäänud samaks.

2. Sügavuse/kaldenurga reguleerimine (joonised 11, 12 ja 13)

Pidage meeles, et tellida saab kaht tüüpi kinnitustarvikuid – tavakinnitusi (joonis 11) või pikemaid reguleeritavaid kinnitustarvikuid (joonis 12). Mõlema komplekti kinnitustarvikuid reguleeritakse ühtmoodi, kuid tavakinnitused võimaldavad sügavust reguleerida 5 cm ulatuses (joonis 11), pikendatud kinnitustarvikute (reguleeritavate kinnitustarvikute) korral saab aga sügavust reguleerida kokku 8,65 cm (joonis 12).

- J3 seljatoe sügavuse ja kaldenurga reguleerimiseks keerake klambri pesades lahti vasak- ja parempoolsed mutrid (joonis 13-B).
- Reguleerige sügavust ja/või kaldenurka ning keerake mutrid kõvasti kinni. Soovitatav pingutusmoment on 11,3–12,4 Nm. Veenduge, et ükski sügavuse reguleermutter (joonis 13-B) ei libiseks ega pöörleks.
- Kui on vaja suuremat sügavust, võtke seljatugi hoidikutest välja. Keerake hoidikust kaasasoleva 4 mm kuuskantvõtme abil välja kruvid (joonised 11-D, 12-D) ja reguleerige hoidikud soovitud sügavusele. Märkus. Kui seljatoe asendit on vaja muuta, soovitame kanda enne kruvide tagasipanekut hoidiku- ja kruvikeermetele sobivat keskmise tugevusega keermelukustit, nt Loctite 243. Keerake kruvid kinni pingutusmomendiga 2,8–4 Nm.

⚠ HOIATUS

Kui reguleerimine on lõpetatud, siis kontrollige, kas kõik kinnitustarvikud on nõuetekohaselt kinni keeratud ja seljatugi J3 on kasutusvalmis.


⚠ HOIATUS

Seljatoe optimaalse ohutuse tagamiseks tuleb enne seljatoe kasutamist sisestada lukustustihvt (joonis 14 ja 15).




Kompaktkinnitused – kaks sügavusseadistust

Joonis 11



Sügavus 1




Sügavus 2

Tugev kompaktkinnitus


Joonis 12




Sügavus 1






Sügavus 2



Sügavus 3



Sügavus 4



KAITSELAPATSI PAIGALDAMINE

1. Tõstke J3 seljatoe katte ülemine lapats üles (joonis 17).
2. Kasutage takjakinnist ja kinnitage kaitselapats J3 seljatoe katte tagaosa külge (joonis 17). Pange katte ülemine lapats tagasi nii, et kaitselapats jääb ülemise ja alumise lapatsi vahele (joonis 18).
3. Võtke ratastoolilt istmepadi ära ning lükake kaitselapatsi ots ratastooli tugipinna ja istmepadja vahele (joonis 20).
4. Reguleerige kaitselapatsit vastavalt vajadusele, lükates selle otsa istmepadja alla või tõmmates sealt välja. Vajaduse korral saab ka kaitselapatsi ülaosa istme seljatoel üles või alla liigutada.
5. Pistke takjakinnisega kinnitusrihmad kaitselapatsi vastavatest rõngasavadest läbi, seejärel keerake need ümber ratastooli raami ja lükake kinnitusrihma esiots läbi piluga otsa (joonis 21). Tõmmake kõvasti kinni nii, et kaitselapatsi väliskülg on tihedalt vastu lükkamiskäepidet (joonis 22).

Valikuline hoiukott

MÄRKUS. Valikvarustusena on saadaval kaitselapatsi külge kinnitav hoiukott (joonis 16).



Joonis 17



Joonis 18




Joonis 19



Joonis 20



Joonis 21



Joonis 22



Joonis 16



Joonis 23

Lõplikult paigaldatud J3 kaitselapats

SPINE ALIGNI ISTUMISASENDIT HOIDVAD TARVIKUD

Spine Aligni istumisasendit hoidvad tarvikud on välja töötatud selleks, et tagada ka müügil olevate seljatoekorpuste korral tugi lülisambale. (Teie turust olenevalt võivad Spine Aligni tarvikud kuuluda seljatoe komplekti.) Spine Aligni tarvikute paigaldamiseks lugege järgmisi juhiseid.

1. Spine Aligni istumisasendit hoidva tarviku paigaldamine

- Paluge kasutajal mitte toetada vastu J3 seljatuge. Ta võiks end võimaluse korral veidi ettepoole kallutada või nihutada.
- Tõmmake katte ülaosa lapatsi takjariba lahti (joonis 24) ja tõstke katet ettepoole, et pääseda ligi J3 seljatoe siseossa.
- Pange istumisasendit hoidev tarvik (tarvikud) korpuse sees olevale takjaribale (joonis 25) ja kinnitage katte ülaosa lapats tagasi. Tõmmake allapoole, jälgides, et ülemine õmblus jääks korpuse ülaservaga kohakuti. Kui õmblus ei jää servaga kohakuti, on võib-olla vaja katte alaosa lõdvemaks lasta (joonis 26).
- Laske kasutajal proovida, kas Spine Aligni tarvikute praegune paigutus on mugav ja pakub tuge, ning korrake samme a–c, kuni kõik on reguleeritud.
- Kasutada saab Spine Aligni tarvikute mitmesuguseid konfiguratsioone ja kombinatsioone. Kui vajate juurde mingi kuju või suurusega Spine Aligni tarvikuid, võtke ühendust oma edasimüüja või Sunrise Medicaliga.

MÄRKUS. Kui vajate lisateavet J3 Spine Aligni süsteemi kohta, vaadake meie animatsiooni aadressil www.hrisemedical.com.

J3 seljatugi on lõplikult paigaldatud.

J3 LISATARVIKUD


Kui olete tellinud J3 lisatarvikud, näiteks küljeosad, peatoed või rakmed, lugege nende toodete paigaldusjuhiseid.

Positioning Components	
Large Lumbar	
Small Lumbar	
Wedge	
Curved Shim	
Flat Shim	
Posterior/Lateral Pelvic	
Lateral Shim	
Large Bean Bag	
Small Bean Bag	

Joonis 24

Katte ülaosa lapats

Takjakinnitus



Joonis 25




Joonis 26

Ülemine õmblus

Katte ülaosa lapats

Kate

Spine Aligni tarvikud



SELJATUGI JA SÕIDUOHUTUS

J3 seljatugi on läbinud dūnaamilised katsetused mootorsõidukis kasutamiseks. Jārgige kōiki selles juhendis esitatud paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhiseid ning samuti allpool esitatud sõidukis kasutamise juhiseid.

HOIATUS

**NENDE HOIATUSTE EIRAMINE VÕIB KAASA TUUA
RATASTOOLI KASUTAJA VÕI TEISTE ISIKUTE
RASKE KEHAVIGASTUSE.**

JUHISED

1. Kui see on võimalik ja teostatav, tuleb kasutaja panna istuma sõiduki tootja originaalistmele ja kasutada sõiduki kinnitussüsteeme.
2. Kasutaja õla ülaosa ja seljatoe ülaserava vahekaugus ei tohi ületada 16,5 cm.
3. Ratastoolil peab olema märgistus, mis tõendab selle sobivust mootorsõidukis istmena kasutamiseks, tool peab olema läbinud dūnaamilised katsetused kooskõlas standardi ISO 7176-19 toimivusnõuetega ning paigaldatud, kasutatud ja hooldatud tootja juhiste kohaselt.
4. Kui ratastooli originaalide on välja vahetatud, peab uus iste olema ratastoolis sõitmiseks heakskiidetud ning paigaldatud ja kasutatud tootja juhiste kohaselt.
5. Ratastooli rihmade ja istuja kinnitusrihmade süsteem (WTORS) peab sobima konkreetsele ratastoolile, selle kasutamine peab toimuma tootja juhiste kohaselt ja vastama standardi ISO 10542 toimivusnõuetele.
6. Transportimise ajal peab ratastool olema esiosaga sõidusuunas.
7. Sõidukis sõitjate vigastusohu vähendamiseks tuleb āra võtta ratastoolile paigaldatud lisatarvikud, nāiteks lauad ja hingamisseadmed, ning need sõidukis eraldi kinnitada.
8. See toode on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele, kelle kehakaal on 300 kuni 136 kg.
9. Istumisasendit fikseerivaid vahendeid, nāiteks vaagnavōid, kehatūve eesmisi tugirakmeid vōi asenditugesid (nāiteks kehatūve külgtugesid) ei tohi liikuvast sõidukis kasutada kasutaja kinnitamiseks, vālja arvatud juhul, kui neil on standardi ISO 16840-4 nõuetele vastavust kinnitav märgistus.
10. Konstruktsiooni, osi ega tarvikuid ei tohi muuta ega asendada tootjaga konsulteerimata.

EEMALDAMINE JA TAGASIPANEK

Eemaldamine

Pärast paigaldamist ja reguleerimist saab seljatoe vajaduse korral ratastooli küljest kergesti ära võtta. Eemaldamiseks lükake mõlemat vabastushooba blokeeringust vabastamiseks ettepoole (joonis 27). Kui mõlemad hoovad on eesmises asendis, tõstke lihtsalt seljatugi tagaküljel asuvat käepidet kasutades üles (joonis 28).

Õige tagasipaneke pärast äravõtmist

Seljatoe tagasikinnitamiseks hoidikutesse viige lihtsalt tihvtid hoidikutega kohakuti ja lükake paika (joonis 29). Õige sisestamise korral klõpsavad tihvtid lukustatud asendisse.

⚠ HOIATUS

Kui te pole kindel, kas kuulsite lukustumise klõpsu, tõmmake seljatuge käepidemest ülespoole, et veenduda selle kindlas lukustumises.

Lukustustihvtid (joonis 30)

J3 seljatoel on kaks lukustustihvti, mis kindlalt kinnitatuna takistavad seljatoe ratastooli küljest lahtitulekut.

Lukustamiseks lükake tihvtid (A) paigaldushoidikutesse (B). Kui soovite, et seljatuge saaks kiiresti vabastada, eemaldage lihtsalt need tihvtid.




Joonis 27




Joonis 29



Joonis 28



Joonis 30



VASTUNÄIDUSTUSED**⚠ HOIATUS**

Ärge kasutage ega määrake seda seljatuge isikutele, kelle kehakaal ületab kasutaja maksimaalset lubatud kehakaalu.

RINGLUSSEVÕTT/KORDUSKASUTAMINE**⚠ HOIATUS**

- Vigastusohht
- Enne abivahendi üleandmist teisele kasutajale laske kindlasti Sunrise Medicali volitatud edasimüüjal kontrollida, kas toode ei ole kahjustatud või kulunud. Mis tahes kahjustuste leidmisel **ÄRGE SEDA TOODET KASUTAGE**.
- Nende hoiatuste eiramine võib kaasa tuua raske kehavigastuse.

Toode sobib korduskasutamiseks*.

- Laske Sunrise Medicali volitatud edasimüüjal kontrollida, kas korpus, kinnitustarvikud, vahtmaterjal ja kate ei ole kahjustatud või kulunud. Kahjustuste leidmisel ärge korduskasutage toodet.
- Puhastage ja desinfitseerige korpus, kinnitustarvikud, vahtmaterjal ja kate kooskõlas kasutuskohas kehtivate riiklike määrustega. Küsige nõu kohalikust nakkustõrjega tegelevast asutusest.
- Pärast puhastamist ja desinfitseerimist laske Sunrise Medicali volitatud edasimüüjal korpus, kinnitustarvikud, vahtmaterjal ja kate veel kord üle vaadata ja kontrollida, kas puhastamisel/desinfitseerimisel ei ole tekkinud kahjustusi.

⚠ HOIATUS

- Nende korduskasutamisejuhiste täitmata jätmisel võivad tagajärjeks olla kasutaja rasked kehavigastused.
- Korduskasutamisel peab Sunrise Medicali volitatud edasimüüja või haiglaarst seda toodet uuele kasutajale kohandama ja sobitama.

24-KUULINE PIIRATUD GARANTII**24-KUULINE PIIRATUD GARANTII**

Iga JAY J3 seljatuge on tipptasemel toimivuse tagamiseks hoolikalt kontrollitud ja katsetatud. Garanteerime, et tavapärasel kasutamisel on kõik JAY J3 seljatoed materjali- ja tootmisdefektideta 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast. Kui 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast peaks ilmnenema materjali- või tootmisdefekt, siis remondib või asendab Sunrise Medical toote omal valikul tasuta. Garantii ei kehti läbitorkamiste, rebendite ega tulest põhjustatud kahjustuste korral ega ka seljatoe äravõetava katte kohta.

Nõuete menetlemiseks ja remontimiseks tuleb pöörduda lähima volitatud tarnija poole. Kõik muud garantiid peale siin sõnaselgelt nimetatute, sealhulgas kaudsed turustatavuse garantiid ning korrasoleku või konkreetseks otstarbeks sobivuse garantiid, on välistatud. Siinkirjeldatust suurema ulatusega garantiisid ei anta. Siin nimetatud otseste garantiide heastamismeetmed piirduvad kauba remontimise või asendamisega. Mingil juhul ei hõlma ühegi garantii heastamismeetmed kaudseid kahjusid ega ületa garantiinõuetele mittevastavate kaupade ostuhinda.

Tüüp:	Toote nimetus / tootekood	XXXX-XX-XX	Tootmiskuupäev
Kuupäev:	LOT: määratletud Juliuse kalendri aluse	Part Code	Koosteosa number
XXX mm	Istme laius	MD	See sümbol tähistab meditsiiniseadet
XXX mm	Istme sügavus		Tootja aadress
XXX kg	Kasutaja max kehakaal	EC REP	Volitatud esindaja Euroopas
CE	CE-märgis	UK RP	Vastutav isik Ühendkuningriigis
UK CA	UKCA-märgis	CH REP	Šveitsi esindaja aadress
	Lugege kasutusjuhendit		Importija aadress

NÄIDE

JAY

Part Code:

Date:

cm cm kg

Max

SUNRISE MEDICAL (US) LLC
12002 VOLUNTEER BLVD.
MOUNT JULIET, TN 37122, USA

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch / HD
Germany

Sunrise Medical Ltd.
Thorns Road, Brierley Hill
West Midlands DY5 2LD
United Kingdom

Assembled in Mexico

106132 REV. K



ISO 7010-M002
Lugege kasutusjuhendit/
brošüüri!
(sinine ikoon)

SUNRISE MEDICALI juhtimissüsteem on sertifitseeritud standardite EN ISO 13485 ja ISO 14001 kohaselt.

SUNRISE MEDICALILE on antud ISO-13485 sertifikaat, mis kinnitab meie toodete kvaliteeti igas etapis alates uurimis- ja arendustegevusest kuni tootmiseni. See toode vastab ELi direktiivide ja Ühendkuningriigi eeskirjade nõuetele. Näidatud valikvariandid või lisatarvikud on saadaval lisatasu eest.

Näidustusi

Seljatoe mitmesugused kinnitusvariandid ja erinevad istumisasendid hoidvad tarvikud tagavad kehahoiu toe, survejaotuse ja suurendavad istumisvastupidavust. Need võimaldavad kohandada ratastooli iga kasutaja vajadustele ja näidustusele, mis on loetletud allpool:

- seljaaju vigastus
- amputeeritud jäse(med)
- liigese kontraktuur
- SM
- tetrapleegia
- tserebraalparalüüs
- neuroloogilised haigusnähud (hemipleegia, Parkinsoni tõbi)
- lihasedüstroofia
- jässete deformatsioon

Vastunäidustusi

Vahendi nõuetekohasel kasutamisel ei ole vastunäidustusi teada.

MÄRKUS. Üldine nõuanne kasutajale. Nende juhiste täitmata jätmine võib põhjustada kehavigastusi, kahjustada ratastooli või keskkonda.

Teade kasutajale ja/või patsiendile: tootega seotud ohujuhtumitest tuleb teavitada tootjat ja pädevat asutust liikmesriigis, kus kasutaja ja/või patsient asub.

CE SUNRISE MEDICAL deklareerib tootjana, et see toode vastab meditsiiniseadmete määru (2017/745) nõuetele.

B4Me spetsiaalne kohandamine

Sunrise Medical soovib tungivalt, et teie B4Me toode oleks kasutatav ja toimiks ettenähtud viisil, seepärast tuleb enne B4Me kasutamist tootega kaasas olev teave läbi lugeda ja sellest aru saada. Sunrise Medical soovib ka kasutajale mõeldud teavet pärast läbilugemist mitte ära visata, vaid hoida seda edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas alles.

Meditsiiniseadmete kombinatsioonid

Seda meditsiiniseadet saab kombineerida ühe või mitme teise meditsiiniseadme või mõne muu tootega. Teavet võimalike kombinatsioonide kohta saab aadressilt www.SunriseMedical.eu. Kõik loetletud kombinatsioonid on kinnitatud meditsiiniseadme määru 2017/745 üldiste ohutus- ja toimivusnõuete punkti 14.1 kohaselt.

Juhised kombinatsiooni kohta, näiteks selle kokkupanekuks, leiate aadressilt www.SunriseMedical.eu.

A Sunrise Medical javasolja, hogy a felhasználó konzultáljon a betegek ültetésében és pozicionálásában jártas szakorvossal vagy gyógytornással annak meghatározásához, hogy a J3 háttámla megfelelő választás-e.

▲ FIGYELMEZTETÉS

A háttámla beszerelését a következők valamelyikének kell elvégeznie:

- hivatalos Sunrise Medical beszállító;
- szakképzett és hozzáértő egészségügyi szakember, akit a Sunrise Medical vagy egy jóváhagyott beszállító kiképzett a háttámla beszerelésére, és aki a képzésről tanúsítványt is kapott.

A JAY J3 HÁTTÁMLA RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA

A JAY J3 háttámla a hát megtámasztását szolgálja a kerekesszékek felhasználóinak széles köre számára. Úgy van kialakítva, hogy egyszerű, kényelmes és hatékony megtámasztást biztosítson a lehető legjobb használhatóság és a kényelmesebb ülés érdekében. Ezenkívül könnyű, tartós és könnyen kezelhető.

A háttámla számos kerekesszékre felszerelhető.

Felhasználó maximális testtömege:

136 kg – kompakt (régi standard szerelvény)

227 kg – nagy teherbírású kompakt szerelvény

A termék tervezett élettartama 5 év.

▲ FIGYELMEZTETÉS

A háttámla kerekesszékre való felszerelése befolyásolhatja a kerekesszék súlypontját, és a kerekesszék hátrabillegését eredményezheti, ami sérülést okozhat.

Mindig meg kell vizsgálni, hogy a kerekesszék stabilitásának növeléséhez szükség van-e billenésgátlóra, illetve súlypontállító adapterkonzolra az amputált betegek számára.

▲ FIGYELMEZTETÉS

Ne tolja vagy emelje meg a kerekesszéket a J3 háttámlánál fogva. Helytelen használat esetén a háttámla váratlanul leválhat a kerekesszékről.

▲ FIGYELMEZTETÉS

Ne emelje meg a kerekesszéket a J3 háttámla fogantyújánál fogva. Az kizárólag a háttámla eltávolítására szolgál.


▲ FIGYELMEZTETÉS

A gondatlan eljárás tüzet okozhat.

▲ FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet.

J3 HÁTTÁMLA



KARBANTARTÁS

A Sunrise javasolja minden rögzítőelem 6 havonta történő ellenőrzését, például a meglazult csavarok vagy letört alkatrészek tekintetében. A meglazult rögzítőelemeket a szerelési útmutatóban leírtak szerint meg kell húzni. Minden rögzítőelemet az előírt nyomatékkel kell meghúzni a szerelvények rögzítéséről szóló fejezetben leírtak szerint. A törött alkatrészek cseréjéhez haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Sunrise Medical hivatalos beszállítójával. Ha meglazult vagy törött alkatrészeket észlel, ne használja tovább a rendszert.

EGYSZERŰ TISZTÍTÁS

MEGJEGYZÉS: Ha a háttámlát tisztítás céljából leszereli, figyelje meg a tépőzárás gerincpozicionáló elemek helyzetét, hogy helyesen vissza tudja szerelni őket.

A háttámla tisztítása

Távolítsa el a huzatot a tépőzár leválasztásával. Vegye le a huzatot a háttámla vázáról. Keresse meg a huzat alján lévő cipzárt, és húzza ki. Távolítsa el a habszivacsot, és fordítsa ki a huzatot. Cipzározza be a huzatot az elakadás megelőzése érdekében. Mossa ki a huzatot mosógéppel meleg vízben (60 °C). Függesztve, csavarás nélkül vagy szárítógépben alacsony hőmérsékleten szárítsa.

MEGJEGYZÉS:

- Ne alkalmazzon vegytisztítást, illetve ipari mosó- és szárítógépet a huzat tisztításához.
- Ne alkalmazzon autoklávos gőzsterilizálást.
- Ne használjon fehérítőt.

Helyezze vissza a habszivacsot a huzatba. Fontos tudni, hogy az alapon két réteg habszivacs van. A habszivacs visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy a vékonyabb, „világosszürke” habszivacs nézzen a váz felé. Amikor a habszivacs már megfelelően helyezkedik el a huzatban, húzza be a cipzárt.

A háttámla vázának tisztítása

A váz szappannal és vízzel tisztára törölhető. Egyéb karbantartásra nincs szükség.

A pozicionáló elemek tisztítása

A pozicionáló elemek szappannal és vízzel tisztára törölhetők. Ne merítse vízbe a pozicionáló elemeket.

Ha bármilyen további kérdése van a tisztítási eljárásokkal kapcsolatban, forduljon a hivatalos Sunrise Medical forgalmazóhoz.

Higiéniai intézkedések újr felhasználás esetén

A kerekesszéket az újr felhasználás előtt gondosan elő kell készíteni. Minden, a felhasználóval érintkező felületet le kell fújni fertőtlenítő spray-vel. Ehhez az adott országban a gyors fertőtlenítést igénylő orvosi termékek és orvostechnikai eszközök alkoholos fertőtlenítésére engedélyezett/ajánlott fertőtlenítőszerrel kell használni. Kérjük, vegye figyelembe az Ön által használt fertőtlenítőszerre vonatkozó gyártói utasításokat. A varratok teljes fertőtlenítése általában nem garantálható. Ezért azt javasoljuk, hogy az ülés- és háttámla-hevedereket a helyi fertőzésvédelmi jogszabályoknak megfelelően selejtezze le, elkerülendő a hatóanyagokkal való mikrobakteriális szennyeződést.

A biztonságos tárolás feltételei

- A termékeket száraz helyen kell tárolni, 20–75% közötti relatív páratartalom mellett.
- Ne tegye ki hosszú ideig közvetlen napfénynek és pornak.
- Közvetlen hőtől távol, 5 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.
- A csomagolt termékeket a csomagoláson található „this side up” (ezzel az oldalával felfelé) nyilaknak megfelelően helyezze el és rakja egymásra.
- Ha egy csomag magas és keskeny, így potenciálisan instabil, ügyeljen a raklapon vagy az állványon való megfelelő rögzítésére, nehogy leessen.
- Ne rakjon semmit a csomagolt termékek tetejére, ha a csomagoláson fel van tüntetve a „do not stack” (ne halmozza egymásra) jelzés.
- A terméket soha nem szabad a szabadban tárolni és az időjárás hatásainak kitenni.

Mosási szimbólumok	
	Gépi mosás meleg vízben (60 °C)
	Szükség esetén csak klórmentes fehérítőt használjon
	Csavarás nélkül, függesztve szárítsa
	Ne vasalja
	Ne alkalmazzon vegytisztítást

A KOMPATIBILITÁS MEGÁLLAPÍTÁSA

Kerekesszéktípusok

A J3 háttámla a legtöbb kerekesszékekkel kompatibilis, az alábbi kivételekkel:

Nem használható olyan kerekesszékekkel, amelyek állítható dőlésszögűek, dönthetők vagy billenthetők, és ennek eredményeképpen a háttámla a függőlegeshez képest 60 foknál nagyobb szöget zár be.




FIGYELMEZTETÉS

Az ilyen típusú kerekesszékekkel való használat esetén a háttámla leválhat a kerekesszékről, ami a székből való kiesést és súlyos sérülést okozhat.

A kerekesszék mérete

A J3 háttámla a kerekesszék hevederes kárpitjának helyére kerül. Felszerelés előtt ellenőrizze, hogy az adott kerekesszék kompatibilis hátsó rudakkal rendelkezik-e – ehhez az 1. ábrán látható módon mérje meg a hátsó rudak közötti távolságot. Ezután e mért érték alapján ellenőrizze az 1. táblázatban, hogy a háttámla megfelelő-e az Ön székéhez. Ezt követően ellenőrizze, hogy kompatibilis-e a hátsó rudak átmérője. A J3 háttámla szerelvényei 1,9 cm (3/4") és 2,85 cm (1 1/8") közötti átmérőjű hátsó kerekesszék-rudakra szerelhetők fel. Mérje meg a hátsó rúd átmérőjét (2. ábra), majd a 2. táblázatban ellenőrizze, hogy a hátsó rudak kompatibilisek-e.

Ha nem tudja megállapítani, hogy a hátsó rudak kompatibilisek-e, forduljon a hivatalos Sunrise Medical szolgáltatóhoz vagy a Sunrise Medical ügyfélszolgálatához.




1. ábra

1. táblázat

A J3 háttámla szélessége* (mindegyik kontúrnál)		A hátsó rudak szélessége a csövek legkülső pontjai között, (1-A. ábra)			
		Minimális szélesség		Maximális szélesség	
		hüvelyk	cm	hüvelyk	cm
12"	31 cm	11,7	29,7	14,3	36,3
14"	36 cm	13,7	34,9	16,3	41,3
16"	41 cm	15,7	40,0	18,3	46,4
18"	46 cm	17,7	45,1	20,3	51,6
20"	51 cm	19,7	50,1	22,3	56,5

* A háttámla szélessége a háttámla cikkszámában van megadva. Példa: A J3SCMTS36 háttámla 36 cm-es.

2. ábra



2. táblázat

A J3 háttámla szélessége (minden kontúrnál)	A rúd átmérője (2-B. ábra)			
	Minimális szélesség		Maximális szélesség	
	hüvelyk	cm	hüvelyk	cm
36–51 cm (14–20")	3/4	1,9	1-1/8	2,85

A SZERELVÉNYEK RÖGZÍTÉSE

Kérjük, a szerelés megkezdése előtt olvassa el az alábbi utasításokat. A J3 háttámla felszerelését célszerű úgy megkezdni, hogy a felhasználó nem ül a kerekesszékekben. A háttámla felszerelése után kisebb igazításokra lehet szükség, ekkor a felhasználó visszaülhet a kerekesszékekbe.

Szükséges szerszámok (a J3 háttámla csomagja tartalmazza)*

- 4 mm-es imbuszkulcs
- 10 mm-es csillagkulcs



MEGJEGYZÉS: Ahol nyomatékbeállítások vannak megadva, erősen ajánlott nyomatékmérővel (a JAY J3 háttámla csomagja nem tartalmazza) ellenőrizni a megadott nyomaték elérését.


A szerelvények rögzítésére vonatkozó utasítások (3., 4., 5. ábra)

Minden szerelvénytípusra érvényes (kompakt, nagy teherbírású kompakt és régi standard).


1. Távolítsa el a kerekesszék meglévő háttámláját a kerekesszék gyártójának utasításai szerint.
2. Szemrevételezéssel határozza meg a fogadóelemek kívánt helyét a kerekesszék hátsó rúdjaiban. A szerelvényeknek mindkét hátsó pilléren (3. ábra) nagyjából azonos magasságban kell lenniük, az ülésvázzal párhuzamosan (4. ábra). A hátsó rudakon általában érdemesebb magasabb pontokat választani.
3. Csatlakoztassa a fogadószerelvényeket. (5. ábra)
 - a. Lazítsa meg a szorítócsavarokat (A) a mellékelt 4 mm-es imbuszkulccsal. MEGJEGYZÉS – Nagy csőátmérő esetén előfordulhat, hogy a szorítócsavarokat teljesen el kell távolítani.
 - b. Rögzítse és igazítsa be a fogadóelemet a kerekesszék hátsó rúdjaához (B).
 - c. Kézzel húzza meg a szorítócsavarokat (A). MEGJEGYZÉS – A fogadóelemek további oldalirányú beállítást igényelhetnek a megfelelő beigazítás érdekében.

A J3 háttámla vázának rögzítése és beigazítása (6. ábra)


- a. Lazítsa meg a tartóanyákat (C) és a rögzítő csapszeganyákat (F) 10 mm-es csillagkulccsal, amíg a szerelvény minden irányban könnyedén nem tud mozogni.
- b. Rögzítse a J3 háttámlát a fogadószerelvényekhez a bal és jobb oldali rögzítőcsapok (D) bal és jobb oldali fogadóelemekbe (E) való behelyezésével.
- c. Tegye a háttámlát a székhez és a felhasználóhoz viszonyított körülbelüli helyére.
- d. Kézzel húzza meg az anyákat a rögzítőcsap belső oldalán (F). MEGJEGYZÉS – A háttámla mélysége és dőlésszöge további beállítást igényelhet a felhasználóhoz való megfelelő illeszkedés érdekében.
- e. Kézzel húzza meg a tartóanyákat (C). MEGJEGYZÉS – A háttámla magassága további beállítást igényelhet a felhasználóhoz való megfelelő illeszkedés érdekében.
- f. Ellenőrizze a háttámla kioldását a kioldókarok előrenyomásával és a háttámla székről való eltávolításával. (További részletekért lásd az „Eltávolítás és csere” fejezetet.) A szerelvények és a háttámla megfelelő beigazításához a rögzítésnek és a kioldásnak könnyedén elvégezhetőnek kell lennie.
- g. Ha a háttámlát nem sikerült pontosan beigazítani, módosítsa az elemek helyzetét úgy, hogy a háttámla megfelelően illeszkedjen.
- h. A megfelelő beigazítás után húzza meg a fogadószerelvények szorítócsavarjait. Az ajánlott nyomaték 8,5-9,3 Nm.




3. ábra



4. ábra



5. ábra



6. ábra

A J3 MAGASSÁGÁNAK, MÉLYSÉGÉNEK ÉS SZÖGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A J3 háttámla szerelvényeinek első rögzítési szakasza ezzel befejeződött. A felhasználót most visszaültheti a székbe a J3 háttámla személyre szabásához. Kérje meg a felhasználót, hogy még ne nehezedjen teljesen a háttámlára, mivel az még nincs az előírt nyomatékkal meghúzva.

1. A magasság beállítása (10. ábra)

- A felhasználóval a székben határozza meg a háttámla ideális magasságát. Ezután kérje meg a felhasználót, hogy lehetőség szerint részlegesen előredőlvé vagy -csúszva szüntesse meg a J3 háttámlára nehezedő nyomást, hogy megtörténhessen a beállítás.
- Lazítsa meg a tartóanyákat (A), és állítsa a hátsó váz magasságát a kívánt pozícióba.
- Biztonságosan húzza meg a tartóanyákat (A). Az ajánlott nyomaték 8,5-9,3 Nm.

MEGJEGYZÉS: A magasság beállítása után ellenőrizze, hogy véletlenül nem változtatta-e meg a szélességet.

2. A mélység/szög beállítása (11., 12. és 13. ábra)

Fontos tudni, hogy kétféle szerelvény rendelhető – a standard szerelvény (11. ábra) vagy a hosszabb, állítható szerelvény (12. ábra). Mindkét szerelvénykészlet ugyanúgy van beállítva, de a standard szerelvény 5 cm-es mélységbeállítást tesz lehetővé (11. ábra), míg a hosszabb szerelvénynél (állítható szerelvény) a mélység állíthatósága összesen 8,65 cm (12. ábra).

- A J3 háttámla mélységének és dőlésszögének beállításához lazítsa meg a bal és jobb oldali anyákat (13-B. ábra) a konzolnyílásokon.
- Állítsa be a mélységet és/vagy a dőlésszöget, majd rögzítse szorosan. Az ajánlott nyomaték 11,3-12,4 Nm. Győződjön meg arról, hogy egyik mélységállító anyá (13-B. ábra) sem csúszik el vagy forog el.
- Ha nagyobb mélységre van szükség, távolítsa el a csavarokat (11-D., 12-D. ábra) a fogadóelemről a mellékelt 4 mm-es imbuszkulccsal, majd helyezze vissza őket a kívánt mélységbe. Megjegyzés: A csavarok cseréje előtt erősen ajánlott megfelelő, közepes szilárdságú menetrögzítőt, pl. Loctite 243-at felvinni a fogadóelemre és a csavarmenetekre, ha a háttámlát át kell helyezni. Húzza meg a csavarokat 2,8-4 Nm nyomatékkal.

⚠ FIGYELMEZTETÉS


Az összes beállítás elvégzése után győződjön meg arról, hogy minden szerelvény megfelelően meg van húzva, és ekkor a J3 háttámla használatra kész.

⚠ FIGYELMEZTETÉS





A biztonságos felszerelés érdekében a háttámla használata előtt be kell helyezni a rögzítőcsapot (14. és 15. ábra).



Kompakt szerelvény – 2 mélységbeállítás 11. ábra



HD kompakt szerelvény 12. ábra



A FELHAJTHATÓ DERÉKTAKARÓ FELSZERELÉSE

1. Emelje fel a J3 háttámla huzatának felső zárólapját (17. ábra)
2. Illessze a kampót a hurokhoz, majd rögzítse a felhajtható deréktakarót a J3 háttámla huzatának hátuljához (17. ábra). Helyezze vissza a huzat felső zárólapját úgy, hogy a felhajtható deréktakaró a felső és alsó zárólap közé kerüljön (18. ábra).
3. Távolítsa el az üléspárnát a kerekesszékről, és fogassa be a felhajtható deréktakaró „nyelvét” a kerekesszék tartófelülete és az üléspárna közé (20. ábra).
4. Szükség esetén állítsa be a felhajtható deréktakarót a nyelv üléspárna alatti ki-be mozgásával. Ha szükséges, a felhajtható deréktakaró felső része az ülés háttámláján is fel-le mozgatható.
5. Vezesse át a tépőzáras rögzítőelemeket a felhajtható deréktakaró megfelelő gyűrűin, majd tekerje körbe a kerekesszék vázát, és illessze be az elejét a heveder nyílással ellátott végébe (21. ábra). Igazítsa be és zárja le a felhajtható deréktakaró külső réseit (22. ábra).

Opcionális tárolótáska

MEGJEGYZÉS: A felhajtható deréktakaróra egy opcionális tárolótáska rögzíthető (16. ábra).



A J3 felhajtható deréktakaró felszerelése befejeződött

GERINCPOZICIONÁLÓ ELEMEEK

A gerincpozicionáló elemek célja, hogy a gyári háttámlán teljes mértékben egyénre szabott megtámasztást nyújtsanak. (Az adott országtól függően előfordulhat, hogy a gerincpozicionáló elemeket a háttámla tartalmazza.) A gerincpozicionáló elemek felszereléséhez olvassa el az alábbi utasításokat.

1. A gerincpozicionáló elemek felszerelése

- Kérje meg a felhasználót, hogy lehetőség szerint részlegesen előredőlvé vagy -csúszva szüntesse meg a J3 háttámlára nehezedő nyomást.
- Oldja ki a felső zárólapon lévő tépőzáras hevedert (24. ábra), és emelje előre a huzatot, hogy láthatóvá váljon a J3 háttámla belseje.
- Helyezze a pozicionáló eleme(ke)t a váz belsejében lévő tépőzárra (25. ábra), és rögzítse vissza a felső zárólapot. Húzza le úgy, hogy a felső varrás egy vonalban legyen a váz tetejével. Ha a varrás nem illeszkedik megfelelően, előfordulhat, hogy a huzat alját meg kell lazítani (26. ábra).
- Kérje meg a felhasználót, hogy tesztelje a gerincpozicionáló aktuális beállítását a kényelem és a megtámasztás tekintetében, majd ismételje meg az a–c. lépést a megfelelő beállítás eléréséig.
- A gerincpozicionáló elemek többféle konfigurációja és kombinációja is alkalmazható. Ha egyéb formájú vagy méretű gerincpozicionálókra van szükség, forduljon a forgalmazóhoz vagy a Sunrise Medical vállalatához.



MEGJEGYZÉS: Ha a J3 gerincpozicionáló rendszerrel kapcsolatban további információkra van szüksége, tekintse meg animációinkat a www.sunrisemedical.com weboldalon.

A J3 háttámla felszerelése ezzel befejeződött.

A J3 TARTOZÉKAI

Ha a J3 háttámlához tartozékokat rendelt, pl. oldalsó elemeket, fejtámlákat vagy hevedereket, kérjük, olvassa el az adott elemek szerelési útmutatóját.

Pozicionáló elemek	
Nagy ágyéki	
Kis ágyéki	
Ék	
Íves alátét	
Lapos alátét	
Hátsó/oldalsó medence	
Oldalsó alátét	
Nagy babzsák	
Kis babzsák	



KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

A J3 háttámlát dinamikusan tesztelték a gépjárművekben való használat szempontjából. Kérjük, kövesse a jelen kézikönyvben foglalt összes szerelési, használati és karbantartási utasítást, valamint az alább felsorolt közlekedési utasításokat.

FIGYELMEZTETÉS

**A FIGYELMEZTETÉSEK BETARTÁSÁNAK
ELMULASZTÁSA ESETÉN A KEREKESZÉK
FELHASZNÁLÓJA VAGY MÁS SZEMÉLYEK SÚLYOS
SÉRÜLÉSEKET SZENVEDHETNEK.**

UTASÍTÁSOK

1. Ha lehetséges és megvalósítható, a felhasználónak át kell ülnie az eredeti berendezésgyártó járműülésébe, és a járműbe való rögzítést szolgáló rendszert kell használnia.
2. A felhasználó vállának felső része és a háttámla felső része közötti távolság nem lehet nagyobb 16,5 cm-nél.
3. A kerekesszéknek rendelkeznie kell a gépjárművekben ülésként való használatra való alkalmasságot igazoló címkével, dinamikusan kell tesztelni az ISO 7176-19 szabvány teljesítménykövetelményei szerint, továbbá a gyártó utasításainak megfelelően kell felszerelni, használni és karbantartani.
4. Ha a kerekesszék eredeti ülését lecserélték, az új ülésnek jóváhagyással kell rendelkeznie kerekesszékes közlekedéshez, és azt a gyártó utasításainak megfelelően kell felszerelni és használni.
5. A kerekesszék- és utasrögzítési rendszernek (Wheelchair Tiedown and Occupant Restraint System, WTORS) kompatibilisnek kell lennie az adott kerekesszékekkel, azt a gyártó utasításainak megfelelően kell használni, és meg kell felelnie az ISO 10542 szabvány teljesítménykövetelményeinek.
6. Szállítás közben a kerekesszéknek előre felé kell néznie.
7. A jármű utasait érintő sérülésveszély csökkentése érdekében a kerekesszékre szerelt tartozékokat, pl. tálcákat vagy légzőkészüléket el kell távolítani és külön kell rögzíteni.
8. Ez a termék 35 kg és 136 kg közötti testtömegű felnőttek általi használatra készült.
9. A mozgó járműben a testnek megtámasztást nyújtó eszközök, pl. medencepozicionáló övek, elülső törzstámaszok vagy a testhelyzet fenntartását segítő támaszok, pl. oldalsó törzstámaszok nem szolgálhatnak az utasokat rögzítő szerkezetként, kivéve, ha fel van rajtuk tüntetve, hogy megfelelnek az ISO 16840-4 szabványnak.
10. Tilos a szerkezetet, az alkatrészeket vagy az elemeket a gyártóval való egyeztetés nélkül módosítani vagy lecserélni.

ELTÁVOLÍTÁS ÉS CSERE

Eltávolítás

A felszerelést és a beállítást követően a háttámla szükség esetén könnyedén eltávolítható a kerekesszékről. Az eltávolításhoz tolja előre a kioldókarokat a kireteszeléshez (27. ábra). Ha már mindkét kar elülső helyzetben van, egyszerűen emelje fel egyenesen a háttámlát (28. ábra) a tetején található fogantyú segítségével.

Megfelelő visszahelyezés eltávolítás után



A háttámla fogadószerelvényekbe való visszahelyezéséhez egyszerűen illessze a csapokat a fogadóelemekhez, és nyomja őket a helyükre (29. ábra). Megfelelő behelyezés esetén a csapok reteszelt helyzetbe „kattannak”.

FIGYELMEZTETÉS

Ha nem biztos benne, hogy hallotta-e a kattánást, húzza fel a háttámlát a fogantyú segítségével, így győződve meg arról, hogy az biztonságosan reteszelve van.

Rögzítőcsapok (30. ábra)

A J3 háttámlához két rögzítőcsap tartozik, amelyek rögzített helyzetben megakadályozzák a háttámla székről való leválását. A reteszeléshez helyezze be a csapokat (A) a fogadóelemekbe (B). A gyors kioldáshoz egyszerűen távolítsa el a csapokat.



ELLENJAVALLATOK:**⚠ FIGYELMEZTETÉS**

Ezt a háttámlát nem használhatja olyan személy és az nem írható fel olyan személynek, akinek a testtömege meghaladja a megadott maximális értéket.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS/ÚJRAFELHASZNÁLÁS:**⚠ FIGYELMEZTETÉS**

- **Sérülésveszély**
- **A termék más felhasználónak való átadása előtt mindig kérjen fel egy hivatalos Sunrise Medical forgalmazót a sérülések és az elhasználódás ellenőrzésére. Bármilyen sérülés észlelése esetén NE HASZNÁLJA A TERMÉKET!**
- **A figyelmeztetések betartásának elmulasztása súlyos sérülésekhez vezethet.**

Ez a termék alkalmas az újr felhasználásra*:

- Kérjen fel egy hivatalos Sunrise Medical forgalmazót a váz, a szerelvények, a habszivacs és a huzat sérülések vagy elhasználódás szempontjából történő megvizsgálására. Bármilyen sérülés észlelése esetén ne használja a terméket!
- Tisztítsa meg és fertőtlenítsen a vázat, a szerelvényeket és a huzatot a helyi előírásoknak megfelelően. Kérjen tanácsot a helyi fertőzésvédelmi hivaltól.
- Tisztítás és fertőtlenítés után kérjen meg egy hivatalos Sunrise Medical forgalmazót a váz, a szerelvények, a hab és a huzat újbóli átvizsgálására és annak ellenőrzésére, hogy a tisztítási/fertőtlenítési folyamat nem okozott-e károsodást.

⚠ FIGYELMEZTETÉSEK:

- **Az újr felhasználásra vonatkozó utasítások betartásának elmulasztása a felhasználó súlyos sérüléséhez vezethet.**
- **Újr felhasználás esetén ezt a terméket hivatalos Sunrise Medical forgalmazónak vagy szakorvosnak kell az új felhasználóhoz igazítani.**

24 HÓNAP KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG**24 HÓNAP KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG**

Minden JAY J3 háttámlát alaposan megvizsgáltak és teszteltek a legkiválóbb teljesítmény biztosítása érdekében. Normál használat esetén a vásárlás dátumától számított 24 hónapig minden JAY J3 háttámla garantáltan mentes az anyag- és gyártási hibáktól. Ha az eredeti vásárlási dátumtól számított 24 hónapon belül anyag- vagy gyártási hiba lép fel, a Sunrise Medical vállalja, hogy saját belátása szerint díjmentesen megjavítja vagy kicseréli a terméket. Ez a szavatosság nem vonatkozik a kilyukadásra, a szakadásra és az égési sérülésekre, valamint a hátlap levehető huzatára.

A szavatossági igényeket és javításokat a legközelebbi hivatalos beszállítón keresztül kell intézni. Az itt vállalt kifejezett szavatosságok kivételével kizárt minden egyéb szavatosság, beleértve a forgalmazhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos szavatosságokat is. Az itt leírtakon túlmutató egyéb szavatosságok nem állnak fenn. A kifejezett szavatosság érvényesítése esetén a jogorvoslati lehetőségek az áruk javítására vagy cseréjére korlátozódnak. A szavatossági kötelezettség megszégése esetén megtérített kár semmi esetre sem terjed ki a következményi károkra, és nem haladhatja meg az értékesített hibás áruk önköltségét.

Típus:	Terméknév/ SKU-szám	XXXX-XX-XX	Gyártási dátum
Dátum:	LOT: Julian Date által meghatározva	Alkatrész- kód	Szerelvény cikkszama
XXX mm	Ülésszélesség	MD	Ez a szimbólum orvostechnikai eszközt jelent
XXX mm	Ülésmélység		Gyártó címe
XXX kg	Felhasználó max. testtömege	EC REP	Európai meghatalmazott képviselő
CE	CE jelölés	UK RP	Felelős személy az Egyesült Királyságban
UK CA	UKCA jelölés	CH REP	Svájci képviselő címe
	Olvassa el a használati utasítást		Importőr címe

MINTA

JAY

Part Code:

Date:

cm cm kg

SUNRISE MEDICAL (US) LLC
12002 VOLUNTEER BLVD.
MOUNT JULIET, TN 37122, USA

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch / HD
Germany

Sunrise Medical Ltd.
Thorne Road, Brierley Hill
West Midlands DY5 2LD
United Kingdom

Assembled in Mexico

EC REP **UK RP**

106132 REV. K



ISO 7010-M002
**Kezelési útmutató/
borssúra olvasása
javasolt!**
(Kék ikon)

A SUNRISE MEDICAL irányítási rendszere EN ISO 13485 és ISO 14001 szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.

A SUNRISE MEDICAL elnyerte az ISO 13485 tanúsítványt, amely igazolja termékeink minőségét valamennyi szakaszban, a kutatás-fejlesztéstől a gyártásig. Ez a termék megfelel az EU és az Egyesült Királyság előírásainak. A bemutatott opciók és tartozékok külön költség ellenében állnak rendelkezésre.

Javallatok

A háttámla különféle rögzítési változatai, valamint a testnek megtámasztást nyújtó, a nyomáelosztást biztosító és az ülés kényelmességét növelő különböző pozicionáló elemek az egyes felhasználók követelményeitől és javallataitól függő jellemzők, amelyek révén a háttámlát különböző pozicionálási igényekkel és javallatokkal rendelkező felhasználók széles köre használhatja:

- Gerincvelő-sérülés
- Amputáció
- Ízületi kontraktúra
- SM
- Tetraplégia
- Cerebrális parézis
- Neurológiai kórképek (hemiplégia, Parkinson-kór)
- Izomdisztrófia
- Végtaghiány, -deformáció

Ellenjavallatok

Ellenjavallatok nem ismertek és nincsenek.

MEGJEGYZÉS: Általános felhasználói tanácsok. Ezen utasítások betartásának elmulasztása testi sérüléshez, a termék károsodásához vagy környezeti károkhoz vezethet!

Megjegyzés a felhasználó és/vagy a beteg számára: minden, az eszköz használata során bekövetkező súlyos incidenst jelenteni kell a gyártónak, valamint a felhasználó és/vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.



A gyártó, a SUNRISE MEDICAL kijelenti, hogy ez a termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 rendeletnek.

A B4Me speciális adaptációi

A Sunrise Medical erősen ajánlja, hogy a B4Me termék gyártó szándékai szerinti működésének és teljesítményének biztosítása érdekében a termék első használata előtt olvassa el és értelmezze a B4Me termékhez mellékelt összes felhasználói információt. A Sunrise Medical azt is javasolja, hogy a felhasználói információkat elolvasás után ne dobja ki, hanem későbbi felhasználásra őrizze meg biztonságos helyen.

Orvostechnikai eszközök kombinációi

Ez az orvostechnikai eszköz egy vagy több más orvostechnikai eszközzel vagy termékkel kombinálható. A lehetséges kombinációkról a www.SunriseMedical.eu weboldalon tájékozódhat. Valamennyi felsorolt kombinációt validálták az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 rendelet 14.1. szakasza szerinti általános biztonsági és teljesítménykövetelmények szempontjából.

A kombinációkkal, például a szereléssel kapcsolatos útmutatás a www.SunriseMedical.eu weboldalon található.

Spoločnosť Sunrise Medical odporúča, aby ste sa obrátili odborníka – napr. na lekára alebo terapeuta so skúsenosťami v problematike sedenia a polohovania, ktorý určí, či je pre vás opierka chrbta J3 vhodná.

⚠ UPOZORNENIE!

Chrbtové opierky by mal inštalovať iba:

- autorizovaný dodávateľ Sunrise Medical
- kvalifikovaný a kompetentný zdravotnícky pracovník, ktorý absolvoval príslušné certifikované školenie v spoločnosti Sunrise Medical alebo u jej schváleného dodávateľa.

URČENÉ POUŽITIE OPIERKY JAY J3 BACK

Opierka JAY J3 Back je určená na použitie ako chrbtová opierka pre širokú škálu používateľov invalidných vozíkov. Je určená na poskytovanie jednoduchej, pohodlnej a účinnej opory, ktorá maximalizuje funkčnosť a zvyšuje znášanlivosť sedenia. Okrem toho je ľahká, trvác a ľahko sa používa.

Opierku možno namontovať na širokú škálu invalidných vozíkov.

Maximálna hmotnosť používateľa:

300 lbs. (136 kg) – kompaktný (a pôvodný štandardný hardvér)

500 lbs. (227 kg) – kompaktný hardvér na vysoké zaťaženie

Plánovaná životnosť tohto produktu je 5 rokov.

⚠ UPOZORNENIE

Po nainštalovaní opierky chrbta na invalidný vozík sa môže zmeniť ťažisko invalidného vozíka. To môže spôsobiť prevrátenie vozíka dozadu a prípadné následné zranenie.

Na zvýšenie stability invalidného vozíka u osôb po amputácii vždy zvážte prípadnú potrebu použitia koliesok proti preklopeniu alebo adaptérových konzol pre osi.

⚠ UPOZORNENIE

Opierku chrbta J3 nepoužívajte na tlačenie alebo dvíhanie invalidného vozíka. Nesprávne používanie môže spôsobiť nečakané odpojenie opierky chrbta od invalidného vozíka.

⚠ UPOZORNENIE

Na dvíhanie invalidného vozíka nepoužívajte rukoväť opierky chrbta J3. Tá je určená len na vyberanie opierky chrbta.


⚠ UPOZORNENIE

Nedbalosť môže spôsobiť požiar.

⚠ UPOZORNENIE

Pred použitím si prečítajte príručku.

OPIERKA CHRBTU J3



ÚDRŽBA

Spoločnosť Sunrise odporúča, aby ste každých 6 mesiacov skontrolovali prípadné opotrebovanie všetkých upevňovacích prvkov, napr. uvoľnené skrutky, alebo zlomené súčasti. Uvoľnené upevňovacie prvky by sa mali utiahnuť podľa pokynov pre inštaláciu. Všetky upevňovacie prvky by ste mali utiahnuť v súlade so špecifikovaným uťahovacím momentom uvedeným v časti o inštalácii držiakov. Ak potrebujete vymeniť zlomenú súčiastku, kontaktujte autorizovaného dodávateľa spoločnosti Sunrise Medical. Systém nepoužívajte, ak ste zistili, že má uvoľnené, alebo zlomené súčiastky.

JEDNODUCHÉ ČISTENIE

POZNÁMKA – Pri demontáži opierky chrbta s cieľom čistenia si poznamenajte polohu komponentov Velcro® Spine Align, aby ste ich mohli znovu správne vložiť.

Čistenie poťahu opierky

Rozpojte suchý zips a odoberte poťah. Poťah oddelíte od chrbtovej kostry. Na spodku poťahu nájdite zips a otvorte ho. Vyberte penu a poťah prevráťte vnútornou stranou von. Poťah zatvorte zipsom, aby sa neroztrhol. Prať v automatickej práčke v teplej vode (60° C) Nechajte ho voľne uschnúť, alebo ho vysušte v sušičke na nízkej teplote.

POZNÁMKA:

- poťahy sa nepokúšajte čistiť v čistiarni, nepoužívajte priemyselné čističe ani sušičky.
- Nedávajte do pary - autoklávu.
- Nebielte.

Peny vložte späť do poťahu. Poznamenajte si, že základňa má dve penové vrstvy. Pri vkladaní peny dbajte na to, aby bola tenšia („svetlosivá“) pena čelom k panve. Keď je pena zaistená v poťahu, poťah zatvorte zipsom.

Čistenie chrbtovej kostry

Kostru vyčistíte tak, že ju utriete mydlovou vodou. Nie je potrebná žiadna ďalšia údržba.

Čistenie polohovacích súčiastok

Polohovacie súčiastky vyčistíte tak, že ich utriete mydlovou vodou. Polohovacie súčiastky neponárajte pod vodu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa postupov čistenia, kontaktujte autorizovaného predajcu spoločnosti Sunrise Medical.

Hygienické opatrenia pri opakovanom použití:

Pred opätovným použitím invalidného vozíka, sa uistite, že je vozík dôsledne pripravený. Všetky povrchy s ktorými príde užívateľ do kontaktu musia byť ošetrené dezinfekčným sprejom. Na to musíte použiť dezinfekčný prostriedok povolený/odporúčaný vo vašej krajine na rýchlu dezinfekciu na báze alkoholu pre zdravotnícke výrobky a zdravotnícke pomôcky, ktoré sa musia dezinfikovať rýchlo. Dbajte na pokyny výrobcu dezinfekčného prostriedku, ktorý používate. Vo všeobecnosti, celková dezinfekcia sa nedá garantovať v oblasti švov. Preto vám odporúčame zlikvidovať sedák a zadné popruhy, aby ste predišli mikrobakteriálnej kontaminácii účinnými látkami v súlade s miestnymi zákonmi o ochrane pred infekciami.

POdmienky na bezpečné skladovanie

- Výrobky skladujte na suchom mieste pri relatívnej vlhkosti 20 – 75 %.
- Chránite pred dlhodobým vystavením priamemu slnečnému žiareniu a prachu.
- Skladujte mimo priamych zdrojov tepla a pri teplote v rozsahu 5 °C (40 °F) až 40 °C (104 °F).
- Zabalené výrobky umiestnite a ukladajte na seba v súlade so šípkou označujúcou „touto stranou nahor“ na balení.
- Ak je balík vysoký a ťažký, a teda potenciálne nestabilný, zaistite, aby bol dobre upevnený na palete alebo v regáli, aby sa zabránilo jeho pádu.
- Na zabalené výrobky nič neukladajte, ak je na balení značka „neukladať na seba“.
- Výrobok nikdy neskladujte vonku ani nevystavujte vplyvu poveternostných podmienok.

Znaky starostlivosti	
	Prať v automatickej práčke v teplej vode (60° C)
	Iba s bielidlom bez chlóru, podľa potreby
	Vyvesiť mokré a nechať vysušiť
	Nežehliť
	Nečistiť chemicky

URČENIE KOMPATIBILITY

Typy invalidných vozíkov

Opierka chrbta J3 je navrhnutá tak, aby sa dala použiť s väčšinou invalidných vozíkov s týmito výnimkami:
Nemala by sa používať pri invalidných vozíkoch s nastaviteľným uhlom sklonu, ktorých chrbtový uhol je väčší ako 60° od vertikálnej osi.



UPOZORNENIE


Pri použití s týmito typmi invalidných vozíkov môže dôjsť k náhodnému odpojeniu od vozíka s následným pádom a prípadným vážnym zranením.

Rozmery invalidného vozíka

Opierka chrbta J3 nahrádza chrbtové čalúnenie invalidného vozíka. Pred inštaláciou zistíte, či má používaný invalidný vozík vhodné chrbtové tyče, a to tak, že odmeriate šírku medzi chrbtovými tyčami ako znázorňuje obr. 1. Túto mierku porovnajte s hodnotou v tabuľke 1 a zistíte, či je opierka vhodná pre váš vozík.

Potom skontrolujte vhodnosť priemeru chrbtových tyčí. Držiaky opierky chrbta J3 môžete namontovať na chrbtové tyče invalidného vozíka s veľkosťou od 1,9 cm (3/4") do 2,85 cm (1 1/8"). Zmerajte priemer vašej chrbtovej rúrky (obr. 2) a pozrite si tabuľku 2, aby ste sa uistili, že sú vaše chrbtové rúrky kompatibilné.

Ak neviete zistiť, či sú chrbtové tyče vhodné, kontaktujte prosím autorizovaného poskytovateľa, alebo zákaznícky servis spoločnosti Sunrise Medical.




Tabuľka 1

Šírka opierky chrbta J3* (všetky tvary)	Šírka chrbtových tyčí od vonkajšieho po vonkajší okraj rúr (Obr. 1-A)			
	Min. šírka		Max. šírka	
	palce	cm	palce	cm
12" 31 cm	11,7	29,7	14,3	36,3
14" 36 cm	13,7	34,9	16,3	41,3
16" 41 cm	15,7	40,0	18,3	46,4
18" 46 cm	17,7	45,1	20,3	51,6
20" 51 cm	19,7	50,1	22,3	56,5

* Údaj o šírke opierky chrbta zistíte v čísle dielu opierky chrbta.

Napríklad: Šírka opierky chrbta s číslom dielu J3SCMTS36 je 36 cm.



Tabuľka 2

Šírka opierky J3 Back (všetky kontúrovania)	Priemer tyče (obr. 2-B)			
	Min. šírka		Max. šírka	
	palce	cm	palce	cm
14-20" (36-51 cm)	3/4	1,9	1-1/8	2,85

INŠTALÁCIA DRŽIAKOV

Pred začatím inštalácie si prosím prečítajte tieto pokyny.

Počas inštalácie opierky chrbta J3 by nemal byť invalidný vozík obsadený užívateľom. Keď ste už nainštalovali opierku chrbta a potrebujete vykonať menšie nastavenia, môže sa do vozíka jeho užívateľ znovu posadiť.

Potrebné nástroje (dodané spolu s opierkou chrbta J3)*

- 4mm imbusový kľúč

- 10mm kľúč



POZNÁMKA: Všade tam, kde sú predpísané nastavenia krútiaceho momentu, dôrazne odporúčame použiť merač krútiaceho momentu (nedodáva sa s opierkou JAY J3 Back), aby sa dosiahol správny krútiaci moment.


Pokyny pre inštaláciu držiakov (Obr. 3, 4, 5)

Platí pre všetky typy hardvéru (kompaktný, kompaktný na vysoké zaťaženie a pôvodný (starý) štandardný).


1. Opierku chrbta nachádzajúcu sa na invalidnom vozíku odstráňte podľa pokynov výrobcu vozíka.
2. Pohľadom určite želanú polohu držiakov na chrbtových tyčiach invalidného vozíka. Upevňovacie súčasti by mali byť na každom chrbtovom stĺpiku v približne rovnakej výške (obr. 3) a paralelne s kostrou sedadla (obr. 4). Vyššie umiestnenie na chrbtových tyčiach býva všeobecne lepšie.
3. Držiaky upevnite. (Obr. 5)
 - a. Dodaným 4mm imbusovým kľúčom povoľte upínacie skrutky (A). POZOR – Ak má rúra veľký priemer, je možné, že bude treba upínacie skrutky úplne odstrániť.
 - b. držiaky upevnite na chrbtové tyče (B) invalidného vozíka a vyrovnajte ich.
 - c. Upínacie skrutky (A) utiahnite rukou. POZOR– Je možné, že bude treba držiaky ďalej nastavovať do bokov, aby bola zabezpečená ich správna poloha.

Upevnenie a vyrovnanie chrbtovej kostry J3 (obr. 6)


- a. Povoľte matice (C) na konzolách a na montážnych kolíkoch (F) pomocou 10mm kľúča, kým sa nebudú dať držiaky ľahko posúvať vo všetkých smeroch.
- b. Opierku chrbta J3 upevnite do držiakov tak, že vložíte ľavý a pravý montážny kolík (D) do ľavého a pravého držiaka (E).
- c. Opierku chrbta umiestnite do vhodnej polohy vzhľadom k vozíku a užívateľovi.
- d. Ručne utiahnite matice na vnútornej strane montážneho kolíka (F).
POZNÁMKA – Môže byť potrebné dodatočné nastavenie hĺbky a uhla chrbtovej opierky, aby sa zabezpečilo správne prispôbenie používateľovi.
- e. Rukou utiahnite matice na konzolách (C). POZOR – Je možné, že výšku opierky chrbta budete musieť doladiť tak, aby vyhovovala užívateľovi.
- f. Skontrolujte uvoľnenie opierky chrbta: stlačte uvoľňovacie páčky dopredu a opierku chrbta vyberte z vozíka. (Ďalšie informácie nájdete v časti Demontáž a výmena.) Držiaky sa nachádzajú v správnej polohe vtedy, keď je možné opierku chrbta ľahko vložiť a vybrať.
- g. Ak nie sú v správnej polohe, komponenty nastavujte, kým nebudú uložené správne.
- h. Keď sú držiaky v správnej polohe, utiahnite ich upínacie skrutky. Odporúča sa uťahovací moment 8,5 - 9,3 Nm (75 - 85 in-lb).




Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6

NASTAVENIE VÝŠKY, HLĚBKY A UHLA J3

Prvá fáza inštalácie držiakov opierky chrbta J3 je ukončená. Teraz je vhodný čas na to, aby sa užívateľ posadil do vozíka a opierka chrbta J3 mu bola upravená na jeho potreby. Užívateľ by sa nemal o opierku chrbta ešte opierať plnou silou, pretože nie je utiahnutá podľa špecifikácií plným ťahovacím momentom.

1. Nastavenie výšky (Obr. 10)

- Zistíte želanú výšku opierky chrbta, keď je užívateľ vo vozíku. Keď ju zistíte, užívateľ by sa mal podľa možnosti nakloniť alebo posunúť trochu dopredu, aby na opierku chrbta J3 nevyvíjal tlak a umožnil tak jej nastavenie.
- Povoľte matice na konzolách (A) a upravte výšku chrbtovej kostry do želanej polohy.
- Bezpečne utiahnite matice na konzolách (A). Odporúča sa ťahovací moment 8,5 - 9,3 Nm.

POZOR – Po skončení nastavovania výšky skontrolujte, či sa nechtiac nezmenila šírka.

2. Nastavenie hĺbky/uhla (obr. 11, 12 a 13)

Upozorňujeme, že je možné objednať dva typy hardvéru – štandardný hardvér (obr. 11) alebo dlhší nastaviteľný hardvér (obr. 12). Obe súbory hardvéru sa nastavujú rovnako, ale štandardný hardvér umožňuje nastavenie hĺbky o 2 palce (5 cm) (obr. 11), zatiaľ čo dlhší hardvér (nastaviteľný hardvér) umožňuje nastavenie hĺbky celkovo o 3,4 palca (8,65 cm) (obr. 12).

- Ak chcete nastaviť hĺbku a uhol opierky J3 Back, uvoľnite ľavú a pravú maticu (obr. 13-B) na otvoroch konzoly.
- Nastavte hĺbku a/alebo uhol a bezpečne ich utiahnite. Odporúča sa ťahovací moment 11,3 - 12,4 Nm. Dbajte na to, aby sa matice na nastavenie hĺbky (obr. 13-B) neskĺzli alebo nepretočili.
- Ak sa vyžaduje ďalšia hĺbka, vyberte opierku chrbta z držiakov. Odstráňte skrutky (obr. 11-D, 12-D) z prijímača pomocou priloženého 4 mm šesťhranného kľúča a nastavte ich do požadovanej hĺbky. Poznámka: Pred výmenou skrutiek sa dôrazne odporúča naniesť na prijímač a závit skrutiek vhodný stredne pevný zaisťovač závitov, napr. loctite 243, ak sa má meniť poloha opierky. Skrutky utiahnite na 2,8 - 4 Nm. (25-35 in-lb).

⚠ UPOZORNENIE


Dbajte na to, aby boli po dokončení všetkých nastavení všetky držiaky správne utiahnuté a opierka chrbta J3 bola pripravená na použitie.

⚠ UPOZORNENIE


Aby sa zabezpečila optimálna bezpečnosť upevnenia opierky, musí sa pred použitím opierky zasunúť poistný kolík (obr. 14 a 15).



Kompaktný hardvér – 2 nastavenia hĺbky Obr. 11



Hĺbka 1




Hĺbka 2

Kompaktný hardvér HD Obr. 12




Hĺbka 1






Hĺbka 2



Hĺbka 3



Hĺbka 4



INŠTALÁCIA KLAPKY

1. Zdvihnite hornú klapku poťahu J3 Back (obr. 17)
2. Spojením oboch častí suchého zipsu pripevnite klapku k zadnej časti poťahu J3 Back (obr. 17). Zmeňte polohu hornej klapky poťahu tak, aby bola táto nová klapka vložená medzi hornú a dolnú klapku (obr. 18).
3. Odstráňte podsedák z invalidného vozíka a vložte „chvost“ klapky medzi opornú plochu invalidného vozíka a podsedák (obr. 20).
4. Podľa potreby nastavte klapku posunutím chvosta smerom dovnútra alebo von spod sedáka. V prípade potreby sa dá horná časť klapky na operadle sedadla tiež posunúť nahor alebo nadol.
5. Vložte viazacie pásky so suchým zipsom cez príslušné priechodky na klapke, potom oviňte okolo rámu invalidného vozíka a vložte predný koniec cez štrbinu na konci pásky (obr. 21). Utesnite a uzavrite vonkajšie medzery v klapke (obr. 22).

Voliteľné úložné vrečko

POZNÁMKA: K dispozícii je voliteľné úložné vrečko, ktoré sa dá pripevniť na klapku (obr. 16).



Obr. 17



Obr. 18




Obr. 19



Obr. 20



Obr. 21



Obr. 22



Obr. 16



Obr. 23

Dokončená inštalácia klapky J3

UMIESTNENIE POLOHOVACÍCH KOMPONENTOV SPINE ALIGN

Polohovacie komponenty Spine Align boli vyvinuté na poskytovanie opory podľa individuálnych potrieb v rámci „bežných“ chrbtových opierok. (V závislosti od vášho trhu môžu byť s opierkou chrbta dodávané aj komponenty Spine Align.) Komponenty Spine Align namontujete podľa nasledujúcich pokynov.

1. Montáž polohovacieho komponentu Spine Align

- Užívateľ by sa mal podľa možnosti nakloniť alebo posunúť trochu dopredu, aby na opierku chrbta J3 nevyvíjal tlak.
- Uvoľnite pásik so suchým zipsom na hornej klapke poťahu (obr. 24) a zdvihnite poťah dopredu, aby sa odkryla vnútorná strana opierky J3 Back.
- Umiestnite polohovacie komponenty na suchý zips v plášti (obr. 25) a znovu pripevnite hornú klapku poťahu. Poťah stiahnite, pričom horný šev musí byť zarovnaný s horným okrajom kostry. Ak nie je šev zarovnaný, je možné, že bude treba spodnú časť poťahu trochu uvoľniť (obr. 26).
- Teraz nechajte užívateľa otestovať pohodlie a oporu nastavenia komponentu Spine Align a zopakujte kroky a-c, kým nebude nastavenie dokončené.
- Je možné použiť viaceré konfigurácie a kombinácie komponentov Spine Align. Ak potrebujete ďalšie tvary alebo veľkosti komponentu Spine Align, kontaktujte predajcu alebo spoločnosť Sunrise Medical.



POZOR – Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa systému J3 Spine Align, pozrite si krátky film na webovej stránke www.SunriseMedical.eu

Inštalácia opierky chrbta J3 je hotová.

DOPLNKY J3

Ak ste si objednali doplnky J3, napr. bočné podpory, opierky hlavy alebo popruhy, pozrite si pokyny na inštaláciu týchto predmetov.

Polohovanie komponentov	
Veľká bedrová výplň	
Malá bedrová výplň	
Klin	
Tvarovaná vložka	
Plochá vložka	
Bederná/bočná podpora	
Bočná výplň	
Veľká guľčiková výplň	
Malá guľčiková výplň	



BEZPEČNOSŤ OPIERKY CHRBTU PRI PREPRAVE

Opierka chrbta J3 bola dynamicky testovaná na použitie v motorovom vozidle. Riadte sa prosím všetkými pokynmi na inštaláciu, používanie a údržbu uvedených v tomto návode, ako aj dole uvedenými pokynmi na prepravu.

UPOZORNENIE

NEDODRŽANIE TÝCHTO POKYNOV MÔŽE ZAPRÍČINIŤ VÁŽNE ZRANENIE UŽIVATEĽA INVALIDNÉHO VOZÍKA A ĎALŠÍCH OSÔB.

POKYNY

1. Ak je to možné, užívateľ by si mal presadnúť do originálneho sedadla vo vozidle od jeho výrobcu a používať bezpečnostné pásy vozidla.
2. Vzďialenosť medzi horným okrajom ramien užívateľa a hornou časťou opierky chrbta by nemala prekračovať 6,5" (16,5 cm).
3. Invalidný vozík musí byť označený ako vhodný na používanie vo funkcii sedačky v motorovom vozidle, požiadavky na jeho vlastnosti musia byť dynamicky otestované podľa normy ISO 7176-19 a musí byť nainštalovaný, používaný a udržiavaný v súlade s pokynmi výrobcu.
4. Ak bolo pôvodné sedadlo invalidného vozíka vymenené, nové sedadlo musí spĺňať predpisy týkajúce sa prepravy invalidného vozíka, byť nainštalované a používať sa v súlade s pokynmi výrobcu.
5. Systém WtOrs (z angl. Wheelchair tiedown and Occupant restraint system - systém upevnenia vozíka a zabezpečenia sediaceho) musí byť vhodný na použitie s invalidným vozíkom, používať sa podľa pokynov výrobcu a spĺňať požiadavky výkonu stanovené v smernici ISO 10542.
6. Počas prepravy musí invalidný vozík smerovať dopredu.
7. Aby sa predišlo prípadnému zraneniu cestujúcich vo vozidle, treba demontovať doplnky namontované na vozíku, napr. podnosy a dýchacie zariadenie a samostatne ich zaistiť.
8. Tento výrobok je určený na použitie dospelými s hmotnosťou v rozsahu od 35 kg (79 lb) do 136 kg (300 lb).
9. Zariadenia na podoprenie polohy, napr. pásy na polohovanie kostry, prostriedky na podoprenie prednej časti trupu alebo tela, napr. bočné prostriedky na podoprenie trupu, by sa nemali používať namiesto bezpečnostných pásov v pohybujúcom sa vozidle, ak nespĺňajú ustanovenia smernice ISO 16840-4.
10. Kostra, súčasti ani komponenty zariadenia sa nesmú pozmeňovať ani vymieňať bez konzultácie s výrobcom.

DEMONTÁŽ A VÝMENA

Demontáž

Po inštalácii a nastavení sa v prípade potreby dá opierka chrbta z invalidného vozíka ľahko demontovať. Opierku vyberiete tak, že stlačíte obe uvoľňovacie páčky dopredu, aby sa odistili (obr. 27). Keď sú obe páky v polohe vpredu, jednoducho zdvihnete opierku priamo nahor (obr. 28) pomocou rukoväti umiestnenej na hornej strane opierky.

Správne opätovné upevnenie opierky po vybratí

Ak chcete opierku chrbta znovu upevniť do držiakov, jednoducho zarovnajte kolíky do správnej polohy na držiakoch a zatlačte ich na svoje miesto (obr. 29). Ak ich vložíte správne, kolíky zacvaknú do zaistenej polohy.

⚠ UPOZORNENIE

Ak si nie ste istý, či ste počuli zvuk zacvaknutia, ťahajte opierku pomocou rukoväte nahor, aby ste sa presvedčili, že je bezpečne zaistená.

Zaist'ovacie kolíky (obr. 30)

Opierka chrbta J3 sa dodáva s dvomi zaist'ovacími kolíkmi, ktoré po zaistení zabráňujú uvoľneniu opierky z invalidného vozíka. Kolíky (A) zaistíte, keď ich vložíte do montážnych držiakov (B). Ak chcete opierku rýchlo demontovať, kolíky jednoducho odstráňte.




Obr. 27




Obr. 29



Obr. 28



Obr. 30



KONTRAINDIKÁCIE:**⚠ UPOZORNENIE**

Nepoužívajte ani nepredpisujte túto chrbtovú opierku pre osoby, ktoré prekračujú uvedenú maximálnu hmotnosť používateľa.

RECYKLÁCIA/OPÄTOVNÉ POUŽITIE:**⚠ UPOZORNENIE**

- **Nebezpečenstvo úrazu**
- **Pred odovzdaním výrobku inému používateľovi vždy nechajte skontrolovať autorizovaným predajcom spoločnosti Sunrise Medical, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, NEPOUŽÍVAJTE TENTO VÝROBOK.**
- **Nedodržanie týchto upozornení môže viesť k vážnym poraneniam.**

Tento výrobok je vhodný na opakované použitie*:

- Nechajte autorizovaného predajcu spoločnosti Sunrise Medical skontrolovať, či plášť, montážny hardvér, pena a potah nie sú poškodené alebo opotrebované. Ak sa zistí akékoľvek poškodenie, nepoužívajte znova.
- Vyčistite a vydezinfikujte plášť, montážny hardvér, penu a potah v súlade s miestnymi štátnymi predpismi. O radu požiadajte miestny úrad pre kontrolu infekcií.
- Po vyčistení a dezinfekcii nechajte autorizovaného predajcu spoločnosti Sunrise Medical opätovne skontrolovať plášť, hardvér, penu a kryt, aby sa uistil, že proces čistenia/dezinfekcie nespôsobil žiadne poškodenie.

⚠ VÝSTRAHY!

- **Nedodržanie pokynov na opakované použitie môže viesť k vážnemu poraneniu používateľa.**
- **Pri opätovnom použití by mal tento výrobok upraviť a prispôsobiť novému používateľovi autorizovaný predajca spoločnosti Sunrise Medical alebo lekár.**

OBMEDZENÁ 24-MESAČNÁ ZÁRUKA**OBMEDZENÁ 24-MESAČNÁ ZÁRUKA**

Každá opierka chrbta JAY J3 je dôkladne kontrolovaná a testovaná, aby poskytovala čo najlepší výkon. Garantujeme, že každá opierka chrbta JAY J3 bude počas 24 mesiacov od dátumu kúpy pri normálnom používaní bez chýb materiálov a vypracovania. Ak by sa vyskytli materiálové, alebo výrobné poruchy počas obdobia 24 mesiacov od pôvodného dátumu kúpy, Sunrise Medical ho bezplatne opraví, podľa možnosti, alebo vymení. Táto záruka sa nevzťahuje na prepichnutie, roztrhnutie alebo prepálenie materiálu, ani na snímateľný potah opierky chrbta.

Požiadavky a opravy by mali byť vykonané u najbližšieho autorizovaného dodávateľa. Okrem expresných garancií, ktoré boli odvtedy vydané, všetky iné garancie, vrátane spomenutých garancií predaja a garancie spôsobilosti na konkrétne použitie sú vylúčené. Neexistujú žiadne garancie, ktoré pôsobia mimo práve uvedeného popisu. Riešenie porušenia expresnej garancie sú limitované na opravu alebo na výmenu tovaru. Náhrada škody vyplývajúca z porušenia záruky nezahŕňa v žiadnom prípade náhradu následných škôd, ani nepresahuje sumu za predaný nevhodný tovar.

Druh:	Názov výrobku/ číslo SKU	 XXXX-XX-XX	Dátum výroby
Dátum:	ŠARŽA: definovaná podľa juliánskeho dátumu	Kód dielu	Číslo montážneho dielu
 XXX mm	Šírka sedadla	MD	Tento symbol označuje zdravotnícku pomôcku
 XXX mm	Hĺbka sedu		Adresa výrobcu
 XXX kg	Max. hmotnosť používateľa:	EC REP	Európsky autorizovaný zástupca
CE	CE značka	UK RP	Zodpovedná osoba v Spojenom kráľovstve
UK CA	Označenie UKCA	CH REP	Adresa zástupcu pre Švajčiarsko
	Pozrite si návod na používanie		Adresa dovozcu

VZOR

JAY

Part Code:

Date: 

cm cm kg


   Max

 SUNRISE MEDICAL (US) LLC
12002 VOLUNTEER BLVD.
MOUNT JULIET, TN 37122, USA

 Sunrise Medical GmbH
Kaltbachring 2-4
69254 Malsch / HD
Germany

 Sunrise Medical Ltd.
Thorns Road, Brierley Hill
West Midlands DY5 2LD
United Kingdom

Assembled in Mexico



106132 REV. K 



ISO 7010-M002
Musíte si prečítať návod
na používanie/brožúru!
(Modrá ikona)

Riadiaci systém spoločnosti SUNRISE MEDICAL je certifikovaný normami EN ISO 13485 a ISO 14001.

Nám v SUNRISE MEDICAL bol udelený certifikát ISO 13485, ktorý potvrdzuje kvalitu našich výrobkov počas celého procesu od vývoja až po výrobu. Tento výrobok spĺňa požiadavky v súlade s predpismi EÚ a Spojeného kráľovstva. Uvedené možnosti alebo príslušenstvo sú k dispozícii na zakúpenie zvlášť.

Indikácie

Rôzne varianty nastavenia operadla, ako aj rôzne polohovacie komponenty, ktoré zabezpečujú polohovú oporu, distribúciu tlaku, zvyšujú toleranciu sedenia a prispievajú k plneniu požiadaviek a indikácií každého používateľa znamenajú, že toto zariadenie môžu používať používatelia s rôznymi potrebami nastavenia polohy a indikáciami:

- Poranenie miechy
- Amputácia
- Kontraktúra kĺbov
- Skleróza multiplex
- Tetraplégia
- Mozgová obma
- Neurologické ochorenie (hemiplegia, Parkinsonova choroba)
- Svalová dystrofia
- Defekt končatiny/deformácia končatiny

Kontraindikácie

Žiadne kontraindikácie nie sú známe ani dostupné.

POZNÁMKA: Všeobecné odporúčania pre používateľov. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok fyzické zranenie, poškodenie výrobku alebo poškodenie životného prostredia!

Upozornenie pre používateľa a/alebo pacienta: akákoľvek vážna udalosť, ktorá sa vyskytne v súvislosti s pomôckou, by sa mala nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ a/alebo pacient pobyť.



Spoločnosť SUNRISE MEDICAL ako výrobca vyhlasuje, že tento produkt je v súlade s nariadením o zdravotníckych pomôckach (2017/745).

Špeciálne úpravy B4Me

Spoločnosť Sunrise Medical dôrazne odporúča, aby si používatelia ešte pred prvým použitím vozíka dôkladne prečítali všetky informácie pre používateľa dodané s vozíkom B4Me a porozumeli im, aby bolo zaručené správne používanie a funkčnosť vozíka B4Me podľa odporúčaní výrobcu. Spoločnosť Sunrise Medical používateľom zároveň odporúča, aby informácie pre používateľa po prečítaní nevyhodili, ale aby ich odložili pre budúce použitie.

Kombinácie s inými zdravotníckymi pomôckami

Túto zdravotnícku pomôcku je možné kombinovať s jednou alebo viacerými zdravotníckymi pomôckami alebo inými výrobkami. Informácie o tom, ktoré kombinácie sú možné, nájdete na internetovej stránke www.SunriseMedical.eu. Všetky uvedené kombinácie boli otestované a spĺňajú všeobecné požiadavky na bezpečnosť a výkon v súlade s oddielom 14.1 nariadenia 2017/745 o zdravotníckych pomôckach. Usmernenia týkajúce sa príslušných kombinácií, napríklad spôsob montáže, nájdete na internetovej stránke www.SunriseMedical.eu

Sunrise Medical priporoča, da se posvetujete s kliničnim zdravnikom, kot je zdravnik ali terapevt, ki ima izkušnje s sedenjem in pozicioniranjem, da ugotovite, ali je hrbtni naslon J3 Back primeren.

⚠ OPOZORILO!

Hrbtni naslon sme namestiti samo:

- pooblaščen dobavitelj podjetja Sunrise Medical.
- kvalificiran in kompetenten zdravstveni delavec, ki je opravil ustrezno certificirano usposabljanje pri podjetju Sunrise Medical ali pri njihovem pooblaščenem dobavitelju.

NAMENSKA UPORABA HRBTNEGA NASLONA JAY J3 BACK

Hrbtni naslon JAY J3 Back je namenjen zagotavljanju podpore za hrbet najrazličnejšim uporabnikom invalidskih vozičkov. Zasnovan je za zagotavljanje preproste, udobne in učinkovite podpore, ki pomaga povečati delovanje in poveča toleranco pri sedenju. Poleg tega je lahek, vzdržljiv in enostaven za uporabo.

Hrbtni naslon je mogoče namestiti na široko paleto invalidskih vozičkov.

Največja teža uporabnika:

300 lbs. (136 kg) – kompaktno (in staro standardno okovje)

500 lbs. (227 kg) – težko kompaktno okovje

Predvidena življenjska doba tega izdelka je 5 let.

⚠ OPOZORILO

Namestitev hrbtna podpore na invalidski voziček lahko vpliva na težišče invalidskega vozička in lahko povzroči, da se invalidski voziček prevrne nazaj, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

Vedno ocenite morebitno potrebo po varnostnih kolesih ali nosilcih za adapter osovine za osebe z amputacijo na invalidski voziček, da povečate stabilnost.

⚠ OPOZORILO

Hrbtnega naslona J3 Back ne uporabljajte za potiskanje ali dviganje invalidskega vozička. Nepravilna uporaba lahko povzroči, da se hrbtni naslon nepričakovano loči od invalidskega vozička.

⚠ OPOZORILO

Ročaja hrbtnega naslona J3 Back ne uporabljajte za dvig invalidskega vozička. Namenjen je samo za odstranjevanje hrbtnega naslona.


⚠ OPOZORILO

Nepazljivost povzroči požar.

⚠ OPOZORILO

Pred uporabo preberite ta priročnik.

HRBTNI NASLON J3 BACK



Kompaktno okovje

Kompaktno okovje HD

VZDRŽEVANJE

Podjetje Sunrise priporoča, da se vsi pritrdilni elementi vsakih 6 mesecev preverijo glede obrabe, kot so npr. zrahljani vijaki ali okvarjene komponente. Razrahljane pritrditvene sponke ponovno pritrdite v skladu z navodili za namestitvev. Vse pritrdilne elemente je treba zategniti v skladu s specifikacijami navora, kot je navedeno v razdelku o namestitvi okovja. Nemudoma se obrnite na svojega pooblaščenega dobavitelja podjetja Sunrise Medical, da zamenja vse okvarjene komponente. Ne nadaljujte z uporabo sistema, potem ko ste odkrili razrahljane ali okvarjene komponente.

PREPROSTO ČIŠČENJE

OPOMBA: pri razstavljanju hrbtnega naslona za čiščenje upoštevajte položaj komponent Velcro® Spine Align za pravilno ponovno sestavljanje.

Za čiščenje prevleke hrbtnega naslona

Odstranite prevleko tako, da odpnete Velcro trakove (ježke). Odstranite prevleko s školjke hrbtnega naslona. Poiščite zadrgo na dnu prevleke in jo odprite. Odstranite peno in prevleko obrnite navzven. Zapnite zadrgo prevleke, da preprečite zatikanje. Strojno pranje v topli vodi (60 °C). Pustite jo, da se odcedi ali jo posušite v sušilnem stroju na nizki temperaturi.

OPOMBA:

- Prevlek ne čistite kemično in ne uporabljajte industrijskih pralnih in sušilnih strojev za čiščenje prevlek.
- Ne čistite s paro v avtoklavu.
- Ne uporabljajte belil.

Ponovno vstavite peno v prevleko. Upoštevajte, da ima osnova dve plasti pene. Pri ponovnem vstavljanju pene zagotovite, da je tanjša »svetlo siva« pena obrnjena proti lupini. Ko je pena pritrjena v prevleki, zapnite zadrgo prevleke.

Za čiščenje školjke hrbtnega naslona

Školjko lahko do čistega obrišete z milom in vodo. Drugo vzdrževanje ni potrebno.

Za čiščenje komponent za pozicioniranje

Komponente za pozicioniranje lahko do čistega obrišete z milom in vodo. Pozicionirnih komponent ne potaplajte pod vodo. Če imate dodatna vprašanja v zvezi s postopki čiščenja, se obrnite na svojega pooblaščenega prodajalca Sunrise Medical.

Higienski ukrepi pri ponovni uporabi

Pred ponovno uporabo invalidskega vozička mora biti le-ta skrbno pripravljen. Vse površine, ki prihajajo v stik z uporabnikom, je potrebno obdelati z dezinfekcijskim razpršilom. V ta namen morate uporabiti razkužilo s seznama DGHM, npr. Antifect Liquid (Schülke & Mayr), namenjeno hitremu razkuževanju medicinskih izdelkov in medicinskih pripomočkov na alkoholni osnovi. Upoštevajte navodila proizvajalca za razkužilo, ki ga uporabljate. Na splošno pa ni mogoče zagotoviti popolne dezinfekcije na šivih. Zato priporočamo, da sedežno in hrbtno platno zavržete, da preprečite mikrobakterijsko kontaminacijo z aktivnimi sredstvi v skladu z vašo lokalno zakonodajo o zaščiti pred okužbami.

Pogoji za varno shranjevanje

- Izdelke je treba hraniti v suhem prostoru, pri relativni vlažnosti 20–75 %.
- Zaščitite pred izpostavljenostjo neposredni sončni svetlobi in prahu za daljše časovno obdobje.
- Proč od neposredne vročine in pri temperaturi med 5 °C (40 °F) in 40 °C (104 °F)
- Pakirane izdelke postavite in zložite v skladu s puščicami »ta stran navzgor« na embalaži.
- Če je paket visok in ozek in zato potencialno nestabilen, se prepričajte, da je dobro pritrjen na paleti ali v regal, da preprečite njegov padec.
- Ne zlagajte ničesar na zapakirane izdelke, ko je na embalaži prikazana oznaka »ne zlagaj«.
- Izdelek ne sme biti nikoli shranjen zunaj in izpostavljen vremenskim vplivom.

Simboli za nego perila	
	Strojno pranje v topli vodi (60 °C)
	Samo belilo brez klora, kadar je potrebno
	Sušite brez ožemanja
	Ne likajte
	Ne čistite kemično

UGOTAVLJANJE ZDRUŽLJIVOSTI

Vrste invalidskih vozičkov

Hrbtni naslon J3 Back je zasnovan tako, da je združljiv z večino invalidskih vozičkov z naslednjimi izjemami: invalidskih vozičkov, ki so nastavljivi pod kotom, se nagibajo nazaj ali naprej in imajo za posledico kot naslona večji od 60 stopinj glede na navpičnico, se ne sme uporabljati.



OPOZORILO


Uporaba s temi vrstami invalidskih vozičkov lahko povzroči, da se hrbtni naslon po nesreči odklopi od invalidskega vozička, kar povzroči padec in možnost hudih telesnih poškodb.

Dimenzije invalidskega vozička

Hrbtni naslon J3 Back je zasnovan tako, da nadomesti oblazinjenje invalidskega vozička z zanko. Pred namestitvijo preverite, ali ima uporabljeni invalidski voziček primerne cevi hrbtnega naslona, tako da izmerite širino med cevmi naslona, kot je prikazano na sliki 1. Nato s to meritvijo preverite preglednico 1, da ugotovite, ali bo naslon ustrezal vašemu vozičku.

Nato preverite, ali so cevi naslona primerne premera. Okovje hrbtnega naslona J3 Back je mogoče namestiti na palice naslona invalidskega vozička v velikosti od 1,9 cm (3/4") do 2,85 cm (1 1/8"). Izmerite premer cevi hrbtnega naslona (sl. 2) in si oglejte preglednico 2, da zagotovite, da sta vaši cevi naslona združljivi.

Če ne morete ugotoviti, ali sta cevi hrbtnega naslona združljivi, se obrnite na svojega pooblaščenega dobavitelja Sunrise Medical ali službo za stranke Sunrise Medical.




Preglednica 1

Širina hrbtnega naslona J3 Back* (vse globine)	Širina cevi hrbtnega naslona od zunanje strani do zunanje strani cevi (sl. 1-A)			
	Najmanjša širina		Največja širina	
	inch	cm	inch	cm
12" 31 cm	11,7	29,7	14,3	36,3
14" 36 cm	13,7	34,9	16,3	41,3
16" 41 cm	15,7	40,0	18,3	46,4
18" 46 cm	17,7	45,1	20,3	51,6
20" 51 cm	19,7	50,1	22,3	56,5

* Širina hrbtnega naslona je navedena v številki artikla vašega hrbtnega naslona.

Primer: J3SCMTS36 je hrbtni naslon s širino 36 cm.



Preglednica 2

Širina hrbtnega naslona J3 Back (vse konture)	Premer palice (sl. 2-B)			
	Najmanjša širina		Največja širina	
	inch	cm	inch	cm
14-20" (36-51 cm)	3/4	1,9	1-1/8	2,85

NAMESTITEV MONTAŽNEGA OKOVJA

Pred začetkom namestitve preberite naslednja navodila.

Za namestitev hrbtnega naslona J3 Back je najbolje začeti brez uporabnika v invalidskem vozičku. Ko je hrbtni naslon nameščen in so potrebne manjše prilagoditve, se lahko uporabnik usede nazaj v invalidski voziček.

Potrebna orodja (priložena hrbtnemu naslonu J3 Back)*

- šestrobi ključ 4 mm



- viličasti ključ 10 mm



OPOMBA: Kjerkoli so navedene nastavitve navora, je močno priporočljivo, da se za preverjanje pravilne specifikacije navora uporabi merilnik navora (ni priložen naslonu JAY J3 Back).


Navodila za namestitev okovja (sl. 3, 4, 5)

Velja za vse vrste okovja (kompaktno, težko kompaktno in staro standardno).


1. Odstranite obstoječi hrbtni naslon invalidskega vozička v skladu z navodili proizvajalca invalidskega vozička.
2. Vizualno določite želeno mesto sprejemnikov na palicah naslona invalidskega vozička. Montažno okovje mora biti na približno enaki višini na vsaki zadnji opori (sl. 3) in vzporedna z okvirjem sedišča (sl. 4). Višja mesta na ceveh naslona so na splošno boljša.
3. Pritrdite sprejemnike okovja. (Slika 5)
 - a. Odvijte vpenjalne vijake (A) s priloženim šestrobim ključem 4 mm. **OPOMBA**– Pri velikih premerih cevi bo morda treba popolnoma odstraniti vpenjalne vijake.
 - b. Pritrdite in poravnajte sprejemnik s cevmi hrbtnega naslona invalidskega vozička (B).
 - c. Ročno privijte vpenjalne vijake (A). **OPOMBA** – Sprejemniki lahko zahtevajo dodatno stransko nastavitve, da se zagotovi pravilna poravnava.

Pritrditev in poravnava školjke hrbtnega naslona J3 Back (sl. 6)


- a. Zrahljajte matice nosilca (C) in matice pritrdilnih zatičev (F) z uporabo 10-mm viličastega ključa, dokler se okovje ne premika brez težav v vse smeri.
- b. Naslon J3 Back pritrdite na sprejemnike okovja tako, da v levi in desni sprejemnik (E) vstavite levi in desni pritrdilni zatič (D).
- c. Hrbtni naslon postavite na približno mesto glede na voziček in uporabnika.
- d. Ročno pritegnite matice na notranji strani pritrdilnega zatiča (F). **OPOMBA** – Globina in kot hrbtnega naslona bosta morda zahtevala dodatno prilagoditev, da se zagotovi pravilno prileganje uporabniku.
- e. Ročno pritegnite matice nosilca (C). **OPOMBA**– Višina hrbtnega naslona bo morda zahtevala dodatno prilagoditev, da se zagotovi pravilno prileganje uporabniku.
- f. Preizkusite sproščanje hrbtnega naslona tako, da pritisnete ročici za sprostitve naprej in odstranite hrbtni naslon z vozička. (Za dodatne podrobnosti glejte poglavje Odstranjevanje in zamenjava.) Pravilna poravnava montažnega okovja in hrbtnega naslona se doseže, ko sta mogoči enostavna pritrditev in sprostitve.
- g. Če pravilna poravnava ni bila dosežena, prilagodite komponente, dokler niso pravilno poravnane.
- h. Ko so pravilno poravnane, pritegnite vpenjalne vijake okovja. Priporočena specifikacija navora je 8.5–9.3 Nm (75–85 in-lbs).




Slika 3



Slika 4



Slika 5



Slika 6

PRILAGODITEV VIŠINE, GLOBINE IN KOTA J3 BACK

Prva faza namestitve okovja hrbtnega naslona J3 Back je končana. Zdaj je pravi čas, da se uporabnik usede nazaj na voziček za prilagoditev hrbtnega naslona J3 Back po meri. Uporabnik naj ne izvaja polnega pritiska na hrbtni naslon, ker ni popolnoma privit glede na zahteve polnega navora.

1. Nastavitev višine (slika 10)

- Ko je uporabnik na vozičku, določite želeno višino hrbtnega naslona. Ko je določena, naj uporabnik odstrani pritisk s hrbtnega naslona J3 Back tako, da se nagne ali delno zdrsne naprej, če je to mogoče, da omogoči prilagoditev.
- Odvijte matice nosilca (A) in nastavite višino školjke hrbtnega naslona na zeleni položaj.
- Trdno pritegnite matice nosilca (A). Priporočena specifikacija navora je 8,5–9,3 Nm (75–85 in-lbs). (8,5 - 9,3 Nm).

OPOMBA: Po končani prilagoditvi višine preverite, da ni bila širina nehote spremenjena.

2. Prilagoditev globine/kota (sl. 11, 12 in 13)

Upoštevajte, da lahko naročite dve vrsti okovja – standardno okovje (sl. 11) ali daljše, nastavljivo okovje (sl. 12). Oba sklopa okovja se nastavita enako, vendar standardno okovje omogoča 5 cm (2 palca) prilagoditve globine (sl. 11), medtem ko razširjeno okovje (prilagodljivo okovje) omogoča skupno 8,65 cm (3,4 palca) prilagoditev globine (sl. 12).

- Za prilagoditev globine in kota hrbtnega naslona J3 Back popustite levo in desno matico (sl. 13-B) na režah nosilca.
- Prilagodite globino in/ali kot in trdno pritegnite. Priporočena specifikacija navora je 8,5–9,3 Nm (100–110 in-lbs). (11,3 - 12,4 Nm). Prepričajte se, da nobena od matic za prilagoditev globine (sl. 13-B) ne bo zdrsnila ali se zavrtela.
- Če je potrebna dodatna globina, odstranite hrbtni naslon iz sprejemnikov. Odstranite vijake (sl. 11-D, 12-D) iz sprejemnika s pomočjo priloženega 4-mm šestrobega ključa in jih premaknite na želeno globino. Opomba: Pred zamenjavo vijakov nanesite ustrezno sredstvo za varovanje navojev srednje trdnosti, npr. loctite 243 je močno priporočljiv za sprejemnik in navoje vijakov, če je treba hrbtni naslon prestaviti. Vijake pritegnite na 2,8–3,9 Nm (25–35 in-lbs). (2,8 - 4 Nm).

⚠ OPOZORILO

Prepričajte se, da je vse okovje pravilno privito, ko so vse prilagoditve končane in je hrbtni naslon J3 Back pripravljen za uporabo.


⚠ OPOZORILO

Da bi zagotovili optimalno varnost pritrditve hrbtnega naslona, je treba pred uporabo hrbtnega naslona vstaviti zaklepni zatič (sl. 14 in 15).



Slika 10


Kompaktno okovje – nastavitev 2 globin Slika 11



Globina 1

Globina 2

Kompaktno okovje HD Slika 12




Globina 1


Globina 2

Globina 3


Globina 4



Slika 13



Slika 14



Slika 15

NAMESTITEV POKRIVNEGA PLATNA

1. Dvignite zgornji zavihek prevleke hrbtnega naslona J3 Back (sl. 17)
2. Spojite zgornji in spodnji del ježka in pritrdite pokrivno platno na zadnjo stran prevleke hrbtnega naslona J3 Back (sl. 17). Premaknite zgornji zavihek prevleke tako, da pokrivno platno stisnete med zgornji in spodnji zavihek (sl. 18).
3. Odstranite sedežno blazino z invalidskega vozička in stisnite »rep« pokrivnega platna med podporno površino invalidskega vozička in sedežno blazino (sl. 20).
4. Po potrebi prilagodite pokrivno platno tako, da rep premaknete navznoter ali navzven izpod sedežne blazine. Po potrebi lahko zgornji del pokrivnega platna premaknete navzgor ali navzdol tudi na naslonu sedeža.
5. Trakove z ježki vstavite skozi ustrezne odprtine na pokrivnem platnu, nato jih ovijte okoli ogrodja invalidskega vozička in vstavite vodilni konec skozi režo na traku (sl. 21). Pritrdite in zaprite zunanje reže v pokrivnem platnu (sl. 22).

Opcijska torba za shranjevanje

OPOMBA: Na voljo je opsijska torba za shranjevanje, ki jo lahko pritrdite na pokrivno platno (sl. 16).



Slika 17



Slika 18




Slika 19



Slika 20



Slika 21



Slika 22



Slika 16



Slika 23

Končana namestitev pokrivnega platna J3

KOMPONENTE ZA POZICIONIRANJE SPINE ALIGN

Komponente za pozicioniranje Spine Align so oblikovane tako, da zagotavljajo individualno oblikovano oporo znotraj hrbtnega naslona, ki je »takoj na voljo«. (Odvisno od vašega trga so lahko komponente Spine Align priložene vašemu hrbtnemu naslonu.) Za namestitev Spine Align preberite naslednja navodila.

1. Namestitev komponent za pozicioniranje Spine Align

- Uporabnik naj zmanjša pritisk na hrbtni naslon J3 Back tako, da se nagne ali delno zdrsne naprej, če je to mogoče.
- Sprostite trak Velcro (ježek) na zgornjem zavihek prevleke (sl. 24) in dvignite prevleko naprej, da odkrijete notranjost hrbtnega naslona J3 Back.
- Postavite komponente za pozicioniranje na trak Velcro v notranjosti školjke (sl. 25) in ponovno pritrdite zgornji zavihek prevleke. Povlecite navzdol in se prepričajte, da je zgornji šiv poravnan z vrhom školjke. Če se šiv ne poravna, bo morda treba zrahljati spodnji del prevleke (sl. 26).
- Uporabnik naj preizkusi trenutno namestitev Spine Align glede udobja in podpore ter ponavlja korake od a do c, dokler prilagoditev ni končana.
- Uporabite lahko več konfiguracij in kombinacij komponent Spine Align. Če so potrebne dodatne oblike ali velikosti Spine Align, se obrnite na vašega prodajalca ali podjetje Sunrise Medical.



NOTE: Če potrebujete dodatne informacije o sistemu J3 Spine Align, si oglejte našo animacijo na spletnem mestu www.sunrisemedical.com.

Namestitev hrbtnega naslona J3 Back je končana.

DODATNA OPREMA J3

Če ste naročili dodatno opremo J3, kot so stranske opore, nasloni za glavo ali varnostni pasovi, si oglejte navodila za namestitev, povezana s temi izdelki.

Komponente za pozicionira	
Velika ledvena	
Mala ledvena	
Klinasta podloga	
Ukrivljena podloga	
Ravna podloga	
Posteriorna/stranska medenična	
Stranska podloga	
Velika vreča za sedenje	
Majhna vreča za sedenje	



VARNOST HRBTNEGA NASLONA PRI PREVOZU

Hrbtni naslon J3 Back je bil dinamično testiran za uporabo v motornem vozilu. Upoštevajte vsa navodila za namestitvev, uporabo in vzdrževanje v tem priročniku ter navodila za prevoz, navedena spodaj.

OPOZORILO

**NEUPOŠTEVANJE TEH OPOZORIL LAHKO
POVZROČI HUDE TELESNE POŠKODBE
UPORABNIKA VOZIČKA ALI DRUGIH OSEB.**

NAVODILA

1. Če je mogoče in izvedljivo, naj se uporabnik premesti na sedež vozila proizvajalca originalne opreme in uporabi zadrževalni sistem vozila.
2. Razdalja med zgornjim delom ramen uporabnika in zgornjim delom naslona ne sme presegati 16,5 cm (6,5").
3. Invalidski voziček mora biti označen kot primeren za uporabo kot sedež v motornem vozilu, dinamično preizkušen v skladu z zahtevami glede zmogljivosti iz standarda ISO 7176-19 ter nameščen, uporabljen in vzdrževan v skladu z navodili proizvajalca.
4. Če je bil originalni sedež invalidskega vozička zamenjan, mora biti novi sedež odobren za prevoz invalidskega vozička, nameščen in uporabljen, kot je navedeno v navodilih proizvajalca.
5. Sistem za pritrditev invalidskega vozička in zadrževalni sistem za uporabnika invalidskega vozička (WTORS) mora biti združljiv z določenim invalidskim vozičkom, ki se uporablja, kot je navedeno v navodilih proizvajalca, in mora biti v skladu z zahtevami glede zmogljivosti iz standarda ISO 10542.
6. Invalidski voziček mora biti med prevozom obrnjen naprej.
7. Da bi zmanjšali možnost telesnih poškodb uporabnikov v vozilu, je treba dodatno opremo, nameščeno na invalidski voziček, kot so mizice in dihalna oprema, odstraniti in pritrditi ločeno.
8. Ta izdelek je namenjen za uporabo pri odraslih osebah s težo od 35 kg (79 lbs) do 136 kg (300 lbs).
9. Pri zadrževanju uporabnikov v premikajočem se vozilu se ne smete zanašati na naprave za podporo pri drži, kot so medenični pasovi, sprednje opore za trup ali podpore pri drži, kot so stranske opore za trup, razen če so označene kot skladne s standardom ISO 16840-4.
10. Predelave ali zamenjave konstrukcije, delov ali komponent niso dovoljene oz. jih ni dovoljeno opraviti brez predhodnega posveta s proizvajalcem.

ODSTRANJEVANJE IN ZAMENJAVA

Odstranjevanje

Po namestitvi in prilagoditvi lahko hrbtni naslon po potrebi enostavno odstranite z invalidskega vozička. Za odstranitev potisnite obe ročici za sprostitev naprej, da se odkleneta (sl. 27). Ko sta obe ročici v položaju naprej, preprosto dvignite hrbtni naslon naravnost navzgor (sl. 28) z ročajem, ki se nahaja na vrhu hrbtnega naslona.

Pravilna ponovna pritrditev po odstranjevanju

Za ponovno pritrditev hrbtnega naslona v sprejemnike okovja preprosto poravnajte zatiče s sprejemniki in jih potisnite na svoje mesto (sl. 29). Ob pravilni vstavitvi zatiči »kliknejo« v zaklenjen položaj.

⚠ OPOZORILO

Če niste prepričani, ali ste slišali zaklepni »klik«, povlecite hrbtni naslon z ročajem navzgor, da se prepričate, da je varno zaklenjen.

Zaklepni zatiči (sl. 30)

Hrbtni naslon J3 Back je opremljen z dvema zaklepoma zatičema, ki, ko sta pritrjena, preprečujeta, da bi se hrbtni naslon sprostil z vozička. Za zaklepanje vstavite zatiče (A) v montažne sprejemnike (B). Preprosto odstranite zatiče, če želite možnost hitre sprostitve.




Slika 27




Slika 29



Slika 28



Slika 30



KONTRAINDIKACIJE:**⚠ OPOZORILO**

Ne uporabljajte in ne predpisujte tega hrbtnega naslona za nikogar, ki presega navedeno največjo težo uporabnika.

RECIKLIRANJE/PONOVA UPORABA:**⚠ OPOZORILO**

- Nevarnost telesnih poškodb
- Preden izdelek predate drugemu uporabniku, naj ga pooblaščen prodajalec Sunrise Medical vedno pregleda glede poškodb ali obrabe. Če se odkrije kakršna koli vrsta poškodbe, **NE UPORABLJAJTE TEGA IZDELKA**.
- Neupoštevanje teh opozoril lahko vodi do hudih telesnih poškodb.

Ta izdelek je primeren za ponovno uporabo*:

- Pooblaščen prodajalec Sunrise Medical naj pregleda školjko, montažno okovje, peno in prevleko glede poškodb ali obrabe. Če opazite kakršno koli poškodbo, izdelka ne uporabljajte ponovno.
- Školjko, peno montažnega okovja in prevleko očistite in razkužite v skladu z lokalnimi vladnimi predpisi. Za nasvet se obrnite na lokalni urad za nadzor okužb.
- Po čiščenju in razkuževanju naj pooblaščen prodajalec Sunrise Medical ponovno pregleda školjko, okovje, peno in prevleko, da zagotovi, da postopek čiščenja/razkuževanja ni povzročil nobene škode.

⚠ OPOZORILO:

- Neupoštevanje navodil za ponovno uporabo lahko vodi do hudih telesnih poškodb uporabnika.
- Pri ponovni uporabi mora ta izdelek novemu uporabniku prilagoditi pooblaščen prodajalec Sunrise Medical ali zdravnik.

24-MESEČNA OMEJENA GARANCIJA**24-MESEČNA OMEJENA GARANCIJA**

Vsak hrbtni naslon JAY J3 Back je skrbno pregledan in preizkušen, da zagotovi vrhunsko zmogljivost. Za vsak hrbtni naslon JAY J3 Back je zagotovljeno, da bo brez napak v materialu in izdelavi 24 mesecev od datuma nakupa, pod pogojem normalne uporabe. Če pride do napake v materialu ali izdelavi v 24 mesecih od prvotnega datuma nakupa, jo bo družba Sunrise Medical po lastni presoji brezplačno popravila ali zamenjala. Ta garancija ne velja za vbode, raztrganine ali opekline, niti za odstranljivo prevleko naslona.

Reklamacije in popravila je treba opraviti pri najbližjem pooblaščenem dobavitelju. Razen izrecne garancije, navedene v tem dokumentu, so vse druge garancije, vključno z implicitno garancijo glede primernosti za prodajo in garancijo primernosti za določen namen, izključene. Garancij, ki bi presegale opis na sprednji strani tega dokumenta, ni na voljo. Pravna sredstva za kršitev izrecnih garancij v tem dokumentu so omejena na popravilo ali zamenjavo blaga. V nobenem primeru škoda zaradi kršitve katere koli garancije ne bo vključevala kakršne koli posledične škode ali presegala stroškov prodanega neskladnega blaga.

Tip:	Ime izdelka / številka SKU.	XXXX-XX-XX	Datum proizvodnje
Datum:	LOT: opredeljen z julijanskim koledarjem	Koda dela	Številka sestavljenega dela
XXX mm	Širina sedeža	MD	Ta simbol pomeni medicinski pripomoček
XXX mm	Globina sedeža		Naslov proizvajalca
XXX kg	Najv. teža uporabnika	EC REP	Evropski pooblaščen zastopnik
CE	Oznaka CE	UK RP	Odgovorna oseba v Združenem kraljestvu
UK CA	Oznaka UKCA	CH REP	Naslov švicarskega predstavnika
	Glejte navodila za uporabo		Naslov uvoznika

VZOREC

JAY

Part Code:

Date:

cm cm kg

Max

SUNRISE MEDICAL (US) LLC
12002 VOLUNTEER BLVD.
MOUNT JULIET, TN 37122, USA

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch / HD
Germany

Sunrise Medical Ltd.
Thorns Road, Brierley Hill
West Midlands DY5 2LD
United Kingdom

Assembled in Mexico

106132 Rev. K



ISO 7010-M002
Navodila za
uporabo/knjižico
je treba prebrati!
(modra ikona)

Sistem upravljanja SUNRISE MEDICAL je certificiran po ISO 13485 in ISO 14001.

Pri SUNRISE MEDICAL smo pridobili certifikat ISO-13485, ki potrjuje kakovost naših izdelkov na vseh stopnjah, od R & R do proizvodnje. Ta izdelek izpolnjuje zahteve v skladu s predpisi EU in Združenega kraljestva. Opcije ali dodatna oprema so na voljo proti doplačilu.

Indikacije

Različne možnosti namestitve hrbtnega naslona in tudi različno pozicionirani sestavni deli za zagotavljanje podpore telesu, porazdelitev tlaka, povečanje tolerance sedenja, so prednosti glede na zahteve in indikacije vsakega uporabnika, kar pomeni, da jo lahko uporablja vrsta uporabnikov z različnimi potrebami pozicioniranja in indikacijami, kot sledi:

- poškodba hrbtenjače
- amputacija
- kontraktura sklepa
- MS
- tetraplegija
- cerebralna paraliza
- nevrološki bolezenski vzorci (hemiplegija, M. Parkinson)
- mišična distrofija
- deformiranosti okončine

Kontraindikacije

Kontraindikacije niso znane.

OPOMBA: Splošni nasveti za uporabnike. V kolikor ne sledite tem navodilom, lahko pride do fizičnih poškodb, poškodbe izdelka ali škode v okolju!

Obvestilo uporabniku in/ali pacientu: vsak resen incident, ki se je zgodil v zvezi s pripomočkom, je treba prijaviti proizvajalcu in pristojnemu organu države članice, v kateri ima uporabnik in/ali pacient sedež.



Družba SUNRISE MEDICAL, kot proizvajalec, izjavlja, da je ta izdelek v skladu z Uredbo o medicinskih pripomočkih (2017/745).

Posebne prilagoditve izdelkov B4Me

Družba Sunrise Medical močno priporoča, da preberete in dobro razumete vse informacije za uporabnika, ki so priložene vašemu izdelku B4Me, preden ga prvič uporabite, ter tako zagotovite, da bo njegovo delovanje skladno s predvidevanji proizvajalca. Družba Sunrise Medical tudi priporoča, da informacij za uporabnika po branju ne zavržete, ampak jih shranite na varno mesto za morebitno poznejšo kasnejšo uporabo.

Kombinacije medicinskih pripomočkov

Ta medicinski pripomoček je mogoče kombinirati z enim ali več drugimi medicinskimi pripomočki ali drugimi izdelki. Informacije o možnih kombinacijah so na voljo na spletnem mestu www.SunriseMedical.eu. Vse našete kombinacije so bile validirane in izpolnjujejo splošne zahteve glede varnosti in učinkovitosti, poglavje 14.1 uredbe o medicinskih pripomočkih 2017/745. Smernice o kombinaciji, npr. glede pritrdjevanja, so na voljo na spletnem mestu www.SunriseMedical.eu





Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Tel: +41 (0)31 958 3838
www.SunriseMedical.ch



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
Faks: +47 66 96 38 80
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
625 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
www.Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Pty. Ltd.
11 Daniel Street, Wetherill Park,
NSW 2164,
Australia
Phone: 9678 6600,
Orders Fax: 9678 6655,
Admin Fax: 9831 2244.
Australia
www.sunrisemedical.com.au

Sunrise Medical (US) LLC
North American Headquarters
12002 Volunteer Blvd.
Mount Juliet, TN 37122, USA
Tel: 1-800-333-4000
Fax: 1-800-300-7502
www.SunriseMedical.com



106109-EU Rev. N 2025-06-17

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de



Sunrise Medical Ltd.
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk



Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Defensiedok 20
3433 NE Nieuwegein
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl



Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu (International)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr